

ADP.2301.30 2021

Kielce dnia 24.05.2021r.

Pakiet 4

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu medycznego”

Dotyczy: Załącznika nr 1 OPZ; część nr 2: Aparat EKG 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem 4,3” z obsługą za pomocą klawiatury numerycznej z przyciskami funkcyjnymi?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuści pamięć 200 badań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści pamięć wewnętrzną na minimum 100 badań z możliwością zapisu 200 badań w pamięci zewnętrznej (karta SD) ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem dostarczenia karty SD.

4. Czy Zamawiający dopuści filtr zakłóceń mięśniowych (dolnoprzepustowy) 20, 40, 100, 150 Hz, filtr górnoprzepustowy 0,04 Hz (wył. ADS), 0,65 (wł ADS) oraz automatyczny filtr ADS (filtr izolinii elektrycznej)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający dopuści filtr zakłóceń mięśniowych (dolnoprzepustowy) 20, 40, 100, 150 Hz, filtr górnoprzepustowy 0,01 Hz, 0,02 Hz, 0,16 Hz, 0,32 Hz ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisu badania na zewnętrznym nośniku karcie SD?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jednak podtrzymuje wymóg obecności portu USB.

7. Czy Zamawiający dopuści drukarkę termiczną z możliwością wydruku na papierze tylko w formie składanki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 2

8. Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmiami w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmiami, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmiami zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmiami”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

ODPOWIEDŹ: Treść SWZ pozostaje bez zmian. W ramach rękojmi za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, natomiast w ramach gwarancji odpowiedzialność ponosi producent.

9. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 4

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 4

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, nie dłuższy niż ... dni roboczych, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot, autoryzowany przez producenta. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: treść § 5 pkt. 4 pozostaje bez zmian. Dotyczy sytuacji kiedy w ramach rękojmi sprzedawca (tutaj Wykonawca) nie usuwa wady w dostarczonej produkcie.

11. Dotyczy wzoru umowy § 9 pkt. 1. I pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka (a nie od wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony. Analogicznie, w przypadku nieterminowej realizacji napraw lub braku realizacji przeglądu w zakresie wyłącznie jednego sprzętu objętego umową, kara umowna winna być naliczana od wartości tego konkretnego sprzętu jako że w zakresie tego sprzętu ma zrekompensować poniesioną szkodę. Naliczenie kary umownej od całości przedmiotu umowy sugerowałoby, iż np. przekroczony termin naprawy jednego ze sprzętów niesie ze sobą szkodę dla pozostałych aparatów objętych umową, co jest oczywiście niezasadne i stoi w sprzeczności z odszkodowawczym charakterem kary umownej.

ODPOWIEDŹ: treść § 9 pkt. 1. I pkt. 2 pozostaje bez zmian.

12. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 5

Wnosimy o obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 10%, co umożliwi Wykonawcy właściwą ocenę ryzyka.

ODPOWIEDŹ: treść §9 ust. 5 pozostaje bez zmian.