

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Dostawa odzieży medycznej**”,
Nr postępowania: **ADP.2301.84.2021**

Kielce, dnia 30.08.2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ nr 3

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi do niniejszego postępowania:

PYTANIE NR 1

Część 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne z współczynnikiem filtracji $\geq 98\%$ zgodnie z normą PN-EN 14683:2019?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga masek chirurgicznych spełniających normy PN EN 14683:2019 – Wymagane Maseczki chirurgiczne min 3-warstwy z certyfikatem CE, BFE poniżej 98%. Zamawiający nie wymaga masek typu IIR. – patrz odpowiedzi z dnia 24.08.2021 r.

PYTANIE NR 2

Część 1 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu na normę EN 14126?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga spełnienia normy zgodnie z SWZ: Ochraniacze na buty EN 14126.

PYTANIE NR 3

Część 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści wysokie buty na ochraniacze zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 i niskie ochraniacze zarejestrowane jako wyrób medyczny?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga ochraniaczy na buty zgodnych z normą EN 14126. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane foliowe, zaklasyfikowane jako wyroby niemedyczne? – patrz odpowiedzi z dnia 24.08.2021 r.

PYTANIE NR 4

Część 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy flizelinowe występujące w rozmiarze L i XL?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga długości fartuch min 115 cm więc proponowany parametr mieści się w normie. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ - 3 rozmiarów fartuchów M, L, XL.

PYTANIE NR 5

Część 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy flizelinowe z rękawami długimi o długości min. 56cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga długości fartucha min 115 cm i długości rękawa min 58 cm

Każdy rozmiar ma odpowiednią długość rękawa, więc Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie fartucha zgodnego z długością min 115 cm i długością rękawa min 56 cm

PYTANIE NR 6

Część 1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga „materiał nieprzezroczysty o gramaturze min 35g/m²”

PYTANIE NR 7

Część 1 poz.5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby materiał był podfoliowany, gdyż takie rozwiązanie nie pozwoli skórze na oddychanie, a jest to również wymogiem w opisie przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zapis został usunięty. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 z dnia 24.08.2021 r.

PYTANIE NR 8

Część 1, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli rękawice pakowane parami w opakowaniu po 50 par (100szt.)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ma na myśli rękawice sterylne pakowane parami w opakowaniu po 50 par (100szt.)

ZMIANA DO SWZ NR 1

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z tym:

- pkt 1 Rozdziału XVII SWZ - Termin związania ofertą, otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 01.10.2021 r.”

- pkt 1 Rozdziału XVIII – Sposób i termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę MiniPortal do dnia 02.09.2021 r. do godziny 10:00.”

- pkt 3 Rozdziału XVIII – Sposób i termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2021 r. o godzinie 11:00”.

- pkt. 8 w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz oferty, otrzymuje brzmienie:

„1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni tj. do dnia 01.10.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W załączeniu poprawiony formularz ofertowy.