

ADP.2301. 58. 2021

Kielce, dnia 29.06.2021r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli medycznych”

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuści szafy posiadające integralny czterostronny cokół trwale zespawany z korpusem mebla, gdzie cokół na ścianach bocznych tworzy jedną płaszczyznę ścianki bocznej? Nadmieniamy, iż takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie szaf w czystości oraz dezynfekcję.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania możliwości wy poziomowania szafy zakresie podanym w SWZ (2 cm).

B. Kotras