

ADP.2301. 58. 2021

Kielce, dnia 6.09.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY*Dotyczy : Przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa mebli medycznych”*

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: PZP, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę : FORMED Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Leśniana 97;34-300 Żywiec

Ocena ofert:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy, adres siedziby	Cena w ofercie	Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi	Punkty w kryterium 1) cena	Punkty w kryterium 2) Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi	Łączna liczba punktów
1	FORMED Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Leśniana 97 34-300 Żywiec	38 842,14 zł	0 1 m-c	60	1	61

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

1. Klaromed Sp. z o.o. Ul. Jana III Sobieskiego 123;05-070 Sulejówek

Uzasadnienie prawne: art.226 ust.1 pkt.5 PZP, tzn. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: faktyczne: w ofercie w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca:

- w poz.1 Wózek medyczny – nie podał wymiaru blatu, podane wymiary dotyczą całego wózka.
- w poz. 3 wózek do worków foliowych: nie podał wysokości wózka
- w poz. 7 szafa lekarska metalowa: nie podał w jakim zakresie możliwe wypoziomowanie szafy

- w poz. 8 Szafa lekarska metalowa jednodrzwiowa: nie podał w jakim zakresie możliwe wypoziomowanie szafy. W opisie podano, że szafa jest dwudrzwiowa, w formularzu ofertowym: jednodrzwiowa.

2. Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o. Ul. Ernsta Petersona 6A

Uzasadnienie prawne: art.226 ust.1 pkt.5 PZP, tzn. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: faktyczne: w ofercie w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca:

- Poz. 2 Stolik do instrumentów medycznych: nie podał dopuszczalnego obciążenia oraz informacji czy krawędzie są zaokrąglone i bezpieczne, nie podał czy podstawa jest w kształcie litery T;
- Poz. 3 Wózek do worków foliowych: nie podał ilości kół, nie podał czy koła są wykonane z materiału niebrudzącego podłoża oraz czy krawędzie są zaokrąglone i bezpieczne
- Poz. 4 Podnózek chirurgiczny Brak informacji czy krawędzie są zaokrąglone i bezpieczne, brak informacji czy podnózek ma regulowane nóżki
- Poz. 5 Stojak na kroplówki nie podał obciążenia maksymalnego haka, nie podał ilości i kół;
- Poz. 6 Stojak podwójny z misami Nie podał ilości kół, brak informacji czy krawędzie są zaokrąglone i bezpieczne.
- Poz. 7 Szafa lekarska metalowa nie podał materiału wykonania obudowy
- Poz. 8 Szafa lekarska metalowa jednodrzwiowa: nie podał odległości w jakich można przestawiać półki, brak informacji czy zamek rygluje drzwi w dwóch punktach, czy nóżki posiadają stopki z tworzywa

Zamawiający informuje, że Informacja o wyborze oferty została opublikowana na stronie internetowej na podstawie art. 253 ust. 2 PZP.


REKTOR
prof. dr hab. Stanisław Głuszek

BKotras