

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na „**Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach**”, nr postępowania: ADP.2301.117.2021.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer o następujących parametrach?:

Trenażer w postaci modelu pośladków osoby dorosłej służący do nauki wykonywania iniekcji domięśniowych. Posiada realistycznie odwzorowaną teksturę skóry i mięśni oraz pozycję i kształt kości. Symulowana struktura kostną obejmuje: krętarz większy kości udowej, kołek biodrowy przedni górny i tylny, kość krzyżową. Struktura ta umożliwia wybór właściwego miejsca wykonania iniekcji poprzez jego palpacyjną identyfikację.

Wycięcie górnego zewnętrznego kwadratu lewego pośladka umożliwia obserwację struktur wewnętrznych takich jak: mięsień pośladkowy wielki, średni, nerw kulszowy, układ naczyniowy pośladka.

Trenażer umożliwia wykonanie następujących rodzajów iniekcji domięśniowych:

- środkowo-pośladkowy
- bocznego mięśnia obszernego
- brzuszno-pośladkowe

Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na złożenie się większej ilości oferentów, co przełoży się na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie trenażerów do nauki wykonywania wkluc domięśniowych o poniższych parametrach:

Trenażer w postaci modelu pośladków osoby dorosłej służący do nauki wykonywania iniekcji domięśniowych. Posiadać ma realistycznie odwzorowaną teksturę skóry i mięśni oraz pozycję i kształt kości. Symulowana struktura kostną musi obejmować: krętarz większy kości udowej, kołek biodrowy przedni górny i tylny, kość krzyżową. Struktura ta musi umożliwiać wybór właściwego miejsca wykonania iniekcji poprzez jego palpacyjną identyfikację.

Wycięcie górnego zewnętrznego kwadratu lewego pośladka umożliwiać ma obserwację struktur wewnętrznych takich jak: mięsień pośladkowy wielki, średni, nerw kulszowy, układ naczyniowy pośladka.

Trenażer umożliwiać ma wykonanie następujących rodzajów iniekcji domięśniowych:

- środkowo-pośladkowy
- bocznego mięśnia obszernego
- brzuszno-pośladkowe.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 10 tygodni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyn poza granicami kraju, co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy oraz ze względu na zakłócenia w międzynarodowym łańcuchu dostaw spowodowane przez pandemię COVID 19.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 10 tygodni.

W związku z tym zmianie ulega kryterium oceny ofert składanych na część II zamówienia: sprzęt do zajęć dydaktycznych, który będzie oceniany:

Ocena merytoryczna według kryterium: termin dostawy – max 30 punktów wg wzoru

Termin dostawy	Liczba punktów
maksymalnie 10 tygodni	0 pkt
do 9 tygodni (włącznie)	10 pkt
do 8 tygodni (włącznie)	20 pkt
do 7 tygodni (włącznie)	30 pkt

Powyższą zmianę Zamawiający uwzględnił w formularzu ofertowym.

Informacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert upływa 13.01.2022 o godz.: 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 13.01.2022 o godz.: 11:00.