



ADP.2301. 111.2021

Kielce, dnia  12.2021r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń medycznych

Pytanie

Dotyczy zadanie 2: Czy Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w filtr węglowy?

Uzasadnienie: Zastosowanie filtra węglowego w urządzeniu zwiększa bezpieczeństwo pracy użytkowników, minimalizując możliwość wydostania się poza aparat toksycznych oparów"

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określił w SWZ wymagań dotyczących posiadania przez urządzenie filtra węglowego. Podane w SWZ parametry urządzenia określone są na poziomie minimalnym. Zamawiający dokona oceny parametrów urządzenia po złożeniu oferty przez Wykonawcę.

