



ADP.2301. 110. 2021

Kielce, dnia 12.12.2021r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa aparatury naukowej”

**Pytanie nr 1 dot. Zestawu aparatury do terapii Combi do fizykoterapii.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wysokoenergetyczny o poniższych parametrach :

- Sondy generujące zsynchronizowane fale w tym samym czasie:
  - ciągłą o długości 808 nm, praca ciągła,
  - impulsową o długości 905 nm, praca impulsowa lub ciągła,
- Dwa w pełni niezależne kanały,
- Sonda mocowana na ramieniu, pole zabiegowe 20 cm<sup>2</sup> ±5%, moc maksymalna 3 x 25 W,
- Sonda ręczna pole zabiegowe 3,0 cm<sup>2</sup> ±5%, mocy maksymalna 25W,
- Przycisk rozpoczynający zabieg umieszczony na sądzie,
- Możliwość zapisania 15 kont dla personelu medycznego,
- Zakres częstotliwość od 1 do 2 kHz,
- Zasilanie z sieci oraz wbudowanego akumulatora,
- Laser na wózku, ramię do zamocowania sondy, dwie sondy laserowe, okulary szt. 2,
- Możliwość modyfikacji parametrów takich jak tryb pracy (praca ciągła oraz modulowana), częstotliwość modulacji, czas, poziom mocy, cykl pracy
- Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi parametrami
- Wbudowany atlas anatomiczny
- Minimum 60 jednostek chorobowych z opcją edycji i zapisu,
- Lista programów terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji.
- Przycisk bezpieczeństwa,
- Ekran dotykowy,
- Hasło dostępu,
- Wymiary i waga około 63 x 54 x 85 cm, 25 kg.

ODPOWIEDŹ: Wykonawca przesłał szczegółowy opis konkretnego zestawu aparatury oraz własne propozycje wyposażenia zestawu, a nie wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że sprawdzenie czy oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom opisanym w SWZ następuje po złożeniu ofert, a nie przed ich złożeniem.

Barbara Kokras