

ADP.2301. 32.2022

Kielce, dnia 28.04.2022r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa urządzeń medycznych"

1. Dotyczy-Załącznik n-r 1-Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby komputer typu laptop dostarczany przez Wykonawcę służył również do prowadzenia prac i sterowania procesami zachodzącymi w aparacie ?

Ze względu na budowę interfejsu służącego do zarządzania pracą spektrometru jego montaż możliwy jest tylko w komputerach stacjonarnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu aby komputer typu laptop dostarczany przez Wykonawcę służył również do prowadzenia prac i sterowania procesami zachodzącymi w aparacie?

Patrz Odpowiedź na pytanie 5 z pakietu 1

2. Dotyczy-Załącznik n-r 1-Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy Zamawiający dopuści pipety typu Eppendorf- współpracujące z końcówkami 0,5-10 µl ,20-200 µl oraz 100-1000 µl?

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zakres pipet współpracujących z końcówkami 0,5-10 µl, 20-200 µl oraz 100-1000 µl?

3. Dotyczy Załącznik do umowy –Karta Gwarancyjna oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.

Punkt 9-Czas reakcji serwisu, przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa po zgłoszeniu awarii wynosi max. 72 godziny; (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. W uzasadnionych przypadkach, o ile to będzie możliwe dopuszcza się diagnostykę zdalną.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu- przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa, uwzględnił zastosowanie zdalnej diagnostyki jako podjętej naprawy? Wiele usterek można usunąć zdalnie, dodatkowo w przypadku konieczności zamówienia odpowiednich części umożliwi to wcześniejsze usunięcia awarii.

ODPOWIEDŹ: Jak wynika z treści ostatniego zdania w punkcie 9 Karty Gwarancyjnej – diagnostyka zdalna jest dopuszczona, jeżeli doprowadzi to do wcześniejszego usunięcia awarii niezaprzeczalnie będzie to usunięcie awarii w wymaganym terminie.

4. Dotyczy terminu wykonania umowy: Załącznik nr 1 do SWZ oraz rozdział VI pkt. 1 SWZ. Zwracam się z prośbą o ujednolicenie zapisów w załączniku nr 1 zgodnie z SWZ -termin dostawy 70 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie 1 z pakietu 1.

5. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności na 60 dni.

ODPOWIEDŹ : Treść SWZ pozostaje bez zmian.

6. Dotyczy §5 ust. 4 wzoru umowy oraz pkt. 6 karty gwarancyjnej. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając dowolny podmiot **będący serwisem autoryzowanym**.

Uzasadnienie: w przypadku ingerencji osób trzecich, nieposiadających odpowiednich uprawnień Wykonawca nie będzie w stanie ocenić jakości wydawanych wyników, co może mieć bezpośredni wpływ na podjęty sposób leczenia, zdrowie a nawet życie pacjenta. Zerwane zostaną również warunki gwarancji. Oferowany sprzęt jest urządzeniem wysoce specjalistycznym i jedynie przeszkoleni przez producenta i posiadający uprawnienia serwisanci powinni być skierowani do naprawy urządzenia.

ODPOWIEDŹ: Treść SWZ pozostaje bez zmian. Proponowana zmiana uzależniłaby zamawiającego od jednego punktu i mogłaby prowadzić do wyłączenia urządzeń z użytkowania. Wykonawca ma możliwość podjęcia naprawy w określonym terminie - wskazana w pytaniu możliwość zaistnieje wyłącznie wówczas gdy wykonawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków.

7. Dotyczy pkt. 14 karty gwarancyjnej. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu/części, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu/części na nowy, wolny od wad, w pełni sprawny.

Wyspecyfikowany aparat ma budowę modułową i dla skutecznej naprawy nie ma konieczności wymiany całego sprzętu na nowy, wymianie podlegają poszczególne części/moduły. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wymiany urządzenia w przypadku jeżeli po wykonanych naprawach gwarancyjnych urządzenie jest sprawne i jest to potwierdzone przez autoryzowany serwis.

ODPOWIEDŹ : Treść SWZ pozostaje bez zmian. W punkcie 14 Karty Gwarancyjnej jest wyraźne stwierdzenie że wymiana dotyczy „urządzenia/podzespołu/części na nowy”

8. Dotyczy pkt. 16 karty gwarancyjnej. W przypadku naprawy urządzeń/sprzętu, termin gwarancji, o której mowa w ust. 4 ulega wydłużeniu o czas pozostawiania systemów/urządzeń/sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji na wymienione części równy jest okresowi, o którym mowa w ust. 4 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku naprawy urządzeń/sprzętu, termin gwarancji, o której mowa w ust. 4 pozostał bez zmian, a w przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części w ostatnim roku gwarancji wynosił 12 miesięcy na tę część i rozpoczynał swój bieg od daty wymiany części?

ODPOWIEDŹ : Treść SWZ pozostaje bez zmian.

9. Dotyczy pkt. 12 formularza ofertowego. Zwracamy się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „o ile dokumenty takie są wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa”.

ODPOWIEDŹ : Treść SWZ pozostaje bez zmian.

10. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie formularzy w wersji edytowalnej.

ODPOWIEDŹ : zamieszczono załączniki 2,4,5 do SWZ w wersji edytowalnej na stronie internetowej – patrz odpowiedź na pytanie 22 w pakiecie 1.

11. Dotyczy par. 6 ust. 2 i 3 wzoru umowy. Zwracamy zamawiającemu uwagę, że jego żądanie o treści par. 6 ust. 2 i 3 jest w sposób rażąco i oczywisty sprzeczne z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz doświadczeniem życiowym, gdyż w oprogramowaniu „gotowym”, firmy typu Microsoft udzielają wyłącznie licencji do korzystania z oprogramowania, natomiast nie wolno dokonywać zmian w kodzie źródłowym tego oprogramowania lub korzystać z niego niezgodnie z licencją. Żądamy zatem wprowadzenia zapisu o użytkowaniu przez zamawiającego przekazanego w ramach umowy oprogramowania w sposób zgodny z licencją producenta, gdyż obecny zapis uniemożliwia złożenia oferty!.

ODPOWIEDŹ : Treść SWZ pozostaje bez zmian. Treść ust. 2 w § 6 dotyczy odpowiedzialności wykonawcy za wszelkie wady prawne oprogramowania – zdaniem zamawiającego nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Treść ust.3 w § 6 zdaniem zamawiającego nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zwraca uwagę, że otrzymuje niewyłączne prawo do oprogramowania, a zamawiający może oprogramowanie powielać, opracowywać, tłumaczyć lub przemieniać kod obiektu w kod źródłowy tylko w zakresie dopuszczalnym przez ustawę.

12. Dotyczy par, 9 ust. 1.1) , 1.2) i 1. 3) wzoru umowy. W związku z dużą wartością umowy ora jej charakteru jednorazowej dostawy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,05% wynagrodzenia netto.

ODPOWIEDŹ : Treść SWZ pozostaje bez zmian. Przewidziane kary umowne dotyczą zwłoki – tj. sytuacji zawinionej przez wykonawcę, a więc przy dołożeniu staranności w wykonaniu umowy wykonawca uniknie naliczenia kary umownej.

B. Kohas

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

B. 40110