

Kielce dnia 25.05.2022 r.

Dot. postępowania ADP.2302.14.2022 na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej oraz urządzeń medycznych dla UJK w Kielcach.

Pytania i odpowiedzi

DOTYCZY CZĘŚCI 1 (liofilizator)

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie 14 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź 1

NIE

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność wymrażacza liofilizatora 4 kg, przy zachowaniu wydajności wymrażania 4 kg/24h ?

Odpowiedź 2

TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast czujnika wilgoci, alternatywne rozwiązanie -zabezpieczenie w postaci nowoczesnego systemu kontroli temperatury rozmrażania kolektora lodu i związanej z tym regulacji zaworu kontroli próżni ?

Odpowiedź 3

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (Uwaga na str. 2) Zamawiający dopuścił rozwiązanie równoważne pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się urządzenie/sprzęt wskazany przez zamawiającego. W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny nie jest gorszy od sprzętu wskazanego przez zamawiającego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza liofilizator bez możliwości eksportu danych procesu, ich przechowywania i wyświetlania w formie tabeli oraz wykresu ?

Uzasadnienie: W liofilizatorze, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego liczba możliwych do rejestracji i eksportu parametrów jest bardzo ograniczona. Rejestrowanymi parametrami są tylko temperatura kondensatora lodu i próżnia. Liofilizator nie jest urządzeniem pomiarowym, rejestrowanie tych parametrów nie pozwala prowadzić wiarygodnych analiz liczbowych.

Odpowiedź 4

NIE

Pytanie 5

W związku z pytaniem 3, czy Zamawiający dopuści liofilizator bez możliwości przesyłania danych na wskazaną skrzynkę e-maila ?

Odpowiedź 5

TAK

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści naczynie liofilizacyjne o pojemności 600 ml lub 1200 ml ?

Odpowiedź 6

NIE

DOTYCZY CZĘŚĆ 3 (Aparat USG)

Pytanie 1

Pkt. 28. Czy zamawiający dopuści aparat usg bez czarno-białego printera ? Oferowany aparat usg ma wbudowany dysk twardy na którym można archiwizować wykonane badania oraz port USB. Dzięki temu można przenosić dane z aparatu na inne nośniki z których można wydrukować lub zapisać potrzebne dane.

Odpowiedź 1

TAK

UWAGA

Zianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 27.05.2022 r na dzień 30.05.2022 r. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.