



ADP.2302.7.2022

UNIwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
NTP 657-02-34-850

Kielce, dnia 02.06.2022 r.

Dotyczy: „Dostawa maszyn specjalnego przeznaczenia” – oznaczenie sprawy
ADP.2302.7.2022

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań jakie wpłynęły do niniejszego postępowania wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że poniższe odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wprowadzone w wyniku udzielonych odpowiedzi zmiany do dokumentów postępowania należy uwzględnić odpowiednio przy składaniu ofert.

PYTANIE 1:

Proszę o sprecyzowanie specyfikacji technicznej maszyny:

- zakres ruchu poprzeczki: 1100 mm, a wymiary maszyny: 420x370x950 mm (zakres ruchu poprzeczki większy niż wysokość maszyny).

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 31.05.2022 r.

PYTANIE 2:

Proszę o zdefiniowanie rozmiarów próbek do badania przy użyciu szczęk do rozciągania oraz ściskania (ma to istotny wpływ do zaoferowania odpowiedniego oprzyrządowania badawczego).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający będzie badał próbki o wymiarach zgodnych z obowiązującymi Normami. Głównym parametrem maszyny jest siła testowa nie mniejsza niż 2kN.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o wymiarach 653 x 520 x 1603 mm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 31.05.2022 r.

Wszystko w porządku