



Kielce, dnia 13.09.2022 r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego pn: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Collegium Medicum UJK w Kielcach”

pytanie do części 2 zapytania ofertowego

Pytanie 1. Czy drugi wymagany rotor może być na 32 probówki lub stripy do per 0,2 ml ?

Odpowiedź 1. Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w ofercie rotora na 32 probówki lub stripy PCR o poj. 0,2ml

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści , aby wirówka miała czas pracy ustawiany od 1 sekundy do 30 minut (ze skokiem co 1 sek.) ?

Odpowiedź 2. Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie w ofercie wirówki z czasem pracy ustawianym od 1 sekundy do 30 minut (ze skokiem co 1 sek.).

Pytanie 3. Czy w zakresie części 2 i 3 Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji oraz uruchomienia sprzętu? Urządzenia są proste w obsłudze, a ich instalacja polega wyłącznie na podłączeniu do prądu.

Odpowiedź 3. TAK Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji i uruchomienia sprzętu.

Pytanie 4. Czy Zamawiający zgodzi się w § 7 pkt. 1 ppkt. 1) i 2) na obniżenie kary umownej do 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź 4. Zamawiający nie wyraża zgodny

Pytanie 5. Czy Zamawiający zgodzi się w § 7 pkt. 1 ppkt. 3) na obniżenie kary umownej do 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź 5. Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z pytaniem nr 3 Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego ADP.2302.31.2022, w następujący sposób:

II. Opis przedmiotu zamówienia, ust. 8 pkt 2)

- 2) BYŁO: „wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, instalacji oraz uruchomienia;
- 2) JEST: „wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego(dotyczy wszystkich części), instalacji oraz uruchomienia (dotyczy części 1);

Zamawiający informuje, że zachowano oryginalną treść zadawanych przez Wykonawców pytań. Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty. Ponadto Zamawiający informuje, iż terminy składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.