

Kielce dnia 31.03.2026 r.

Pytania i odpowiedzi do postępowania KU.2302.6.2026

Pytanie nr 1

Prosimy o wydzielenie z część nr 1 pozycji nr 6, gdyż ze względu na problemy produkcyjne producenta klamra od kilku miesięcy jest niedostępna i nie jest znany termin jej ponownej dostępności. Brak wydzielenia wskazanej pozycji spowoduje iż żaden z Wykonawców nie będzie mógł złożyć oferty w tej części.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wydziela z części 1 poz. 6 (klamra do tamowania krwotoków) jako niezależną część 7). Poprawiony formularz ofertowy stanowi kolejny załącznik.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby stazy taktyczne z poz. 1,2 części nr 1 **posiadały rekomendację Tactical Combat Casualty Care (TCCC).**

Wymóg zgodności z wytycznymi TCCC ma na celu:

- zapewnienie wysokiej jakości i skuteczności sprzętu stosowanego w sytuacjach ratunkowych,
- ujednolicenie wyposażenia służb ratowniczych i obrony cywilnej, w tym jego kompatybilności z wyposażeniem Sił Zbrojnych RP,
- uzyskanie gwarancji trwałości oraz niezawodności wyrobów medycznych,
- a także zapewnienie realnej możliwości przeprowadzenia skutecznego działania personelu ratowniczego w oparciu o jednolite wyposażenie.

Dodatkowo, określenie jednoznacznych i mierzalnych wymagań sprzętowych – takich jak posiadanie rekomendacji TCCC – służy realizacji jednej z podstawowych zasad wskazanych w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. **zasady równego traktowania wykonawców** oraz **przejrzystości postępowania**, a także umożliwia rzetelną ocenę ofert pod względem jakościowym.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wymaga rekomendacji TCCC dla staz (opaski zaciskowe) opisanych w części I poz. 1 i 2.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 17.04.2026 r. do 28.04.2026 r.

Odpowiedź 3

Nie.

Pytanie 4 (część VI poz. 7)

Jakiej pojemności pojemnika twardościennego na odpady medyczne Państwo oczekuje: 1l; 2l; 3,5l; 5l; 10l czy 20?

Odpowiedź 4

Zamawiający oczekuje pojemnika twardościennego o pojemności 2 litry.

UWAGA

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 01.04.2026 r godz. 11:00. na dzień 03.04.2026 r. godzina 9:30. Termin otwarcia: 03.04.2026 r. godz. 10:00.