

## Opis przedmiotu zamówienia

1	Monitor medyczny z akcesoriami 2szt.	<p>Wymagany monitor musi posiadać:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Funkcje pomiarowe <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorowanie EKG co najmniej 5 i 12 odprowadzeń</li> <li>- analizę arytmii i odcinka ST dla wszystkich dostępnych odprowadzeń.</li> <li>- Moduł rozszerzeń hemodynamicznych serwera pomiarowego wykonujący pomiar temperatury i ciśnienia</li> <li>- pomiar saturacji musi być wykonywany w technologii podnoszącej dokładność pomiaru w stanach niskiej perfuzji.</li> </ul> </li> </ol> <p>Czas pracy na akumulatorze monitora musi wynosić min 3 godziny,</p> <p>Wymagana Funkcjonalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aparat musi wyświetlać jednocześnie do 4 parametrów (wykresy) pacjenta z możliwością ich konfiguracji przez użytkownika,</li> <li>- konieczny interfejs użytkownika zapewniający szybki dostęp do wszystkich podstawowych funkcji monitorowania.</li> <li>- Aparat musi pokazywać wyniki dla wentylacji, parametrów hemodynamicznych i saturacji pacjenta.</li> <li>- Aparat musi posiadać ekran o przekątnej min 9 cali</li> <li>- Aparat musi pozwalać na podłączenie do komputera PC:</li> <li>- Aparat musi posiadać złącza: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sieciowe min 1xRJ45</li> <li>USB: min 1 x USB</li> <li>Wyjścia: Min 1 x DVI, min 1 xVGA</li> </ul> </li> </ul> <p>Wymagana drukarka</p> <p>Zestaw musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabel EKG min 1szt</li> <li>Sonda do pomiaru temperatury (1szt)</li> <li>Okrągłe jednorazowe elektrody do EKG (1 opakowanie)</li> <li>Min 3 mankiety NIBP (dla dorosłych / dzieci / noworodków - po 1 szt każdego mankietu)</li> <li>Kabel połączenia mankietu (1 szt)</li> <li>Min 2 czujniki pulsoksymetrii (dla dorosłych, dzieci i noworodków - po 1 szt)</li> <li>Min 5 opakowań papieru do drukarki</li> <li>Uchwyt do transportu</li> <li>Instrukcja obsługi</li> </ul>
---	---	---