



Znak postępowania: DP.2301.2.2019 „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”

Kielce 06.02.2019 r.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ**

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy oraz udzieloną na nie odpowiedź.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z podstawą wyposażoną w 5 kół, w tym dwa z hamulcem, co zapewnia większą stabilność urządzenia?

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z oprawą w kształcie koła, o zwartej konstrukcji, ze zintegrowaną, ergonomiczną rączką przy kopule, która ułatwia pozycjonowanie urządzenia?

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na stanowisko intensywnej terapii, które nie posiada możliwości wyboru akcentu kolorystycznego w poręczach bocznych? Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego jest dostępny tylko w szczytach łóżek od strony nóg i od strony głowy pacjenta. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, pozwoli to na obniżenie kosztów oferty.

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.