



Uwaga!!!

Nr sprawy: DP/2310/37/12

Kielce, dnia 19.04.2012 r.

Zamawiający poniżej podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Część I.– Dostawa zestawu do ekstrakcji i zateżania prób;

Pytanie nr **1.**:

Czy Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dozownika wykonywany był przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce?

Odpowiedź na pytanie nr **1.**:

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymaga, aby serwis pogwarancyjny zlokalizowany był na terenie Polski.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga, aby przez cały okres trwania gwarancji, Wykonawca zapewnił bezpłatny serwis, lokalizacja serwisu jest dowolna, z zastrzeżeniem zapewnienia wymagań dot. gwarancji opisanych zarówno w SIWZ jak, też i w załącznikach do niej.

Pytanie nr **2.**:

Czy Zamawiający wymaga, aby szkolenie z obsługi dozownika przeprowadzone było przez osobę przeszkoloną w tym celu przez producenta urządzenia? Czy wymagane jest, aby osoba szkoląca przedstawiła certyfikat świadczący o przebytych szkoleniu?

Odpowiedź na pytanie nr **2.**:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr **3.**:

Czy Zamawiający wymaga współpracy systemu do odparowania z posiadanymi urządzeniami poprzez stosowanie tych samych naczynek reakcyjnych w obydwu aparatach?

Odpowiedź na pytanie nr **3.**:

TAK.

Pytanie nr **4.**:

Czy strzykawka do mikroekstrakcji typu MEPS ma umożliwiać dozowanie poprzez autosampler, czy ręcznie?

Odpowiedź na pytanie nr **4.**:

Strzykawka do mikroekstrakcji typu MEPS ma umożliwiać ręczne dozowanie.

Pytanie nr **5.**:

Czy system do ekstrakcji ma być podłączony do systemu odparowania próbek pod azotem?

Odpowiedź na pytanie nr **5.**:

TAK.

Pytanie nr **6.**:

Czy Zamawiający wymaga do systemu odparowania specjalnych vialek reakcyjnych?



Odpowiedź na pytanie nr **6.**:

TAK

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w każdej części opisu przedmiotu zamówienia, odnośnie zapisu dot. zasilania, zmienia się zapis z 230V na 230V +/-10%.

UWAGA!!!!

W dniu 19/04/2012 r. przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich sprostowanie dotyczące zmiany terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu z 30.04.2012 r. na 14.05..2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust 1. tj. na termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

