

**Znak postępowania: DP.2301.69.2018** „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Kielcach”

Kielce, 26.10.2018 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ**

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy oraz udzieloną na nią odpowiedź.

**Pytanie**

**dot. Część VII zamówienia - nosze podbierakowe**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania noszy podbierakowych o parametrach wskazanych poniżej?

Nosze podbierakowe o stelażu aluminiowym z aluminiowymi łopatkami.

Posiadają wielostopniową regulację długości z blokadą położenia, 12 uchwytów transportowych rozmieszczonych na obwodzie zdystansowanych od podłoża oraz pojedynczą zapadkę umieszczoną w zamkach łączących łopaty, zabezpieczającą przed przypadkowym rozpięciem

Możliwość złożenia w pół na czas transportu oraz możliwość rozdzielenia na dwie niezależne połówki Łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Konstrukcja zabezpieczająca przed wnikaniem płynów i materiałów zakaźnych.

Przepuszczalne dla promieni RTG w stopniu umożliwiającym diagnostykę

Zestaw zawiera komplet 2 pasów mocujących.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

- Wymiary zasadnicze wys/szer/gł [mm]- 1680x420x60
- Nosze złożone - wymiary wys/szer/gł. [mm] – 1200x420x60
- Zakres regulacji [mm] – 1680-2020
- Waga – 10 kg
- Dopuszczalne obciążenie: 159 kg
- Materiał – aluminium
- Cechy materiału – lekkie, wytrzymałe na kontakt z szorstkim podłożem
- Kolor – stalowy

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noszy podbierakowych o wskazanych parametrach.