

Uwaga!!!

Kielce, dnia: 24.02.2015 r.; Nr sprawy: DP/2310/9/15

Zamawiający poniżej podaje treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Dotyczy SIWZ.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do **21 dni** licząc od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku, braku zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską wydaną przez jednostkę pośredniczącą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do dnia otwarcia ofert, postępowanie zostanie unieważnione na podstawie ar. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Pytanie nr 2 **Część I- Zamrażarka niskotemperaturowa- 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby zamrażarka niskotemperaturowa wyposażona była w izolację wykonaną w technologii próżniowej?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga, aby zamrażarka posiadała izolację cieplną, dopuszczając różne rozwiązania i technologie w tym zakresie.

Pytanie nr 3: **Część I- Zamrażarka niskotemperaturowa- 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby panel kontrolny zamrażarki niskotemperaturowej znajdował się na wysokości wzroku użytkownika oraz był wyposażony w graficzny, cyfrowy wyświetlacz LCD?

Odpowiedź 3

Z uwagi na brak możliwości dokładnego określenia parametru odnośnie „na wysokości wzroku użytkownika” (różny wzrost użytkowników) Zamawiający nie precyzuje danego parametru. Pozostałe wymagania dot. panelu kontrolnego oraz wyświetlacza zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4 **Część I- Zamrażarka niskotemperaturowa- 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby zamrażarka niskotemperaturowa umożliwiała pracę w trybie ekonomicznym- zmniejszającym zużycie energii o co najmniej 15% lub w trybie optymalnym zapewniającym bardzo dobry rozkład temperatury?

Odpowiedź 4:

Wykonawca zgodnie z wymaganiami w pkt. III SIWZ może zaoferować sprzęt o parametrach lepszych niż opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie precyzuje parametru technicznego w tym zakresie.

Pytanie nr 5 **Część I- zamrażarka poj. 830 l- 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby zamrażarka niskotemperaturowa wyposażona była w izolację wykonaną w technologii półpróżniowej?

Odpowiedź 5

Odpowiedź jak dla pytania nr 2

Pytanie nr 6 **Część I- zamrażarka poj. 830 l- 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby panel kontrolny zamrażarki niskotemperaturowej znajdował się na wysokości wzroku użytkownika oraz był wyposażony w graficzny, cyfrowy wyświetlacz LCD?

Odpowiedź 6:

Odpowiedź jak dla pytania nr 3.

Pytanie nr 7 **Część I- zamrażarka poj. 830 l- 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby zamrażarka niskotemperaturowa umożliwiała pracę w trybie ekonomicznym- zmniejszającym zużycie energii o co najmniej 15% lub w trybie optymalnym zapewniającym bardzo dobry rozkład temperatury?

Odpowiedź 7

Odpowiedź jak dla pytania nr 4

Pytanie nr 8 **Część II- Chłodziarko-zamrażarka- 2 szt.**

Proszę o doprecyzowanie zapisu „Chłodziarko zamrażarka na materiał badawczy do – 25 st C”. Czy Zamawiający miał na myśli dostawę zamrażarki na materiał badawczy do -25oC?

Odpowiedź 8

Zamawiający modyfikuje parametr z „Zakres temperatury: do -25° C +/- 3 stopnie” na „Chłodziarko- zamrażarka na materiał badawczy do -25°C +/- 3 stopnie”

Pytanie nr 9 **Część II- chłodziarki laboratoryjne- 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii 0,708kWh/24h, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? *Jeśli nie proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.*

Odpowiedź 9:

Zamawiający skreśla parametr techniczny „Zużycie energii w ciągu 24 h 4,715kWh (+/-10%)”

Pytanie nr 10 **Część II- chłodziarki laboratoryjne- 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii 0,67 kWh/24, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

Odpowiedź 10:

Zamawiający skreśla parametr techniczny „Zużycie energii w ciągu 24 h 4,715kWh (+/-10%)”

Pytanie nr 11 **Część II- chłodziarki laboratoryjne- 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zużyciu energii 0,846 kWh/24h oraz zakresie pracy temperatur od +3°C do +8°C, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 11:

Zamawiający skreśla parametr techniczny „Zużycie energii w ciągu 24 h 4,715kWh (+/-10%)”. Zamawiający modyfikuje parametr z „Zakres temperatury +2C do +8C” na „Zakres temperatury +3C do +8C”.

Pytanie nr 12 **Część II- chłodziarki laboratoryjne- 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na chłodziarkę o poj. 344 litry, o zużyciu energii w ciągu 24h 0,846 kWh, o zakresie temperatury +3°C do +8°C, wyposażona w 5 rusztów, zamek, drzwi pełne?

Odpowiedź 12:

Wymagania dot. pojemności zostały opisane w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający skreśla parametr techniczny „Zużycie energii w ciągu 24 h 4,715kWh (+/-10%)” , Zamawiający modyfikuje parametr z „Zakres temperatury +2C do +8C” na „Zakres temperatury +3C do +8C”.

Pytanie nr 13 **Część II- chłodziarki laboratoryjne- 2 szt.**

Prosimy o doprecyzowanie, czy zużycie energii w ciągu 24h dla chłodziarki o poj. 250 litrów, ma posiadać tak wysoką wartość, jak wskazana w specyfikacji?

Odpowiedź 13:

Zamawiający skreśla parametr techniczny „Zużycie energii w ciągu 24 h 4,715kWh (+/-10%)”.

Pytanie nr 14 **Część I- Zamrażarka niskotemperaturowa- 1 szt., zamrażarka 1 szt., zamrażarka poj. 830 l- 1 szt.**

W związku z wymaganymi warunkami udziału w postępowaniu: wykonanie min. 2 dostaw o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i wartości brutto nie mniejszej niż 70 000 zł, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania dostawy z instalacją aparatury naukowo-badawczej, w tym zamrażarek na kwotę wyższą niż wymagana w niniejszej części, tj. powyżej 95 000,00 PLN brutto.

Odpowiedź 14:

Zamawiający modyfikuje treść spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, który otrzymuje brzmienie:

- a) w pkt.VI.1.6 :„...- wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego o wartości brutto (każda z tych dostaw) nie mniejszej niż: dla I- 70 000 zł brutto, dla części II- 20 000,00 zł brutto, dla części III- 70 000,00 zł brutto, dla części IV- 30 000 zł brutto.”
- b) w pkt. VIII.1.2): „...Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (co najmniej dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzonego wg zał. Nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ...”

Pytanie nr 15 **Część I- Zamrażarka niskotemperaturowa- 1 szt.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej (-50 do 80°C) o głębokości 98,5 cm i wyposażonej w 3 wewnętrzne drzwiczki?

Odpowiedź 15:

Zamawiający skreśla parametr odnośnie wymiarów(szer., głęb., wys.) zamrażarki, odnośnie zmniejszeniu ilości drzwiczek wewnętrznych Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 **Część I- Zamrażarka niskotemperaturowa- 1 szt.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stelaży do zamrażarki niskotemperaturowej (-50 do 86°C) w następującej konfiguracji: 7 stelaży na 30 pudełek o wysokości 50 mm oraz 3 stelaże na 20 pudełek o wysokości 75 mm?

Odpowiedź 16:

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia minimalne wymagania dot. wyposażenia zamrażarki w stelaże.

Pytanie nr 17 **Część I- zamrażarka poj. 830 l- 1 szt.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki -86°C o głębokości 98,5 cm i szerokości 120 cm?

Odpowiedź 17:

Zamawiający skreśla parametr odnośnie wymiarów(szer., głęb., wys.) zamrażarki .

Pytanie nr 18 **Część I- zamrażarka poj. 830 l- 1 szt.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stelaży do zamrażarki -86°C w następującej konfiguracji: 10 stelaży na 30 pudełek o wysokości 50 mm oraz 5 stelaży na 20 pudełek o wysokości 75 mm?

Odpowiedź 18

Odpowiedź jak dla pytania nr 16.

Pytanie nr 19 **Część I- zamrażarka- 1 szt.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z zakresem temperatury: od -15°C do – 30°C?

Odpowiedź 19

Zamawiający dla pozycji "Zamrażarka od -10 do -35C" określił w opisie przedmiotu zamówienia tolerancję temperatury +/-5C. Tolerancja dotyczy zarówno dolnej jak i górnej wartości temperatury.

Pytanie nr 20 **Część I- zamrażarka- 1 szt.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki z portem USB zamiast interfejsu RS485, co jest rozwiązaniem równoważnym, bardziej uniwersalnym i wygodnym dla Zamawiającego?

Odpowiedź 20

Zamawiający zmienia brzmienie zapisu z „Interfejs RS 485” na „Wyjście umożliwiające komunikację z komputerem”.

W dniu 24.02.2015 r. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php zamieścił treść pytań Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi w sprawie niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy Pzp.