

Znak postępowania: DP.2301.46.2018 „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach”

Kielce, 21.08.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Dotyczy SIWZ, załącznik nr 3 Projekt umowy § 9 ust. 1 ppkt. 4):

Kara w wysokości 15% łącznej wartości umowy brutto, jest bardzo wysoka. Standardowo, w umowach na dostawę sprzętu medycznego, w przypadku jw. określone są kary od 5% do max 10% wartości przedmiotu umowy brutto.

Nadmieniamy, że kara powinna mieć wyłącznie charakter dyscyplinujący. W związku z tym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez obniżenie kary za odstąpienie od umowy, do wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto.

ODPOWIEDŹ: Treść w § 9 ust. 1 ppkt. 4) projektu umowy pozostaje bez zmian. Kara dotyczy wyłącznie sytuacji odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn od niego zależnych.

Pytanie nr 2.

Dotyczy SIWZ rozdział V pkt. 1 ppkt. 2c) warunki udziału w postępowaniu, część IX i X:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykazanie się przez Wykonawcę realizacją min.3 dostaw urządzeń do diagnostyki obrazowej lub urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł?

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Określenie „proporcjonalny” znaczy tyle co odpowiedni, nie nadmierny. To, że Wykonawca nie zrealizował dokładnie takiego samego zadania, nie przekreśla jego zdolności do realizacji przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający ocenia spełnianie warunku udziału w postępowaniu po złożeniu ofert w oparciu o dokumenty dołączone do oferty, wskazane w SIWZ. Warunek opisany w Rozdziale V pkt.1 ppkt.2 c) jest

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W żadnym miejscu nie wpisano wymagania, aby wykonawca zrealizował „dokładnie takie samo zadanie”. Zapis w przywołanym punkcie brzmi : „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy wyposażenia o minimalnej wartości (...)” i jest zdaniem zamawiającego szerszym pojęciem, niż wskazane w pytaniu wykonawcy pojęcie „urządzenie do diagnostyki obrazowej”.

Pytanie nr 3.

Dotyczy SIWZ projekt umowy § 5 ust.4:

Naprawy urządzenia, będące przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być wykonane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwisu. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis nieautoryzowany. Mając na celu utrzymanie urządzenia w jak najlepszym stanie, proponujemy aby Zamawiający w sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek wady w urządzeniu, zwracał się jedynie do autoryzowanego przez producenta serwisu. Prosimy o zmianę zapisu na:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania na koszt Wykonawcy z usług zastępczych, świadczony przez autoryzowany przez producenta serwis, w przypadkach nie wywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu:

ODPOWIEDŹ: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że we wzorze karty gwarancyjnej w punkcie 11 skreśla się wyraz „autoryzowany” (str. 109 SIWZ)

Pytanie nr 4.

Dotyczy SIWZ projekt umowy § 5 ust. 5, karta gwarancyjna pkt. 3:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu treści w/w punktach, poprzez nadanie mu następującej treści:

„ Zamawiający może dochodzić praw wynikających z gwarancji lub rękojmi z godnie z warunkami umowy i obowiązującym prawem”

ODPOWIEDŹ: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5.

Dotyczy SIWZ karta gwarancyjna pkt. 8:

„W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu/części, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu/części na nowy, wolny od wad, w pełni sprawny”

Prosimy uwzględnienie w powyższym zapisie wymiany sprzętu na nowy po trzeciej naprawie tego samego istotnego elementu (podzespołu/części). Wymiana urządzenia po trzech naprawach gwarancyjnych jest nie uzasadniona, gdyż naprawy mogą dotyczyć mało istotnych elementów jak; kabel, przyciski, klawiatura i z tego powodu nie wymienia się urządzenia na nowy. W związku z powyższym, bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na powyższą zmianę.

ODPOWIEDŹ: Zapis pozostaje bez zmian. Uznaniowość i brak możliwości jednoznacznego wskazania który element jest mało istotny, a który takim nie jest skutkowałby problemami w użytkowaniu sprzętu. Do takiej sytuacji zamawiający nie może dopuścić. Kupowany sprzęt musi działać i spełniać funkcje dla których jest kupowany.

Pytanie nr 6.

Dotyczy SIWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że terminy podane w SIWZ a w szczególności w umowie, określone w dniach roboczych oznaczają dni robocze od poniedziałku do piątku.

ODPOWIEDŹ: TAK

Pytanie nr 7.

Dotyczy SIWZ:

Czy, Zamawiający uzna kontakt zdalny (telefoniczny) jako czas reakcji serwisu.

ODPOWIEDŹ: Wyjaśnienie co oznacza sformułowanie „czas reakcji serwisu” zawarte jest we wzorze karty gwarancyjnej w punkcie 15 ”Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania wyposażenia i podjęcie czynności zmierzających do naprawy wyposażenia) max w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki).”

Pytanie nr 8.

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której moduł Monte Carlo może przeprowadzać obliczenia dawki tylko dla planów konformalnych 3D, zaś dla technik IMRT i VMAT jedynie umożliwiać wtórną rekalkulację już sporządzonego planu (oferowany przez nas system nie zawiera optymalizatora).

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie nr 9.

Dotyczy SIWZ, część IX:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „symulację błędów sprzętowych” ?

ODPOWIEDŹ: Przez symulację błędów sprzętowych Zamawiający rozumie funkcjonalność, która umożliwia obliczenie rozkładu dawki dla przygotowanego planu leczenia z zasymulowaną zmianą położenia izocentrum.

Pytanie nr 10.

Dotyczy SIWZ część IX:

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której wczytywania raportów z urządzenia radioterapeutycznego i rekonstrukcja na tej podstawie różnic planów dostarczonego i wyliczonego odnosi się tylko do zapisów z urządzenia Varian?

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie nr 11.

Dotyczy SIWZ część IX:

W odniesieniu do obliczeń wartości TCP i NTCP, czy Zamawiający dopuści ofertę, w której obliczana jest dawka efektywna i dawka biologicznie efektywna (BD i BED) dla każdego VOI i obliczająca dla tych wartości wykres DVH?

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie nr 12.

Dotyczy SIWZ część IX:

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której możliwe jest planowanie wyłącznie przy zastosowaniu techniki konformalnej 3D?

ODPOWIEDŹ: Nie

Pytanie 13

- 1.) Czy Zamawiający dla Części nr IV może przedstawić wzór dokumentu w formie edytowalnej wg wymagań Zamawiającego, w którym Wykonawca będzie mógł potwierdzić spełnianie wymaganych

parametrów oferowanej aparatury? Ewentualnie prosimy o wskazanie sposobu, w jaki Wykonawca ma potwierdzić spełnianie wymaganych dla danego zadania parametrów oferowanej aparatury.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią Rozdział VI pkt.4 c) wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowe opisy oferowanego wyposażenia, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych wraz z folderami producenta. Zamawiający nie narzuca formy tego dokumentu, ważne jest aby z jego treści wynikało jakie parametry techniczne ma oferowany sprzęt oraz aby do opisu był dołączony folder producenta. Zamawiający zwraca uwagę, że SIWZ dostępna jest na stronie internetowej również w wersji edytowalnej, co w znaczący sposób ułatwia wykonawcom przygotowanie oferty.

Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru umowy §5 pkt. 6:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem:

„Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.”

ODPOWIEDŹ: Dokładnie to co sformułował w tym zdaniu tzn. że może swobodnie wybrać albo uprawnienia wynikające z tytułu udzielonej gwarancji albo uprawnienia wynikające z rękojmi.

Pytanie nr 15

Dotyczy wzoru umowy:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

ODPOWIEDŹ: Treść projektu umowy pozostaje bez zmian. Jak sam wykonawca napisał rozwiązanie umowy ma „doniosłe i nieodwracalne skutki” czego świadomość mają wykonawcy już w chwili składania ofert. Zamawiający zakłada, że wykonawcy składający oferty są profesjonalistami działającymi na rynku i są przygotowani do należytego wykonania zamówienia, a tym samym „dodatkowa” mobilizacja nie jest im potrzebna.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych Części, na które będzie składana oferta?

ODPOWIEDŹ: Tak. Formularz oferty dołączony do SIWZ jest jedynie wzorem.

Pytanie nr 17:

Dotyczy SIWZ Część I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby warunek zdolności technicznej lub zawodowej został spełniony w przypadku Części nr I, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie *maksymalnie trzy dostawy wyposażenia o minimalnej wartości łącznej dla Części nr I : 2 000 000 zł brutto* bądź *maksymalnie pięć dostaw wyposażenia o minimalnej wartości łącznej dla Części nr I : 3 000 000 zł*.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w naszej branży pragniemy poinformować Zamawiającego, że liczba podmiotów które realizują zamówienia o wymaganej wartości pojedynczej dostawy na wskazane w SIWZ kwoty jest bardzo mocno ograniczona. Zamawiający żądając przedstawienia referencji o wartości 1 000 000 zł minimum w każdej jednej umowie(dostawie, referencji) i minimum trzech takich dostaw w znaczący sposób ogranicza liczbę podmiotów które mogą złożyć ofertę. Zwracamy uwagę, że sytuacja w której ofertę złoży jeden lub dwóch Wykonawców, zwiększy cenę wykonania zamówienia, jak również ogranicza konkurencję.

Mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia można z pełnym obiektywizmem stwierdzić, iż Wykonawca który ma potencjał na realizację kilku zamówień o łącznej wartości równej lub wyższej od wymaganej przez Zamawiającego będzie w stanie realizować dostawy do jednego odbiorcy. W związku z w/w faktami zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej stawianych Wykonawcom w przedmiotowym postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. Warunek udziału w postępowaniu został ustalony proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 18:

Dotyczy SIWZ Część I

Czy Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych (katalogów, folderów) sporządzonych przez Dystrybutora bądź Wykonawcę (sporządzonych na podstawie danych producenta) z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu

zamówienia (potwierdzać oferowane parametry). Oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Dokumenty które należy dołączyć do oferty zostały nazwane i opisane w SIWZ. Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19:

Dotyczy SIWZ Część I

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie prawidłowych załączników dotyczących Opisu Przedmiotu Zamówienia, które Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić do oferty. Obecny Opis Przedmiotu Zamówienia nie zawiera informacji (odpowiedniej tabeli) w jaki sposób mają zostać potwierdzone parametry techniczne sprzętu i podział tych parametrów dla poszczególnych sprzętów z Części nr I.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią Rozdział VI pkt.4 c) wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowe opisy oferowanego wyposażenia, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych wraz z folderami producenta. Zamawiający nie narzuca formy tego dokumentu, ważne jest aby z jego treści wynikało jakie parametry techniczne ma oferowany sprzęt oraz aby do opisu był dołączony folder producenta. (Patrz odpowiedź na pytanie 13)

Pytanie nr 20:

Dotyczy SIWZ Część I

Prosimy o potwierdzenie, iż termin dostawy wskazany w SIWZ tj. 30.11.2018r. jest terminem dostawy również dla Części nr I i ma zostać potwierdzony w formularzu ofertowym?

ODPOWIEDŹ: Tak. Wynika to z treści Rozdziału IV pkt.1 SIWZ, gdzie napisano: „Termin wykonania zamówienia dla każdej części ustala się na dzień 30.11.2018r.”

Pytanie nr 21:

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

ODPOWIEDŹ: Projekt umowy pozostaje bez zmian.



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

