

Znak postępowania: DP.2301.46.2018 „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach”

Kielce, 30.08.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy oraz udzielone na nie odpowiedzi.

W związku z odpowiedziami na pytanie nr 8 i nr 12 z dnia 21.08.2018 r, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie i ujednoczenie odpowiedzi na te pytania.

Pytanie nr 8.

Dotyczy SIWZ, Parametry graniczne pkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której moduł Monte Carlo może przeprowadzać obliczenia dawki tylko dla planów konformalnych 3D, zaś dla technik IMRT i VMAT jedynie umożliwiać wtórną rekalkulację już sporządzonego planu (oferowany przez nas system nie zawiera optymalizatora).

ODPOWIEDŹ: Tak

Pytanie nr 12. Dotyczy SIWZ część IX:

Czy Zamawiający dopuści ofertę, w której możliwe jest planowanie wyłącznie przy zastosowaniu techniki konformalnej 3D?

ODPOWIEDŹ: Nie

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 dopuścił możliwość zaoferowania Systemu, który może przeprowadzić obliczenia dawki tylko dla planów konformalnych 3D. W związku z tym, prosimy o dopuszczenie Systemu w którym również planowanie możliwe jest wyłącznie przy zastosowaniu techniki konformalnej 3D. W przeciwnym przypadku dopuszczenie możliwości jak w odpowiedzi nr 8 jest pozorne, gdyż nie można zrealizować funkcji wymienionej w pytaniu nr 12 bez funkcji opisanej w pytaniu nr 8.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że pomyłkowo w tej odpowiedzi znalazł się zapis „nie”. Prawidłowa odpowiedź brzmi TAK.