

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa środków i materiałów medycznych oraz odczynników chemicznych**”,
Nr postępowania: **ADP.2301.56.2020**

Kielce, dnia 14.12.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ nr 1

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań i odpowiedzi do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 1

Część 1, poz. 7 – 8 , 17, 19-20, 24

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnej części.

Pytanie nr 2

Część 1 poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 z części 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnej części.

Pytanie nr 3

Część 1 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm. Posiada oznaczenie pojemności do 2500ml. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie serwety porodowej o proponowanych wymiarach i parametrach.

Pytanie nr 4

Część 1 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową (włóknina + folia PE + włóknina) w rozmiarze 75 x 90 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie serwety 3 warstwowej o proponowanych wymiarach i parametrach.

Pytanie nr 5

Część 1 poz.23

Czy Zamawiający ma na myśli długość 25cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił głębokość nie długość miski.


Pytanie nr 6

Część 1 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do porodu o składzie:

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm



ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na proponowany skład zestawu serwet.

Pytanie nr 7

Część 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o poniższych różnicach w składzie:

- pęseta plastikowa o dł. 13 cm (zamiast 12,5 cm)
 - serweta włókninowa, nieprzylepna 50 x 70 cm (zamiast 45 x 75 cm)
 - igła bez opakowania jednostkowego
 - żel w strzykawce 6 ml (zamiast w saszetce 2,7g)
 - 2x ampułka z wodą sterylną 10 ml (zamiast wody sterylnej w ampułce 20 ml)
 - rękawiczki diagnostyczne bez opakowania jednostkowego, niewywinięty mankiet
 - zestaw w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu plastikową miską nerkową
 - w zestawie dodatkowo strzykawka 20 ml
- Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany w zestawie.