



UNIWERSYTET

JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 349-72-77

fax. 41 349 72-75

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu do Pracowni Kinezyterapii i Pracowni Pielęgniarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 200.000 EURO

Projekt pn. „**MEDIC-modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych**”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu **15.03. 2013 r.** oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **19.03. 2013 r.** pod numerem **2013/S 055-090434**
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu **19.03.2013 r.**

Numer sprawy: DP/2310/39/13



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel. 41 349 72 77

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w *trybie przetargu nieograniczonego*, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną lub obie części opisane w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia, stanowiący również formularz spełnienia wymagań), oznaczonych cyfrą rzymską.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dla **części I- Dostawa sprzętu do Pracowni Kinezyterapii** w tym m.in. Urządzenie do rehabilitacji stawu kolanowego w otwartym łańcuchu kinematycznym w ilości 1 szt., Urządzenie do ćwiczeń stawu kolanowego z oporem elastycznym w ilości 1 szt., Urządzenie które umożliwia prowadzenie czynnej i biernej terapii w zakresie wzmacniania, poprawy zakresu ruchu i koordynacji mięśni w ilości 2 szt; Osprzęt do kabiny ćwiczeń i zawiesznień w ilości 1komplet, Stelaż na fantom w ilości 2 szt, Stół rehabilitacyjny z trójpłaszczyznową regulacją leżyska w ilości 2 szt, Ergometr treningowy cyklocentryczny w ilości 1 szt, Zestaw do rejestracji i analizy EMG w ilości 1 szt, Kuchnia parafinowa w ilości 2 szt, Kostkarka do lodu w ilości 1 szt, Stół rehabilitacyjny w ilości 10 szt , Stół do terapii metodą Bobath z elektryczną regulacją w ilości 2 szt.

Dla części II- Dostawa aparatu do wykonywania testu oddechowego z węglem C13 z wyposażeniem i akcesoriami w ilości 1 sztuka do Pracowni Pielęgniarstwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku.

3. Przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz wszelkie, niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie. Musi być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego.

4. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcji obsługi może być zapisana na DVD lub CD).

5. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia zamawiającego, podłączenie, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie dostarczonego sprzętu, oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania, a także przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania.

KOD CPV:

331 000 00-0 urządzenia medyczne

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na warunkach określonych we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



UWAGA

Jeżeli zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to dopuszcza się zaferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez zamawiającego. W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od sprzętu wskazanego przez zamawiającego. Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy i uruchomi przedmiot zamówienia oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania w terminie:

21 dni, licząc od daty podpisania umowy dla części I .

14 dni od dnia uzyskania stosownego zaświadczenia z MNiSW na temat zastosowania 0% stawki podatku VAT, dla części II.

Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację zamówienia. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej jedną dostawę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż:
dla części I - 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100).
dla części II – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł, 00/100)
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponuje minimum 1 osobą, która ma kwalifikacje do podłączenia, instalacji, konfiguracji, uruchomienia, przeszkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu i dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania oraz posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie trwania gwarancji. Warunek dotyczy obu części postępowania.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej tzn. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
Dla części I - 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100).
Dla części II – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł, 00/100).
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.



Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi zgodnie z formułą spełnia, nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty, a wyszczególnionych w pkt. VI SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń powinno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ww. warunki.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania(*zamawiający prosi o podanie pełnych dat tj. dzień, miesiąc i rok*) i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzonego według załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z podłączeniem, instalacją, konfiguracją, uruchomieniem, przeszkoleniem z zakresu obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu i dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego według załącznika nr 7 do specyfikacji.
4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż :
Dla części I - 200.000,00 zł
Dla części II – 100.000,00 zł

Uwaga 1

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VI B 1-7.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp zamawiający żąda dołączenia do oferty:

- 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,



- 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, *wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- *wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.*

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, *wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, *wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy, *wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

Uwaga!!!

A. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI A ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. *W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga Oświadczenia Wykonawcy zgodnego w treści z zapisami art. 22 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).*

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w punkcie VI. B. ppkt 1-7 składa:

1) pkt. 2-4 i 6 - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:



- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 2) pkt. 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokument o którym mowa w poprzednim zdaniu powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy w przypadku punktu 1) ppk a),c) i punktu 2) i nie wcześniej niż 3 miesiące jeśli dotyczy punktu 1)ppkt. b)

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej.

C. Ponad to do oferty należy dołączyć:

1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy wypełnić formularz spełnienia wymagań sporządzony według załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Dowód wpłaty wadium.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez pełnomocnika (czytelny podpis lub imienna pieczęć z parafą) upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo. Sposób reprezentacji wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. Dokumenty powinny być ułożone w podanej wyżej kolejności.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje (zarówno wykonawcy jak i zamawiającego) przekazywane będą pisemnie, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń należy złożyć tylko w formie pisemnej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest mgr Wioletta Baran tel. 41 349 73 32.

VIII. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie :

Dla części I – 6.000,00 zł

Dla części II – 4.000,00 zł

Łącznie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł, 00/100) .

Wadium należy wpłacić na konto:

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:



Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318

Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – numer sprawy DP/2310/ 39 /13 dostawa sprzętu do pracowni WNoZ

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy do oferty dołączyć w formie oryginału stosowny dokument, który w swej treści musi zawierać co najmniej:

1. nazwę i adres:

- a) dającego zlecenie tj. Wykonawcy,
- b) beneficjenta gwarancji tj. Zamawiającego,
- c) gwaranta tj. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji

2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją.

3. Kwotę gwarancji

4. Termin ważności gwarancji

5. Przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46, ust.4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2. nie uzupełni oferty o brakujące dokumenty, w wyniku wezwania go przez zamawiającego do takiego uzupełnienia,
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,

z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na



przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczętka firmy oraz imienna pieczętka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na:
 - a. zewnętrznej należy umieścić napis: Oferta na dostawę sprzętu do pracowni WNoZ , numer sprawy DP/2310/39/13. Nie otwierać przed **26.04.2013r. godz. 11.15**,
 - b. wewnętrznej oprócz napisu j. w. należy podać pełną nazwę i adres wykonawcy.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po upływie terminu na składanie ofert oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5 (sekretariat Kanclerza).

Oferty należy złożyć do dnia 26.04.2013r. do godziny 11.00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w **dniu 26.04.2013 r. o godzinie 11.15** w siedzibie zamawiającego.

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
3. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia w szczególności transport sprzętu, rozładunek wraz z wniesieniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, podłączenie, instalację, konfigurację, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania.

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg kryterium – cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiącego wagę 100 %.



2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:
 - a. maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,
 - b. pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.: $(\text{cena brutto najniższa} : \text{cena brutto badana}) \times 100 \text{ pkt.} = \text{liczba punktów}$ uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena.

UWAGA! Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium przyjęte w niniejszym postępowaniu.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
- W piśmie do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.
- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. PROJEKT UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie zobowiązania wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmianę:



1. Terminu wykonania umowy (np. w przypadku działania siły wyższej).
 2. Osób realizujących przedmiot zamówienia, - w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem spełniania przez tę osobę identycznego bądź większego doświadczenia i kwalifikacji .
 3. Parametrów technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy.
 4. Typu zamawianego przedmiotu zamówienia jeżeli nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję i zachodzi konieczność zastąpienia innym produktem, pod warunkiem, że spełni on wymagania określone w SIWZ (parametry techniczne),
 5. Ceny, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
- Wszystkie z ww. sytuacji (zmian) muszą być poprzedzone pisemnym, uzasadnionym wnioskiem wykonawcy, oraz zaakceptowane przez zamawiającego.

XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia/formularz spełnienia wymagań.
2. Wzór oferty
3. Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wzór oświadczenia z art. 24 ust 1
5. Projekt umowy + załącznik nr 1 do umowy (protokół odbioru)
6. Wykaz dostaw wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat (wzór).
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wzór).
8. Wzór karty gwarancyjnej

Komisja akceptuje treść specyfikacji

1. Renata Gałuszka
2. Monika Pożoga
3. Wioletta Baran
4. Mariusz Stroński
5. Anna Depczyńska

ZATWIERDZAM

.....

Część I

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz spełnienia wymagań

1. Urządzenie do rehabilitacji stawu kolanowego w otwartym łańcuchu kinematyczny typu Knee Tensor lub równoważne – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do rehabilitacji stawu kolanowego w otwartym łańcuchu kinematycznym	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Wymagane urządzenie to rodzaj fotela służącego do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego			
2.	Urządzenie musi dawać możliwość naprzemiennego lub selektywnego ćwiczenia wybranych partii mięśniowych,			
3.	W programie urządzenia muszą się znajdować ćwiczenia wzmacniające siłę i wytrzymałość mięśnia czworogłowego uda, zginaczy kolana oraz mięśni stopy,			
4.	Urządzenie musi umożliwiać wykonywanie ćwiczeń izometrycznych			
5.	Musi umożliwiać wykonywanie ćwiczeń izotonicznych w dowolnych seriach			
6.	Musi umożliwiać ćwiczenia przy dużych prędkościach tzw. high-speed – ćwiczenia te wspomagają rozwijanie siły mięśniowej oraz zmniejszają działanie sił ścinających, poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową,			
7.	Musi posiadać stałą, proprioceptywną kontrolę ruchu kończyny			
8.	Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać ustawienie kończyny w pozycji neutralnej, rotacji zewnętrznej lub wewnętrznej w celu podkreślenia pracy wybranej grupy mięśniowej			
9.	Urządzenie musi posiadać regulację stopnia trudności ćwiczeń (4 stopnie elastyczności w wyproście oraz 2 stopnie w zgięciu),			
10.	Wyposażenie urządzenia musi zawierać przystawkę zwiększającą zakres wykonywanych ruchów,			
11.	Musi zawierać pasy stabilizujące pacjenta w trakcie ćwiczenia,			
12.	Urządzenie musi posiadać regulację ustawienia siedziska			
	Musi być wyposażone w tzw. uniwersalny „but”			



13.	dostosowujący się dla każdego rozmiaru stopy,			
14.	Urządzenie musi posiadać trwałą, odporną na zarysowania i otarcia, stabilną konstrukcję			
15.	<u>Wymagane parametry techniczne dla urządzenia</u> Wymiary: * długość około 110cm * szerokość około 67cm * wysokość około 110cm * Urządzenie nie może zajmować więcej przestrzeni niż 100 x 150 cm * Waga około 45 kg <i>Zamawiający dopuszcza różnicę podanych wymiarów (za wyjątkiem podstawy urządzenia ze względu na ograniczoną powierzchnie którą Zamawiający dysponuje) o +/- 10 % .</i>			
16.	Nazwa producenta**			
17.	Oferowany typ/model**			
18.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

2. Urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego z oporem elastycznym typu Minitalus lub równoważne – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń stawu kolanowego	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Urządzenie musi posiadać możliwość ćwiczeń zgięcia grzbietowego oraz podeszwowego wraz z supinacją lub pronacją stopy			
2.	Urządzenie musi dawać ćwiczącemu możliwość pracy nad zakresem ruchu			
3.	Musi posiadać tzw. reedukacja proprioceptywną			
4.	Musi dawać możliwość treningu siły i wytrzymałości mięśniowej			
5.	Urządzenie musi dawać możliwość treningu koncentrycznego i ekscentrycznego mięśni podudzia			
6.	Musi umożliwiać trening stabilizacji stawów			
7.	Wymagane jest aby urządzenie maksymalnie angażowało mechanizmy kontroli nerwowo-mięśniowej			
8.	Urządzenie musi posiadać prosty sposób doboru wielkości oporu do indywidualnych potrzeb pacjenta			
9.	Musi umożliwiać wykonywanie ćwiczeń w pozycji siedzącej i leżącej			
10.	Małe gabaryty urządzenia muszą umożliwiać pracę urządzenia zarówno na sali gimnastycznej jak i na sali chorych wymagane wymiary to około 45x25x55 cm			



	Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach o +/-10 %			
11.	Wymagana waga nie więcej niż 7kg			
12.	Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EEC Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia kserokopii ww. deklaracji.			
13.	Urządzenie powinno mieć również zastosowanie w takich dziedzinach jak.: * Medycyna sportowa, * Neurologia, * Ortopedia i traumatologia, * Geriatria, * Reumatologia, * Pediatria.			
14.	Nazwa producenta **			
15.	Oferowany typ/model**			
16.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r)**			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

3. Urządzenie , które umożliwia prowadzenie czynnej i biernej terapii w zakresie wzmacniania, poprawy zakresu ruchu i koordynacji mięśni typu Total Back lub równoważne – 2 szt..

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach przedstawionych poniżej.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia, które umożliwia prowadzenie czynnej i biernej terapii w zakresie wzmacniania, poprawy zakresu ruchu i koordynacji mięśni	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Urządzenie musi posiadać indywidualny dobór obciążenia poprzez zmianę kąta ustawienia leżyska ,sterowanego za pomocą siłownika gazowego			
2.	Musi dawać możliwości wykonania pełnej gamy ćwiczeń czynnych w dowolnie wybranym zakresie ruchu, jak również możliwość dostosowania obciążenia do indywidualnych potrzeb pacjenta			
3.	- wymagana regulacja podnóżka za pomocą łożysk liniowych			
4.	Urządzenie musi posiadać trwałą, odporną na zarysowania i otarcia, stabilną konstrukcję oraz nowoczesny design			
5.	Wymagane parametry techniczne: Długość około 200 cm Szerokość około 70 cm			



	Wysokość około 185 cm Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach o +/- 10 %			
6.	Nazwa producenta**			
	Oferowany typ/model**			
	Rok produkcji <i>nie wcześniej niż 2012</i> , fabrycznie nowe**			

* - uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** - wpisać informacje w kolumnie UWAGI

4. Osprzęt do kabiny ćwiczeń i zawieszń typu UGUL - 1 kpl.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla osprzętu do kabiny ćwiczeń i zawieszń	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	<p>Wymagany jest pełny osprzęt do ćwiczeń i zawieszń dla kabiny typu Ugul , Obejmuje on zestaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ linek, ➤ podwieszek, ➤ pasów, ➤ obciążników, ➤ mankietów ➤ esików, <p>umożliwiających wykonanie ćwiczeń w podwieszeniu: Wymagane parametry ilościowe i wymiarowe dla osprzętu: Linka do zawieszń 1,60m. – 10szt Linka do zawieszń 0,90m. – 2szt Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. 4szt Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 0,43 x 0,11 m. – 1szt Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt Podwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1x 0,16 m.. – 1szt Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt</p>			



<p> Obciążnik 0,5 kg -2szt Obciążnik 1,0 kg – 2szt Obciążnik 1,5 kg – 1szt Obciążnik 2,0 kg – 1szt Obciążnik 2,5 kg – 1szt Obciążnik 3,0 kg – 1szt Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt Esik – hak do zawiesznień – 30szt <i>Zamawiający dopuszcza różnicę w zaproponowanych wymiarach nie więcej niż +/- 10%</i> </p>	
--	--

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

5. Stelaż na fantom – 2 szt.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla stelaża pod fantom	Spełnia wymagania wskazane obok przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Wymagany stelaż na fantom to rodzaj noszy płachtowych na aluminiowym stelażu			
2.	Winien być wykonany z wysokiej jakości aluminium, ponieważ wpływa to na wzmocnienie wytrzymałości stelaża.			
3.	Wymagany stelaż będzie służył działaniom służb ratowniczych do ewakuacji i transportu pacjenta przy przekazywaniu poszkodowanego do dalszej opieki medycznej			
4.	Stelaż musi być wyposażony w kółka ułatwiające transport oraz profil ułatwiający trzymanie noszy			
5.	Konstrukcja noszy powinna umożliwiać składowanie piętrowe, co pozwoli zamawiającemu na zaoszczędzenie miejsca oraz powierzchni magazynowania i przechowywania			
6.	<u>Wymagane wymiary:</u> Długość: około 188 cm Szerokość: około 48 cm Wysokość z kółkami: około 21 cm Waga: około 6kg Nośność: około 159 kg <i>Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach o +/- 10 %</i>			



6 Stół rehabilitacyjny z trójpłaszczyznową regulacją leżyska – 2 sztuki

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla stołu rehabilitacyjnego	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego?		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Wymagany stół rehabilitacyjny z trójpłaszczyznowym leżyskiem, wyposażonym w trójdzielny zagłówek			
2.	Wymagana tapicerka trzyczęściowa (zagłówek + główne leżysko podzielone na dwie części)			
3.	Zagłówek musi być posiadać otwór na nos i brodę i musi być regulowany za pomocą sprężyny gazowej (wymagany zakres regulacji +55 do -35 stopni)			
4.	Wymagana możliwość elektrycznej zmiany wysokości leżyska w zakresie nie mniejszym niż 49 - 102 cm. za pomocą pilota			
5	Wymagane obciążenie : do 150 kg, + /_ 10 %			
6	Wymagane siłowniki gazowe w ilości 5 sztuk			
7	Wymagane siłowniki elektryczne w ilości 2 sztuki			
8	Wymagany centralny system jezdny z hamulcem			
9	Wymagane wyposażenie: półwałek o wymiarach 60 x18 x 12 cm w ilości 2 szt, klin 50 x 30 x 15 cm – w ilości 2 szt, wałek 60 x 15 cm średnicy – w ilości2 szt , pas do stabilizacji – w ilości 2 szt, bananek stabilizacyjny w ilości 2 szt. Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach w zakresie +/- 10 %			
10	Nazwa producenta			



11	Oferowany typ/model	
12	Rok produkcji, <i>nie wcześniej niż 2012 r.</i> Fabrycznie nowe	

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

7. Ergometr treningowy cyklocentryczny kończyn górnych i dolnych z oporem wodnym- 1 sztuka

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla Ergometru treningowego kończyn górnych i dolnych	Spełnia wymagania wskazane obok przez Zamawiającego?		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Wymagane aby urządzenie dawało możliwość rehabilitacji (ćwiczeń) zarówno kończyn górnych (ergometr wioślarski) oraz kończyn dolnych. Urządzenie musi być wyposażone w opór wodny z możliwością 20 stopni regulacji oporu dla kończyn dolnych oraz minimum 16 stopni regulacji oporu wodnego dla kończyn górnych			
2.	Wymagane aby dawał możliwość pracy w obu kierunkach (przód/tył)			
3.	Musi być wyposażony w wygodne siedzisko z oparciem			
4.	Wymagana możliwość regulacji długość ramion Wymagany system podporu pięt			
5.	Wymagane, aby ergometr posiadał obrotowe siedzisko			
6.	Wymagany interaktywny monitor wyświetlający: - czas - prędkość - dystans - ilość obrotów - kalorie - poziom obciążenia - tętno			
9	Dopuszczalna waga pacjenta 180kg, +/- 10 %			
11	Wymagany bezpośredni System Napędu z zastosowaniem kabla Dyneema			
12	Możliwość składania do pionu			
13	Wymagany wyświetlacz funkcji: czasu, odległości, mocy(W), szybkości, obrotów na minutę (RPM), spalonych kalorii i 500m test,			
14	Nazwa producenta			



15	Oferowany typ/model	
16	Rok produkcji <i>nie wcześniej 2012 r.</i> , fabrycznie nowe	

*- **uzupełnić właściwie: Tak lub NIE**

****-wpisać informacje w kolumnie UWAGI**

8. Zestaw do bezprzewodowej rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla Zestawu do bezprzewodowej rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych	Spełnia wymagania wskazane obok przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK	NIE	
1	Wymagany zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG i sygnału z czujników biomechanicznych z jednostką do archiwizacji i analizy danych , (komputer przenośny).			
2	Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG musi pozwalać na całkowicie bezprzewodowe zebranie i kompletną analizę sygnału EMG zarejestrowanego w czasie rzeczywistym w trakcie czynności ruchowej (tzw. dynamiczne EMG) i przesłanie tego sygnału w sposób bezprzewodowy do dalszej analizy i archiwizacji.			
3	<p>Minimalne wymagania techniczne:</p> <p>Wymagana rejestracja z 12 kanałów EMG z możliwością zastosowania innych czujników biomechanicznych (goniometr, czujnik siły, akcelerometr, czujnik nacisku, dynamometr, marker faz chodu tzw. „footswitch”)</p> <p>Wymagana możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących sygnał EMG w trakcie pracy dynamicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymagane pasma rejestracji sygnału: nie mniej niż 10-500Hz dla rejestracji powierzchniowej EMG i nie mniej niż 10-1000Hz dla 			



	<p>EMG śródmięśniowego (zgodne z wymogami SENIAM, ISEK),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musi istnieć możliwość wzmacnianie wstępnego sygnału zarejestrowanego z elektrod • system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania w tym: • jednostkę zbierającą sygnał, PC interface, bezprzewodowe przedwzmacniacze, ładowarkę do jednostki głównej, kieszeń do mocowania na pasie dla pacjenta • bezprzewodowa transmisja danych. • zasięg minimum 100m (w obszarze kontaktu bezpośredniego – bez przeszkód), +/- 10%, • wymagane przewodowe podłączenie interfejsu do komputera za pomocą portu USB. • musi istnieć możliwość zmiany odległości pomiędzy punktami rejestrującymi sygnał EMG na przedwzmacniaczu. 			
4	Wymagana możliwość prowadzenia pomiaru w odległości od komputera rejestrującego sygnał (do 100m),			
5	Wymagana bezprzewodowa transmisja danych z jednostki pacjenta do komputera archiwizującego i analizującego sygnał.			
6	Wymagane bateryjne zasilanie systemu (bateria litowa) – min. 8 godzin ciągłej pracy zasilania z baterii.			
7	<p>Wymagane dane techniczne dla systemu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozdzielczość nie mniej niż 16-bit na wszystkich kanałach analogowych, • Cyfrowe filtrowanie danych na każdym kanale, • Próbkowanie: minimum 1 500 dla kanału. • Waga nie przekraczająca: 0,25kg • Filtr sygnału: high-pass 10Hz +/- 10%, cut-off, Low-pass do 1500Hz 			
8	<p>Wymagane parametry dla rejestracji EMG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szum: < 1uV RMS, • Oporność (wejście): >100MΩ, 			



	<ul style="list-style-type: none"> • CMRR > 100dB, 			
9	<p>Wymagania dla oprogramowania do rejestracji, analizy i sygnału EMG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musi istnieć możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu • Wymagana zsynchronizowana rejestracja obrazu video, • kompleksowa analiza sygnału, • tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych, • musi posiadać bazę gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów 			
10	<p>Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy sygnału EMG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymagane aby posiadał możliwość przedstawiania surowego zapisu przetworzonego przez narzędzia oprogramowania (oczyszczanie, wygładzanie, normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego MVC) • Musi posiadać możliwość analizy w czasie rzeczywistym spektrum częstotliwości (FFT spectrum), • Możliwość animacji dźwiękowej i wizualnej biofeedback'u, • Musi zawierać kreator protokołów pozwalający na stworzenie sekwencji czynności ruchowych w jednym zapisie sygnału. • Wymagana synchronizacja obrazu z kamery video (podłączenie USB lub Fire Wire) umożliwiające identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu. • Musi istnieć możliwość tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy). • Wymagane aby dawał możliwość eksportu danych do innych narzędzi obróbki statystycznej • Musi dawać możliwość obróbki zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów) • Musi istnieć możliwość współpracy z środowiskiem Microsoft Windows, XP, Vista, Win 7 • Wymagane aby dawał możliwość 			



	wykorzystania gotowych protokołów pomiarowych w tym m.in.: standardowa analiza EMG, ocena symetrii i koordynacji aktywności mięśni, ocena wzorców aktywności, zmęczenia, spektrum częstotliwości			
11	Wymagane oprogramowanie do rejestracji i analizy w języku polskim			
12	<p>Minimalne wymagania dotyczące komputera do archiwizacji i analizy danych:</p> <p>Komputer typu laptop.</p> <p>Procesor: wydajny, dedykowany przez producenta płyty głównej.</p> <p>Płyta główna: wyposażona w chipset rekomendowany przez producenta procesora.</p> <p>Karta graficzna 32 MB RAM, Direct X 8.1</p> <p>Pamięć 256 MB RAM 40 GB HDD</p> <p>Interfejs: USB lub FireWire (DV-Video), System: Windows XP home lub Professional, <i>lub równoważny spełniający następujące warunki:</i></p> <p>graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i możliwość działania w trybie graficznym; musi istnieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Musi współpracować z w/w sprzętem i oprogramowaniem. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.</p>			
13	Profesjonalne szkolenie dla minimum dwóch wytypowanych pracowników Instytutu Fizjoterapii			



14	Urządzenie musi być wyposażone w: 300 sztuk elektrod pojedynczych do prowadzenia pomiarów, 80 sztuk elektrod podwójnych do prowadzenia pomiarów, prześciówka do elektrody dopochwowej.			
15	Nazwa producenta**			
16	Oferowany typ/model**			
17	Rok produkcji <i>nie wcześniej niż 2012</i> , fabrycznie nowe**			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

9. Kuchnia parafinowa.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla kuchni parafinowej	Spełnia wymagania wskazane obok przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK	NIE	
1.	Urządzenie przeznaczone do podgrzewania parafiny, borowiny, itd. Wykonane ze stali nierdzewnej.			
2.	Wymagane aby ogrzewanie preparatu leczniczego odbywało się w płaszczu wodnym			
3.	Wymagana pojemność urządzenia : min. 21 litrów			
4.	Temperatura pracy w zakresie od 0 do 90 C°, (dla parafiny w zakresie od 56-58C°)			
5.	Wymagane wyposażenie podstawowe urządzenia musi zawierać: pokrywę, ruszt, chochlę o pojemności min. 0,5 l, stolik jezdny do przemieszczania urządzenia. Paraligno nie mniej niż 30 kg, fangoparafina 30 kg, wieszak na folię, folię w ilości nie mniejszej niż 2000m (2x1000m)			
6.	Nazwa producenta**			
7.	Oferowany typ/model**			
8.	Rok produkcji <i>nie wcześniej niż 2012 r</i> ,fabrycznie nowa **			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



10. Kostkarka do lodu.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla kostkarki do lodu	Spełnia wymagania wskazane obok przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK	NIE	
1	Wymagana obudowa kostkarki musi być wykonana ze stali nierdzewnej. Wymagane jest aby blat mógł być wykorzystywany jako powierzchnia robocza			
2	Wymagana wydajność : 24 kg lodu/dobę.			
3	Zbiornik na lód o pojemności nie mniejszej niż 10 kg (ok. 750 sztuk kostek).			
4	Wymagany system chłodzenia powietrzem.			
5	Zużycie wody nie mniej niż 3 l/kg lodu.			
6	Kostkarka musi być wyposażona w czujnik poziomu napełnienia zbiornika kostkami lodu.			
7	Wymagane zasilanie: 230 V. Wymagana Moc: 0,21 kW. Wymagane wymiary około : 535 x 555 x 590(h) mm* <i>*Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach o +/- 10 %</i>			
8	Nazwa producenta**			
9	Oferowany typ/model**			
10	Rok produkcji <i>nie wcześniej niż 2012 r.</i> fabrycznie nowe**			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

11. Stół rehabilitacyjny –10 sztuk

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla stołu rehabilitacyjnego	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego?		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Wymagany stół tapicerowany łatwowymywalnym materiałem, tapicerka dzielona na 3 części o wymiarach: 200x66 cm. <i>Zamawiający dopuszcza różnicę w wymaganych</i>			



	wymiarach o +/-5%			
2.	Wymagany regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej, z otworem na nos i brodę .(zakres regulacji winien obejmować odchylenie +55 - 35 stopni, +/- 10%			
3.	Stół musi być wyposażony w centralny system jezdny z hamulcem			
4.	Wymagana elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie minimalnym 49 - 102 cm. za pomocą pilota ręcznego			
5.	Wymagana regulacja wysokości części pod nogi za pomocą siłownika elektrycznego			
6.	Dopuszczalna waga pacjenta do 150kg, +/-10 %			
8.	Klin o wymiarach [w cm] 1x20x50 Sztuk 6, +/- 10 %			
9.	Walek o wymiarach [w cm] 60x15 sztuk 6, +/- 10 %			
10	Półwalek o wymiarach [w cm] 10x20x50 sztuk 6 , +/- 10 %			
11	Nazwa producenta**			
12	Oferowany typ/model**			
13	Rok produkcji <i>nie wcześniej</i> 2012, fabrycznie nowe**			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

12. Stół do terapii metodą Bobath z elektryczną regulacją – 2 sztuki

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez zamawiającego dla stołu do terapii metodą Bobath	Spełnia wymagania wskazane obok przez Zamawiającego?		UWAGI
		TAK*	NIE*	



1.	Wymagane jednocześnie leżysko			
2.	Wymagana elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie nie mniejszym niż 52 - 95 cm. za pomocą pilota ręcznego			
3.	Wymagane stopki (nóżki) z możliwością regulacją wysokości			
4.	Wymagany dwustronny system jezdny			
5.	Wymagane wymiary leżyska 120 x 200cm. Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach o +/-10 %			
6.	Nazwa producenta**			
8.	Oferowany typ/model**			
9.	Rok produkcji <i>nie wcześniej niż 2012 r.</i> Fabrycznie nowe			

*- **uzupełnić właściwie: Tak lub NIE**

****-wpisać informacje w kolumnie UWAGI**



część II

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz spełnienia wymagań

Aparat do wykonywania testu oddechowego z węglem C13 z wyposażeniem i akcesoriami typu FanCi2 DB 8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach przedstawionych poniżej.

Opis parametrów technicznych analizatora

Analizator oddechowy (aparat) będzie wykorzystywany do oceny proporcji naturalnych izotopów C13 i C12 w gazach zawierających CO₂.

L.p.	Minimalne parametry dla Aparatu do wykonywania testu oddechowego	Spełnia wymagania		UWAGI
		TAK*	NIE*	
	<p>Aparat wyposażony musi być w Stację analityczną z możliwością wydruku z 8 portów pomiarowych oraz podwójny system kontrolny w ilości minimum 1 szt.</p> <p>Musi zawierać jednorazowe, pojedyncze torebki do pobierania materiału w ilości minimum 500 szt.</p> <p>Musi zawierać jednorazowe ustniki do stosowania z torebkami w ilości 100 szt,</p> <p>Musi być wyposażony w: Absorber, min 1 sztuka, oraz HeliFan w ilości 1 szt, Mocznik Znakowany C13 w celu diagnostyki Helicobacter pylori w ilości 50 pojemników, po 75 mg/pacjent Aparat musi posiadać Helicobacter test Infai</p> <p>Analizator oddechowy musi działać w oparciu o niedispersyjną spektrometrię w podczerwieni z podwójną wiązką promieni</p> <p>Wymagane aby gazy tłoczone były za pośrednictwem zintegrowanej pompy, aparat musi posiadać filtr tłoczonego powietrza</p> <p>Wymagany jest aparat o małych gabarytach do umieszczenia na blacie laboratoryjnym (waga nie</p>			



	<p>więcej niż 23 kg) Wykonany w obudowie stalowej Posiadający unit analityczny, hermetyczny, Aparat musi być wyposażony w interfejs wymiany danych Analizator-stacja robocza typu USB Aparat musi posiadać minimum 8 portów do analizy próbek z torebek testowych z których pobierany jest gaz do pomiaru Mierzone parametry: Zawartość 13CO2 do 800 ppm zawartość 12CO2 do 8% Wymagane zasilanie- 230V Aparat winien posiadać możliwość pracy w temperaturze 15-30°C Wymagane aby aparat posiadał możliwość ciągłego monitorowania przez system autokalibracji wewnętrznej.</p> <p>Wymagana precyzja pojedynczego Pomiaru powtarzalność odchylenie s σ z Δ przy stężeniu CO2 >1 vol-% 0 Wymagany czasy reakcji elektroniki pomiarowej czas odpowiedzi (T90) : łączny czas odpowiedzi (T90+Tt) 12 – 15 sek. zależnie od portu .</p> <p>Wymagany czas wygrzewania - osiągnięcie temperatury operacyjnej w czasie nie dłuższym niż 0,5 h - maksymalny czas stabilizacji 12 h Wymagana analiza próbek : 1. automatyczna (port po porcie) 2. ręczna określana przez użytkownika</p> <p>Stacja robocza z oprogramowaniem analitycznym zgodnym z HL 7 o następujących funkcjach: Stacja robocza typu notebook, LCD 15,6 cala, System operacyjny Windows 7 Professional PL OEM 64 bit <i>lub równoważny, spełniający poniższe warunki:</i> graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim</p>			
--	--	--	--	--



<p>i zapewniają działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple. ERP, Uczelnia.XP firmy Partners In Progress, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej firmy Opteam S.A.</p> <p>W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów. W zestawie musi znajdować się</p> <p>Drukarka do wydruku wyników. Nazwa drukarki* Producent drukarki* Rok produkcji drukarki*</p> <p>UWAGA Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania 0% stawki podatku VAT dla drukarki. Zamawiający będzie się ubiegać o zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 83 ust.1 pkt. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.</p> <p>Oprogramowanie analityczne Zainstalowane protokoły pomiarowe muszą posiadać: możliwość modyfikacji wartości granicznych parametrów pomiaru z - ustaleniem parametrów "Pozytywny -Negatywny" , modyfikacji dawki - określenia czasu pomiaru, określeniem ilości próbek: <i>Octany</i> <i>Aminopiryna</i> <i>Galaktoza</i> <i>Glukoza</i> <i>Kwas glikocholowy</i> <i>Laktoza</i></p>			
---	--	--	--



<p><i>Leucyna</i> <i>Matacetyna</i> <i>Mieszane trójglicerydy</i> <i>Kwas oktanowy</i> <i>Trioleina</i> <i>Mocznik</i> <i>Ksyloza</i></p> <p>Wymagana Kontrola stanu analizatora Kalibracja typu: 1. wewnętrzna 2. zewnętrzna Wymagana kalibracja metodą: 1. w szeregu rosnącym 2. w szeregu malejącym Ponad to aparat musi dawać możliwość: - automatycznego generowania kopii bezpieczeństwa danych - automatycznego generowania raportu z wzorca z funkcją automatycznego wydruku - transferu danych analizator-stacja robocza przez port USB</p>				
Nazwa producenta aparatu**				
Oferowany typ/model aparatu**				
Rok produkcji aparatu <i>nie wcześniej niż 2012 r. Fabrycznie nowe**</i>				

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

Uwaga dla części II niniejszego postępowania

Zgodnie z zapisem art.83,ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Zamawiający będzie się ubiegał o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku VAT. (Dz. U. 2004 r. Nr : poz. 535 z zm.) W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego stosownego zaświadczenia upoważniającego do zastosowania ww. stawki podatku VAT, do ceny netto urządzenia określonej w ofercie Wykonawcy doliczona zostanie obowiązująca stawka podatku VAT.



Załącznik nr 2
Formularz ofertowy
(WZÓR)

.....
(nazwa firmy)

.....
(dokładny adres)

.....
(NIP/REGON)

.....
(telefon/fax.)

OFERTA
(WZÓR)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25 – 369 Kielce

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu do pracowni Kinezyterapii i Pracowni Pielęgniarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla części I, w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto w kwocie zł, (słownie:) w tym kwota netto:.....oraz obowiązujący podatek VAT%, wg zestawienia poniżej:

Lp.	Nazwa towaru /usługi	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	cena brutto /sztuka	Łączna wartość w PLN
1.	Urządzenie do rehabilitacji stawu kolanowego w otwartym łańcuchu kinematyczny	1				
2.	Urządzenia do ćwiczeń stawu kolanowego z oporem elastycznym	1				
3.	Urządzenie , które umożliwia prowadzenie czynnej i biernej terapii w zakresie wzmacniania, poprawy zakresu ruchu i koordynacji mięśni	2				
4.	Osprzęt do kabiny ćwiczeń i zawieszek	1				



5.	Stelaż na fantom	2				
6.	Stół rehabilitacyjny z trójpłaszczyznową regulacją leżyska	2				
7.	Ergometr treningowy cyklocentryczny	1				
8.	Zestaw do bezprzewodowej rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych	1				
9.	Kuchnia parafinowa	2				
10.	Kostkarka do lodu	1				
11.	Stół rehabilitacyjny	10				
12.	Stół do terapii metodą Bobath z elektryczną regulacją	2				
Razem wartość brutto dla części I					

II. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla części II ,w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto w kwocie zł, (słownie:) w tym kwota netto:.....oraz obowiązujący podatek VAT%. wg specyfikacji poniżej.

L.p.	Nazwa towaru /usługi	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT %	cena brutto /sztuka	Łączna wartość w PLN
1.	Aparat do wykonywania testu oddechowego z węglem C13 z wyposażeniem i akcesoriami	1				
	Drukarka (nazwa drukarki)	1				
Razem wartość brutto dla części II						

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (minimum 12 miesięcy, chyba, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ lub oferta Wykonawcy przewiduje termin dłuższy).

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

1. Zamówienie wykonamy w terminie



2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
5. Niezależnie od udzielonej gwarancji na dostarczony sprzęt udzielamy miesięcznej rękojmi (*wymagany okres rękojmi minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu oraz podpisania bezusterkowego protokołu odbioru*).
6. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie
Potwierdzenie w załączeniu.
Zwrotu wadium należy dokonać na nr rachunku bankowego
7. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

..... dnia r.

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy*



WZÓR

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W związku z przystąpieniem
..... *pełna nazwa Wykonawcy/podmiotu*

..... z siedzibą w ul.....

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie.....

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), że reprezentowany przeze mnie podmiot, spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia¹ ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia¹;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej¹;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
*uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

¹Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.



Załącznik nr 4

WZÓR

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

.....

w imieniu:

.....

.....

(pełna nazwa podmiotu)

składam oświadczenie, w oparciu o **art. 24 ust. 1** Pzp, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu, brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania na dzień składania ofert.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
*uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy/podmiotu*



Załącznik nr 5

(PROJEKT)
UMOWA NR DP/2310/... /13

zawarta w dniu roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy), z siedzibą w przy ulicy, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt. 4 k. s. h.) zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.
2.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez, pod numerem, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) następującej treści:

§ 1.

Zakup dokonany w ramach projektu: pn. „MEDIC- modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do Pracowni Kinezyterapii i Pracowni Pielęgniarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach , spełniającego warunki techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenie zgodnej z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.

3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie, podłączenie, instalacja, konfiguracja, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia. O gotowości dostarczenia sprzętu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.



5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 1.

6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony ustalają konkretną datę dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust. 1.

7. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej.

8. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie umowy.

9. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.

§ 2.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem oraz wniesieniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, podłączeniem, instalacją, konfiguracją, udzieleniem licencji, uruchomieniem, przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy wyniesie brutto: zł (słownie: zł) w tym:
wartość netto zł, podatek VAT w wysokości%,
3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów albo koszty okazały się wyższe niż przewidywane.
4. Zmiana kwoty brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: tel./fax.
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe wykonanie umowy.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt winien posiadać:
 - 1) kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane w szczególności przy tego typu sprzęcie,



- 2) wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego sprzęt jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego,
 - 3) Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczając sprzęt wraz z oprogramowaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi.
6. Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania sprzętu w terminie ustalonym z zamawiającym nie później jednak niż 7 dni od jego dostarczenia. Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem.

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym na dostarczony sprzęt gwarancji na okres miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (*minimum 12 miesięcy chyba, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ lub oferta Wykonawcy przewiduje termin dłuższy*). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na dostarczony sprzęt na okres.....miesiący (*minimalny 12 miesięcy chyba, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ lub oferta wykonawcy przewiduje okres dłuższy*) licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
4. Zamawiający z tytułu rękojmi lub gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi lub gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po upływie okresu jej trwania, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
5. Na podstawie uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
6. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
7. Wykonawca zapewni pełny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia przez minimum 5 lat od daty zakończenia gwarancji.
8. Wykonawca zapewni dostępność do części zamiennych przez okres minimum 5 lat od chwili podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
9. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 1 i ust. 2 ulega przedłużeniu o czas pozostawiania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy



wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

10. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie 14 dni na wystąpienie Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe zainstalowanie, uruchomienie i korzystanie z oprogramowania, będącego przedmiotem niniejszej umowy na komputerach spełniających minimalne wymagania określone przez producenta oprogramowania.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dotyczące przedmiotu umowy (oprogramowania), w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym autorskich praw majątkowych.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych.
4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami osób trzecich.
5. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania wraz z niewyłączną licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiskach roboczych w ilości zgodnej ze SIWZ. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwi korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w SIWZ dla celu, do którego oprogramowanie zostaje zakupione, w szczególności:
 - 1) wprowadzanie oprogramowania do pamięci komputerów (symulatorów) Uczelni,
 - 2) usuwanie z pamięci komputerów (symulatorów),
 - 3) stosowanie oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,
 - 4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,
 - 5) sporządzanie kopii oprogramowania, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,
 - 6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,
 - 7) wykorzystanie oprogramowania podczas pokazów lub prezentacji publicznych,
 - 8) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiegokolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1 – 6 powyżej.
 - 9) aktualizacji
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 obejmuje wszystkie płaszczyzny eksploatacji wymienione w niniejszym paragrafie.

§ 7.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie jest wolne od wad uniemożliwiających jego zainstalowanie, uruchomienie i wykorzystywanie dla celu, dla którego przedmiot umowy został zakupiony.

§ 8.

1. Zapłata za dostarczony sprzęt określony w § 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Protokół zostanie podpisany w ciągu 10 dni od dostarczenia sprzętu (po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 6).



2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek dostarczonego sprzętu Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwego (uszkodzonego) sprzętu na nowy w terminie do 21 dni lub usunięcia wad (usterek) w terminie 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia.

3. W przypadku określonym w ust. 2 strony podpisują protokół odbioru ze wskazaniem wad, usterek oraz terminem wymiany (naprawy) sprzętu. Koszt wymiany (naprawy) sprzętu obciąża Wykonawcę. Wymiana (naprawa) zostanie potwierdzona odrębnym protokołem.

4. Protokół odbioru musi być zatwierdzony przez wszystkich członków komisji odbioru końcowego w skład której wchodzi:

..... lub osoba przez niego pisemnie upoważniona
oraz..... lub osoba przez nią pisemnie upoważniona,
przedstawiciel Wykonawcy.....

5. Dane płatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 369 Kielce,
ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.

6. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia do....., pokój nr 10

w siedzibie Zamawiającego – przelewem na numer konta bankowego

Wykonawcy.....

7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP
§ 9.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:

- 1) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 2 ust. 2 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu wymiany lub usunięciu wad sprzętu stwierdzonych w protokole odbioru,
- 2) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (§ 2 ust. 2 umowy) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących wad (usterek) w okresie gwarancji lub rękojmi oraz za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia o którym mowa w §4, ust. 6 niniejszej umowy
- 3) 15% wynagrodzenia umownego brutto (§ 2 ust. 2 umowy) jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto (§ 2 ust. 2 umowy) jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.)

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.



§ 11.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 13.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 14.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 1 do Umowy

(WZÓR)

Kielce, dnia

Uniwersytet Jana
Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Tel.: 41 349-73-34
Fax. 41 349-72-01

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia

Dostawca:
.....
.....

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru
.....
.....

Dostarczono sprzęt do Pracowni.....

L.p.	Nazwa/model	Producent	Nr wersji	Ilość

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a dostawa została zrealizowana zgodnie/nie zgodnie* z zapisami umowy nr DP/2310/.../13 z dnia

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymieniony sprzęt został/nie został odebrany* bez zastrzeżeń jako w pełni sprawny przez uprawnionych pracowników.

Przeprowadzono/ nie przeprowadzono* szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania w dniu.....

Strona odbierająca stwierdza, że *nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:

.....

Strona odbierająca:

.....

Projekt „MEDIC – modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



(Czytelny podpis i pieczęć)

(Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

UWAGI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Strona przekazująca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Strona odbierająca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Zakupu dokonano w ramach projektu: pn. „ **MEDIC- modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

* *niepotrzebne skreślić*



WZÓR

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące dostawy główne. (w tym co najmniej jedna dostawa odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia) .

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie	Nazwa i adres Zamawiającego, dla którego wykonano/ wykonuję usługę	Zakres rzeczowy usługi	Okres realizacji daty od – do (pełne daty)*	Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Poświadczenie, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należyście w załączeniu.

***Zamawiający prosi o podanie pełnych dat czyli: dzień, miesiąc, rok**

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

7

Projekt „MEDIC – modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013



WZÓR

Załącznik nr 7

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

L.P.	Imię i nazwisko osoby biorącej udział w realizacji zamówienia	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie zawodowe	Zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia	Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą*
1	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					

*- zamawiający wymaga , aby w kolumnie 6 wykonawca wskazał rodzaj zatrudnienia wymienionej osoby, tj: umowa o dzieło, umowa o pracę itp.

.....dnia.....

.....
 uprawniony do składania oświadczeń
 woli w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 8

KARTA GWARANCYJNA NR

(WZÓR)

Data wydania:

Dostawca:

Odbiorca:

Nazwa sprzętu:

Numer seryjny:

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Wykonawca udziela rękojmi na okres miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
6. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad.
7. Zgłoszenie się serwisanta (rozumiane jako fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy) nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego informacji o usterce, wykonanie naprawy w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia naprawy.
8. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.
9. Wykonawca zapewni pełny, bezpłatny przegląd techniczny całego sprzętu w ostatnim miesiącu gwarancji w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
10. Wykonawca zapewni pełny serwis pogwarancyjny przedmiotu zamówienia, przez minimum 5 lat od daty zakończenia gwarancji
11. Wykonawca zapewni dostępność do części zamiennych przez okres minimum 5 lat od chwili podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
12. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawiania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

Projekt „MEDIC – modernizacja i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kształcenia kadr medycznych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013