



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu dla CRiS

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 207.000 EURO

Projekt

„Centrum Rehabilitacji i Sportu –budowa i wyposażenie obiektu UJK przy ul. Świętokrzyskiej”

Nr projektu WND-RPSW.02.01.00-26014/11

Oś priorytetowa 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”

Działanie 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu **20.10.2014 r.** oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **23.10.2014 r.** pod numerem **2014/S 204-361112**
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu **23.10.2014 r.**



I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 72 77

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w *trybie przetargu nieograniczonego*, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą Pzp lub uPzp.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zadania nie zostaną mu przyznane.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Pzp.
7. **Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.** Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną, lub więcej części zamówienia oznaczonych cyfrą rzymską.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do będącego w trakcie budowy obiektu pn. Centrum Rehabilitacji i Sportu przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach, w tym między innymi:

CZĘŚĆ I

1. Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn dolnych typu Rotor w ilości - 1 sztuka
2. Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn górnych typu Rotor w ilości – 1 sztuka
3. Osprzęt do kabiny ćwiczeń i zawieszek typu UGUL w ilości 1 komplet
4. Kabina ćwiczeń i zawieszek typu Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego (UGUL) – 1 sztuka
5. Lustro korekcyjne w ilości – 1 sztuka
6. Zestaw do korekcji i profilaktyki wad postawy typu „OPIW-01” wraz z wyposażeniem zasobnika – 1 komplet

CZĘŚĆ II

1. Urządzenie do ćwiczeń tzw. metodą S-E-T (w podwieszeniu), w ilości -1 szt.
2. Dwukanałowy elektrostymulator w ilości – 2 sztuki
3. Aparat do terapii ultradźwiękowej w ilości – 2 sztuki
4. Urządzenie do Terapii Światłem w ilości – 1 sztuka
5. Lampa generująca promieniowanie ultrafioletowe w ilości - 1 sztuka
6. Lampa generująca promieniowanie podczerwone w ilości – 1 sztuka
7. Aparat do magnetoterapii w ilości – 1 sztuka

CZĘŚĆ III

1. Stół rehabilitacyjny 3 częściowy z regulacją leżyska w ilości – 3 sztuki
2. Stół rehabilitacyjny 2 częściowy z regulacją leżyska w ilości – 1 sztuka
3. Stolik pod aparaturę zabiegową w ilości – 5 sztuk
4. Leżanka drewniana do fizykoterapii w ilości – 5 sztuk
5. Parawan w ilości – 10 sztuk.
6. Szafka lekarska w ilości – 5 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i wymagań zawarte są w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



UWAGA

Jeżeli dla danych pozycji zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to dopuszcza się zaferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez zamawiającego.

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

Ilekość w treści SIWZ, w tym i w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (zgodnie z art.30 ust.5 uPzp)

W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest taki sam bądź lepszy jak opisywany przez zamawiającego.

Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych pozycji wymienionych w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty.

KOD CPV:

33100000-1 urządzenia medyczne

33192150-8 łóżka terapeutyczne

33192000-2 meble medyczne

31515000-9 lampy ultrafioletowe

31516000-6 lampy podczerwieni

39299300-7 –lustra szklane

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wszystkie dostarczone urządzenia/sprzęt muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2013 r.) i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
2. Odpowiedzialność za dostarczony sprzęt spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do dnia jego ostatecznego odbioru potwierdzonego podpisaniem obustronnie (Wykonawca, Zamawiający) bezusterkowym protokołem odbioru stanowiącym załącznik do umowy tj. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt dostarczony przez przewoźnika/kuriera, mimo podpisania dowodu/dokumentu dostawy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do transportu, rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, podłączenia, instalacji, konfiguracji, i uruchomienia dostarczonego sprzętu, oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania, a także przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania.
4. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na warunkach określonych we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Karta gwarancyjna o której mowa w zdaniu poprzednim stanie się integralną częścią umowy z Wykonawcą wybranym do realizacji zadania.
5. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie; winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego.



6. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej (instrukcji obsługi może być zapisana na DVD lub CD).
7. *Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem oraz okres rękojmi min. 24 m-ce, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu, o którym mowa w projekcie umowy, o ile zapisy w opisie przedmiotu zamówienia nie stanowią inaczej.*
8. *Gwarancja obejmuje wszystkie części montowane w urządzeniach /sprzęcie w tym te, które mają określoną w czasie żywotność.*
9. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
10. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
11. Gwarancja oraz rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, staje się integralną częścią umowy i będzie liczona od daty obustronnego podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje zamówienie tj. dostarczy i uruchomi przedmiot zamówienia oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania w terminie 14 dni od dnia przekazania na piśmie informacji od Zamawiającego, że pracownie do których zamawiany sprzęt jest zakupywany są oddane do użytku i można je wyposażać . Planowany termin odbioru całego budynku to 27.02.2015 r. Zamawiający zakłada, że wyposażanie pracowni nastąpi *przed* planowanym terminem odbioru obiektu.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 tj.:

1) Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ogólny warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty, zgodnego z treścią art. 22 ust.1 uPzp.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (każda z tych dostaw), o wartości nie mniejszej niż: dla części I-20.000,00 zł brutto każda, dla części II-50.000,0 zł brutto każda, dla części III- 30.000,00 zł brutto każda.

c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. dysponują minimum 1 osobą, która posiada kwalifikacje do podłączenia, instalacji, konfiguracji, uruchomienia, przeszkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu i dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania oraz posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie trwania gwarancji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy każdej części.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż: dla części I- 26 000,00 zł, dla części II- 65.000,00 zł, dla części III- 46.000,00 zł



UWAGA

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki wynikające z art. 22 ust.1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w art. 24 ust.1., art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi zał. Nr 10 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2e uPzp Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w oparciu o art.26 ust.2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba, że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt.VI.2. 1)-8) dotyczące również tych podmiotów.
V.2. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca wykaże odpowiednio, że nie później niż na dzień składania ofert, spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1., art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na dzień składania ofert, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych w pkt. VI SIWZ.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty.

VI.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ.
- 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (co najmniej dwie dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzonego wg zał. Nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA!!!

Jeżeli Wykonawca przystępuje do postępowania biorąc udział w jednej części, powinien wykazać się zrealizowaniem lub realizacją dostaw na taką kwotę, jaka została wskazana w warunkach dla tej części, na którą składa ofertę. Wykonawca przystępujący do kilku części postępowania, musi spełnić warunek dot.



doświadczenia oddzielnie na każdą część. Załączone dokumenty winny w sposób jednoznaczny wskazywać wykazane dostawy oraz potwierdzać ich należyte wykonanie.

W przypadku dostaw *realizowanych* - doświadczeniem wykonawcy są dostawy zrealizowane do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca podaje wartość wykonanych/zrealizowanych dostaw w ramach wykonywanej umowy, nie zaś łączną wartość umowy.

- 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z podłączeniem, instalacją, konfiguracją, uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu i dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania oraz posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie trwania gwarancji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dotyczy każdej części. Wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
- 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VI.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, wykażą brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i z art. 24 ust. 2 pkt. 5

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, sporządzonego wg zał. Nr 5 do SIW
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9¹ ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

¹ Dokument niniejszy składa Wykonawca będący podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)



- 8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 11 do SIWZ;

Uwaga!!!

- A. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
- 1) pkt. 2)-4) i 6)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) pkt. 5) i 7)- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 , 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- C. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy odnośnie terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
- D. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.2. SIWZ.
- E. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt VI.1.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w niniejszym postępowaniu wymagane jest oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust.1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

VI .3. OPRÓCZ DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH POWYŻEJ, DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

- 1) Uzupełniony Formularz Ofertowy .
- 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
- 3) Dowód wpłaty wadium.
- 4) Specyfikację techniczną/materiały producenta, potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (wymagane w języku polskim). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.



Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczętka z parafą) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo.

Dokument sporządzony w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku oferty wspólnej należy w formularzu ofertowym wymienić z nazwy, z określeniem siedziby- wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje – zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego – będą przekazywane pisemnie, zgodnie z art.27 ust.1 Pzp, w języku polskim, za wyjątkiem informacji, których treść jest podawana do wiadomości publicznej na stronie www.uk.edu.pl, zgodnie z przepisami Pzp.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się, oprócz formy pisemnej, przekazywanie oświadczeń, zawiadomień, dokumentów składanych w związku z art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy oraz informacji w formie faksu lub drogą elektroniczną – w formie e-mail (w obydwu przypadkach **potwierdzonych niezwłocznie listownie**). Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym numeru faksu i adresu e-mail.
3. Wszelkie pytania, prośba o wyjaśnienie treści SIWZ muszą być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, który je stawia oraz sformułowane na piśmie i składane na adres :

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5 , 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych ,Z dopiskiem DP/2310/135/14 CRiS.

4. Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz uzupełnianych na wezwanie Zamawiającego, należy złożyć tylko w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2. w języku polskim.

5. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są :

Wioletta Baran tel. 41 349 73 32; Barbara Kotras tel. (41) 349 72 77, fax (41) 349 72 75.

6. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 , pkt. 1 a i 1 b tego artykułu.

7. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na własnej stronie internetowej.

8. Treść udzielonych odpowiedzi staje się częścią SIWZ i obowiązuje zarówno Zamawiającego jak i Wykonawców.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem

VIII. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w łącznej kwocie 2.150,00zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt zł , 00/100), lub dla poszczególnych części:

Dla części I - 400,00 zł (słownie: czterysta zł, 00/100)

Dla części II - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł, 00/100)

Dla części III - 750,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł, 00/100)

Wadium należy wpłacić na konto:

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318



Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – numer sprawy DP/2310/ 135 /14, Sprzęt dla CRiS”.

1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 uPzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
2. Każda zadrukowana strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczętka firmy oraz imienna pieczętka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na:



- a. zewnętrznej należy umieścić napis: Oferta na dostawę sprzętu dla CRiS, numer sprawy DP/2310/135/14. Nie otwierać przed **01.12.2014 godz. 11.15**,
 - b. wewnętrznej oprócz napisu j. w. należy podać pełną nazwę i adres Wykonawcy.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po upływie terminu na składanie ofert oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5 (sekretariat Kanclerza).

Oferty należy złożyć do dnia **01.12.2014 r. do godziny 11.00**.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **01.12.2014 r. o godzinie 11.15** w siedzibie zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Dział Zamówień Publicznych.

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
3. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają wykonawcę.
4. Cena ostateczna powinna obejmować wszystkie prace związane z realizacją zamówienia w szczególności transport sprzętu, rozładunek wraz z wniesieniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, podłączenie, instalację, konfigurację, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu.

XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

- I. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg następujących kryteriów:
 - kryterium – cena brutto za przedmiot zamówienia – **stanowiącego wagę 90 %**.
 - Kryterium –okres gwarancji obejmujący wszystkie części montowane w zakupowanych urządzeniach/sprzęcie w tym te, które mają określoną w czasie żywotność-**stanowiący wagę 10 %**

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu:

1) KRYTERIUM CENA, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

maksymalną ilość punktów (90) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.: $(\text{cena brutto najniższa} : \text{cena brutto badana}) \times 90 =$ liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena (C).

UWAGA! Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2) KRYTERIUM OKRES GWARANCJI W celu ustalenia wielkości punktowej dla tego kryterium zamawiający dokona porównania ofert w następujący sposób: Największą ilość punktów tj. 10 Zamawiający przyzna ofercie za okres gwarancji 60 miesięcy (tj. maksymalny okres gwarancji wyznaczony i oceniany przez zamawiającego). Oferty będą oceniane wg punktacji:

- Za okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.*
- Za okres gwarancji powyżej 24 miesiące do 30 miesięcy- 2 punkty.
- Za okres gwarancji powyżej 30 miesięcy do 36 miesięcy -4 punkty
- Za okres gwarancji powyżej 36 miesięcy do 48 miesiące -6 punktów
- Za okres gwarancji powyżej 48 miesięcy do 54 miesięcy- 8 punktów
- Za okres gwarancji powyżej 54 miesięcy do 60 miesięcy – 10 pkt

Maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 60 miesięcy. Następnie wartości zostaną podstawione do wzoru: $G = Ob : On \times 10$



Gdzie:

G=gwarancja

Ob= oferta badana

On= oferta najkorzystniejsza

***Wykonawca otrzyma 0 punktów bez stosowania wzoru przedstawionego powyżej w sytuacji gdy wykaże się okresem gwarancji 24 miesiące, które stanowi bezwzględne minimum w zakresie niniejszego postępowania.**

Łączna liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę za obydwa kryteria oceny ofert będzie obliczona w następujący sposób:

$\text{Ł} = C + G$

gdzie:

Ł- łączna ilość punktów,

C- ilość otrzymanych punktów w kryterium cena

G- ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za dwa kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust
2. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
3. W piśmie do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia wraz z jej wartością, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XVII. PROJEKT UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO oraz PRZESŁANKI I WARUNKI DOKONANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY.

Wszelkie zobowiązania wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach:

1. Odnośnie terminu wykonania umowy, *wyłącznie w sytuacji jeśli instytucja zarządzająca (IZ) wyda zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu*, a w szczególności:
 - a) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
 - b) terminu wykonania umowy (np. w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy),



- c) w przypadku zmiany terminu odbioru robót budowlanych dla obiektu CRiS, którego termin zakończenia jest warunkiem dostawy sprzętu objętego niniejszym zamówieniem.
 - d) zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego.
2. W pozostałym zakresie:
- a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku VAT. W przypadku jej zmiany po zawarciu umowy, podpisany zostanie stosowny aneks, z tym że kwota brutto wynagrodzenia wykonawcy nie ulegnie zmianie,
 - b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną.
 - c) osób realizujących przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji, co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji, (taka zamiana nie wymaga aneksu)
 - d) parametrów technicznych dostarczanego przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, ta zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, (taka zmiana nie wymaga aneksu),
 - e) typu dostarczonego przedmiotu zamówienia, jeżeli nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję i zachodzi konieczność zastąpienia innym produktem, pod warunkiem, że spełni on wymagania określone w SIWZ (parametry techniczne), taka zmiana nie wymaga aneksu,
 - f) zmiany modelu sprzętu jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że zaproponowany model sprzętu nie będzie już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji). Warunkiem takiej zmiany będzie otrzymanie pisma od Wykonawcy, w którym zostanie stwierdzony ten fakt oraz zaproponowanie nowego sprzętu o parametrach nie gorszych od wcześniej zaoferowanego oraz w niezmienionej cenie i zaakceptowanie tej zmiany przez Zamawiającego. Taka zmiana nie wymaga aneksu.

Wszystkie z ww. sytuacji (zmian) muszą być poprzedzone pisemnym, uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy, oraz zaakceptowane przez zamawiającego.

XVIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Specyfikacja Techniczna /formularz spełnienia wymagań
3. Formularz ofertowy
4. Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wzór oświadczenia z art. 24 ust.1
6. Projekt umowy + załącznik nr 1 do umowy (protokół odbioru/przeszkolenia)
7. Wykaz dostaw wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat (wzór).
8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (wzór).
9. Wzór karty gwarancyjnej
10. Wzór zobowiązania z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.



Komisja akceptuje treść specyfikacji

1. Rafał Pawłowski
2. Tomasz Błaszkiwicz
3. Wioletta Baran
4. Monika Pożoga
5. Anna Waligórska

Kielce, dnia

ZATWIERDZAM

KANCLERZ



Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część I

Numer części	L.p.	Nazwa towaru	ilość
CZĘŚĆ I	1.	Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn dolnych typu Rotor	1 sztuka
	2.	Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn górnych typu Rotor	1 sztuka
	3.	Osprzęt do kabiny ćwiczeń i zawieszęń typu UGUL	1 komplet
	4.	Kabina ćwiczeń i zawieszęń typu Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego (UGUL)	1 sztuka
	5.	Lustro korekcyjne	1 sztuka
	6.	Zestaw do korekcji i profilaktyki wad postawy typu „OPIW-01” wraz z wyposażeniem zasobnika	1 komplet
CZĘŚĆ II	1.	Urządzenie do ćwiczeń tzw. metodą S-E-T (w podwieszeniu)	1 sztuka
	2.	Dwukanałowy elektrostymulator	2 sztuki
	3.	Aparat do terapii ultradźwiękowej	2 sztuki
	4.	Urządzenie do terapii światłem	1 sztuka
	5.	Lampa generująca promieniowanie ultrafioletowe	1 sztuka
	6.	Lampa generująca promieniowanie podczerwone	1 sztuka
	7.	Aparat do magnetoterapii	1 sztuka
CZĘŚĆ III	1.	Stół rehabilitacyjny 3 częściowy z regulacją leżyska	3 sztuki
	2.	Stół rehabilitacyjny 2 częściowy z regulacją leżyska	1 sztuka
	3.	Stolik pod aparaturę zabiegową	5 sztuk
	4.	Leżanka drewniana do fizykoterapii	5 sztuk
	5.	Parawan	10 sztuk
	6.	Szafka lekarska	5 sztuk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn dolnych	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Przyrząd musi dawać możliwość zamocowania go na ścianie kabiny UGUL			
2.	Przyrząd musi dawać możliwość dawkowania oporu za pomocą pokrętki			
3.	Waga max do 9 kg			
4.	Przyrząd powinien być wykonany z metalu malowanego proszkowo			
5.	Przyrząd musi być kompletny i po dostawie musi być gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów			
6.	Zamawiający wymaga min.24 miesięcznego okresu gwarancji			
7.	Nazwa producenta, Kraj pochodzenia**			
8.	Oferowany typ/model**			
9.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> **			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** -wpisać informacje w kolumnie UWAGI

2. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn górnych	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Przyrząd musi dawać możliwość zamocowania go na ścianie kabiny UGUL			
2.	Przyrząd musi dawać możliwość dawkowania oporu za pomocą pokrętki			
3.	Waga max do 5 kg			
4.	Przyrząd powinien być wykonany z metalu malowanego proszkowo			
5.	Przyrząd musi być kompletny i po dostawie musi być gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów			
6.	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			
7.	Nazwa producenta, kraj pochodzenia**			
8.	Oferowany typ/model**			
9.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> **			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** -wpisać informacje w kolumnie UWAGI



3. Osprzęt do kabiny ćwiczeń i zawieszek typu UGUL - 1 kpl.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej,

L.p	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla osprzętu do kabiny ćwiczeń i zawieszek typu UGUL	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	<p>Wymagany jest pełny osprzęt do ćwiczeń i zawieszek dla kabiny typu UGUL.</p> <p>Zamawiający wymaga aby w skład zestawu wchodziły conajmniej: linki, podwieszki, pasy, obciążniki, mankiety, esiki, umożliwiające wykonanie ćwiczeń w podwieszeniu.</p> <p>Wymagane parametry ilościowe i wymiarowe dla osprzętu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linka do podwieszek i ćwiczeń w obciążeniu, dł. 1600mm – 4 szt • Linka do podwieszek i ćwiczeń w obciążeniu, dł. 960mm – 4 szt • Linka do ćwiczeń wspomaganych, dł. 2450mm – 4 szt • Linka do ćwiczeń wspomaganych z obciążeniem, dł. 5720mm – 2 szt • Linka do ćwiczeń z obciążeniem, dł. 3750mm – 4 szt • Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 mm – 4 szt • Podwieszka ud i ramion 145x540mm – 4 szt • Podwieszka pod miednicą 230x750mm – 2 szt • Podwieszka klatki piersiowej 230x700/100mm – 2 szt • Podwieszka pod głowę 170x540mm – 2 szt • Podwieszka stóp 75x570mm – 2 szt • Podwieszka dwustawowa – 6 szt • Opaska na przedramię – 2 szt • Opaska na udo – 2 szt • Kamaszek – 4 szt • Pas do stabilizacji kl. Pierś. – 1 szt • Pas do stabilizacji podudzi – 1 szt • Pas do stabilizacji ramienia – 1 szt • Pas do stabilizacji ud – 1 szt • Esik – 40 szt <p>Zamawiający dopuszcza różnicę w zaproponowanych wymiarach nie więcej niż +/- 10%</p>			
2.	Zamawiający wymaga min.24 miesięcznej gwarancji			
3.	Nazwa producenta, kraj pochodzenia**			
4.	Oferowany typ/model**			
5.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) fabrycznie nowe**			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



4. Kabina ćwiczeń i zawieszń typu UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego) – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla kabiny ćwiczeń i zawieszń typu UGUL	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Kabina musi dawać możliwość stosowania w kinezyterapii indywidualnej			
2.	Zamawiający wymaga aby urządzenie dawało możliwość stosowanie zawieszń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz czynnych z oporem, z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego			
3.	Wymagane parametry techniczne przyrządu: Wymiary :2m x 2m (+/- 20cm). Szerokość oczek w kracie 7 x 7cm (+/- 1,5 cm)			
4.	Przyrząd powinien dawać możliwość zastosowania wyciągu do pozycji Perschl'a i Pętli Glissona			
5.	Oferowane urządzenie do ćwiczeń kinezyterapeutycznych o wyspecyfikowanych parametrach musi być kompletny i po dostawie musi być gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.			
6.	Zamawiający wymaga min.24 miesięcznego okresu gwarancji			
7.	Nazwa producenta, kraj pochodzenia**			
8.	Oferowany typ/model**			
9.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> **			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

5. Lustro korekcyjne – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej

L.p	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla lustra korekcyjne do weryfikacji prawidłowej postawy ciała pacjenta	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Lustro musi posiadać siatkę posturograficzną (10 x 10cm) do weryfikacji prawidłowej postawy ciała pacjenta			
2.	Lustro korekcyjne musi składać się z trzech części. Skrzydła boczne muszą być uchylne			
3.	Rama lustra powinna być wykonana z kształtowników stalowych mających zapewniać wysoką stabilność konstrukcji.			
4.	Rama produktu powinna być lakierowana proszkowo. Preferowany kolor lakieru - szary.			
5.	Zamawiający wymaga aby Lustro wyposażone było w kółka z hamulcem w celu zapewnienia pełnej mobilności konstrukcji			
6.	Wymagane parametry techniczne lustra: - Część środkowa 70 x 160 cm (szer. x wys.). +/- 10 %			



	- Skrzydło 35 x 160 cm (szer. x wys.). + /-10 %		
7.	Wymagane min.24 miesiące gwarancji		
8.	Nazwa producenta, kraj pochodzenia**		
9.	Oferowany typ/model**		
10.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>		

*- *uzupełnić właściwie: Tak lub NIE*

**-*wpisać informacje w kolumnie UWAGI*

6. Zestaw do korekcji wad postawy typu "OPIW-01" wraz z wyposażeniem zasobnika sprzętowego - 1 kpl.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych niż przedstawione poniżej.

L.p	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla zestawu uniwersalnego wyposażenia w praktyce korekcji i profilaktyce wad postawy	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	<p>Zamawiający wymaga aby zestaw obejmował pełne wyposażenie tzn. zawierał minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Twister typu „DONALD” (1 szt.) <ul style="list-style-type: none"> – <u>Dane techniczne:</u> – długość -470 mm – wysokość - 410 mm – szerokość - 90 mm – waga - 8 kg • Wyciąg grawitacyjny typu „PAJĄK” (1 szt.) <ul style="list-style-type: none"> – <u>Dane techniczne:</u> – długość - 480 mm – wysokość - 620 mm – szerokość - 530 mm – waga – 9 kg • Ławeczka symetryzująca typu „JASKÓŁKA” (1 szt.) <ul style="list-style-type: none"> – <u>Dane techniczne:</u> – długość - 1800 mm – wysokość - 300 mm – szerokość - 160 mm – waga – 20 kg • Przyrząd do wzmocnienia mięśni grzbietu typu „KONIK” (1 szt.) <ul style="list-style-type: none"> – <u>Dane techniczne:</u> – długość - 1030 mm – wysokość - 710 mm – szerokość - 720 mm – waga – 10 kg • Elongator typu „BOCIAN” (1szt.) <ul style="list-style-type: none"> – <u>Dane techniczne:</u> – długość - 600 mm – wysokość - 300 mm – szerokość - 840 mm – waga - 4 kg 			



<ul style="list-style-type: none">• Lustro uchylne z siatką posturograficzną typu LK-01 (1 szt.)<ul style="list-style-type: none">– <u>Dane techniczne:</u>– wymiary tafli lustra 70x160 cm– długość – 60 cm mm– wysokość - 190 cm– szerokość - 76 cm– waga - 16 kg• Krzesło korekcyjne (1 szt.)<ul style="list-style-type: none">– <u>Dane techniczne:</u>– długość - 600 mm– wysokość - 400 mm– szerokość - 450 mm– waga - 7 kg• Wózek sprzętowy typu „SEZAM” bez osprzętu (1 szt.)<ul style="list-style-type: none">– <u>Dane techniczne:</u>– długość - 1470 mm– wysokość - 100 mm– szerokość - 520 mm– waga - 18 kg• Materac korekcyjny 140 x 50 x 4 cm (2 szt.)<ul style="list-style-type: none">– <u>Dane techniczne:</u>– długość - 1400 mm– wysokość - 40 mm– szerokość - 600 mm• Gibotorakometr typu „ŻÓŁW” (1 szt.)<ul style="list-style-type: none">– <u>Dane techniczne:</u>– długość - 600 mm– wysokość - 300 mm– szerokość - 840 mm– waga - 4 kg• Asymetryczny zestaw bloczków rehabilitacyjnych typu „ŻURAW”<ul style="list-style-type: none">– w zestawie krzeselko korekcyjne– <u>Dane techniczne:</u>– długość - 600 mm– wysokość - 400 mm– szerokość - 450 mm– waga - 7 kg+ nakładka– <u>Dane techniczne:</u>– długość – 30 cm– wysokość - 15 cm– szerokość – 35 cm• Derotator i korektor skolioz typu „DELFIN” (1 szt.)<ul style="list-style-type: none">– <u>Dane techniczne:</u>– wysokość – 115 cm (z głowicami)– szerokość i głębokość - 70 cm x70 cm– powierzchnia 0,6m²• Przyrząd do wzmacniania mięśni grzbietu typu „KONIK PLUS” z nakładką kifozyjącą (1 szt.)<ul style="list-style-type: none">– <u>Dane techniczne:</u>			
--	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> - długość - 1030 mm - wysokość - 710 mm - szerokość - 720 mm - waga - 10 kg <p><i>Zamawiający dopuszcza różnicę w zaproponowanych wymiarach nie więcej niż +/- 10%</i></p>			
2.	Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące			
3.	Nazwa producenta, kraj pochodzenia**			
4.	Oferowany typ/model**			
5.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

Wyposażenie do zasobnika sprzętowego typu „WS-01” - 1 kpl.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla wyposażenia do wózka WS-01 używanego w praktyce korekcji i profilaktyce wad postawy typu „OPIW-01”	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	<p>Wymagany jest pełny osprzęt do wózka używanego w zestawie uniwersalnego wyposażenia w praktyce korekcji i profilaktyce wad postawy typu "Opiw-01.</p> <p>Wymagane parametry ilościowe i wymiarowe dla osprzętu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piłka do ćwiczeń o rozmiarze Ø 45 cm -1 szt. • Piłka do ćwiczeń o rozmiarze Ø 55 cm -1 szt. • Piłka do ćwiczeń o rozmiarze Ø 65 cm -1 szt. • Pałki drewniane, Ø 2,8 cm; L=120 cm -12 szt. • Maczugi L=35 cm - 6 szt. • Piłki "Jeż", Ø 9 cm - 2 szt. • Taśmy elastyczne do ćwiczeń - 3 szt. • Obciążniki miękkie - 2 szt. • Ringo, Ø 20 cm - 4 szt. • Piłka ciężka 500 g -1 szt. • Piłka ciężka 1000 g -1 szt. • Piłka ciężka 2000 g -1 szt. • Hula-Hop; r=80 cm 6 - szt. • Skakanka sznurkowa z drewnianymi rączkami -12 szt. • Drewniany masażer stóp - "Jeż" - 2 szt. • Hantle 1 kg - 2 szt. • Deska równoważna -1 szt. <p><i>Zamawiający dopuszcza różnicę w zaproponowanych wymiarach nie więcej niż +/- 10%</i></p>			
2.	Wymagany okres gwarancji min.24 miesiące			
3.	Nazwa producenta, kraj pochodzenia**			
4.	Typ/model**			
5.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- **uzupełnić właściwie: Tak lub NIE**

** **wpisać informacje w kolumnie UWAGI**



część II

Opis przedmiotu zamówienia /Formularz spełnienia wymagań

1. Urządzenie do ćwiczeń metodą S-E-T – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Urządzenie musi posiadać konstrukcję wolnostojąca			
2.	Zamawiający wymaga aby urządzenie pozwalało na całkowitą eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji.			
3.	Przyrząd powinien posiadać, przesuwany system dwóch prowadnic, na których mocuje się elementy przesuwne służące do zamocowania systemu linek i podwieszek			
4.	Zestaw musi zawierać 2 aparaty regulowane wzdłużnie i 2 poprzecznie tak, aby zapewnić pełne podwieszenie ciała oraz nieograniczone możliwości ćwiczeń			
5.	Wyposażenie musi zawierać co najmniej: 1.Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15m - 4 szt. 2.Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22m -1 szt. 3.Podwieszka z otworem pod głowę 0,62x0,17m - 1 szt. 4.Linka do zawieszzeń z dwoma karabińczykami i bloczkami zaciskowymi dł. 2,5m - 6 szt. 5.Linka do ćwiczeń funkcjonalnych, oporowych dł. 5m szt. 1 6.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czerwona 1szt. 7.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czerwona 1szt. 8.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 60cm - czarna 1szt. 9.Linka elastyczna z mocowaniem dł. 30cm - czarna 1szt. 10.Wieszak na akcesoria - 1 szt.			
6.	Wymagane parametry techniczne przyrządu: Długość: 3224 mm Szerokość: 2107 mm Wysokość: 1200 mm Waga: 217kg +/- 5% Zamawiający dopuszcza różnice wymiarów w zakresie +/- 5%			
7.	Oferowane urządzenie do ćwiczeń kinezyterapeutycznych o ww. parametrach musi być kompletne i po dostawie musi być gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.			
8.	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			
9.	Nazwa producenta**			
10.	Oferowany typ/model**			
11.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> **			

*- *uzupełnić właściwie: Tak lub NIE*

**- *wpisać informacje w kolumnie UWAGI*



2. Dwukanałowy elektrostymulator – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla dwukanałowego elektrostymulatora	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	<p>Urządzenie musi posiadać co najmniej: <u>Dla Elektroterapii: 13 różnych rodzajów prądów,</u> Dwa niezależne kanały zabiegowe regulowanym indywidualnie natężeniu prądu</p> <ul style="list-style-type: none"> Definiowalne programy przez Użytkownika Kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skale bólu oraz spis zabiegów wykonanych pacjentowi, max 120 gotowych programów terapeutycznych, Automatyczne wyliczanie krzywej I/T Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych, Automatyczny dobór trybu stałe napięcie/natężenie Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji kilku prądów Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwstawnych grup mięśniowych (TONOLIZA), Wymaga się aby sprzęt wyposażony był w programy urologiczne, Wyświetlacz min 8 cali Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim 			
2.	<p>Zamawiający wymaga aby urządzenie dawało możliwość generowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prądów diadynamicznych - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone), programów przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%), Prądów Traebert'a – impuls prostokątny (2 ms – impuls ; 5 ms – przerwa), Prądów Faradycznych - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz, Sprzęt musi posiadać min. 9 programów terapeutycznych o różnych zakresach przemiatań i różnym zastosowaniu, w tym: rozluźniającym, wzmacniającym, rekrutującym włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza), <p>Musi generować :</p>			



	<ul style="list-style-type: none">• Impulsy trójkątne - jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000µs, przerwy 1-5s• Impulsy prostokątne - jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie 0,1-1000µs, przerwy 1-5s• Prąd Kozł'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz o różnym zastosowaniu, np. wzmacniającym, rekrutującym włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza), <ul style="list-style-type: none">• Prąd typ TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu w zakresie: 500 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępne programy terapeutyczne: TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST" - paczki impulsów, stymulacja pobudzająca wydzielanie endorfin),• Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości - częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 0-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie przemiatania częstotliwości i działaniu terapeutycznym (tzw. Prąd interferencyjny)• Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeč'a - częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 1-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie przemiatania częstotliwości i działaniu terapeutycznym),• Musi dawać możliwość stymulacji niską częstotliwością (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 1000µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, <p>Musi zawierać min. 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza),</p> <ul style="list-style-type: none">• Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu w zakresie: 50-1000µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 2-200Hz,• Musi posiadać min. 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania moczu, pochwicy),• HV stymulacja wysokonapięciowa - zakres regulacji częstotliwości 1-200Hz, dostępne programy o różnym zakresie czasu trwania impulsu			
--	--	--	--	--



3.	Zamawiający wymaga min.24 miesięcznego okresu gwarancji			
4.	Nazwa producenta**			
5.	Oferowany typ/model**			
6.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

3. Aparat do terapii ultradźwiękowej – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla aparatu do terapii ultradźwiękowej	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Aparat musi być przenośny			
2.	Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w 2 głowice o powierzchni 5cm ² i 1cm ² , pracujące na częstotliwościach 1MHz/3MHz			
3.	Aparat powinien posiadać wodoszczelną i ergonomiczną konstrukcję głowicy umożliwiającą wykonywanie zabiegów w środowisku wodnym			
4.	Aparat musi dawać możliwość współpracy z aparatami do elektroterapii, co umożliwia wykonanie terapii skojarzonej.			
5.	Aparat musi posiadać następujące wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • głowica ultradźwiękowa dwuczęstotliwościowa 1 i 3 MHz – 5cm², • dwuczęstotliwościowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 1cm², • żel do ultradźwięków kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim). • Dwuczęstotliwościowa głowica ultradźwiękowa o powierzchni 10cm² 			
6.	Zamawiający wymaga aby aparat posiadał : <ul style="list-style-type: none"> • Kartotekę pacjenta zawierającą dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu oraz spis zabiegów wykonywanych pacjentowi. • Bank gotowych programów terapeutycznych. • Program własny umożliwiający ustawienie indywidualnych parametrów zabiegu. • Możliwość zapisania programów użytkownika. • Możliwość wyboru jednego z 3 aplikatorów, praca ciągła i impulsowa. • Wizualna i akustyczna informacja o braku sprzężenia. • Realny pomiar czasu zabiegu (zatrzymanie zegara zabiegowego w momencie utraty sprzężenia i automatyczne uruchomienie po jego uzyskaniu). • Współpraca z aparatami do elektroterapii. • Wyświetlacz min 8 cali • Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim. 			



7.	Minimalne wymagania techniczne: Liczba aplikatorów: min 2 Częstotliwość: 1 MHz do 3 MHz Częstotliwość impulsowa: 100 Hz Moc: - stała- 0 do 3 W/cm ² - impulsowa - 0 do 3 W/cm ² Wymagane głowice: 1MHz/3MHz, 1cm ² ; 1MHz/3MHz, 5cm ² ;			
8.	Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji			
9.	Nazwa producenta**			
10.	Oferowany typ/model**			
11.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- *uzupełnić właściwie: Tak lub NIE*

**-*wpisać informacje w kolumnie UWAGI*

4. Urządzenie do Terapii Światłem – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenie do terapii światłem	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Urządzenie musi być wyposażone w regulowany czasomierz			
2.	Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało następującą dane techniczne: <ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie 100-230 V~, 50/60 Hz • Pobór mocy 56 VA ;+/-10% • Moc żarówki halogenowej 20 W; +/-10% • Średnica filtra wynosi 4 cm; +/-10% 			
3.	Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało nw. parametry: <ul style="list-style-type: none"> • eksploatacja +10°C do +40°C • magazynowanie -30°C do +45°C • Długość fali 480 - 3400 nm • Stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm) • Jednostkowa gęstość mocy średnio 40 mW/cm² • Energia światła na minutę średnio 2.4 J/cm² 			
4.	Urządzenie powinno posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • Klasa ochrony: Klasa II, IP 20 • Ciężar bez statywu: 0,5 kg; +/-10% • urządzenia Typ BF 			
5.	Zamawiający wymaga min.24 miesięcznego okresu gwarancji			
6.	Nazwa producenta**			
7.	Oferowany typ/model**			
8.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- *uzupełnić właściwie: Tak lub NIE*

**-*wpisać informacje w kolumnie UWAGI*



5. Lampa generująca promieniowanie ultrafioletowe – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej.

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia przeznaczonego do terapii z wykorzystaniem promieniowania UVA i UVB	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Urządzenie musi być wyposażone minimum w: <ul style="list-style-type: none"> dwa niezależne zegary zabiegowe 4 promienniki o mocy 20W każdy 2 pary okularów ochronnych 			
2.	Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało: <ul style="list-style-type: none"> regulację wysokości : max. 143 cm/min. 87 cm waga max.16 kg 			
3.	Urządzenie powinno być umieszczona na statywie, który umożliwia regulację kąta pochylecia promienników do płaszczyzny podłoża			
4.	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			
5.	Nazwa producenta**			
6.	Oferowany typ/model**			
7.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** - wpisać informacje w kolumnie UWAGI

6. Lampa generująca promieniowanie podczerwone – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla urządzenia do nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Urządzenie musi być wyposażone minimum w: <ul style="list-style-type: none"> w elektroniczny sterownik z regulacją mocy promieniowania i czasu zabiegu filtr czerwony + niebieski po 2 szt 			
2.	Wymagane urządzenia powinny dawać możliwość programowania sekwencji zabiegowych			
3.	Zamawiający wymaga aby urządzenie było umieszczona na statywie jezdny z możliwością regulacji wysokości.			
4.	Urządzenie musi posiadać: <ul style="list-style-type: none"> 1 promiennik o mocy 375W 2 pary okularów ochronnych 			
5.	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			
6.	Nazwa producenta**			
7.	Oferowany typ/model**			
8.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

** - wpisać informacje w kolumnie UWAGI



7. Aparat do magnetoterapii – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla aparatu do terapii polem magnetycznym	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Aparat musi posiadać sterownik.			
2.	Aparat musi być wyposażony minimum w: <ul style="list-style-type: none"> • aplikator szpulowy o średnicy 610mm 1 szt. • aplikator szpulowy o średnicy 300mm 1 szt, • leżankę z systemem przesuwным do aplikatora 610mm 			
3.	Aparat musi być wyposażony w zegar do 240 min			
4.	Zamawiający wymaga aby aparat posiadał: <ul style="list-style-type: none"> • kształt emitowanego pola – jednokierunkowy, • sinusoidalny unipolarny i bipolarny, • prostokątny unipolarny i bipolarny, • trójkątny unipolarny i bipolarny 			
5.	Zamawiający wymaga aby aparat posiadał maksymalną indukcja magnetyczna min. 250 gauss			
6.	Aparat musi posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola • bank gotowych programów terapeutycznych • duży, kolorowy dotykowy wyświetlacz 			
7.	Aparat musi dawać możliwość: <ul style="list-style-type: none"> • pracy z wykorzystaniem czterech aplikatorów jednocześnie na różnych niezależnych parametrach • podłączenia aplikatorów płaskich • wprowadzania własnych programów terapeutycznych 			
8.	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			
9.	Nazwa producenta**			
10.	Oferowany typ/model**			
11.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2012 r) <i>fabrycznie nowe</i> **			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



część III

Opis przedmiotu zamówienia /Formularz spełnienia wymagań

1. Stół rehabilitacyjny 3 częściowy z regulacją leżyska – 3 sztuki

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla stołu 3-częściowego z elektryczną regulacją wysokości	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Stół musi posiadać: <ul style="list-style-type: none"> regulowaną wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowany ramą umieszczoną w podstawie stołu, umożliwiającą regulację wysokości z każdego miejsca stołu w zakresie od min.49 do 105 cm płynnie regulowany zagłówek od -85° do +35° łamaną część pod nogi do 70° +/-10% środkowa część regulowana do 45°(pozycja Pivoya) +/-10% 			
2.	Stół musi być wyposażony minimum w: <ul style="list-style-type: none"> półwałek rehabilitacyjny 60x18 x 12 cm - 1 szt klin rehabilitacyjny 50 x 35 x 20 cm - 1 szt wałek 15 x 60 cm - 1 szt pas do stabilizacji dł 43cm, szer. 24cm- 1 szt banany o 3 stopniach położenia - 3 szt. pelota-taśma 4cmx 125cm zaślepka otworu na twarz 			
	Wymagane parametry techniczne stołu: <ul style="list-style-type: none"> wymiary dł x szer 190x66 cm +/-10% zasilanie 230v/50Hz 			
3.	Zamawiający wymaga aby stół posiadał koła jezdne do przemieszczania stołu z centralną blokadą umożliwiającą zablokowanie wszystkich kół jedną dźwignią			
4.	Zamawiający wymaga aby oferowany stół do masażu i terapii manualnej o wyspecyfikowanych parametrach był kompletny i po dostawie do zamawiającego będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów			
5.	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			
6.	Nazwa producenta**			
7.	Oferowany typ/model**			
8.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> **			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



2. Stół rehabilitacyjny 2 częściowy z regulacją leżyska – 1 sztuka

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla stołu 2-częściowego z elektryczną regulacją wysokości	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Stół musi posiadać: <ul style="list-style-type: none"> regulowaną wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego w zakresie min. 44 do 101 cm (+/-10%) płynnie regulowany zagłówek od -85° do +35° (+/-10%) 			
2.	Wymagane parametry techniczne stołu: <ul style="list-style-type: none"> wymiary dł x szer 190 x 66 cm (+/-10%) zasilanie 230v/50Hz 			
3.	Zamawiający wymaga aby oferowany stół był kompletny i po dostawie do zamawiającego był gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów			
4.	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			
5.	Nazwa producenta**			
6.	Oferowany typ/model**			
7.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

3. Stolik pod aparaturę zabiegową – 5 sztuk

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla stolika pod aparaturę do fizykoterapii umożliwiający wygodny dostęp do panelu obsługi poszczególnych aparatów	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		U+WAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Stolik musi być wyposażony minimum w: <ul style="list-style-type: none"> 2 półki szufladę uchwyty na przewody 			
2.	Zamawiający wymaga aby stoik posiadał 4 koła jezdne do przemieszczania			
3.	Wymagane parametry techniczne: wysokość: 88 cm (+/-10 %) szerokość: 53 cm (+/-10 %)			
4.	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			
5.	Nazwa producenta**			
6.	Oferowany typ/model**			
7.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI



4. Leżanka drewniana do fizykoterapii – 5 sztuk

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla leżanki drewnianej do fizjoterapii	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Wymagane jest aby leżanka wyposażona była w: <ul style="list-style-type: none"> • ręcznie regulowany zagłówek • otwór na twarz w zagłówku • miękkie i wygodne leżysko 			
2.	Zamawiający wymaga aby leżanka posiadała: <ul style="list-style-type: none"> • szeroką gamę kolorów tapicerki do wyboru • skóropodobną tapicerkę leżyska i zagłówka 			
3.	Wymagane parametry techniczne: wysokość: 70 cm (+/-10%) szerokość: 65 cm (+/-10%) długość: 185 cm (+/-10%) kąt nachylenia zagłówka 0°- 25° (+/- 10%)			
4.	Zamawiający wymaga min.24 miesięcznego okresu gwarancji			
5.	Nazwa producenta**			
6.	Oferowany typ/model**			
7.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe**</i>			

*- uzupełnić właściwie: Tak lub NIE

**-wpisać informacje w kolumnie UWAGI

5. Parawan – 10 sztuk

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla stolika pod aparaturę do fizykoterapii umożliwiający wygodny dostęp do panelu obsługi poszczególnych aparatów	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Parawan musi być wykonany z konstrukcji wykonanej z rurek stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym			
2.	Zamawiający wymaga aby parawan wyposażony był w ekran wykonany z elanobawełny – z materiału zmywalnego			
3.	Parawan powinien być wyposażony w podgumowane kółka jezdne z hamulcem			
4.	Wymagane parametry techniczne: Szerokość - 100 cm + /-10 % Wysokość - 185 cm + /-10 % Masa własna do 6 kg + /-10 %			
	Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji			



5.	Nazwa producenta**	
6.	Oferowany typ/model**	
7.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> **	

*- *uzupełnić właściwie: Tak lub NIE*

**-*wpisać informacje w kolumnie UWAGI*

6. Szafa lekarska – 5 sztuk

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jako równoważną zamawiający uzna ofertę o parametrach takich samych lub lepszych od przedstawionych poniżej

L.p.	Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla szafy lekarskiej jednoskrzydłowej	Spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego		UWAGI
		TAK*	NIE*	
1.	Szafa powinna posiadać jedno uchylne skrzydło drzwi zawieszona na zawiasach kołkowych			
2.	Szafa powinna być wykonana z blachy o grubości 0,8-1 mm			
3.	Drzwi i boki szafy muszą posiadać przeszklenia wykonane z szyby hartowanej			
4.	Zamawiający wymaga aby szafa posiadała drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym			
5.	Szafa musi być wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg			
6.	Zamawiający wymaga aby szafa malowana była farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel)			
7.	Szafa powinna posiadać nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi o wysokości 100 mm +/-10%			
8.	Wymagane wymiary zewnętrzne szafy: Szerokość: 600 mm (+ /-10 %) Głębokość: 420 mm (+ /-10 %) Wysokość: 1820 mm (+ /-10 %) Ciężar 63 kg (+/- 10%)			
9.	Zamawiający wymaga min 24 miesięcznego okresu gwarancji			
10.	Nazwa producenta**			
11.	Oferowany typ/model**			
12.	Rok produkcji (nie wcześniej niż 2013 r) <i>fabrycznie nowe</i> **			

*- *uzupełnić właściwie: Tak lub NIE*

**-*wpisać informacje w kolumnie UWAGI*

UWAGA

Jeżeli dla danych pozycji zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to dopuszcza się zaoferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez zamawiającego. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Ilekroć w treści SIWZ, w tym i w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (zgodnie z art.30 ust.5 uPzp)

W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji tj. należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu jako załącznik do formularza ofertowego. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany jako równoważny jest taki sam bądź lepszy jak opisywany przez zamawiającego.

Niespełnienie którejkolwiek z cech wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych pozycji wymienionych w specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu spowoduje odrzucenie oferty.



Załącznik nr 3

.....
(nazwa firmy)

.....
(dokładny adres)

.....
(NIP/REGON)

.....
(telefon/fax.)

.....
(adres e-mail)

**OFERTA
(WZÓR)**

**Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25 – 369 Kielce**

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę sprzętu do Centrum Rehabilitacji i Sportu*

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla części nr, za cenę brutto w łącznej kwocie

.....zł, (słownie:

.....) w tym obowiązujący podatek VAT

w wysokości, wg poniższego zestawienia:

	I. p	Nazwa towaru	Ilość /szt.	Cena jednostkowa netto/szt.	Podatek VAT %	Cena jednostkowa brutto/szt.	Wartość łączna brutto
Część I	1.	Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn dolnych typu Rotor	1 szt.				
	2.	Urządzenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych kończyn górnych typu Rotor	1 szt.				
	3.	Osprzęt do kabiny ćwiczeń i zawieszęń typu UGUL	1 kpl.				
	4.	Kabina ćwiczeń i zawieszęń typu Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego (UGUL)	1 szt.				
	5.	Lustro korekcyjne	1 szt.				
	6.	Zestaw do korekcji i profilaktyki wad postawy typu „OPIW-01” wraz z wyposażeniem zasobnika	1 kpl.				
Razem brutto za wykonanie części I zamówienia:					



Część II	1.	Urządzenie do ćwiczeń tzw. metodą S-E-T (podwieszeniu)	1 szt.				
	2.	Dwukanałowy elektrostymulator	2 szt.				
	3.	Aparat do terapii ultradźwiękowej	2 szt.				
	4.	Urządzenie do terapii światłem	1 szt.				
	5.	Lampa generująca promieniowanie ultrafioletowe	1 szt.				
	6.	Lampa generująca promieniowanie podczerwone	1 szt.				
	7.	Aparat do magnetoterapii	1 szt.				
Razem brutto za wykonanie części II zamówienia:					
Część III	1.	Stół rehabilitacyjny 3 częściowy z regulacją leżyska	3 szt.				
	2.	Stół rehabilitacyjny 2 częściowy z regulacją leżyska w ilości	1 szt.				
	3.	Stolik pod aparaturę zabiegową	5 szt.				
	4.	Leżanka drewniana do fizykoterapii	5 szt.				
	5.	Parawan	10 szt.				
	6.	Szafka lekarska	5 szt.				
Razem brutto za wykonanie części III zamówienia:					

UWAGA: Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.



3. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (*minimum 24 miesiące, chyba, że specyfikacja techniczna zamówienia stanowiąca załącznik do SIWZ lub oferta Wykonawcy przewiduje termin dłuższy*).
4. Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.
5. Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (*jeżeli dotyczy*)
6. Zamówienie wykonamy w terminie
7. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami¹.

Następujący zakres dostaw zamierzamy zlecić podwykonawcom¹:

a)wartość brutto

(Zakres dostaw)

b)wartość brutto

(Zakres dostaw)

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
11. Oświadczamy, że oferowany sprzęt: jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz zobowiązujemy się, do dostarczenia Zamawiającemu przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.
12. Osoba odpowiedzialna/uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszego zamówieniatel.fax.....
13. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie

..... Potwierdzenie w załączeniu. Zwrotu wadium należy dokonać na nr rachunku bankowego:.....

14. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

..... dnia r.

.....
(uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)



(WZÓR)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W związku z przystąpieniem
..... *pełna nazwa Wykonawcy/podmiotu*

..... z siedzibą w ul.....

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie.....

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), że reprezentowany przeze mnie podmiot, spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia¹ ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia¹;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej¹;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
*uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

¹Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia



Załącznik nr 5

(WZÓR)

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:.....

(Nazwa postępowania)

w imieniu:

.....

(pełna nazwa podmiotu)

składam oświadczenie, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu, brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania na dzień składania ofert..

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....

*uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy/podmiotu*



Załącznik nr 6

(PROJEKT)
UMOWA NR DP/2310/.... /13

zawarta w dniu roku w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... –

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy), z siedzibą w

przy ulicy, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:,

wysokość kapitału zakładowego (art. 206

§ 1 pkt. 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt. 4 k.

s. h.) zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.
2.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w

..... przy ulicy, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

prowadzonej przez, pod numerem, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą,

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami)została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Zakup dokonany w ramach projektu: pn. „Centrum Rehabilitacji i Sportu – budowa i wyposażenie obiektu UJK przy ul. Świętokrzyskiej”

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu dla Centrum Rehabilitacji i Sportu zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach, spełniającego warunki techniczne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenie zgodnej z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie, podłączenie, instalacja, konfiguracja, uruchomienie, udzielenie licencji, przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania i obsługi dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania (jeśli dotyczy) Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni licząc od dnia przekazania na piśmie informacji od Zamawiającego, że pracownie do których zamawiany sprzęt jest zakupywany są oddane do użytku i można je wyposażać. Planowany termin odbioru robót budowlanych 27.02.2014 r. Zamawiający zakłada, że wyposażanie pracowni nastąpi przed planowanym terminem odbioru robót budowlanych.
4. Wykonawca, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia. O gotowości dostarczenia sprzętu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą



elektroniczną.

5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 1.
6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony ustalają konkretną datę dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust. 1.
7. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej.
8. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk, w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację umowy decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie umowy.
9. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
10. Wykonawca zrealizuje umowę samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ów)
lub*
Wykonawca zrealizuje umowę przy udziale podwykonawców, w zakresie.....
11. Za działania i zaniechania podwykonawcy/ów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.
12. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
 - a) jest nowy,
 - b) nie posiada jakichkolwiek wad fizycznych, ani wad prawnych, a w szczególności opłacone są wymagane odrębnymi przepisami wszelkie opłaty podatkowe i celne.

(* zaznaczyć właściwe)

§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem oraz wniesieniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń zamawiającego, podłączeniem, instalacją, konfiguracją, udzieleniem licencji ,uruchomieniem, przeprowadzeniem szkolenia z zakresu obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania (jeśli dotyczy).
2. Całkowita wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości zł (słownie: tysięcy złote groszy) w tym obowiązujący podatek VAT. Całkowita wartość umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy oraz wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją umowy przez Wykonawcę.
3. Zapłata nastąpi po dostarczeniu i odebraniu przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na płatnika- Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, które obejmuje także przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu i dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania (jeśli dotyczy), potwierdzone pisemnym bezusterkowym protokołem odbioru dostarczonego sprzętu i protokołem przeszkolenia. Wzór protokół odbioru stanowi załącznik do niniejszej umowy i powinien zostać podpisany przez komisję składającą się z:



- 1) imiennie upoważnionych przez Zamawiającego osób, tj.: z kierownika pracowni/zakładu, do którego dany sprzęt został dostarczony:oraz osobę/y
 - 2) materialnie odpowiedzialne za sprzęt
.....
 - 3) upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, lub niezgodności co do ilości lub rodzaju przedmiotu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ, o której mowa w § 1 ust 1, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko towar wolny od wad i zgodny z zamówieniem, w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty stwierdzenia wad lub nieścisłości.
 6. Odbiór zakwestionowanego uprzednio przedmiotu umowy, jako wadliwego lub niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego dokonuje Wykonawca na własny koszt.
 7. Protokół odbioru partii przedmiotu umowy winien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron niniejszej umowy, podpisany czytelnie przez obie strony.
 8. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2 stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy:
tel./fax. e-mail.....
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga formy aneksu.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe wykonanie umowy.
2. Wykonawca dostarczy sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostarczony sprzęt winien posiadać:
 - 1) kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane w szczególności przy tego typu sprzęcie,
 - 2) wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego sprzęt jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez zamawiającego.
 - 3) Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi integralną część umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczając sprzęt wraz z oprogramowaniem nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt na koszt własny, w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi.
6. Wykonawca przeprowadzi w ramach umowy szkolenie dla osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonego sprzętu oraz dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu użytkowania sprzętu w terminie ustalonym z zamawiającym nie później jednak niż 5 dni od jego dostarczenia. Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone protokołem, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.



§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym na dostarczony sprzęt gwarancji na okres miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru (*minimum 24 miesiące chyba, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ lub oferta Wykonawcy przewiduje termin dłuższy*). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na dostarczony sprzęt na okres.....miesiące (*minimalny 24 miesiące chyba, że opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ lub oferta wykonawcy przewiduje okres dłuższy*) licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem *w tym te, które mają określoną w czasie żywotność*.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
5. Zamawiający z tytułu rękojmi lub gwarancji może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi lub gwarancji. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji po upływie okresu jej trwania, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
6. Na podstawie uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
7. Zamawiający może według swojego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
8. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 1 i ust. 2 ulega przedłużeniu o czas pozostawiania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.
9. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie 14 dni na wystąpienie Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

§ 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe zainstalowanie, uruchomienie i korzystanie z oprogramowania, będącego przedmiotem niniejszej umowy na komputerach spełniających minimalne wymagania określone przez producenta oprogramowania.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dotyczące przedmiotu umowy (oprogramowania), w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych.



4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami osób trzecich.
5. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania wraz z niewyłączną licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiskach roboczych w ilości zgodnej ze SIWZ. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwi korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w SIWZ dla celu, do którego oprogramowania zostaje zakupione, w szczególności:
 - 1) wprowadzanie oprogramowania do pamięci komputerów (symulatorów) Uczelni,
 - 2) usuwanie z pamięci komputerów (symulatorów),
 - 3) stosowanie oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,
 - 4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,
 - 5) sporządzanie kopii oprogramowania, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,
 - 6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,
 - 7) wykorzystanie oprogramowania podczas pokazów lub prezentacji publicznych,
 - 8) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiegokolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1 – 6 powyżej.
 - 9) Aktualizacji
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 obejmuje wszystkie płaszczyzny eksploatacji wymienione w niniejszym paragrafie.

§ 7.

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie jest wolne od wad uniemożliwiających jego zainstalowanie, uruchomienie i wykorzystywanie dla celu, dla którego przedmiot umowy został zakupiony.
2. Z dniem wydania przedmiotu umowy, wykonawca przenosi na zamawiającego własność nośników zawierających oprogramowanie.

§ 8.

1. Zapłata za dostarczony sprzęt określony w § 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Protokół zostanie podpisany w ciągu 10 dni od dostarczenia sprzętu (po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 4 ust. 6).
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek dostarczonego sprzętu Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwego (uszkodzonego) sprzętu na nowy w terminie do 21 dni lub usunięcia wad (usterek) w terminie 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia.
3. W przypadku określonym w ust.2 strony podpiszą protokół odbioru ze wskazaniem wad, usterek oraz terminem wymiany (naprawy) sprzętu. Koszt wymiany(naprawy) sprzętu obciąża Wykonawcę. Wymiana (naprawa) zostanie potwierdzona odrębnym protokołem.
4. W przypadku nie wymienienia sprzętu w określonym terminie Zamawiający ma prawo, niezależnie od naliczenia kar umownych, odstąpić od niezrealizowanej części umowy. W takiej sytuacji Zamawiający zapłaci tylko za sprzęt odebrany bezusterkowo.



5. Dane płatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
6. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Działu Administracyjno - Gospodarczego pok. nr 6 w siedzibie Zamawiającego – przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT.
7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP

§ 9.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu wymiany lub usunięciu wad sprzętu stwierdzonych w protokole odbioru,
 - 2) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących wad (usterek) w okresie gwarancji lub rękojmi oraz za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia o którym mowa w § 4, ust. 6 niniejszej umowy
 - 3) 15% wynagrodzenia umownego brutto (§ 2 ust. 2 umowy) jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami).
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 10.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.



2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

§ 12.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 13.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 14.

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 1 do Umowy
(WZÓR)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Tel.: 41 349-73-34
Fax. 41 349-72-01

PROTOKÓŁ ODBIORU /PRZESZKOLENIA (jeśli dotyczy)
z dnia

Dostawca:
.....
.....

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru
.....
.....

Dostarczono sprzęt do pracowni.....w wyszczególnionym asortymencie:

L.p.	Nazwa/model	Producent	Nr wersji	Ilość

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją oraz ofertą Wykonawcy, a dostawa została zrealizowana zgodnie/nie zgodnie* z zapisami umowy nr DP/2310/.../13 z dnia

W zakresie używania i obsługi n/w sprzętu, przeprowadzono przeszkolenie dla osób:

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane* bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Strona przekazująca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Strona odbierająca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)



UWAGI

.....
.....
.....
.....

Strona przekazująca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Strona odbierająca:

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

Osoba materialnie odpowiedzialna

.....
(Czytelny podpis i pieczęć)

* *niepotrzebne skreślić*

(WZÓR)

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące dostawy (co najmniej dwie dostawy) odpowiadająca charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia .

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie	Nazwa i adres Zamawiającego, dla którego wykonano/ wykonuję usługę	Zakres rzeczowy usługi	Okres realizacji daty od – do (pełne daty)*	Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należyć w załączeniu

**Zamawiający prosi o podanie pełnych dat czyli: dzień, miesiąc, rok*

.....
uprawniony do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

L.P.	Imię i nazwisko osoby biorącej udział w realizacji zamówienia	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie zawodowe	Zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia	Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą*
1	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

* - zamawiający wymaga , aby w kolumnie 6 wykonawca wskazał rodzaj zatrudnienia wymienionej osoby, tj: umowa o dzieło, umowa o pracę itp.

.....dnia.....

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

KARTA GWARANCYJNA NR**(WZÓR)**

Data wydania:

Dostawca:

Odbiorca:

Nazwa sprzętu:

Numer seryjny:

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
2. Wykonawca udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
3. Wykonawca udziela rękojmi na okres miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, w tym te, które mają określoną w czasie żywotność.
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
6. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad.
7. Zgłoszenie się serwisanta (rozumiane jako fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy) nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty wysłania przez zamawiającego informacji o usterce, wykonanie naprawy w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności importu części zamiennych w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia naprawy.
8. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.
9. Wykonawca zapewni pełny, bezpłatny przegląd techniczny całego sprzętu w ostatnim miesiącu gwarancji w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
10. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawiania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany części.

(WZÓR)

ZOBOWIĄZANIE
z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

.....

 (Dokładna nazwa Wykonawcy/Wykonawców
 wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 któremu/którym udostępnia się zasoby)

Jako osoba/osoby reprezentujące podmiot:

.....
 (dokładna nazwa i adres podmiotu)

zobowiązuję się/ zobowiązujemy się oddać do dyspozycji ww. wykonawcy, ubiegającego się
 o zamówienie pn.....

(nazwa postępowania)

następujące, niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia.

L.P	RODZAJ ZASOBU
1.	Wiedza i doświadczenie ¹
2.	Potencjał techniczny ¹
3.	Osoby zdolne do wykonania zamówienia ¹
4.	Zdolność finansowa ¹

Oświadczam, iż będę uczestniczył¹/nie będę uczestniczył¹ w realizacji części zamówienia

..... dnia r.

.....
 uprawniony do składania oświadczeń woli
 w imieniu podmiotu

¹W przypadku, gdy podmiot udostępniający zasoby, będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w części VI.2. 1)-8) dotyczące również tych podmiotów.

.....

pieczęć Wykonawcy

(WZÓR)

**INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ /
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na.....

(nazwa nadana postępowaniu)

- 1) informuję , że należę / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
- 2) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

.....dnia.....

.....
*uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

Uwaga:

* Odpowiednio skreślić

** Tabelę należy wypełnić jeżeli wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej