



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa*

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach**
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-72-77

Nr Sprawy: DP/2310/125/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: **Dostawa sprzętu- MEDREH**

Tryb: przetarg nieograniczony
powyżej 207 000 EURO

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu **17.09.2014 r.** oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **20.09.2014 r.** pod numerem **2014/S 181-318797**
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu **20.09.2014 r.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
tel. (0-41) 349 72 77

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą Pzp lub uPzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu - MEDREH** z podziałem na części:

Część I Dostawa pomocy dydaktycznych

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne

1. Modele anatomiczne części ciała człowieka- narządy wewnętrzne – 3szt.
2. Modele szkieletu ludzkiego – 3szt
3. Modele anatomicznych części ciała człowieka- kości- 3szt.
4. Modele układów wewnętrznych człowieka – 4szt.
5. Modele anatomiczne stawów z więzadłami i mięśniami ręki, stopy – 2szt.
6. Modele anatomiczne stawów z więzadłami i mięśniami kończyny górnej i dolnej – 2szt.
7. Figura mięśniowa (model) – 2szt.
8. Model płuc i drzewa oskrzelowego – 2szt.
9. Model serca- 2szt.
10. Model miednicy żeńskiej i męskiej – 2szt.
11. Modele zębów i uzębienia - 2szt.
12. Modele czaszek ludzkich- różne przekroje – 4szt.

Część II- Dostawa wagi laboratoryjnej- 1szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
38000000-5 sprzęt laboratoryjny
42923110-2 – wagi

Część III – Dostawa suszarki do szkieł laboratoryjnych – 1szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
38000000-5 sprzęt laboratoryjny

Część IV-Dostawa pH-metru/jonometru, pH-metru, spektrofotometru

1. pH-metr/jonometr – 1szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV): 38416000-4 – pH-metry

2. pH-metr – 1 szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV): 38416000-4 – pH-metry

3. Spektrofotometr – 1szt.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV): 38000000-5 sprzęt laboratoryjny,
38433000-9- spektrometry

Część V Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV): 38000000-5 sprzęt laboratoryjny

1. Zbiornik do przechowywania preparatów w ciekłym azocie – 1szt.
2. Pipetor elektroniczny – 1szt.
3. Palnik automatyczny – 1szt.
4. Mieszadło rolkowe – 1szt.
5. Pipety automatyczne z wyrzutnikiem końcówek i stojakiem – 1 zestaw

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się dany asortyment wskazany przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Dostawa obejmuje również transport, rozładunek wraz z wniesieniem oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. Dostarczony sprzęt wyspecyfikowany asortymentowo i ilościowo w zał. nr 1 do SIWZ musi być fabrycznie nowy i pełnowartościowy oraz nie może nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia i użytkowania.

Szczegółowy opis parametrów technicznych, wymagania ilościowe i jakościowe Zamawiającego dotyczące sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA!!!

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

Ilekoć w treści SIWZ, w tym i w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż wyszczególnione (wymienione) i określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany, jako równoważny jest taki jak opisany lub lepszy od sprzętu opisanego przez Zamawiającego.

Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:

- wszystkie dostarczone sprzęty muszą być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), pochodzić z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich,
- przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do pracy u Zamawiającego do celu dla, którego przedmiot zamówienia jest zakupywany,
- wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej, za wyjątkiem sprzętu dla którego dopuszczono w opisie przedmiotu zamówienia możliwość złożenia dokumentów w innym języku).

Odpowiedzialność za dostarczony sprzęt spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do dnia jego ostatecznego odbioru potwierdzonego podpisaniem obustronnie (Wykonawca, Zamawiający) bezusterkowym protokołem odbioru stanowiącym załącznik do umowy tj. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt dostarczony przez przewoźnika/kuriera, mimo podpisania dowodu/dokumentu dostawy.

Wymagania ogólne dot. gwarancji i serwisu:

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem oraz okres rękojmi min. 12m-cy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu, o którym mowa w projekcie umowy, o ile zapisy w opisie przedmiotu zamówienia nie stanowią inaczej.
- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.

- W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.

Pozostałe warunki dot. gwarancji i rękojmi zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Gwarancja oraz rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, staje się postanowieniem umowy i będzie liczona od daty podpisania obustronnie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Nie spełnienie, któregośkolwiek z punktów granicznych dla poszczególnej pozycji wymienionej w specyfikacji technicznej/materiałach producenta oferowanego przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie oferty.

IV. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia oznaczone cyfrą rzymską w pkt. III SIWZ.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową do **15.12.2014 r.**

Zmiana ww. terminu (skrócenie lub wydłużenie) może ulec zmianie wyłącznie na uzasadniony/ zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu, w trakcie realizacji umowy.

Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć w szczególności będących następstwem działania siły wyższej.

Realizacja/wymagania dot. dostawy:

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, rozładunku wraz z wniesieniem, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-ilościowym i jakościowym w miejsce wskazane przez uprawnionych w umowie przedstawicieli Zamawiającego,
- dostawa odbywać się będzie w uzgodnionym przez Strony terminie,
- dostawa odbywać się będzie transportem własnym i na koszt własny Wykonawcy.
-

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 tj.:

- 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - *Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;*
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:
wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy o charakterze (każda z tych dostaw) odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż: dla części I- 30 000,00 zł brutto każda, dla części II- 3000,00 zł brutto każda, dla części III- 300,00zł brutto każda, dla części IV- 15 000,00 zł brutto każda, dla części V- 14 000,00zł brutto każda.
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.: dysponują min. 1 osobą posiadającą kwalifikacje do

przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia (dot. cz. III zamówienia – Spektrofotometr); w odniesieniu do pozostałych części Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż: dla części I- 60 000,00 PLN, dla części II- 6 000,00 PLN, dla części III- 600,00 PLN, dla części IV- 33 000,00 PLN, dla części V- 28 000,00 PLN.

UWAGA!!!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki wynikające z art. 22 ust.1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w art. 24 ust.1., art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inne dokumenty określające:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

Wzór zobowiązania stanowi zał. Nr 3 do SIWZ.

- 2) Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca wykaże odpowiednio, że nie później niż na dzień składania ofert, spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1., art. 24 ust. 2 pkt 5 i art. 24b ust 3 ustawy Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na dzień składania ofert, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych w pkt. IX SIWZ.

VIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia wraz z jej wartością, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty.

IX.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ.
- 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (co najmniej dwie dostawy o charakterze odpowiadającym dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzonego wg zał. Nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA!!!

Jeżeli Wykonawca przystępuje do postępowania biorąc udział w jednej części, powinien wykazać się zrealizowaniem lub realizacją tylu dostaw i na taką kwotę, jaka została określona w wymaganiach/warunkach dla tej części, na którą składa ofertę.

Wykonawca przystępujący do kilku części postępowania, musi spełnić warunek dot. doświadczenia oddzielnie na każdą część.

Zamawiający nie będzie ocenił zrealizowanych lub realizowanych dostaw o wartości poniżej wymaganej (wartości poszczególnych dostaw nie będą sumowane). *Załączone dokumenty winny w sposób jednoznaczny wskazywać wykazane dostawy oraz potwierdzać ich należyte wykonanie* W przypadku dostaw realizowanych- doświadczeniem wykonawcy są dostawy zrealizowane do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca podaje wartość wykonanych/zrealizowanych dostaw w ramach wykonywanej umowy, nie zaś łączną wartość umowy.

- 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z przeszkoleniem w zakresie obsługi sprzętu (dot. cz. III spektrofotometr), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg zał. Nr 6 do SIWZ.
- 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

IX.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, wykażą brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i z art. 24 ust. 2 pkt. 5

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, sporządzonego wg zał. Nr 7 do SIWZ.
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9¹ ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

¹ Dokument niniejszy składa Wykonawca będący podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 8 do SIWZ;

Uwaga!!!

- A. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
 1. pkt. 2)-4) i 6)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. pkt. 5) i 7)- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 , 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- C. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy odnośnie terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
- D. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IX.2. SIWZ.

IX.3. Oprócz dokumentów wymienionych powyżej, do oferty należy załączyć:

- 1) Formularz ofertowy Wykonawcy.
- 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3) Dowód wpłaty wadium.
- 4) Specyfikację techniczną/materiały producenta, potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (wymagane w języku polskim). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczęć z parafą) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być załączone

pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo.

Dokument sporządzony w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku oferty wspólnej należy w formularzu ofertowym wymienić z nazwy, z określeniem siedziby- wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zapytania, prośba o wyjaśnienie treści SIWZ muszą być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, który je stawia oraz sformułowane na piśmie i składane na adres:

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
Dział Zamówień Publicznych DP/2310/125/14. dot

Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dot. treści SIWZ.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje– zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego– będą przekazywane, zgodnie z art. 27 ust. 1, faksem w języku polskim. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna w języku polskim tj. oryginał pisma przesłany pocztą, kurierem lub złożone osobiście. Za wyjątkiem informacji, których treść podawana jest do wiadomości publicznej na stronie www.ujk.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz uzupełnianych na wezwanie Zamawiającego, należy złożyć tylko w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2. w języku polskim.

Uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następującą osobę: Anna Kowalczyk, tel. (041) 349 73 68, fax 41 349 72 78/75, godziny urzędowania 7³⁰-15³⁰ od poniedziałku do piątku.

XI. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie:

- dla części I- 1134,00 zł (słownie : tysiąc sto trzydzieści cztery złote, 00/100),
- dla części II- 100,00 zł (słownie : sto złotych 00/100),
- dla części III- 10,00 zł (słownie : dziesięć złotych 00/100),
- dla części IV- 550,00 zł (słownie : pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
- dla części V- 480,00 zł (słownie : czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100),

Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien przelać ww. kwotę: **przed upływem terminu składania ofert** na konto, Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318.

Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium– Znak sprawy DP/2310/125/14 część..”.

Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu dokonania przelewu wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póź. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (tj. w formie gwarancji lub poręczeń), dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać:

- 1) nazwę i adres:

- a) dającego zlecenie tj. Wykonawcy,
 - b) beneficjenta gwarancji tj. Zamawiającego,
 - c) gwaranta tj. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 3) kwotę gwarancji,
 - 4) termin ważności gwarancji,
 - 5) przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp
 - 6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo, nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta– Zamawiającego, kwoty gwarancji w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej (pkt. 5).

Brak którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium w treści gwarancji spowoduje uznanie wadium za wniesione nieprawidłowo, co będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy.

Wnoszona gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na każde żądanie Zamawiającego.

Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez min. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.

Wymaga się podpisania oferty na każdej zadrukowanej stronie oferty w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej (tj. imienna pieczętka z parafką osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub czytelny podpis). Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich współników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych współników (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo) lub umowę spółki z treści której będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę jak powyżej.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, z zastrzeżeniem, że ich treść musi być zgodna z formularzami załączonymi przez Zamawiającego do SIWZ.

Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, bądź w przypadku błędnego oznakowania koperty, które może doprowadzić do wcześniejszego otwarcia korespondencji, zaleca się zastosowanie dwóch kopert opisanych jak poniżej.

Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na:

- zewnętrznej kopercie należy umieścić napis:

„Oferta dot. DP/2310/125/14 Dostawa sprzętu- MEDREH. Część nr

Nie otwierać przed **28.10.2014 r. godz. 11¹⁵**

- wewnętrznej kopercie oprócz napisu jw. musi być zawarta pełna nazwa Wykonawcy i jego adres siedziby.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie w formie oryginału o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszym punkcie. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „**Dostawa sprzętu- MEDREH** Nr sprawy DP/2310/.../14 część

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj.:

*Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Sekretariat Kanclerza, pokój nr 5
25-369 Kielce; ul. Żeromskiego 5*

Oferty należy złożyć do dnia **28.10.2014 r.** do godziny **11⁰⁰**.

Oferty zostaną otworzone w dniu **28.10.2014 r.** o godz. **11¹⁵** w siedzibie Zamawiającego:

*Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 4
25-369 Kielce; ul. Żeromskiego 5.*

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

W cenę oferty należy wliczyć koszty transportu, rozładunku, wniesienia, przeszkolenia i wszelkie składniki niezbędne do wykonania zamówienia. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane.

Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z zapisami o podatku od towarów i usług w zakresie dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie o realizacji dostaw wewnątrzwspólnotowej, a zaoferowana przez niego cena oferty nie zawiera podatku VAT, który Zamawiający ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom i nie będzie podlegać waloryzacji.

XVI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg poniżej podanego kryterium:

I. KRYTERIUM- cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę **100%**

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególne Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

1. Kryterium: cena brutto za przedmiot zamówienia :
maksymalną ilość punktów (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
(Cena brutto najniższa : Cena brutto badana) * 100 pkt= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium przyjęte w niniejszym postępowaniu.

XVII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy, nw. dokument:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oryginału, umowy regulującej współpracę, która będzie określać w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1a. ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3. ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. WZÓR UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:

- a) terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia,
- b) w zakresie innego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę nowy inny podmiot wykaże spełnianie warunków udziału w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy inny podmiot,
- c) zmiany materiałów, z których wykonywane będą sprzęty, jeżeli zaistnieje możliwość zamiany na lepsze materiały, zamiana ta nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- d) osób realizujących przedmiot zamówienia,
- e) zmiana modelu sprzętu, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się że zaproponowany model jest już nie dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, zaproponowania nowego o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie.
- f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego* lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

Zmiany wyszczególnione w ppkt a)- e) wymagają wcześniejszej zgody Zamawiającego.

XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ

XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt. 7)

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Wzór umowy;
3. Wzór zobowiązania z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy;
5. Wykaz dostaw wykonanych/ wykonywanych;
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
9. Formularz oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

Część I Dostawa pomocy dydaktycznych

1. Modele anatomiczne części ciała człowieka- narządy wewnętrzne

1) Model żołądka 1szt.

Model musi przedstawiać strukturę i anatomię żołądka. Przednia część żołądka musi być zdejmowana. Model musi składać się z takich elementów jak: dolna część przełyku, naczynia krwionośne, dwunastnica, trzustka, nerwy ścian żołądka. Model ma być umieszczony na statywie.

2)Anatomiczny model nerki z nefronami, naczyniami krwionośnymi i ciałkami nerkowymi 1szt.

Model musi przedstawiać ważne struktury nerki w powiększeniu. Musi demonstrować następujące elementy nerek: ciałka nerkowe, kanaliki, rdzeń, system kielichów nerkowych, miednice, naczynia krwionośne, górną część moczowodu. Nefron pokazywać musi przekrój nerki przez korę i rdzeń nerki, wyróżnione muszą być ciałka nerkowe z bliższymi i dalszymi krętymi kanalikami, pętlami Henlego, kanalikami i naczyniami krwionośnymi. Trzecia część ma przedstawiać ciałko Malpighiana z kłębuszkami nerkowymi i torebką Bowmana.

3)Tylne Organy Górnego Brzucha 1szt.

Model musi prezentować następujące narządy w naturalnych wymiarach: częściowo otwartą dwunastnicę, otwarty pęcherzyk żółciowy, otwarte drogi żółciowe, trzustkę, śledzionę oraz naczynia krwionośne. Model dostarczony musi być na podstawie.

2. Modele szkieletu ludzkiego

1)Szkielet 1szt.

Szkielet umożliwiać musi przedstawienie ruchów czaszki i stawów głowy oraz wszystkich naturalnych postaw. Musi posiadać: elastyczny kręgosłup, widoczne miejsca przyczepów mięśni, numerowane kości, elastyczne więzadła stawów, wypadający dysk między 3 i 4 kręgiem kręgosłupa oraz przedstawienie innych ważnych struktur.

Wymagane są:

- widoczne nerwy rdzeniowe i arterie
- wykonany z nietłukącego i zmywalnego materiału
- waga zbliżona do wagi ludzkiego szkieletu
- rozmiar zbliżony do naturalnego
- 3 - częściowa czaszka,
- zęby montowane osobno
- demontowalne kończyny

Model musi być umieszczony na podstawie i dostarczony w pokrowcu.

2)Szkielet pomniejszony 1szt.

Model musi posiadać 3-częściową czaszkę. Zarówno czaszka, jak i kończyny górne i dolne muszą być demontowalne. Wymagane realistyczne oddanie kości z zachowaniem anatomicznej poprawności i szczegółów oraz pomniejszenie do 1/2 rozmiaru naturalnego. Musi posiadać możliwość zaprezentowania naturalnego ruchu stawów biodrowych. Wymagane umieszczenie na statywie.

Wysokość ze statywem max. 100cm

Waga ze statywem max. 4 kg

3)Szkielet stopy z więzadłami i mięśniami 1szt.

Model musi być anatomicznie poprawnym modelem stopy i podudzia. Musi mieć możliwość rozłożenia go na min. 5 części obrazujących struktury anatomiczne. Model przedstawiać ma kości, mięśnie, ścięgna, więzadła, nerwy, tętnice i żyły. Z przodu widoczne muszą być prostowniki mięśni podudzia. Wymagane

wyraźnie widoczne ścięgna i pochewki ścięgien okolic stopy. Wymagany demontowalny mięsień brzuchaty łydki. Warstwowa budowa podeszwy stopy, wymagane 3 warstwy struktur anatomicznych. Dwie warstwy muszą być zdejmowane w celu uwidocznienia głęboko położonych struktur.

Waga max. 1,5 kg

3. Modele anatomicznych części ciała człowieka- kości

1)Model szkieletu prawej nogi z kością biodrową 1szt.

Model przedstawiać musi szkielet prawej kończyny dolnej. Kości muszą być połączone są ze sobą drutem, wymagana niewielka elastyczność w okolicach palców i kostki. Szkielet musi posiadać elastyczny staw kolanowy.

2)Model szkieletu lewej ręki z łopatką i obojczykiem 1szt.

Model przedstawiać musi szkielet lewej kończyny górnej. Kości muszą być połączone są ze sobą drutem, wymagana niewielka elastyczność w okolicach palców. Wymagana naturalna elastyczność stawu łokciowego i stawu ramieniowego.

3)Zestaw 24 kręgów 1szt.

Model 24 kręgów człowieka składać musi się z 7 kręgów szyjnych, 12 kręgów piersiowych i 5 kręgów lędźwiowych. Elementy zestawu zachowywać muszą poprawność anatomiczną i w sposób szczegółowy odwzorowywać anatomię kręgów człowieka. Waga kręgów musi być zbliżona do naturalnej. Wymagane oznakowanie kręgów. Modele muszą być wykonane z materiału imitującego kość ludzką. Wymagane umieszczenie kręgów w walizce z wkładem piankowym oddzielającym elementy.

4. Modele układów wewnętrznych człowieka

1)Układ krwionośny 1szt.

Model musi mieć rozmiar 1/2 wielkości naturalnej. Musi obrazować układ tętniczy i żylny, serce, płuca, wątrobę, śledzionę, nerki, częściowy szkielet. Wymagane dostarczenie modelu na podstawie. Waga max. 4kg

2)Model układu pokarmowego 1szt.

Model w naturalnej wielkości przedstawiać musi układ pokarmowy w sposób trójwymiarowy. Musi składać się z następujących elementów: nosa, jamy ustnej, gardła, wątroby z pęcherzykiem żółciowym, trzustki, śledziony. Model pokazywać musi przekrój dwunastnicy, jelita ślepego oraz odbytnicy. Wymagana demontowalna przednia ściana żołądka. Model umieszczony musi być na podkładce.

3)Model systemu nerwowego 1szt.

Trójwymiarowy model systemu nerwowego musi przedstawiać schemat centralnego oraz obwodowego układu nerwowego. Wymagany montaż na statywie. waga max 4 kg

4)Model dwupłciowy układu moczowego 1szt.

Model typu "2 w 1" Musi przedstawiać anatomiczną budowę jamy miednicy strukturę jamy zaotrzewnej dużą i małą miednicę z kośćmi i mięśniami żyłą główną dolną aortę z rozgałęzieniami włączając w to naczynia biodrowe, górne drogi moczowe odbytnicę nerkę z nadnerczem. Przednia połowa prawej nerki musi być ruchoma. Narządy męskie (pęcherz i gruczoł krokowy - przednią i tylną połowę) z łatwością zamienić na narządy żeńskie (pęcherz, macica i jajniki 2 boczne połówki). Części muszą być numerowane. Model musi być na podstawie.

5. Modele anatomiczne stawów z więzadłami i mięśniami ręki, stopy

1)Przekrój stopy 1szt.

Model obrazujący przekrój stopy, o wymiarach naturalnych, wykonany z wytrzymałego materiału. Wymagane oznaczenie struktur anatomicznych. Waga: max 1kg.

2)Przekrój dłoniowej części ręki 1szt.

Model obrazujący przekrój dłoniowej części ręki, o wymiarach naturalnych, wykonany z wytrzymałego materiału. Wymagane oznaczenie struktur anatomicznych. Waga: : max 1kg.

6. Modele anatomiczne stawów z więzadłami i mięśniami kończyny górnej i dolnej

1) Model ręki 1 szt.

Model przedstawiać musi struktury anatomiczne kończyny górnej: mięśnie, nerwy, tętnice, barku, łokcia i dłoni. Wymagane dokładne odwzorowanie kości, elastyczne połączenia przegubowe pomiędzy:

- Kośćmi rąk, łokciem i kością promieniową
- Kością ramieniową, łopatką i obojczykiem

Model umieszczony musi być na statywie.

2) Model mięśni nogi 1 szt.

Model ma przedstawiać z powierzchniowe i głębokie mięśnie nogi w $\frac{3}{4}$ naturalnej wielkości i składać się z min. 9 części. Min 8 demontowalnych mięśni. Wymagana numeracja struktur anatomicznych. Model umieszczony musi być na podstawie.

7. Modele figury mięśniowej

1) Dwupłciowy model tułowia 1 szt.

Dwupłciowy model tułowia przedstawiać musi anatomię głowy i tułowia człowieka. Głowa i szyja musi być podzielona, uwidocznione muszą być mięśnie, nerwy, naczynia i gruczoły. Wymagana widoczność narządów wewnętrznych brzucha i klatki piersiowej, mięśni pleców i kręgosłupa. Wyposażony musi być w wymienne wkładki męskich i żeńskich narządów płciowych (wraz z płodem).

Demontowalne muszą być: jeden z kręgów, głowa, powięź i mięśnie klatki piersiowej, płuca, serce, żołądek, wątroba, część jelit, część nerki.

Model umieszczony musi być na podstawie, musi składać się z min. 25 części

2) Model figury mięśniowej 1 szt.

Model składać musi się z 2 części i przedstawiać mięśnie powierzchniowe ciała człowieka. Model musi mieć 57 cm. replika mięśni powierzchniowych ludzkiego ciała, Model musi mieć $\frac{1}{3}$ wielkości organizmu człowieka. Zewnętrzna część brzucha musi być demontowalna, po zdemontowaniu widoczne muszą być narządy wewnętrzne. Model musi zawierać min. 120 numerowanych struktur anatomicznych. Dostarczony musi być na podstawie.

8. Model płuc i drzewa oskrzelowego

1) Model płuc z krtanią i sercem 1 szt.

Model składać musi się z min. 5 części i przedstawiać płuca, krtani, tchawicę i drzewo oskrzelowe serce, żyłę główną, aortę, tętnicę płucną, przełyk, 2 częściowe płuco z demontowalną przednią częścią. Model dostarczony musi być na podstawie.

2) Model krtani 1 szt.

Model składać musi się z min. 7 części i przedstawiać przekrój dwukrotnie powiększonych: krtani, kości gnykowej, tchawicy, więzadeł, mięśni, naczyń, nerwów, tarczycy, chrząstki tarczowatej. Model krtani musi być dostarczony na statywie.

9. Model serca

1) Model serca 2 szt.

Model musi przedstawiać anatomię ludzkiego serca oraz horyzontalny przekrój na wysokości zastawki. Następujące elementy muszą być demontowalne: żyła główna górna, aorta, przednia ściana serca, górna część serca. Wymagany widoczny przełyk i tchawica. Model musi być zamontowany na plastikowej podstawce. Model musi składać się z min. 7 części.

10. Model miednicy żeńskiej i męskiej

1) Przekrój męskiej miednicy 1 szt.

Model przekroju środkowego demonstrować musi w sposób szczegółowy wszystkie męskie narządy płciowe i struktury budowy anatomicznej. Model umieszczony musi być na podstawie.

2) Model miednicy żeńskiej z więzadłami, naczyniami, nerwami, dnem miednicy i organami 1 szt.

Model miednicy żeńskiej musi mieć naturalną wielkość i składać się z min. 6-części. Model musi stanowić realistyczne odwzorowanie układu kostnego, więzadeł, naczyń, nerwów, mięśni. dna miednicy i żeńskich narządów płciowych. Musi przedstawiać dno miednicy z demontowanymi częściami: zwieracz zewnętrzny odbytu, zwieracz zewnętrzny cewki, głębokim i powierzchownym mięsień poprzeczny krocza.

Demontowane również odbytnica, macica z rurkami jajowodów, jajnikami i pochwą. Elementy modelu muszą być rozkładane na dwie części w celu uwidocznienia ich przekroju. Model musi przedstawiać kości: dwie kości biodrowe, spojenie łonowe, kość krzyżowa i kość ogonowa, piąty kręg lędźwiowy z dyskiem międzykręgowym. Po rozmontowaniu miednicy widoczna musi być część końskiego ogona w kanale kręgowym. Lewa połowa piątego kręgu lędźwiowego musi być demontowalna. Prawa połowa modelu miednicy przedstawiać musi następujące więzadła: pachwinowe, krzyżowo-guzowe, krzyżowo-kolcowe, przednie więzadło krzyżowo-biodrowe, biodrowo-lędźwiowe, przednie więzadło podłużne, międzykostne więzadło krzyżowo-biodrowe, tylne więzadło krzyżowo-biodrowe i zasłaniacz.

11. Model zębów i uzębienia

1) Model żuchwy i szczęki z zębami 2 szt.

Model musi demonstrować zęby z korzeniami, naczynia i nerwy. Dolna szczeka musi być ruchoma. Model umieszczony musi być na statywie. Waga max 1kg

12. Modele czaszek ludzkich- różne przekroje

1) Środkowy i czołowy przekrój głowy 1 szt.

Model przedstawiać musi przekrój czołowy i strzałkowy głowy w wielkości naturalnej, model musi zawierać dwie płaskorzeźby. W przekroju czołowym widoczny muszą być płaty czołowe mózgu, zatoki szczękowe, komórki sitowe, przegrodę nosa przekrój czołowy przez język i podniebienie twarde. W przekroju strzałkowym widoczne muszą być powierzchnia przyśrodkowa mózgowia, boczna ściana jamy nosowej, przekrój strzałkowy języka gardła i krtani, przekrój przez kręgosłup w odcinku szyjnym z rdzeniem kręgowym, zatoka czołowa. Model umieszczony musi być na jednej podstawie. Waga max. 2kg.

2) Czaszka standardowa – 2 szt.

Model czaszki składać się musi z 3 części i być dokładnym odwzorowaniem czaski ludzkiej. Model wykonany musi być z wytrzymałego plastiku, wymagana wysoka dokładność odwzorowania szczelin, jam, wyrostków, szwów czaszkowych i innych struktur. Model musi zawierać demontowalne: pokrywę czaszki i żuchwę. Model musi posiadać możliwość przedstawienia naturalnych ruchów żuchwy (wymagane montowanie żuchwy na sprężynie). Waga max 0,7kg

3) Połowa czaszki w przekroju 1 szt.

Model musi prezentować połowę czaszki w przekroju wzdłużnym i składać się musi z 4 części: sklepienie czaszki, podstawa czaski, żuchwa i przegroda nosowa. Model wykonany z materiału imitującego strukturę kości.

Wymagana gwarancja na wszystkie modele minimum 12 miesięcy.

Część II Dostawa wagi laboratoryjnej – 1 szt.

Wymagane parametry wagi:

- Max. obciążenie 1000g
- Obciążenie minimalne 50 mg
- Dokładność 10mg
- Powtarzalność 10mg
- Wymiar szalki 200x200 mm (+/-10%)
- Zasilanie 13,5 ÷ 16 V DC / 2,1 A

- Kalibracja automatyczna
- Wbudowany wyświetlacz LCD min 2 cale
- Interfejs 2×RS 232, USB-A, USB-B,
- Złącze do połączenia z komputerem
- Wymagane oprogramowanie do współpracy z komputerem
- Wymagana legalizacja wagi
- **Gwarancja 24 miesiące**

Część III Dostawa suszarki do szkieł laboratoryjnych – 1szt.

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

- pojemność komory: min 15l
- temperatura pracy: do 250 st C
- wymagany sterownik z wyświetlaczem min 2 cale
- materiał wykonania komory: stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z normą DIN 1.4301
- wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 440/520/350 mm (+/- 10%)
- wymiary komory (szer/wys/gł): 320/240/180 mm (+/- 10%)
- moc znamionowa: 600 W (+/- 10%)
- waga : 27 kg (+/- 10%)
- regulacja temperatury: min co 0,2 C
- wymagana stabilność temp. w +105C: +/-0,7C
- zasilanie 50Hz: 230 V
- ilość półek min 1 szt.
- pamięć min 2 dowolnych programów Użytkownika
- wymagany podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
- wymagana rejestracja wartości temperatury
- wymagana sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury i uszkodzenia czujnika temperatury
- wymagany zegar czasu rzeczywistego
- interfejs RS232 oraz port USB wraz z kablem RS232 i USB
- wymagana funkcja autokontroli
- wymagana instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim
- wymagana półki druciane ze stali nierdzewnej z zestawem przewodnic min 2 szt.
- wymagana sterowanie stopniem otwarcia kominka wentylacyjnego

Gwarancja 24 miesiące

Część IV- Dostawa pH-metru/ionometru, pH-metru, spektrofotometru

1) pH-metr/ionometr – 1szt.

Podstawowe wymagania dla przyrządu to:

- Zasilanie sieciowe 230V
- Wymagane pomiary wykonywane przez aparat: pH, temp, redox, i stężenia jonów
- musi posiadać wyświetlacz z regulacją jasności min 2 cale
- musi posiadać pamięć terminu kalibracji
- musi posiadać pamięć dla min 3500 wyników
- musi posiadać wyjście USB
- Automatyczne podstawianie masy molowej wybranego jonu.
- Automatyczne przeliczanie jednostek
- Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
- pomiar napięcia z porównaniem do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego

Masa: 1 kg (+/- 15%)

Zakres pomiaru pH od -2.000 do 16.000

dokładność: max +/-0.002

rozdzielczość pH 0,001 i 0,01 definiowane przez użytkownika

Funkcja Jon (pX, M/l, g/l):

- zakres: 0-100 M/l;
- dokładność: +/-0.25%
- rozdzielczość 0,01/0,1%

Wyposażenie standardowe:

- czujnik temperatury;

- zasilacz;
- miernik
- elektrody min po 1 szt. do każdego mierzonego parametru

Gwarancja 12 miesięcy

2) pH-metr – 1 szt.

Podstawowe wymagania dla przyrządu to:

Urządzenie służące do pomiaru pH, potencjału redox i temperatury.

Wymagane:

wyświetlacz wyświetlający odczyt funkcji temperatury i mierzonego parametru.

wodoszczelna obudowa aparatu

zasilanie bateryjne lub sieciowe (12V)

zakres pomiaru pH min. 0.00-14.00

rozdzielczość pH 0.1 lub lepsza

dokładność 0.01 lub lepsza

zakres pomiaru potencjału redox min. 0-1999.9 mV

rozdzielczość pomiaru potencjału redox +/- 1mV

dokładność pomiaru potencjału redox +/-1mV

waga urządzenia max. 300g

wymagane elektrody do wykonania wszystkich pomiarów.

Gwarancja 12 miesięcy

3) Spektrofotometr – 1 szt.

Wymagany jest spektrofotometr typu UV-VIS do ilościowego i jakościowego oznaczania w roztworach:

- substancji organicznych i nieorganicznych wykazujących absorpcję promieniowania w nadfiolecie i w zakresie widzialnym.

Wymaga się aby spektrofotometr spełniał następujące parametry techniczne:

zakres długości fali od 190 do 1100 lub szerszy,

dokładność długości fali: $\pm 0,3$ nm lub dokładniejsza, automatyczna korekcja długości fali

szerokość spektralna szczeliny – zmienna – co najmniej 4 wartości w zakresie od 0,5– 5 nm

dokładność fotometryczna $\pm 0,002$ Abs (przy 0,5A),

powtarzalność fotometryczna $\pm 0,001$ Abs(przy 0,5A)

stabilność linii bazowej: $\pm 0,001$ ABS / h lub dokładniejsza,

powtarzalność długości fali 0,2 nm lub dokładniejsza,

poziom szumów: max 0,001A

Spektrofotometr typu UV-VIS musi być wykonany z materiałów niekorodujących musi posiadać:

system dwuwiązkowy,

szczelnie zamknięty układ optyczny pokryty kwarcem,

wyświetlacz LCD,

możliwość pracy autonomicznej i z komputerem użytkownika,

specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do podłączenia z komputerem

użytkownika kompatybilne z WINDOWS Vista, 7, 8.

interfejs USB.

Wymagana automatyczna kalibracja lampy.

Wymagana gwarancja 24 miesiące

Wymagane przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób z podstawowej obsługi urządzenia.

Część V Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

1. Zbiornik do przechowywania preparatów w ciekłym azocie – 1 szt.

Wymagany jest zbiornik do przechowywania preparatów w ciekłym azocie z automatycznym napełnianiem

Wymagana pojemność zbiornika to min 8 000 próbek w probówkach lub w workach w ciekłym azocie.

Wymagany jest system kontroli poziomu LN2 w pojemniku wraz z alarmem niskiego i wysokiego poziomu LN2.

Wymagany jest system automatycznego napełniania zbiornika z zewnętrznego źródła LN2 w przypadku obniżenia poziomu.

Wymagany jest system kontroli temperatury wraz z alarmem i rejestratorem temperatury.

Wymagana jest sygnalizacja otwarcia pokrywy zbiornika.

Wymagany jest Interfejs komputerowy oraz system rejestracji zdarzeń.

Wymiary zbiornika max wysokość 130 cm, max waga pojemnika 190 kg

Gwarancja 12 miesięcy

2. Pipetor elektroniczny – 1szt.

Musi być przeznaczony dla pipet o objętości od 0,1 do 200 ml.

Wymagane cechy pipetora:

- Ergonomiczna rękojeść,
- masa pipetora - max 210 gram
- Prędkość pipetowania regulowana przez użytkownika
- Dozowanie cieczy musi odbywać się grawitacyjnie lub za pomocą pompki elektrycznej.
- wymagany jest wyświetlacz LED z poziomem naładowania baterii
- wymagana ładowarka
- wymagane dwa filtry membranowe 0,2 µm
- instrukcja obsługi w j. polskim lub j. angielskim

Gwarancja 12 miesięcy

3. Palnik automatyczny – 1szt.

Wymagany palnik typu Bunsena

Wymagane przez użytkownika:

- obudowa z satynowanej stali kwasoodpornej, odporna na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne
- kolorowy wyświetlacz z bezpiecznego szkła.
- nawigacja za pomocą pokrętki.
- Wymagana możliwość pracy ciągłej i przerywanej
- Wymagana możliwość pracy z palnikiem przechylnym na prawą lub lewą stronę.
- regulacja czasu płomienia w zakresie od 1 -2 godzin
- wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym zapłonem i przegrzaniem głowicy,
- wymagana możliwość zasilania gazem z sieci i butli,
- ciężar max 1400 g
- zasilanie od 100 – 240 V

Gwarancja 12 miesięcy

4. Mieszadło rolkowe – 1szt.

Wymagana ilość rolek tocznych min - 5 szt

Wymagane obciążenie znamionowe rolek tocznych - 1000g (+/-10%)

Wymagana długość rolek tocznych - 300mm (+/-10%)

Obroty rolek wymagane regulowane w zakresie 1- 30 obr/min

Napięcie zasilania - 230 V

Wymiary

- 500 x 210 x 115 mm (+/-10%)

Waga urządzenia 4.8 kg (+/-10%)

Gwarancja 12 miesięcy

5. Pipety automatyczne z wyrzutnikiem końcówek i stojakiem – 1 zestaw

Wymagamy, aby w zestawie znajdowały się:

1) Pipety automatyczne o zmiennej objętości:

- kalibrowane; zakres objętości 0,5 – 10ul, precyzja nastawiania (skok) co 0.1ul, - 2 szt.

- kalibrowane; zakres objętości 10-100ul, precyzja nastawiania (skok) co 0.2ul - 2 szt.

- kalibrowane; zakres objętości 100-1000ul. - 2 szt.

2) Pudełka na końcówki do pipet. Muszą być autoklawowalne wykonane z tworzywa.

Pudełko musi mieścić min 96 końcówek w układzie 8 x 12; pudełko na końcówki białe (0,5 – 10ul) - 2 szt.

3) Pudełka na końcówki do pipet. Muszą być autoklawowalne wykonane z tworzywa. Pudełko musi mieścić

96 końcówek w układzie 8 x 12; pudełko na końcówki żółte (10 – 100ul) 2 szt.

4) Pudełka na końcówki do pipet. Muszą być autoklawowalne, wykonane z tworzywa. Pudełko musi mieścić

96 końcówek w układzie 8 x 12; pudełko na końcówki niebieskie (10 – 100ul) - 2 szt.

5) Kończówki do pipet, końcówki białe (1 – 10ul) -1 opak (100szt.)

6) Kończówki do pipet, końcówki żółte (10 – 100ml) -1 opak (100szt)

7) Kończówki do pipet, końcówki niebieskie (100 – 1000ml) -1 opak (100szt)

8) Stojaki na min 4 pipety, z tworzywa - 2 szt.

9) Statyw na próbówki 0,5ml - 2 szt.

10) Statyw na próbówki 0,2 ml (do PCR), z pokrywką, układ 8 x 12 dołków. - 2 szt.

11) Statyw na próbówki pasujący do próbek typu ependorf (1.5ml) oraz falcon (15 ml i 50ml). Musi mieścić co najmniej 32 próbówki ependorf. Statyw musi być wykonany z tworzywa i autoklawowalny. - 2 szt.

12) Probówki typu „ependorf” pojemność: 1.5ml, płaskie wieczko z polem do podpisywania, zawias "z oczkiem"; 1 opakowanie (1000 szt)

13) Probówki typu „ependorf” pojemność: 2ml, płaskie wieczko z polem do podpisywania, zawias "z oczkiem" – 1 opakowanie (1000 szt)

14) Probówki typu „falcon”, niesterylne pojemność: 15 ml, z podziałką na boku, zakręcane, niesterylne- 1 opakowanie (500 szt)

15) Probówki typu „falcon”, niesterylne pojemność: 50 ml, z podziałką na boku, zakręcane, płaskie dno (możliwość stawiania na stole), niesterylne – 1 opakowanie (500 szt)

16) Probówki do PCR Probówki 0.2ml w paskach po 8 sztuk, z nakrywkami, bezbarwne - 1 opakowanie (100 szt)

Gwarancja tylko na pipety 12 miesięcy

WZÓR
UMOWA NR DP/2310/.... /14

zawarta w dniu 2014 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1.

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, wysokość kapitału zakładowego, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego..... i kapitału wpłaconego, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy, REGON, NIPwpisanym do **Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności**

Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż..... oraz dostarczenie, rozładunek i wniesienie sprzętu oraz oprogramowania (dot. cz. II oraz cz. IV poz.3) w miejsca wskazane przez Zamawiającego spełniające warunki techniczne określone w SIWZ i w Ofercie Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym sprzedaż, dostarczenie, rozładunek, wniesienie, przeszkolenie (jeżeli dotyczy) pracowników Zamawiającego, Wykonawca zrealizuje zgodnie ze złożoną ofertą do dnia
4. Wykonawca nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić uprawnionych pracowników Zamawiającego, o gotowości ich dostarczenia. O gotowości dostarczenia sprzętu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust.1.
6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust.1.
7. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w szczególności będących następstwem siły wyższej.
8. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie

bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

9. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
10. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
 - a) jest nowy,
 - b) nie posiada jakichkolwiek wad fizycznych, ani wad prawnych, a w szczególności opłacone są wymagane odrębnymi przepisami wszelkie opłaty podatkowe i celne.

§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, udzieleniem licencji, wniesieniem przedmiotu umowy, wymienionym w § 1 ust. 1, przeszkolenie (jeżeli dotyczy) w zakresie obsługi.
2. Całkowita wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości zł (słownie: tysięcy złote groszy) w tym podatek VAT..%. Całkowita wartość umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy oraz wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją umowy przez Wykonawcę.
3. Zapłata nastąpi po dostarczeniu i odebraniu przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na płatnika- Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, które obejmuje także przeszkolenie (jeżeli dotyczy) w zakresie obsługi sprzętu potwierdzone pisemnym bezusterkowym protokołem odbioru dostarczonego sprzętu i protokołem przeszkolenia. Wzór protokół odbioru stanowi załącznik do niniejszej umowy i powinien zostać podpisany przez komisję składającą się z:
 - 1) imiennie upoważnionych przez Zamawiającego osób, tj.: z kierownika laboratorium/zakładu, do którego dany sprzęt został dostarczony: tj., z p.oraz osoby materialnie odpowiadającej za sprzęt
 - 2) upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, lub niezgodności co do ilości lub rodzaju przedmiotu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ, o której mowa z § 1 ust 1, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko towar wolny od wad i zgodny z zamówieniem, w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty stwierdzenia wad lub nieścisłości.
6. Odbiór zakwestionowanego uprzednio przedmiotu umowy, jako wadliwego lub niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego dokonuje Wykonawca na własny koszt.
7. Protokół odbioru partii przedmiotu umowy winien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron niniejszej umowy, podpisany czytelnie przez obie strony.
8. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2 stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy:, tel.:, fax
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.
2. Wykonawca wykona umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu:
 - 1) kartę gwarancyjną, instrukcję oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie;
 - 2) wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany;
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt.

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na sprzęt okres: miesięcy.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na sprzęt okres: miesięcy.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
5. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
6. Zamawiający może według swojego wyboru wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
7. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącone przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
8. Zgłoszenie usterki następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu
9. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.
10. W przypadku istotnej naprawy przedmiotu umowy, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zaczynają swój bieg na nowo od daty zakończenia skutecznej naprawy. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, i rozpoczynają swój bieg od daty wymiany części.
11. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. Udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku brak odpowiedzi przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę..

§ 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

1. Dane Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony sprzęt, kwotę wynikającą z formularza rzeczowo- cenowego Wykonawcy, w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę tj. podpisanym obustronnie protokołem odbioru do Działu Funduszy Europejskich w siedzibie Zamawiającego, przelewem na nr konta bankowego wskazanego na fakturze.
3. Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT jest:
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,
 - 2) 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- 3) 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących usterek lub wad w okresie gwarancji lub rękojmi,
 - 4) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2 jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym z przysługującego mu wynagrodzenia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
 4. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:
 - 1) zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki,
 - 2) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe zainstalowanie, uruchomienie lub korzystanie z oprogramowania.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wykonawca oświadcza, że autorzy oprogramowania ani osoby trzecie nie będą zgłaszać względem Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym z tytułu swoich autorskich praw osobistych, ani roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych w stosunku do oprogramowania lub poszczególnych jego części będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami osób trzecich.
5. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej bezterminowej licencji na korzystanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z oprogramowania na ilości stanowisk zgodnych ze SIWZ na następujących polach eksploatacji:
 - 1) wprowadzanie oprogramowania do pamięci komputerów i urządzeń Zamawiającego,
 - 2) usuwania z pamięci komputerów i urządzeń,
 - 3) stosowanie oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach pozostających pod kontrolą Zamawiającego,
 - 4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,
 - 5) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,
 - 6) modyfikowania i rozbudowy oprogramowania lub łączenie go z innym programem lub programami na zasadach określonych przepisami prawa autorskiego,
 - 7) wykorzystanie oprogramowania podczas pokazów lub prezentacji publicznych,
 - 8) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt.1-5 powyżej.

§ 10.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad uniemożliwiających zainstalowanie, uruchomienie i korzystanie z oprogramowania.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

§ 13.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 14.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 15.

Adres Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 16.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa

PROTOKÓŁ ODBIORU/ I PRZESZKOLENIA (jeżeli dot.)

wzór

Dostawca:

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: Instytut
Laboratorium/Pracownia

Data zakończenia realizacji umowy tj. odbioru/przeszkolenia:...../...../2014 r.

W zakresie używania i obsługi n/w sprzętu, przeprowadzono przeszkolenie osób:

1)
Data i czytelny podpis

2)
Data i czytelny podpis

3)
Data i czytelny podpis

4)
Data i czytelny podpis

Dostarczono:

Lp.	Nazwa	Producent	Model	Nr seryjny	Ilość	Uwagi i zastrzeżenia
1.						
2.						

Strony oświadczają, że dostarczony sprzęt jest zgodny/niezgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z warunkami umowy nr DP/2310/...../14 z dnia

Strona przekazująca oświadcza, że sprzęt: jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, na dowód czego wraz ze sprzętem przekazano/nie przekazano*: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie,

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymieniony sprzęt został odebrany przez uprawnionych pracowników bez zastrzeżeń.

Pozostałe uwagi:.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona przekazująca:	Strona odbierająca:
	Kierownik Laboratorium/Pracownia:
.....
podpis i pieczęć	podpis i pieczęć
	Osoba wskazana w umowie
	Osoba wskazana w umowie

	podpis i pieczęć
	podpis i pieczęć

WZÓR

ZOBOWIĄZANIE
z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

.....
.....
.....
dokładna nazwa Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie,
któremu/którym udostępnia się zasoby

Jako osoba/osoby reprezentujące podmiot:

.....
.....
zobowiązuję się/ zobowiązujemy się oddać do dyspozycji ww. wykonawcy, ubiegającego się

o zamówienie dot.:.....

.....
następujące, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu powyższego zamówienia.

Lp.	Rodzaj zasobu
1	Wiedza i doświadczenie ¹ :
2	Potencjał techniczny ¹ :
3	Osoby zdolne do wykonania zamówienia ¹ :
4	Zdolność finansowa ¹ :

Oświadczam, iż będę uczestniczył² /nie będę uczestniczył w realizacji części zamówienia¹

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu

¹ Niepotrzebne skreślić

² W przypadku, gdy podmiot udostępniający zasoby, będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, do oferty należy złożyć dokumenty, o których mowa w pkt.VIII.2 SIWZ

WZÓR

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.....

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie.....

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm), że reprezentowany przeze mnie podmiot, spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia¹ ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia¹;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej¹;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

WZÓR

**WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH
W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT**

Część

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące dostawy (co najmniej dwie dostawy), z których **każda:** odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż wartość brutto określona w SIWZ.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane	Zakres rzeczowy dostawy/ przedmiot	Daty wykonania	Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

Dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należyście w załączeniu.

Załączone dokumenty winny w sposób jednoznaczny wskazywać wykazane dostawy oraz potwierdzać ich należyte wykonanie

..... dnia

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

WZÓR

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Cześć

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z wniesieniem i montażem sprzętu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

Lp.	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami ¹
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
 uprawniony do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

¹ Podać formę współpracy z Wykonawcą/rodzaj umowy (np.: o pracę, o dzieło, zlecenie, itp.)

WZÓR

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia**

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

..... składam oświadczenie, że wobec reprezentowanego
przeze mnie podmiotu, brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

WZÓR

INFORMACJA/ LISTA

składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu:.....
w imieniu:.....

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

¹jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że **nie należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

LUB

¹jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że **należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1.
2.
3.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Niepotrzebne skreślić

WZÓR

.....
(nazwa firmy).....
(dokładny adres).....
(NIP/REGON).....
(TELEFON/ FAX)

OFERTA

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce**

Nawiązując do postępowania (DP/2310/125/14) w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu – MEDREH.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie w:

Część I Dostawa pomocy dydaktycznych – 31 szt.

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Model anatomiczny części ciała człowieka -narządy wewnętrzne</i>	3szt.			
2.	<i>Model szkieletu ludzkiego</i>	3szt.			
3.	<i>Model anatomicznych części człowieka- kości</i>	3szt.			
4.	<i>Model układów wewnętrznych człowieka</i>	4szt.			
5.	<i>Model anatomiczne stawów z więzadłami i mięśniami ręki, stopy</i>	2 szt.			
6.	<i>Model anatomiczny stawów z więzadłami i mięśniami kończyny górnej i dolnej</i>	2szt.			
7.	<i>Model figury mięśniowej</i>	2szt.			
8.	<i>Modele płuc i drzewa oskrzelowego</i>	2szt.			
9.	<i>Model serca</i>	2szt.			
10.	<i>Model miednicy żeńskiej i męskiej</i>	2szt.			
11.	<i>Model zębów i uzębienia</i>	2szt.			
12.	<i>Model czaszek ludzkich (różne przekroje)</i>	4szt.			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)
Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/materiałach producenta stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy do dnia

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część II Dostawa wagi laboratoryjnej – 1szt.

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)
Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1 do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy do dnia

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące, licząc od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część III Dostawa suszarki do szkieł laboratoryjnych- 1szt.

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)
Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1 do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminie do dnia

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące, licząc od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru. Niezależnie od udzielonej gwarancji, **udzielamy** miesięcznej rękojmi.

Część IV Dostawa pH-metru/jonometru, pH-metru, spektrofotometru

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1	2	3	4	5	6
1	<i>pH-metr/jonometr</i>	1szt.			
2.	<i>pH-metr</i>	1szt.			
3.	<i>Spektrofotometr</i>	1szt.			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/materiałach producenta stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy do dnia

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część V Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1	2	3	4	5	6
1	<i>Zbiornik do przechowywania preparatów w ciekłym azocie</i>	1szt.			
2.	<i>Pipetor elektroniczny</i>	1szt.			
3.	<i>Palnik automatyczny</i>	1szt.			
4.	<i>Mieszadło rolkowe</i>	1szt.			
5.	<i>Pipety automatyczne z wyrzutnikiem końcówek i stojakiem</i>	1 zestaw			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy drobny sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/materiałach producenta stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy do dnia

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

2. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami¹.

Następujący zakres dostaw zamierzamy zlecić podwykonawcom¹:

a)wartość brutto

ZAKRES DOSTAW

b)wartość brutto

ZAKRES DOSTAW

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

6. Oświadczamy, że oferowany sprzęt: jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz zobowiązujemy się, do dostarczenia Zamawiającemu przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

7. Osoba odpowiedzialna/uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu

zamówieniatel.fax.....

Imię i nazwisko

8. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie

..... Potwierdzenie w załączeniu. Zwrotu wadium należy dokonać

na nr rachunku bankowego:.....

9. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

..... dnia r.

.....

uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ niepotrzebne skreślić