



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa*

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach**
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-72-77

Nr Sprawy: DP/2310/96/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: **Dostawa wyposażenia- MEDREH**

Tryb: przetarg nieograniczony
powyżej 207 000 EURO

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu **26.06.2014 r.** oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **01.07.2014 r.** pod numerem **2014/S 123-218919.**
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu **01.07.2014 r.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
tel. (0-41) 349 72 77

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą Pzp lub uPzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia- MEDREH** z podziałem na części:

- Część I- Zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, lodówko-zamrażarka.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki
39711110-3 Chłodziarkozamrażarki
- Część II- Sterylizator i autoklaw- 2 szt.
Suszarka medyczna- 2 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
33191100-6 Urządzenia sterylizujące
33191110-9 Autoklawy
33100000-1 Urządzenia medyczne
- Część III- Cieplarki- 2 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
42943700-5 Układy z obiegiem grzewczym
- Część IV- Inkubator CO₂- 1 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
33152000-0 Inkubatory
- Część V- Analizatory- 2 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
38434000-6 Analizatory
- Część VI- EEG- 1 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
33100000-1 urządzenia medyczne
- Część VII- Sprzęt operacyjny do sekcji zwłok- 6 kpl.
Lampa operacyjna przenośna- 2 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
31524110-9 Lampy używane na salach operacyjnych
- Część VIII- Waga do narządów- 1 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
38310000-1 Wagi precyzyjne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się dany asortyment wskazany przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Dostawa obejmuje również transport, wniesienie, montaż instalację, konfigurację, w tym podłączenie do istniejących mediów wraz z dostawą niezbędnych elementów łączących, przeprowadzenie wymaganych przy tego typie sprzęcie prób i pomiarów, uruchomienie, szkolenie personelu oraz

wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego. W przypadku części dot. dostawy autoklawów Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania w imieniu Zamawiającego odbiór UDT autoklawu, będącego przedmiotem dostawy.

Dostarczony sprzęt wyspecyfikowany asortymentowo i ilościowo w zał. nr 1 do SIWZ musi być fabrycznie nowy i pełnowartościowy oraz nie może nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia i użytkowania.

Szczegółowy opis parametrów technicznych, wymagania ilościowe i jakościowe Zamawiającego dotyczące sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA!!!

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

Ilekczo w treści SIWZ, w tym i w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż wyszczególnione (wymienione) i określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany, jako równoważny jest taki jak opisany lub lepszy od sprzętu opisanego przez Zamawiającego.

Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:

- wszystkie dostarczone sprzęty muszą być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), pochodzić z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich,
- spełniać wymagania wytrzymałościowe,
- przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczeni do eksploatacji wymagane przepisami i Polskimi normami, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do pracy u Zamawiającego do celu dla, którego przedmiot zamówienia jest zakupywany.
- wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.

Odpowiedzialność za dostarczony sprzęt spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do dnia jego ostatecznego odbioru potwierdzonego podpisaniem obustronnie (Wykonawca, Zamawiający) bezusterkowym protokołem odbioru stanowiącym załącznik do umowy tj. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt dostarczony przez przewoźnika/kuriera, mimo podpisania dowodu/dokumentu dostawy.

Wymagania ogólne dot. gwarancji i serwisu:

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem oraz okres rękojmi min. 24 m-ce, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu, o którym mowa w projekcie umowy, o ile zapisy w opisie przedmiotu zamówienia nie stanowią inaczej.
- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
- W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
- Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji (dwa razy w roku, w ustalonych przez strony terminach), z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta sprzętu (materiały wliczone w koszt zakupu całego sprzętu).
- Na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji, Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego dostarczonego sprzętu.
- Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max. w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.

Pozostałe warunki dot. gwarancji, rękojmi i serwisu zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Gwarancja oraz rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, staje się postanowieniem umowy i będzie liczona od daty podpisania obustronnie bezwystawowego protokołu odbioru końcowego.

Nie spełnienie, któregośkolwiek z punktów granicznych dla poszczególnej pozycji wymienionej w Specyfikacji Technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie oferty.

IV. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia oznaczone cyfrą rzymską w pkt. III SIWZ.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, w terminie: **30 dni**, licząc od daty 15.11.2014 r. z uwagi na trwające prace budowlane związane z budową budynku, w którym ma zostać zainstalowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia.

Zmiana ww. terminu (skrócenie lub wydłużenie) może ulec zmianie wyłącznie na uzasadniony/ zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu, w trakcie realizacji umowy.

Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć w szczególności będących następstwem działania siły wyższej.

Realizacja/wymagania dot. dostawy:

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, wniesienia, montażu- instalacji, konfiguracji, w tym podłączenie do istniejących mediów wraz z dostawą niezbędnych elementów łączących, przeprowadzenie wymaganych przy tego typie sprzęcie prób i pomiarów, uruchomienie, szkolenie personelu zgodnie z zestawieniem rzeczowo-ilościowym i jakościowym w miejscu wskazanych przez uprawnionych w umowie przedstawicieli Zamawiającego,
- wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów niezbędnych do uruchomienia, konfiguracji i przeszkolenia na dostarczonym sprzęcie min 3 osób,
- dostawa odbywać się będzie transportem własnym i na koszt własny Wykonawcy,
- montaż sprzętu odbywać się będzie w nowo budowanym obiekcie,
- dostawa sprzętu odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw między użytkownikiem a Wykonawcą.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 tj.:

- 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - *Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;*
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:
 - wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy o charakterze i wartości brutto (każda z tych dostaw) odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż: dla części I- 100 000 zł brutto każda, dla części II- 100 000,00 zł brutto każda, dla części III- 15 000,00 zł brutto każda, dla części IV- 25 000 zł brutto każda, dla części V- 80 000,00 zł brutto każda,

dla części VI- 20 000,00 zł brutto każda, dla części VII- 45 000 zł brutto każda, dla części VIII- 15 000 zł brutto każda;

- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
- dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje do instalacji, i przeszkolenia zakresie obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji min 2 osoby dla każdej części;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.:
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż: dla części I- 100 000 PLN, dla części II- 100 000,00 PLN, dla części III- 15 000,00 PLN, dla części IV- 25 000 PLN, dla części V- 80 000,00 PLN, dla części VI- 20 000,00 PLN, dla części VII- 45 000 PLN, dla części VIII- 15 000 PLN;

UWAGA!!!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki wynikające z art. 22 ust.1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w art. 24 ust.1., art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inne dokumenty określające:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

Wzór zobowiązania stanowi zał. Nr 3 do SIWZ.

- 2) Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca wykaże odpowiednio, że nie później niż na dzień składania ofert, spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1., art. 24 ust. 2 pkt 5 i art. 24b ust 3 ustawy Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na dzień składania ofert, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych w pkt. IX SIWZ.

VIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia wraz z jej wartością, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty.

IX.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ.
- 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (co najmniej dwie dostawy o charakterze odpowiadającym dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzonego wg zał. Nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA!!!

Jeżeli Wykonawca przystępuje do postępowania biorąc udział w jednej części, powinien wykazać się zrealizowaniem lub realizacją tyłu dostaw i na taką kwotę, jaka została określona w wymaganiach/warunkach dla tej części, na którą składa ofertę.

Wykonawca przystępujący do kilku części postępowania, musi spełnić warunek dot. doświadczenia oddzielnie na każdą część.

Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych lub realizowanych dostaw o wartości poniżej wymaganej (wartości poszczególnych dostaw nie będą sumowane). *Załączone dokumenty winny w sposób jednoznaczny wskazywać wykazane dostawy oraz potwierdzać ich należyte wykonanie*

W przypadku dostaw realizowanych- doświadczeniem wykonawcy są dostawy zrealizowane do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca podaje wartość wykonanych/zrealizowanych dostaw w ramach wykonywanej umowy, nie zaś łączną wartość umowy.

- 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z instalacją i przeszkoleniem w zakresie obsługi sprzętu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg zał. Nr 6 do SIWZ.
- 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

IX.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, wykażą brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i z art. 24 ust. 2 pkt. 5

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, sporządzonego wg zał. Nr 7 do SIWZ.
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9¹ ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

¹ Dokument niniejszy składa Wykonawca będący podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)

- 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 8 do SIWZ;

Uwaga!!!

- A. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. pkt. 2)-4) i 6)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. pkt. 5) i 7)- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 , 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- C. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy odnośnie terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
- D. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IX.2. SIWZ.

IX.3. Oprócz dokumentów wymienionych powyżej, do oferty należy załączyć:

- 1) Formularz ofertowy Wykonawcy.
- 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
- 3) Dowód wpłaty wadium.
- 4) *W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę z elementami objętymi 8% stawką VAT Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego wprowadzenie danego wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Polski zgodnie z zapisami w pkt. XV SIWZ*

5) Specyfikację techniczną/materiały producenta, potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (wymagane w języku polskim). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczęć z parafą) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo.

Dokument sporządzony w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku oferty wspólnej należy w formularzu ofertowym wymienić z nazwy, z określeniem siedziby- wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zapytania, prośba o wyjaśnienie treści SIWZ muszą być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, który je stawia oraz sformułowane na piśmie i składane na adres:

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
Dział Zamówień Publicznych DP/2310/96/14. dot.

Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dot. treści SIWZ.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje– zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego– będą przekazywane, zgodnie z art. 27 ust. 1, faksem w języku polskim. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna w języku polskim tj. oryginał pisma przesłany pocztą, kurierem lub złożone osobiście. Za wyjątkiem informacji, których treść podawana jest do wiadomości publicznej na stronie www.ujk.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz uzupełnianych na wezwanie Zamawiającego, należy złożyć tylko w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2. w języku polskim.

Uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następującą osobę: mgr inż. Jolanta Jarzab, tel. (041) 349 72 76, fax 41 349 72 78/75, godziny urzędowania 7³⁰÷15³⁰ od poniedziałku do piątku.

XI. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie:

- dla części I- 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100),
- dla części II- 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100),
- dla części III- 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100),
- dla części IV- 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100),
- dla części V- 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100),
- dla części VI- 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100),
- dla części VII- 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100),
- dla części VIII- 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100),

Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien przelać ww. kwotę: **przed upływem terminu składania ofert** na konto, Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318.

Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium– Znak sprawy DP/2310/96/14 część..”.

Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu dokonania przelewu wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63 ust. 3 pkt 1

ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póź. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (tj. w formie gwarancji lub poręczeń), dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać:

- 1) nazwę i adres:
 - a) dającego zlecenie tj. Wykonawcy,
 - b) beneficjenta gwarancji tj. Zamawiającego,
 - c) gwaranta tj. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 3) kwotę gwarancji,
- 4) termin ważności gwarancji,
- 5) przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp
- 6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo, nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta– Zamawiającego, kwoty gwarancji w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej (pkt. 5).

Brak którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium w treści gwarancji spowoduje uznanie wadium za wniesione nieprawidłowo, co będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy.

Wnoszona gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na każde żądanie Zamawiającego.

Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez min. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT.

Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.

Wymaga się podpisania oferty na każdej zadrukowanej stronie oferty w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej (tj. imienna pieczętka i podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub czytelny podpis). Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo) lub umowę spółki z treści której będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę jak powyżej.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, z zastrzeżeniem, że ich treść musi być zgodna z formularzami załączonymi przez Zamawiającego do SIWZ.

Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, bądź w przypadku błędnego oznakowania koperty, które może doprowadzić do wcześniejszego otwarcia korespondencji, zaleca się zastosowanie dwóch kopert opisanych jak poniżej.

Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na:

- zewnętrznej kopercie należy umieścić napis:

„Oferta dot. DP/2310/96/14 Dostawa wyposażenia- MEDREH. Część nr”

Nie otwierać przed **06.08.2014 r. godz. 11¹⁵**

- wewnętrznej kopercie oprócz napisu jw. musi być zawarta pełna nazwa Wykonawcy i jego adres siedziby.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie w formie oryginału o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszym punkcie. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „**Dostawa wyposażenia- MEDREH** Nr sprawy DP/2310/96/14 część” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie ofert Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj.:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

SEKRETARIAT KANCLERZA, pokój nr 5

25-369 Kielce; ul. Żeromskiego 5

Oferty należy złożyć do dnia **06.08.2014 r.** do godziny **11⁰⁰**.

Oferty zostaną otworzone w dniu **06.08.2014 r.** o godz. **11¹⁵** w siedzibie Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-369 Kielce; ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5a.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę z elementami objętymi 8% stawką VAT na podstawie ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.) Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego wprowadzenie danego wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) w szczególności wpis lub zgłoszenie wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument, z którego będzie wynikać prawo do zastosowania 8% stawki podatku VAT.

Niniejsze dokumenty należy załączyć do oferty.

Zamawiający będzie się ubiegał o dokument upoważniający do obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w części postępowania w skład, którego wchodzi dostawa sprzętu komputerowego.

W cenę oferty należy wliczyć koszty transportu i wszelki składniki niezbędne do wykonania zamówienia a w szczególności koszty dostawy sprzętu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montaż, w przypadku dostarczenia sprzętu w elementach. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane.

Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z zapisami o podatku od towarów i usług w zakresie dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie o realizacji dostaw wewnątrzwspólnotowej, a zaoferowana przez niego cena oferty nie zawiera podatku VAT, który Zamawiający ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom i nie będzie podlegać waloryzacji.

XVI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg poniżej podanego kryterium:

I. KRYTERIUM- cena brutto za przedmiot zamówienia- stanowiące wagę **100%**

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

1. Kryterium: cena brutto za przedmiot zamówienia:
maksymalną ilość punktów (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
(Cena brutto najniższa : Cena brutto badana) * 100 pkt= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium przyjęte w niniejszym postępowaniu.

XVII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy, nw. dokument:

– w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oryginału, umowy regulującej współpracę, która będzie określać w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1a. ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3. ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. PROJEKT UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:

- a) terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia,
- b) w zakresie innego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę nowy inny podmiot wykaże spełnianie warunków udziału w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy inny podmiot,
- c) zmiany materiałów, z których wykonywane będą sprzęty, jeżeli zaistnieje możliwość zamiany na lepsze materiały, zamiana ta nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- d) osób realizujących przedmiot zamówienia,
- e) zmiana modelu sprzętu, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się że zaproponowany model jest już nie dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, zaproponowania nowego o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie.
- f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego* lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

Zmiany wyszczególnione w ppkt a)- e) wymagają wcześniejszej zgody Zamawiającego.

XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ

**XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt. 7)**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

**XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PRO-
WADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

**XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKO-
NAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

.....
ZATWIERDZAM

Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Projekt umowy;
3. Wzór zobowiązania z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy;
5. Wykaz dostaw wykonanych/ wykonywanych;
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym,
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
9. Formularz oferty.

Opis przedmiotu zamówienia- części I

- A) Zamrażarka niskotemperaturowa (-50 do -86°C)- 1 szt.
1. Wykonanie zamrażarki – pionowe (szafowe).
 2. Pojemność: 550 L (+/- 10%)
 3. Zakres temperatury: -50°C do - 86°C
 4. Wymiary zewnętrzne (+/- 10%): 920 x 885 x 2089mm (szer. x gł. x wys.)
 5. Wymiary wewnętrzne (+/- 10%): 680 x 608 x 1415mm (szer. x gł. x wys.)
 6. Izolacja: 120mm (+/- 10%)
 7. Urządzenie musi posiadać:
 - a. Alarm wizualny i akustyczny,
 - b. Alarm otwarcia drzwi,
 - c. Wyświetlanie alarmu w postaci tekstu, Wyświetlacz cyfrowy min 5cali
 8. Rejestrator danych, Interfejs RS 232 i RS 485, Wejście USB
 9. Rozmrażanie ręczne
 10. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
 11. Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej, podział komory na minimum 5 sekcji zamykane niezależnymi, izolowanymi termicznie drzwiami wewnętrznymi, zamykanymi za pomocą zamknięcia mechanicznego (niedopuszczalne zamknięcie na magnes)
 12. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Hermetycznie zamknięty, kaskadowy układ chłodzenia.
 13. Kompresory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia do +32°C.
 14. Poziom hałasu 60 dB. (+/- 10%)
 15. Alarmy przekroczenia limitów temp., nieprawidłowej pracy, zaniku zasilania, wymiany filtra, zużycia baterii, autodiagnostyka, wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra.
 16. Dodatkowe zabezpieczenie wyłącznika sieciowego i wyłącznika alarmów przed nieautoryzowanym dostępem. Podgrzewany port do wyrównywania ciśnienia.
 17. Niezależny system awaryjnego zasilania w CO₂ z portem do podłączenia minimum 3 butli CO₂, utrzymujący temperaturę pomiędzy -55°C i -70°C, działający pulsacyjnie, wyłączany automatycznie przy otwieraniu drzwi.
 18. Musi posiadać możliwość umieszczenia w zamrażarce minimum 400 szt. pudełek z tworzywa sztucznego.
 19. Zamrażarka wyposażona w:
 - min. 300 pudełek plastikowych o wysokości 50 mm dostępnych w pięciu różnych kolorach z mapą pozycji na pokrywce;
 - min. 100 pudełek o wysokości 75/100 mm z mapą pozycji na pokrywce, wykonane z tworzywa sztucznego.
 20. Zasilanie 230V/50Hz,
 21. Gwarancja min. 24 m-ce.
 22. Instalacja i szkolenie w miejscu instalacji dla min. 4 osób.
- B) Chłodziarko - zamrażarka na materiał badawczy do -25°C- 2 szt.
- Liczba drzwi: 1
- Wymiary(wys/szer/gł) (+/- 10%): 184 × 60 × 61.5 cm
- Waga: 89 kg (+/- 10%)
- Pełne drzwi:
- Pojemność całkowita: min 280 l
- Automatyczne odszranianie zamrażarki
- Wnętrze urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego
- Ilość szuflad: min 8
- Zakres temperatur w środku: - 9 do -30°C
- Napięcie: 230 V
- Elektroniczne sterowanie
- Wymiary wewnętrzne w cm (SxGxW) (+/- 10%): 42 x 40 x 158.7
- Statyczny układ chłodzenia
- Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury
- Alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania
- Alarm temperatury i otwartych drzwi: optyczny i dźwiękowy
- Interfejs: RS 485
- Złącze beznapięciowe (bezpotencjałowe)

Maksymalne obciążenie półki: 24 kg
Musi posiadać samodomykające się drzwi
Klasa klimatyczna: SN-ST
Czynnik chłodniczy: R 600a

C) Chłodziarko - zamrażarka na materiał badawczy do -10°C - 2 szt.

Pojemność całkowita min 80 l
Wymiary zewnętrzne (+/- 10%) (szer/głęb/wys) 700 x 830 x 2150 mm
Wymiary wewnętrzne (+/- 10%) (szer/głęb/wys) 533 x 650 x 1550 mm
Dynamiczny układ chłodzenia
Odmrażanie automatyczne
Zakres temperatury -10°C do -35°C
Materiał wnętrza: stal nierdzewna typ 304
Sterowanie elektroniczne
Wyświetlacz temperatury cyfrowy; dokładność $0,1^{\circ}\text{C}$
Alarm wzrostu/spadku temperatury i otwartych drzwi optyczny i dźwiękowy
Półki min 4 ruszty
Nośność półki min 55 kg
Niezbędny Zamek
Drzwi pełne prawe; przestawne
Izolacja min 80 mm PU
Waga brutto/netto 173/144 kg (+/- 10%)
Klasa klimatyczna T ($+43^{\circ}\text{C}$)
Czynnik chłodniczy R 404a

D) Chłodziarki laboratoryjne- 2 szt.

Konstrukcja pionowa
Pojemność robocza komory: min 300 litrów
Zakres nastawy temperatury: 1°C do -20°C
Skok nastawy temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Wymiary zewnętrzne (+/-10%) (S/G/W): 800 x 832 x 1810 mm
Wymiary wewnętrzne (+/-10%) (S/G/W): 640 x 615 x 1090 mm
Min 3 półki z regulacją wysokości
Sterownik z wyświetlaczem min 3 cali
Funkcja alarmowa niewłaściwej pracy
Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz

E) Zamrażarka od -10 do -35°C - 1 szt.

Zamrażarka pionowa musi być przystosowana do przechowywania osocza krwi
Wymagania podstawowe:

- Pojemność robocza komory: min 480 litry
- Zakres nastawy temperatury: -10°C do -35°C
- Skok nastawy temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Wymiary zewnętrzne (+/-10%) (S/G/W): 804 x 772 x 1802 mm
- Wymiary wewnętrzne (+/-10%) (S/G/W): 658 x 607 x 1272 mm
- Podpółkowy układ chłodzenia
- Podwójne drzwi zewnętrzne dzielące komorę na 2 sekcje
- Wnętrze wyposażone w zestaw wysuwanych pojemników szufladowych
- Sterownik z wyświetlaczem min 3 cali
- Funkcja alarmowa niewłaściwej pracy
- Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz

F) Lodówka – zamrażarka - 1 szt.

Zamrażarka pionowa do -40°C

Wymagane cechy podstawowe:

- Pojemność robocza komory: min 300 litrów
- Zakres nastawy temperatury: -15°C do -40°C
- Skok nastawy temperatury: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Wymiary zewnętrzne (+/-20%) (S/G/W): 800 x 832 x 1810 mm
- Wymiary wewnętrzne (+/-20%) (S/G/W): 640 x 615 x 1090 mm

- Wymuszony obieg powietrza
- 5 półek z regulacją wysokości
- Sterownik z wyświetlaczem min 3 cali
- Funkcja alarmowa niewłaściwej pracy
- Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz

G) Zamrażarka do -86°C – poj. 830 litrów wraz z kompletem akcesoriów - 1 szt.

Pionowa, medyczna zamrażarka niskotemperaturowa

- Pojemność robocza komory: min 720 litrów
- Zakres nastawy temperatury: -50°C do -86°C
- Skok nastawy temperatury: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Wymiary zewnętrzne (+/-10%) (S/G/W): 1010 x 870 x 1990 mm
- Wymiary wewnętrzne (+/-10%) (S/G/W): 870 x 600 x 1400 mm
- Min 3 półki o regulowanej wysokości, dzielące komorę na 4 sekcje
- 2 szt. izolowanych drzwi wewnętrznych zapobiegających stratom ciepła
- Izolacja wykorzystująca panele próżniowe
- Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED min 3 cale
- Drzwi zewnętrzne możliwością zamknięcia na klucz

Opis przedmiotu zamówienia- części II

A) Sterylizator i autoklaw- po 1 szt.

STERYLIZATOR spełniający następujące wymagania:

- Funkcja wyjaławiania gorącym, suchym powietrzem w temperaturze do 250°C.
- Sterownik elektroniczny,
- Pojemności komory min 110 litrów,
- Moc znamionowa 2600W (+/-10%)
- Komora i półki ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, min 3 szt. półek
- Masa max 60 kg
- Naturalny obieg powietrza,
- Mikroprocesorowy system sterowania,
- Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury,
- Min 3 programy sterylizacji
- Min 1 program sterylizacji definiowany przez użytkownika,
- Cyfrowy pomiar czasu i temperatury
- Kominki wentylacyjne
- Wymiary zewnętrzne (+/-15%): 780x670x495

AUTOKLAW.

WYMAGANE PARAMETRY:

Pojemność komory min 70 litry,

Wymagana jednodrzwiowa- nieprzelotowa komora sterylizatora (zaokrąglone naroża);

Drzwi otwierane ręcznie i automatycznie

Drzwi automatycznie ryglowane w czasie pracy.

Ryglowanie drzwi w min 2 punktach. Docisk uszczelki za pomocą pary wodnej

Komora, płaszcz ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 316Ti.

Ułatwiony odpływ skroplin

Maksymalne wymiary zewnętrzne: szer.720 mm gł. 1050 mm wys. 1550mm

Zintegrowana elektryczna wytwornica pary.

Korpus i grzałki wytwornicy wykonane ze stali nierdzewnej.

Automatyczny system oczyszczania wytwornicy

Urządzenie musi być wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie

Urządzenie musi mieć wysuwane kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia

Urządzenie sterowane mikroprocesorowo

Ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali

Wyświetlanie aktualnego etapu procesu na wyświetlaczu sterownika w języku polskim

Sygnalizowanie informacji o przyczynie błędu, awarii na wyświetlaczu sterownika w języku polskim

Zabezpieczenie przed skasowaniem programowalnych danych w przypadku braku napięcia zasilającego

Pompa próżniowa z wodnym płaszczem uszczelniającym. Osiągalny poziom próżni: 5kPa (+/- 5%)

Urządzenie musi posiadać:

Minimum 5 programów sterylizacyjnych dla temp. 134°C

Minimum 10 pozycji programowych

Możliwość modyfikacji programów przez Zamawiającego

Archiwizowanie: raportów z przeprowadzonych procesów sterylizacyjnych, zgłoszonych błędów i awarii przez sterownik urządzenia.

Pojemność systemu min. 20 tys. cykli lub 5 lat pracy.

Sterylicator wyposażony w półkowy system załadunku. Minimum dwa poziomy załadunku.

Musi być wbudowana panelowa drukarka do wydruku protokołów tekstowych.

Musi być wbudowany system oszczędzania wody.

Deklaracje zgodności CE i certyfikaty potwierdzające, że urządzenie jest zgodne z dyrektywa ciśnieniową nr 97/23EC oraz dyrektywą 93/42 EEC dotyczącą urządzeń medycznych.

Budowa i funkcjonowanie sterylizatora musi być zgodne z normą PN EN 285.

Urządzenie musi być zgodne z normą PN EN 17665-1

Gwarancja: 24 miesiące

Gwarancja na perforację lub pęknięcie komory: min 15 lat

B) Suszarka medyczna- 2 szt.

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

- pojemność komory: min 15l
- temperatura pracy: do 250°C
- sterownik z wyświetlaczem LCD min 5 cali
- materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z normą DIN 1.4301
- wymiary zewnętrzne (+/- 10%) (szer/wys/gł): 440/520/350 mm
- wymiary komory (+/- 10%) (szer/wys/gł): 320/240/180 mm
- waga: 27 kg (+/- 10%)
- regulacja temperatury: co 0,2° C
- stabilność temp.w +105C: +/-0,7°C
- zasilanie 50Hz: 230 V
- ilość półek min 1 szt.
- praca z priorytetem temperatury
- możliwość zapamiętania min jednego dowolnego programu Użytkownika
- możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
- rejestracja wartości temperatury
- sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury
- sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
- zegar czasu rzeczywistego
- interfejs RS232 oraz port USB wraz z kablem RS232 i USB
- funkcja autokontroli
- menu w języku polskim
- półki druciane ze stali nierdzewnej z zestawem prowadnic min 2 szt.
- sterowanie stopniem otwarcia kominka wentylacyjnego

Opis przedmiotu zamówienia- części III

A) Ciepłarka 80l – 1 szt.

Wymagane dane techniczne:

- obieg powietrza musi być wymuszony
- automatyczne wyłączanie wentylatora po zakończeniu programu
- regulacja obrotów wentylatora w zakresie 0...100%
- drzwi: pełne
- zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temperatury otoczenia...+110°C
- sterownik mikroprocesowy z graficznym wyświetlaczem LCD min 5 cali
- materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4301
- materiał obudowy: blacha malowana proszkowo
- wymiary zewnętrzne (+/- 20%) (szer/wys/gł): 750/540/600 mm
- obciążenie półki max. 26 kg
- waga: 60 kg (+/- 20%)
- regulacja temperatury: co 0,1°C
- stabilność temp. w +37°C: +/-0,2°C

- zabezpieczenie: klasy 3.1
- zasilanie 50Hz: 230 V
- ilość półek wewnętrznych min 4 szt.
- interfejs RS232 oraz port USB (kabel RS232 i USB muszą być dołączone do urządzenia)

Parametry wymagane przez użytkownika:

1. Układ grzewczy (w komorze nie może być utrzymywana temperatura niższa od temperatury otoczenia)
2. Urządzenie musi pracować z priorytetem temperatury (urządzenie najpierw osiąga zadaną temperaturę, następnie zaczyna odliczać czas programu)
3. Urządzenie musi posiadać:
 - a) minimum 5 segmentowy profil czasowo-temperaturowy
 - b) urządzenie musi posiadać możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu
 - c) urządzenie musi posiadać możliwość zapamiętania min 5 dowolnych programów Użytkownika
 - d) urządzenie musi posiadać nastawienie opóźnienia startu pracy urządzenia 1 min..99,59 h
 - e) urządzenie musi posiadać nastawienie czasu osiągnięcia zadanej temperatury 1 min...99,59 h
 - f) urządzenie musi posiadać regulację czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min... 999,59 h
 - g) urządzenie musi posiadać możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
 - h) urządzenie musi posiadać rejestracje wartości temperatury dla każdego segmentu
 - i) urządzenie musi posiadać sygnalizację dźwiękową przekroczenia zadanej temperatury
 - j) urządzenie musi posiadać sygnalizację uszkodzenia czujnika temperatury
 - k) urządzenie musi posiadać informację o zaniku napięcia
 - l) zegar czasu rzeczywistego
 - m) urządzenie musi posiadać alarm dźwiękowy
 - n) urządzenie musi posiadać podłączenie do sieci Ethernet oraz zdalny dostęp przez Internet
 - o) urządzenie musi posiadać funkcje autokontroli urządzenia

B) Ciepłarnia – 1 szt.

- możliwość automatycznego wyłączania wentylatora po zakończeniu programu
- regulacja obrotów wentylatora w zakresie 0 do 100%
- pojemność komory: min 40 l
- drzwi: pełne
- zakres temperatury pracy: 5°C powyżej temperatury otoczenia...do +80°C
- sterownik mikroprocesowy z dotykowym, graficznym wyświetlaczem min 5" LCD
- materiał komory: stal nierdzewna, kwasoodporna zgodna z DIN 1.4301
- materiał obudowy: blacha malowana proszkowo
- wymiary zewnętrzne (+/- -20%) (szer/wys/gł): 650/510/510 mm
- maksymalne obciążenie półki: 10 kg
- waga: do 80 kg
- stabilność temp. w +37°C: +/-0,2°C
- zabezpieczenie: klasy 3.1
- zasilanie 50Hz: 230 V
- ilość półek: min 4 szt.
- interfejs RS232 oraz port USB (kabel RS232 i USB dołączony do urządzenia)

Urządzenie musi posiadać:

- układ grzewczy (w komorze nie może być utrzymywana temperatura niższa od temperatury otoczenia)
- praca z priorytetem temperatury
- możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu
- możliwość zapamiętania min 2 dowolnych programów Użytkownika
- regulacja czasu utrzymywania zadanej temperatury w zakresie 1 min do 990 h
- możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
- sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury
- sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
- kontrola zaniku napięcia
- zegar czasu rzeczywistego
- alarm dźwiękowy
- możliwość podłączenia do sieci Ethernet

- pamięć wyników pomiarowych
- funkcję autokontroli

Opis przedmiotu zamówienia- części IV

A) Inkubator CO₂, 190 l - 1 szt.

Urządzenie musi posiadać:

- mikroprocesorową jednostką sterującą;
- powłokę anty-mikrobiologiczną;
- wewnętrzne szklane drzwiczki min 1 szt.;
- duży kolorowy wyświetlacz dotykowy, min 5 cali
- ciągłe wskazywanie aktualnej temperatury i stężenia CO₂,
- alarm akustyczny i wizualny;
- czujnik podczerwieni CO₂;
- niezależny termostat zabezpieczający;
- system kart SD, zapisujący dane z pracy urządzenia;
- port RS 232, wraz z przekaźnikiem BMS alarm kontakt;
- filtr HEPA zamontowany na rurociągu dopływowym CO₂ / NO₂;
- bezszwowa komora wewnętrzna z zaokrąglonymi narożnikami;
- bezpośredni minimum sześcioboczny system ogrzewania zapewniający maksymalną homogeniczność warunków wewnętrznych;
- wbudowane urządzenie do zapisu danych z wykresami oraz dziennik z zapisami dla wszystkich istotnych danych i wydarzeń;
- otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika o średnicy min 25 mm
- Obieg powietrza naturalny
- Drzwi podwójne (zewnętrzne pełne, wewnętrzne szklane)
- Zakres temperatury [°C] 5 powyżej temperatury otoczenia ...+60
- Zakres stężenia CO₂ [%] 0,1 do 20%
- Wilgotność względna na poziomie [% r.h.] do 95%
- Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem min 5 cali
- komora wykonana ze stali nierdzewnej

Wymiary zewnętrzne (+/-10%):

- szerokość [mm] 534 765
- wysokość [mm] 717 862
- głębokość [mm] 460 734

Wymiary wewnętrzne (+/-10%):

- szerokość [mm] 402 632
- wysokość [mm] 402 686
- głębokość [mm] 300 440

Masa netto urządzenia [kg] 100 (+/-20%)

Czasowe odchyłki temperatury [°C] przy 37°C <0,1°C

Przestrzenne odchyłki temperatury [°C] przy 37°C <0,25°C

Wymagane ciśnienie CO₂ zakres 0,3 - 0,7 bar / 5 - 10 psi

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Ilość półek w komorze maks. 8.

Opis przedmiotu zamówienia- części V

A) Analizator hematologiczny- 1 szt.

Analizator musi posiadać następujące cechy i parametry pracy:

Automatyczna analiza min. 21 parametrów morfologii krwi, wraz z systemem oznaczania oraz wydrukiem histogramów RBC, WBC i PLT

Wydajność wykonanie min. 60 morfologii na godzinę

Objętość badanej próbki, poniżej 20 µl krwi pełnej

Wymagany zakres liniowości pracy:

WBC: 0 - 300 x 10⁹/L (+/-5%)

RBC: 0 - 8.00 x 10¹²/L (+/-5%)

HGB: 0-280 g/L (+/-5%)

PLT: 0 - 3000 x 10⁹ (+/-5%)

WYMAGANE CECHY:

Rozdział krwinek białych na trzy populacje; limfocyty, granulocyty i komórki pośrednie
Konieczne automatyczne wykonywanie codziennej funkcji obsługowych: start up, automatyczne czyszczenie, kontrola poziomu odczynników.

Aparat musi mieć wbudowany duży min 8 cali, kolorowy ekran dotykowy, pozwalający na odczyt pełnego wyniku wraz z histogramami.

Konieczność zdefiniowania w aparacie min. 5 przedziałów wartości prawidłowych w zależności od płci i wieku.

Pamięć wewnętrzna analizatora musi zapisać min. 40.000 ostatnich wyników wraz z histogramami

Analizator ma posiadać system kontroli jakości min. 12 zbiorów 100 pkt. wg L-J, Xśr oraz X-B z możliwością wydruku wyników kontrolnych w postaci wykresów i statystyki w zakresie wartości średniej, CV i SD;

Konieczna jest funkcja transferu danych poprzez port USB

Aparat musi mieć wbudowaną drukarkę drukującą wynik wraz z histogramami, pełnymi danymi pacjenta oraz zakresem norm

Aparat musi posiadać dwukierunkową transmisję danych, współpracującą z zewn., oprogramowaniem informatycznym.

B) Analizator biochemiczny ze stacją uzdatniania wody wraz ze spektrofotometrem- 1 szt.

Automatyczny analizator biochemiczny wolnostojący o następującej charakterystyce pracy:

Praca w systemie odczynnikowym całkowicie otwartym – otwarte wszystkie kanały aplikacyjne

Analizator musi pracować w zakresie pomiarowym dł. fali 340 - 800 nm – min. 12 długości fal

Wydajność analizatora: wymagana stała prędkość min. 200 testów fotometrycznych na godzinę

Metody pomiarowe: kinetyczna, punktu końcowego, turbidymetryczna

Wykonywanie badań w: surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej (hemolizat)

Wykonywanie badań w zakresie: substraty, enzymy, białka specyficzne, jony

System pracy analizatora w trybie ciągłym badania po badaniu.

Analizator musi wykonywać próby pilne „cito„

Analizator musi być wyposażony w detektory:

a) automatycznego monitorowania poziomu próbki

b) automatycznego monitorowania poziomu odczynnika.

Aparat musi posiadać kuwety pomiarowe wielorazowego użytku z 8-stopniowym układem myjącym.

Analizator wyposażony musi być w system kontroli czystości kuwet.

Wymagane zużycie wody dejonizowanej nie większe niż 4,5 litra na godzinę pracy analizatora.

Wymagana objętość mieszaniny reakcyjnej min. 150 mikrolitrów.

Wymagany zakres pomiarowy min. 0,00 – 3,00 Abs

Min. objętość próbki 2 mikrolitry

Rotor próbkowy: min. 40 pozycji

Rotor odczynnikowy: min. 40 pozycji

Musi być możliwość stosowania małych i dużych butelek odczynnikowych

Wymagane mieszadło mechaniczne do mieszania zawartości kuwet reakcyjnych.

Wymagana ochrona antykolizyjna próbnika przy ruchach w pionie i w poziomie.

Wymagany wbudowany do analizatora czytnik kodów kreskowych.

Wymagane chłodzenie odczynników i próbek zapewniające rzeczywistą stałą temp. odczynników 2-12°C

Aparat musi mieć:

- Możliwość tworzenia dowolnych profili zleczanych badań.

- Możliwość stałego monitorowania stanu wykonania oznaczeń na ekranie monitora – krzywe przebiegu reakcji, wraz z ich archiwizacją

- Możliwość dostawienia odczynników w dowolnej pozycji na rotorze odczynnikowym analizatora

- Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników na ekranie monitora

Aparat musi automatycznie rozcieńczać próbki badanych po przekroczeniu liniowości metody.

Konieczne jest programowanie dowolnego współczynnika wstępnego i automatycznego rozcieńczenia dla próbki w zakresie 1:200.

Aparat musi posiadać:

Wbudowany system kontroli jakości badań:

a) wykresy Levey Jenningsa (pojedyncze i podwójne),

b) reguły Westgarda

Automatyczna archiwizacja wyników - możliwość wykonywania zestawień statystycznych - dziennych, miesięcznych oraz raportów kontroli jakości.

Wymagana możliwość drukowania wyników badań wraz z normami oraz oznaczanie wyników patologicznych.

Wymagana możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym oraz siecią informatyczną: komunikacja dwukierunkowa

Konieczne oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim

Specyfikacja komputera stacjonarnego przeznaczonego do współpracy z analizatorem:

- Procesor: CINEBENCH R10 Multi CPU (32 bity) - min 15344, 2,66 GHz, 45 nm, wentylator,
- Pamięć: Standard DDR3-1600 (PC3-1280, częstotliwość pracy 1600 MHz, przepustowość 12800 MB/s, pojemność 4 GB (2 x 2 GB) 20 tRAS,
- Płyta główna: wyposażona w chipset, obsługująca pamięć DDR3 DIMM, dwukanałowa obsługa pamięci, z czterema gniazdami pamięci o maksymalnej pojemności 32768 MB zintegrowana karta sieciowa Gigabit LAN, cztery porty USB 2.0 zewnętrzne, standard płyty ATX,
- Dysk twardy: format szerokości 3,5 cala, typ magnetyczny, pojemność 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min., pamięć cache 32 MB,
- Karta graficzna: zintegrowana z procesorem ,
- Karta sieciowa: zintegrowana z płytą główną – 10/100/1000 Mbit/s,
- Czytnik: Czytnik kart pamięci – monitowany w zatoce 3,5” typu „all in one”. Obsługiwane formaty kart: co najmniej 25 rodzajów,
- Napęd optyczny: umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD, typ napędu DVD multi,
- Klawiatura: Klawiatura pełnowymiarowa połączona przez port USB,
- Mysz: laserowa, przewodowa, dwuprzyciskowa z rolką połączona do portu USB,
- Monitor: przekątna 22 cale, rozdzielczość nominalna 1920x1080 piksele,
- drukarka laserowa kolorowa:
 - ✓ nominalna prędkość druku mono- min 16 str./min.
 - ✓ nominalna prędkość druku kolor- min 10 str./min.
 - ✓ rozdzielczość w pionie mono- 600 dpi
 - ✓ rozdzielczość w poziomie mono- 2400 dpi
 - ✓ rozdzielczość w pionie kolor- 600 dpi
 - ✓ normatywny cykl pracy 25000 str./mies.
 - ✓ pojemność podajnika papieru- 250 szt.
 - ✓ maks. rozmiar nośnika- A4
 - ✓ zainstalowana pamięć- 32 MB
 - ✓ złącza zewnętrzne USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps,
- System operacyjny: System operacyjny Windows 7 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny, spełniający poniższe warunki:
 - ✓ graficzny interfejs użytkownika, w cenie oferty, aktualizacja w języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy– w języku polskim, powinny zapewniać działanie w trybie graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogowa Active Directory.
- Oprogramowanie biurowe MS Office Professional 2010 wersja PL (64-bity) MOLP EDU lub równoważne spełniające poniższe warunki:
 - ✓ pakiet musi zawierać odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, MS ACCESS posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem MS Office- wymagana jest pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycje dokumentów stworzonych w pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądark, bez utraty formatowania, itp.; wbudowany domyślny klient pocztowy musi współpracować z MS Exchange; nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycja makr zapisanych w języku Visual Basic; producent oprogramowania musi zapewnić infolinie techniczna w języku polskim - możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez infolinie po podaniu klucza produktu,

- Inne: komplet kabli połączeniowych dla danej konfiguracji, całość zestawu ujednolicona kolorystycznie, najlepiej w czarnym kolorze.

Komputer ściśle zintegrowany z analizatorem, jako wyposażenie podstawowe.

Wymagana Stacja wody na wyposażeniu analizatora o wydajności min. 10 L/h z wbudowanym układem pomiarowym.

Zestaw musi zawierać analizator uzupełniający ściśle zintegrowany z analizatorem głównym pracujący w systemie odczynnikowym całkowicie otwartym,

Analizator musi pracować w zakresie pomiarowym dł. fali 340 - 670 nm – min. 8 długości fal

Minimalna objętość pomiarowa - 200 mikrolitrów mieszaniny reakcyjnej

Aparat musi wykorzystywać następujące metody pomiarowe: absorbancja, kinetyczna, punktu końcowego, turbidymetria - musi wykonywać próbę zerową reagentu i próbę ślepą.

Musi posiadać możliwość śledzenia wykresu przebiegu reakcji na wbudowanym kolorowym ekran dotykowy, pozwalający na szybki dostęp do menu aparatu min 6 cali

Aparat musi mieć wbudowaną drukarkę.

Musi istnieć możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej.

Pamięć wewnętrzna analizatora musi rejestrować min. 3000 ostatnich wyników pacjentów

Min. 2 wbudowane porty USB; Analizator wyposażony w złącze komunikacyjne typy RS 232

Analizator uzupełniający musi ściśle współpracować z analizatorem głównym biochemicznym jako 1 cały zestaw do analizy biochemicznej.

Opis przedmiotu zamówienia- części VI

A) Aparat EEG - 1 szt.

Liczba kanałów: min 19 kanałów EEG + 5 kanałów dodatkowych (1 kanał EKG, 1 kanał EMG, 2 kanały EOG i 1 kanał oddechu)

Prędkość próbkowania: min 200 Hz/sek; Precyzja próbkowania: 12 bit;

Impedancja wejściowa: $\geq 10M\Omega$ (+/- 10%)

Prądy upływu: $<10\mu A$; Poziom szumu: $\leq 5\mu V$ Vp-p;

CMRR: $\geq 90dB$; Powiększanie: 10 000 (+/- 10%)

Stażość filtrów: wszystkie filtry cyfrowe;

Szybkość wyświetlania: 5, 10, 15, 30, 60, 120 mm/s

Wzmocnienie: 1,2,5,10,12,15,20 mm/50 μV ;

Prędkość podglądu: x1, 2, 3, 10, 20, 40, 60

Standardowe min 24 odprowadzeniowe EEG.

Międzynarodowa norma położenia elektrod systemu 10/20, możliwość zmiany sposobu montażu podczas rejestracji w czasie rzeczywistym lub w procesie analizy podczas odtwarzania. Zgodność rodzaju trybu odprowadzeń, takich jak AI, A2, A1 + A2, A1 $\leftarrow \rightarrow$ A2, BN, CZ, zdefiniowane przez użytkownika,

Bioelektryczny wzmacniacz fal mózgowych, zapis może wynosić do 24 godzin, zintegrowany automatyczny system kalibracji.

Rozbudowane funkcje odtwarzania: regulowana amplituda i częstość odtwarzania. Podział specjalny przebiegu na 5 części dla jednej sekundy.

Wielofunkcyjne filtry cyfrowe

Funkcja wycinania fragmentu sygnału EEG,

Elektroniczne reguły częstotliwości,

Markery zdarzeń EEG (oczy otwarte, oczy zamknięte, fotostymulacja), przebiegi w różnych kolorach i nazwane przez użytkownika.

Zaawansowana automatyczna funkcja analizy, można przeprowadzić analizę widma mocy i wykrycia patologii fal dla wyznaczonego zapisu. Różne rodzaje wykresu muszą być wyświetlane na tym samym ekranie, skompresowane wykresy widma, wykresy trendów.

Transformator izolacyjny, podwójny system izolacji zasilania i optoelektronicznego przesyłania danych.

Interfejs USB do transmisji danych. Odległość cyfrowej transmisji sygnału maksymalnie do 30 metrów.

Wielofunkcyjna lampa do fotostymulacji sterowana z interfejsu USB, częstotliwość fotostymulacji musi być kontrolowana ręcznie i automatycznie w zależności od potrzeby użytkownika.

Musi posiadać Funkcje importu i eksportu badań, obsługa nagrywania na nośnikach zewnętrznych np. CD-RW, Pendrive USB

Zintegrowany raport, edytowalny również w programie Word.

Badanie może być przetransferowane w formacie danych EDF, PDF. Konfiguracja systemu wg potrzeb użytkowników.

Funkcja pozycjonowania markerów:

Funkcja wideo: zachowanie pacjenta podczas badania zarejestrowane przy pomocy specjalnej kamery wideo.

Funkcja SpO2

Opis przedmiotu zamówienia- części VII

- A) Sprzęt operacyjny do sekcji zwłok – narzędzia - komplety narzędzi - 6 kpl.
Sprzęt wykonany musi być ze stali nierdzewnej - łatwy do mycia i sterylizacji.
Komplet musi zawierać następujące narzędzia w ilości:
Nóż skórny ostrze 8 cm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Nóż skórny ostrze 15cm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Nóż narządowy ostrze 18cm (tolerancja $\pm 10\%$) -1 szt.
Nóż Virchowa, długość całkowita 360mm, długość ostrza 240mm(tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Nóż mózgowy z rączką metalową dł. 30 cm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Nóż Listona, długość ostrza 190mm ($\pm 10\%$) - 1 szt.
Nóż Catlina obosieczny, ostre zakończenie, dł. ostrza 190mm(tolerancja $\pm 10\%$)- 1 szt.
Nóż silny do organów grubość min. 2 mm ,dł ostrza min 230mm rączka drewniana - 1 szt.
Nóż do organów 254mm (tolerancja $\pm 10\%$)- 1 szt.
Miarka metalowa 30 cm, (tolerancja $\pm 10\%$)- podziałka cm i cal - 1 szt.
Uchwyt do ostrzy skalpeli nr 4, dł. Min 135mm- 1 szt.
Uchwyt do ostrzy skalpeli typ „4L” proste długość min 210mm- 1 szt.
Uchwyt do ostrzy skalpeli typ „4L” zakrzywione długość ,min 200mm- 1 szt.
Uchwyt do ostrzy skalpeli typ „4” obudowany długość min 130mm- 1 szt.
Uchwyt do ostrzy skalpeli typ „3L” proste długość min 210mm- 1 szt.
Uchwyt do ostrzy skalpeli typ „3L” zakrzywione długość min 200mm- 1 szt.
Uchwyt podwójny do ostrzy skalpeli typ „3 i 4” proste długość min 155mm- 1 szt.
Uchwyt do ostrzy skalpeli typ „7” proste długość 160mm- 1 szt.
Uchwyt do ostrzy skalpeli wąski prosty długość 230mm- 1 szt.
Ostrza do skalpeli standardowych typ 4 nr 23 – 1 opakowanie (min 10szt w opakowaniu)
Ostrza do skalpeli typ 3 nr 10 – 1 opakowanie (min 10szt w opakowaniu)
Ostrza do skalpeli typ 3 nr 11 – 1 opakowanie (min 10szt w opakowaniu)
Nożyczki duże jelitowe z kulką dł.210 mm (tolerancja $\pm 10\%$); - 1 szt.
Nożyczki małe 140mm (tolerancja $\pm 10\%$), tępo zakończone - 1 szt.
Nożyczki 180mm – zakrzywione pokryte węglikiem wolframu, - 1 szt.
Nożyczki Metzenbaum 180mm (tolerancja $\pm 10\%$)- proste pokryte węglikiem wolframu - 1 szt.
Nożyczki 190mm, (tolerancja $\pm 10\%$) kąt nachylenia 60° - 1 szt.
Nożyczki Iris 115mm ($\pm 10\%$) – nożyczki zakrzywione pokryte węglikiem wolframu - 1 szt.
Pęseta anatomiczna dł. 180mm z wąskim końcem(tolerancja $\pm 10\%$) – 1 szt.
Pęseta anatomiczna dł. 210mm z wąskim końcem (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Pęseta nosowa Tilley'a 160mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Pęseta McIndoe, wąskie zakończenie, długość 160mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Silne nożyce kostne do przecinania żeber dł. 215mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Kostotom dł.380 mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Kostotom dł.311 mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
nożyce proste do cięcia kości tępo zakończone dł. 270mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
nożyce zagięte do cięcia kości tępo zakończone dł. 270mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Kościotrzymacz 270mm; (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Nożyce do czaszki dziecięce 184mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Dłuto dł. 20cm, ostrze 20 mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Dłuto w kształcie litery „T”; - 1 szt.
Dłuto „kręgowo” proste, 24cm, dł. ostrza 76mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Dłuto „kręgowo” zakrzywione, 24cm, dł. ostrza 76mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Dłuto czaszkowe w kształcie litery „T”, dł. 14mm, dł. ostrza 25mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Dłuto Brunettiego, dł. 280mm – lewe; (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Dłuto Brunettiego, dł. 280mm – prawe (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Dłuto czaszkowe Virchowa , dł.75mm; (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Dłuto T z hakiem - 1 szt.

Młotek sekcyjny z hakiem dł. 240 mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Młotek Hache'a; - 1 szt.
Młotek kauczukowy - 1 szt.
Sternotom Lebsche'a. 250 mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Rozwieracz regulowany, dł. 170mm, 3x4 zęby, rozstaw 70mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.
Rozwieracz Weitlaner dł. 250mm, 5x6 zębów, dł. zęba 23mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.

Zestaw musi zawierać następujące ilości narzędzi:

Igły do szycia zwłok:

sekcyjne 70 mm (1 opak min 12 szt.)

sekcyjne 100 mm (1 opak min 12 szt.)

sekcyjne – półokrągłe 70mm (1 opak min 12 szt.)

sekcyjne – półokrągłe 55mm (1 opak min 12 szt.)

sekcyjne – półokrągłe 120mm (1 opak min 12 szt.)

sekcyjne – serpentyny 127 mm (1 opak min 12 szt.)

Piły łańcuszkowe do trepanacji dł.300 mm + uchwyt 50mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.

Piła nadgarstkowa dł. 230 mm (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.

Piła podwójna do otwierania kręgosłupa 350 mm, dł. ostrza 210mm (załączyć zdjęcie lub rysunek) (tolerancja $\pm 10\%$) - 1 szt.

Nóż do trymowania FEATHER 260 z wymiennymi ostrzami dł 260mm-uchwyt standardowy (tolerancja $\pm 10\%$) w zestawie wymienne ostrza 260 mm (50 szt.) - 1 szt.

Nóż do trymowania FEATHER 130 z wymiennymi ostrzami 130 mm - uchwyt standardowy (tolerancja $\pm 10\%$) w zestawie wymienne ostrza 130 mm (50 szt.)- 1 szt.

Nóż do trymowania FEATHER 80 z wymiennymi ostrzami 80 mm - uchwyt standardowy (tolerancja $\pm 10\%$)

w zestawie wymienne ostrza 80mm (50 szt.)- 1 szt.

Separator Mc Donalda 190 mm (tolerancja $\pm 10\%$) – 1 szt.

Kleszcze do usuwania opony twardej dł. 210 mm (tolerancja $\pm 10\%$) – 1 szt.

Szpilki preparacyjne 1 opakowanie. Zawierające min 100 szt.

pojemnik do bezpiecznego usuwania ostrzy medycznych – 1 szt.

Okulary powiększające do preparacji zwłok – 1 szt.

Sonda z „oczkiem” – dł. 10" (254 mm), (tolerancja $\pm 10\%$) – 3 szt.

Sonda z „oczkiem” - dł. 12" (304.8 mm)- (tolerancja $\pm 10\%$) – 3 szt.

Igła – wskaźnik osadzona na drewnianej ręczce - prosta – 1 szt.

Kleszczyki Mosquito 127mm – proste (tolerancja $\pm 10\%$) – 1 szt.

Igłotrzymacz Hegara dł. 180 mm, (tolerancja $\pm 10\%$) – 1 szt.

Nici do szycia zwłok Iniana szpula 250g ,dł 650m (tolerancja $\pm 10\%$) – 1 szt

B) Lampa operacyjna przenośna – 1 szt.

1. Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologię białych diod świecących LED
2. Konstrukcja z wydzielonymi 3 sekcjami.
3. 4 kołami zaopatrzonymi w hamulce.
4. Kopuły lampy zaopatrzone w min 2 uchwyty na około kopuły.
5. Możliwość obrotu kopuły o minimum 60° oraz zablokowanie jej w stosunku do statywu
6. Natężenie światła lampy głównej regulowane w zakresie 120 000 – 160 000 lux
7. Lampa o stałym focusie
8. Stałą temperaturę barwową 4300 °K (+/- 10%)
9. Wgłębność oświetlenia L1+L2 minimum 800 cm
10. Zasilanie: 230 V 50 Hz
11. Moc pobierana przez układ świetlny w zakresie 120-150W
12. Średnia żywotność układu świetlnego Min. 50000 h
13. Średnica czaszy lampy maksymalnie 60 cm
14. Sterowanie za pomocą panelu dotykowego i bezprzewodowego pilota
15. Uchwyt do ustawienia czaszy lampy w ilości min 2 szt./czaszę
16. Szkolenie personelu zamawiającego min 2 osób

Opis przedmiotu zamówienia- części VIII

A) Waga do narzędzi - 1 szt.

1. Nośność minimum. 15kg
2. Dokładność max 5g

3. Wymiary szali 400mm x 400mm
4. Wskaźnik wagi- cyfrowy
5. Funkcja: tarowania wagi
6. W wyposażeniu misa na narządy o poj. 6 l.

PROJEKT

UMOWA NR DP/2310/.... /14

zawarta w dniu 2014 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1.-

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, wysokość kapitału zakładowego, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego..... i kapitału wpłaconego, zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

1.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności**Gospodarczej)**

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy

REGON, NIPwpisanym do **Centralnej Ewidencji i Informacji****Działalności Gospodarczej)** zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż oraz dostarczenie sprzętu wraz z jego montażem, w tym z wypoziomowaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego spełniające warunki techniczne określone w SIWZ i w Ofercie Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym sprzedaż, dostarczenie, wniesienie, montaż, ustawienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego, Wykonawca zrealizuje zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem, w terminie dni licząc od daty 15.11.2014 r.
4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy dostaw sprzętu.
5. Wykonawca nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić uprawnionych pracowników Zamawiającego tj. p. Mariusza Strońskiego, o gotowości ich dostarczenia. O gotowości dostarczenia sprzętu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem 41 349 69 55 lub drogą elektroniczną (mariuszs@ujk.edu.pl).
6. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust.1.
7. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust.1.
8. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w szczególności będących następstwem siły wyższej.

9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
10. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
11. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
 - a) jest nowy,
 - b) nie posiada jakichkolwiek wad fizycznych, ani wad prawnych, a w szczególności opłacone są wymagane odrębnymi przepisami wszelkie opłaty podatkowe i celne.

§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem przedmiotu umowy, wymienionym w § 1 ust. 1, montaż, instalację, testy weryfikujące poprawność działania, konfigurację i uruchomienie sprzętu, przeszkolenie w zakresie obsługi, oraz wsparcie techniczne.
2. Całkowita wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości zł (słownie: tysięcy złote groszy) w tym podatek VAT..%. Całkowita wartość umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy oraz wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją umowy przez Wykonawcę.
3. Zapłata nastąpi częściami, za faktycznie dostarczony i odebrany każdorazowo przedmiot umowy, na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 4.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na płatnika- Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, które obejmuje także uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu potwierdzone pisemnym bezusterkowym protokołem odbioru dostarczonego sprzętu i protokołem przeszkolenia. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik do niniejszej umowy i powinien zostać podpisany przez komisję składającą się z:
 - 1) imiennie upoważnionych przez Zamawiającego osób, tj.: z kierownika laboratorium/zakładu, do którego dany sprzęt został dostarczony, z p. Mariusza Strońskiego oraz osoby materialnie odpowiadającej za sprzęt,
 - 2) upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, lub niezgodności co do ilości lub rodzaju przedmiotu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ, o której mowa z § 1 ust 1, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko towar wolny od wad i zgodny z zamówieniem, w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty stwierdzenia wad lub nieścisłości.
6. Odbiór zakwestionowanego uprzednio przedmiotu umowy, jako wadliwego lub niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego dokonuje Wykonawca na własny koszt.
7. Protokół odbioru partii przedmiotu umowy winien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron niniejszej umowy, podpisany czytelnie przez obie strony.
8. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2 stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy:, tel.:, fax
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami

realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2. Wykonawca wykona umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiającemu:
 - 1) kartę gwarancyjną, instrukcję oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie;
 - 2) wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany;Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczając sprzęt nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, i zwalnia Zamawiającego z obowiązku pokrycia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego związanych z roszczeniami tych osób.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt.

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na sprzęt okres: miesięcy.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na sprzęt okres: miesięcy.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji (dwa razy w roku, w ustalonych przez strony terminach), z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta sprzętu (materiały wliczone w koszt zakupu całego sprzętu).
6. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
7. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
8. Zamawiający może według swojego wyboru wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
9. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącone przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
10. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy) maksymalnie w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki).
11. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu do serwisu (adres:.....) oraz z serwisu do Zamawiającego, transport, załadunek, rozładunek, na koszt własny zapewnia Wykonawca.
12. Zgłoszenie awarii (usterki) następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu
13. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

14. W przypadku istotnej naprawy przedmiotu umowy, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zaczynają swój bieg na nowo od daty zakończenia skutecznej naprawy. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, i rozpoczynają swój bieg od daty wymiany części.
15. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. Udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku brak odpowiedzi przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę..

§ 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

1. Dane Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony sprzęt, kwotę wynikającą z formularza rzeczowo- cenowego Wykonawcy, w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę tj. podpisanym obustronnie protokołem odbioru do Działu Funduszy Europejskich w siedzibie Zamawiającego, przelewem na nr konta bankowego wskazanego na fakturze.
3. Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT jest: mgr Barbara Skuza lub Edyta Grzesik
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,
 - 2) 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących usterek lub wad w okresie gwarancji lub rękojmi,
 - 4) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2 jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:
 - 1) zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki,
 - 2) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 12.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 13.

Adres Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa

PROJEKT odnośnie części V.B)
UMOWA NR DP/2310/... /14

zawarta w dniu 2014 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

2.-

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, wysokość kapitału zakładowego, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego..... i kapitału wpłaconego, zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

2.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą
..... z siedzibą w przy ulicy,
wpisanym do **Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej** zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż, dostarczenie i instalacja kompletnego, fabrycznie nowego i gotowego do eksploatacji sprzętu- wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełniającego warunki techniczne określone w SIWZ i w Ofercie Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie, instalacja, konfiguracja, uruchomienie sprzętu, przeszkolenie z zakresu obsługi, oraz dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania¹ niezbędnego do prawidłowego używania sprzętu, Wykonawca zrealizuje w terminie **dni** licząc od daty 15.11.2014 r.
4. Wykonawca nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić uprawnionych pracowników Zamawiającego tj. p. Mariusza Strońskiego, o gotowości ich dostarczenia. O gotowości dostarczenia sprzętu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem 41 349 69 55 lub drogą elektroniczną (mariuszs@ujk.edu.pl).
5. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust.1.

¹ w przypadku, gdy w skład dostawy wchodzi oprogramowanie

6. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust.1.
7. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w szczególności będących następstwem siły wyższej.
8. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
9. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
10. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
 - jest nowy,
 - nie posiada jakichkolwiek wad fizycznych, ani wad prawnych, a w szczególności opłacone są wymagane odrębnymi przepisami wszelkie opłaty podatkowe i celne..

§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, wniesieniem przedmiotu umowy, wymienionym w § 1 ust. 1 do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego, przy Al. IX Wieków Kielc 19 w Kielcach, montaż, instalację, testy weryfikujące poprawność działania, konfigurację i uruchomienie sprzętu, przeszkolenie w zakresie obsługi, oraz wsparcie techniczne, *koszty licencji i subskrypcji uaktualnień, uwzględnia również koszty związane z przeniesieniem prawa własności nośników, na którym znajduje się oprogramowanie¹.*
2. Całkowita wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości,.. zł (słownie: tysięcy złote groszy) w tym:
 - a):zł. netto (słownie: złotych groszy) plus podatek VAT ..%, co daje kwotę brutto:zł. (słownie: złotych groszy).
 - b) sprzęt komputerowy²: zł. netto (słownie: tysięcy złotych groszy) plus podatek VAT .%, co daje kwotę brutto,.. zł. (słownie:tysięcy złotych ... groszy);
 - c) drukarka²: zł. netto (słownie: tysięcy złotych groszy) plus podatek VAT .%, co daje kwotę brutto,.. zł. (słownie:tysięcy złotych ... groszy);
3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2 stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy:, tel.:, fax
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 4¹.

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do:
 - 1) zainstalowania oprogramowania na stanowiskach roboczych w ilościach zgodnych z SIWZ;
 - 2) tworzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania, na użytek własny;
 - 3) wprowadzania oprogramowania do pamięci komputera.
2. Zamawiający nie ma prawa do udzielenia dalszych sublicencji w odniesieniu do oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy.

¹ w przypadku, gdy w skład dostawy wchodzi oprogramowanie

² w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dokumentu upoważniającego do obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) z MNiSzW, Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania na fakturze VAT, stawki podatku VAT w wysokości 0%

§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.
2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca dostarczy i przekaże Zamawiającemu:
 - 1) kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie;
 - 2) wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany;
 - 3) dokumentację potwierdzającą legalność licencji lub licencję¹;
 - 4) pozostałą dokumentację wymaganą przy oprogramowaniu specjalistycznym¹.Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczając oprogramowanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych¹.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w oryginalnych opakowaniach na własny koszt.

§ 6.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na sprzęt okres: miesięcy.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na sprzęt okres: miesięcy.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji (dwa razy w roku, w ustalonych przez strony terminach), z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta sprzętu (materiały wliczone w koszt zakupu całego sprzętu).
6. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
7. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
8. Zamawiający może według swojego wyboru wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
9. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
10. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy) maksymalnie w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki).
11. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu do **serwisu (adres:.....)** oraz **z serwisu do Zamawiającego**, transport, załadunek, rozładunek, na koszt własny zapewnia Wykonawca.
12. Zgłoszenie awarii (usterki) następuje telefonicznie/faxem na **numer telefonu/faxu**
13. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.
14. W przypadku istotnej naprawy przedmiotu umowy, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zaczynają swój bieg na nowo od daty zakończenia skutecznej

¹ w przypadku, gdy w skład dostawy wchodzi oprogramowanie

naprawy. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, i rozpoczynają swój bieg od daty wymiany części.

15. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. Udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku brak odpowiedzi przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę.

§ 7¹.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe zainstalowanie, uruchomienie oprogramowania, korzystanie z oprogramowania.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dotyczące oprogramowania, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym autorskich praw majątkowych.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia autorskich praw majątkowych.
4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami osób trzecich.
5. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu egzemplarze oprogramowania pozwalające na korzystanie z oprogramowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez określoną liczbę uprawnionych osób. Wykonawca oświadcza, że licencja umożliwia korzystanie z oprogramowania na zasadach określonych w SIWZ dla celu, do którego oprogramowania zostaje zakupione, w szczególności:
 - 1) wprowadzanie oprogramowania do pamięci komputerów Uczelni,
 - 2) usuwanie z pamięci komputerów,
 - 3) stosowanie oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na stanowiskach komputerowych pozostających pod kontrolą Zamawiającego,
 - 4) korzystanie z dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę,
 - 5) sporządzanie kopii oprogramowania,
 - 6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa autorskiego,
 - 7) wykorzystanie oprogramowania podczas pokazów lub prezentacji publicznych,
 - 8) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programowania w całości lub części jakimikolwiek środkami lub w jakiegokolwiek formie w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień określonych w pkt. 1 – 6 powyżej.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w niniejszym paragrafie.

§ 8¹.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie specjalistyczne, jest wolne od wad uniemożliwiających jego zainstalowanie, uruchomienie i wykorzystywanie dla celu, dla którego przedmiot umowy został zakupiony.

§ 9.

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT na płatnika- Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, które obejmuje także uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu potwierdzone pisemnym bezusterkowym protokołem odbioru dostarczonego sprzętu i protokołem przeszkolenia. Wzór protokół odbioru stanowi załącznik do niniejszej umowy i powinien zostać podpisany przez komisję składającą się z:
 - 1) imiennie upoważnionych przez Zamawiającego osób, tj.: z użytkownika sprzętu, osoby, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym oraz Mariusz Stroński,
 - 2) upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.

¹ w przypadku, gdy w skład dostawy wchodzi oprogramowanie

2. Z chwilą dokonania odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których znajduje się oprogramowanie specjalistyczne¹.
3. Dane płatnika- Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
4. Zamawiający zobowiązuje uregulować fakturę VAT Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Działu Funduszy Europejskich w siedzibie Zamawiającego pokój nr 12- przelewem na nr konta bankowego
5. Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT jest: mgr Edyta Grzesik lub mgr Barbara Skuza.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP

§ 10.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,
 - 2) 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących usterek lub wad w okresie gwarancji lub rękojmi,
 - 4) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2 jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:
 - 1) zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki,
 - 2) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

¹ w przypadku, gdy w skład dostawy wchodzi oprogramowanie

§ 13.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 14.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 15.

Adres Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 16.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa

PROTOKÓŁ ODBIORU/URUCHOMIENIA I PRZESZKOLENIA

wzór do obu umów

Dostawca:

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: Instytut
Laboratorium/Pracownia

Data zakończenia realizacji umowy tj. odbioru/zainstalowania/uruchomienia/przeszkolenia:...../...../2014 r.

W zakresie używania i obsługi n/w sprzętu, przeprowadzono instruktaż/przeszkolenie osób:

1)
Data i czytelny podpis

2)
Data i czytelny podpis

3)
Data i czytelny podpis

Dostarczono:

Lp.	Nazwa	Producent	Model	Nr seryjny	Ilość	Uwagi i zastrzeżenia
1.						
2.						
3.						

Strony oświadczają, że dostarczony sprzęt jest zgodny/niezgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z warunkami umowy nr DP/2310/...../14 z dnia

Strona przekazująca oświadcza, że sprzęt: jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, na dowód czego wraz ze sprzętem przekazano/nie przekazano*: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie,

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione urządzenia zostały zainstalowane i uruchomione przez Dostawcę, wobec czego zostały odebrane przez uprawnionych pracowników bez zastrzeżeń, jako w pełni sprawne.

Pozostałe uwagi:.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona przekazująca:		Strona odbierająca:	
		Kierownik Laboratorium/Pracownia:	
.....		
podpis i pieczęć		podpis i pieczęć	
		Osoba wskazana w umowie	Osoba wskazana w umowie
	
		podpis i pieczęć	podpis i pieczęć

WZÓR

ZOBOWIĄZANIE
z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

.....
.....
.....
dokładna nazwa Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie,
któremu/którym udostępnia się zasoby

Jako osoba/osoby reprezentujące podmiot:

.....
.....
dokładna nazwa i adres

zobowiązuję się/ zobowiązujemy się oddać do dyspozycji ww. wykonawcy, ubiegającego się

o zamówienie dot.:.....

.....
następujące, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu powyższego zamówienia.

Lp.	Rodzaj zasobu
1	Wiedza i doświadczenie ¹ :
2	Potencjał techniczny ¹ :
3	Osoby zdolne do wykonania zamówienia ¹ :
4	Zdolność finansowa ¹ :

Oświadczam, iż będę uczestniczył² /nie będę uczestniczył w realizacji części zamówienia¹

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu

¹ Niepotrzebne skreślić

² W przypadku, gdy podmiot udostępniający zasoby, będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, do oferty należy złożyć dokumenty, o których mowa w pkt.VIII.2 SIWZ

WZÓR

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.....

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie.....

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm), że reprezentowany przeze mnie podmiot, spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia¹ ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia¹;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej¹;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH
W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT

Część

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące dostawy (co najmniej dwie dostawy), z których **każda**: odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż wartość brutto określona w SIWZ.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane	Zakres rzeczowy dostawy/ przedmiot	Daty wykonania	Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

Dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należyście w załączeniu.

Załączone dokumenty winny w sposób jednoznaczny wskazywać wykazane dostawy oraz potwierdzać ich należyte wykonanie

..... dnia r.

.....
 uprawniony do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

WZÓR

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Cześć

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z wniesieniem i montażem sprzętu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

Lp.	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami ¹
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

¹ Podać formę współpracy/rodzaj umowy (np.: o pracę, o dzieło, zlecenie, itp.)

WZÓR

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia**

W związku z przystąpieniem
..... z siedzibą w ul.
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
..... składam oświadczenie, że wobec reprezentowanego
przeze mnie podmiotu, brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA/ LISTA

składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu:.....
 w imieniu:.....

.....
 (pełna nazwa Wykonawcy)

¹jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że **nie należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

LUB

¹jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że **należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1.
2.
3.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
 uprawniony do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

¹ Niepotrzebne skreślić

WZÓR

.....
(nazwa firmy).....
(dokładny adres).....
(NIP/REGON).....
(TELEFON/ FAX)

OFERTA

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce**

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę wyposażenia dla WNoZ** Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie w:

Część I – Zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, lodówko-zamrażarka

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zamrażarka niskotemperaturowa (-50°C do 86°C)	1			
2.	Chłodziarko- zamrażarka na materiał badawczy (do - 25°C)	2			
3.	Chłodziarko- zamrażarka na materiał badawczy (do - 10°C)	2			
4.	Chłodziarki laboratoryjne	2			
5.	Zamrażarka (-10°C do -35°C)	1			
6.	Lodówko-zamrażarka	1			
7.	Zamrażarka do -86°C poj. 830l	1			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej stanowiących zał. nr 1.I do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część II – Sterylizator i autoklaw- 2 szt., Suszarka medyczna- 2 szt.,

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Sterylizator</i>	1			
2.	<i>Autoklaw</i>	1			
3.	<i>Suszarka medyczna</i>	2			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej stanowiących zał. nr 1.II do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część III– Ciepłarki- 2 szt:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Ciepłarka 80l z wymuszonym obiegiem</i>	1			
2.	<i>Ciepłarka</i>	1			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.III. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część IV– Inkubator CO₂- 1 szt.:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.IV. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące, licząc od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru. Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część V– Analizatory- 2 szt.:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:..

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol.4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Analizator hematologiczny</i>	1			
2.	<i>Analizator biochemiczny ze stacją uzdatniania wody wraz ze spektrofotometrem</i>	1 <i>w cenie sprzętu został ujęty:</i> <i>– komputer stacjonarny z oprogramowaniem¹ wartość netto: zł. plus podatek VAT w wysokości 23%²;</i> <i>– drukarka¹: wartość netto: zł. plus podatek VAT w wysokości 23%²;</i>			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.V. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część VI– EEG- 1 szt.:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

¹ Zamawiający będzie się ubiegał o dokument upoważniający do obniżonej stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.).

² w przypadku otrzymania przez Zamawiającego dokumentu upoważniającego do obniżonej stawki podatku VAT z MNiSzW, Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania na fakturze VAT, stawki podatku VAT w wysokości 0%

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.VI. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące, licząc od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru. Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część VII– Sprzęt operacyjny do sekcji zwłok- 6 kpl., Lampa operacyjna przenośna- 2 szt.:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:.

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Sprzęt operacyjny do sekcji zwłok</i>	6			
2.	<i>Lampa operacyjna przenośna</i>	2			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.VII. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część VIII– Waga do narzędów- 1 szt.:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.VIII. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia: miesiące, licząc od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru. Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

2. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami¹.

Następujący zakres dostaw zamierzamy zlecić podwykonawcom¹:

a)wartość brutto

ZAKRES DOSTAW

b)wartość brutto

ZAKRES DOSTAW

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulegałaby przepadkowi.

6. Oświadczamy, że oferowany sprzęt: jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz zobowiązujemy się, do dostarczenia Zamawiającemu przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

7. Osoba odpowiedzialna/uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu

zamówieniatel.fax.....
Imię i nazwisko

8. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie

..... Potwierdzenie w załączeniu. Zwrotu wadium należy dokonać

na nr rachunku bankowego:.....

9. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

..... dnia r.

.....

uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ niepotrzebne skreślić