



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa*

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach**
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-72-77

Nr Sprawy: DP/2310/79/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: **Dostawa wyposażenia dla WNoZ**

Tryb: przetarg nieograniczony
powyżej 207 000 EURO

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu **16.05.2014 r.** oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **21.05.2014 r.** pod numerem **2014/S 097-169275.**
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu **21.05.2014 r.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,

tel. (0-41) 349 72 77

II. TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą Pzp lub uPzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia dla WNoZ** z podziałem na części:

- Część I- Szafy na chemikalia- 5 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
39180000-7 meble laboratoryjne
- Część II- Stanowiska formalinowe- 2 szt.,
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
39180000-7 meble laboratoryjne
- Część III- Leżanki- 5 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
33192000-2 meble medyczne
- Część IV- Łóżko do intensywnej terapii- 1 szt.
Stanowisko do pobierania krwi- 1 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
33192000-2 meble medyczne
33141300-3 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
- Część V- Zestaw narzędzi do sekcji zwłok zwierząt- 1 szt.
System do uśmiercania zwierząt- 1 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
33935000-3 stoły lub akcesoria do przeprowadzania sekcji zwierząt
33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
- Część VI- Zmywarka do klatek i butelek- 1 szt.
System higieniczny do dezynfekcji- 1 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
42959000-3 zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym
39330000-4 urządzenia dezynfekujące
- Część VII- Jednostka nawiewczo- wyciągowa z ekranem do wymiany ściółki- 1 szt.
Regał z klatkami wentylowanymi- 1 szt.
Stacja do usuwania ściółki- 1 szt.
Wózki transportowe do klatek- 2 szt.
Stacja wymiany klatek- 1 szt.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów (CPV)
39714000-0 wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe
39141100-3 regały
34911100-7 wózki
33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się dany asortyment wskazany przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Dostawa obejmuje również transport, wniesienie, montaż instalację, konfigurację, w tym podłączenie do istniejących mediów wraz z dostawą niezbędnych elementów łączących, przeprowadzenie wymaganych przy tego typie sprzęcie prób i pomiarów, uruchomienie, szkolenie personelu oraz wszystkie inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Dostarczony sprzęt wyspecyfikowany asortymentowo i ilościowo w zał. nr 1 do SIWZ musi być fabrycznie nowy i pełnowartościowy oraz nie może nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia i użytkowania.

Szczegółowy opis parametrów technicznych, wymagania ilościowe i jakościowe Zamawiającego dotyczące sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA!!!

Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy lub znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu.

Ileokroć w treści SIWZ, w tym i w opisie przedmiotu zamówieni, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się produkt o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż wyszczególnione (wymienione) i określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W tym wypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt oferowany, jako równoważny jest taki jak opisany lub lepszy od sprzętu opisanego przez Zamawiającego.

Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:

- wszystkie dostarczone sprzęty muszą być fabrycznie nowe (bez śladów użytkowania), pochodzić z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich,
- spełniać wymagania wytrzymałościowe,
- przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa dopuszczeni do eksploatacji wymagane przepisami i Polskimi normami, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do pracy u Zamawiającego do celu dla, którego przedmiot zamówienia jest zakupywany.
- wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.

Odpowiedzialność za dostarczony sprzęt spoczywa wyłącznie na Wykonawcy do dnia jego ostatecznego odbioru potwierdzonego podpisaniem obustronnie (Wykonawca, Zamawiający) bezusterkowym protokołem odbioru stanowiącym załącznik do umowy tj. Zamawiający nie odpowiada za sprzęt dostarczony przez przewoźnika/kuriera, mimo podpisania dowodu/dokumentu dostawy.

Wymagania ogólne dot. gwarancji i serwisu:

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem oraz okres rękojmi min. 24 m-ce, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu, o którym mowa w projekcie umowy, o ile zapisy w opisie przedmiotu zamówienia nie stanowią inaczej.
- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
- W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
- Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji (dwa razy w roku, w ustalonych przez strony terminach), z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta sprzętu (materiały wliczone w koszt zakupu całego sprzętu).
- Na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji, Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego dostarczonego sprzętu.
- Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max. w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.

Pozostałe warunki dot. gwarancji, rękojmi i serwisu zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Gwarancja oraz rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, staje się automatycznie postanowieniem umowy i będzie liczona od daty podpisania obustronnie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Nie spełnienie, któregośkolwiek z punktów granicznych dla poszczególnej pozycji wymienionej w Specyfikacji Technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie oferty.

IV. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia oznaczone cyfrą rzymską w pkt. III SIWZ.

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, w terminie: **30 dni** (termin pożądaný), licząc od daty 15.10.2014 r. z uwagi na trwające prace budowlane związane z budową budynku, w którym ma zostać zainstalowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia.

Zmiana ww. terminu (skrócenie lub wydłużenie) może ulec zmianie wyłącznie na uzasadniony/ zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu, w trakcie realizacji umowy.

Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć w szczególności będących następstwem działania siły wyższej.

Realizacja/wymagania dot. dostawy:

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, wniesienia, montażu- instalacji, konfiguracji, w tym podłączenie do istniejących mediów wraz z dostawą niezbędnych elementów łączących, przeprowadzenie wymaganych przy tego typie sprzęcie prób i pomiarów, uruchomienie, szkolenie personelu zgodnie z zestawieniem rzeczowo-ilościowym i jakościowym w miejscu wskazanych przez uprawnionych w umowie przedstawicieli Zamawiającego,
- wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów niezbędnych do uruchomienia, konfiguracji i przeszkolenia na dostarczonym sprzęcie min 3 osób,
- dostawa odbywać się będzie transportem własnym i na koszt własny Wykonawcy,
- montaż sprzętu odbywać się będzie w nowo budowanym obiekcie,
- dostawa sprzętu odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw między użytkownikiem a Wykonawcą.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 tj.:

- 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - *Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;*
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:
 - wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy o charakterze i wartości brutto (każda z tych dostaw) odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż: dla części I- 45 000 zł brutto każda; dla części II- 80 000,00 zł brutto, dla części III- 4 000,00 zł brutto, dla części IV- 30 000 zł brutto każda; dla części V- 45 000,00 zł brutto, dla części VI- 100 000,00 zł brutto, dla części VII- 150 000 zł brutto każda;

- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
 - dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje do instalacji, i przeszkolenia zakresie obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji min 2 osoby dla każdej części;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.:
 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż: dla części I- 45 000 PLN; dla części II- 80 000 PLN; dla części III- 4 000 PLN; dla części IV- 30 000 PLN; dla części V- 45 000 PLN, dla części VI- 100 000 PLN; dla części VII- 150 000 PLN;

UWAGA!!!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki wynikające z art. 22 ust.1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek określony w art. 24 ust.1., art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inne dokumenty określające:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

Wzór zobowiązania stanowi zał. Nr 3 do SIWZ.

- 2) Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca wykaże odpowiednio, że nie później niż na dzień składania ofert, spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1., art. 24 ust. 2 pkt 5 i art. 24b ust 3 ustawy Pzp.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na dzień składania ofert, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych w pkt. IX SIWZ.

VIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia wraz z jej wartością, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty.

IX.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ.
- 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw (co najmniej dwie dostawy o charakterze odpowiadającym dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy zostały wykonane (sporządzonego wg zał. Nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA!!!

Jeżeli Wykonawca przystępuje do postępowania biorąc udział w jednej części, powinien wykazać się zrealizowaniem lub realizacją tytułu dostaw i na taką kwotę, jaka została określona w wymaganiach/warunkach dla tej części, na którą składa ofertę.

Wykonawca przystępujący do kilku części postępowania, musi spełnić warunek dot. doświadczenia oddzielnie na każdą część.

Zamawiający nie będzie oceniał zrealizowanych lub realizowanych dostaw o wartości poniżej wymaganej (wartości poszczególnych dostaw nie będą sumowane). *Załączone dokumenty winny w sposób jednoznaczny wskazywać wykazane dostawy oraz potwierdzać ich należyte wykonanie*

W przypadku dostaw realizowanych- doświadczeniem wykonawcy są dostawy zrealizowane do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca podaje wartość wykonanych/zrealizowanych dostaw w ramach wykonywanej umowy, nie zaś łączną wartość umowy.

- 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z instalacją i przeszkoleniem w zakresie obsługi sprzętu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego wg zał. Nr 6 do SIWZ.
- 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

IX.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, wykażą brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i z art. 24 ust. 2 pkt. 5

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, sporządzonego wg zał. Nr 7 do SIWZ.
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9¹ ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

¹ Dokument niniejszy składa Wykonawca będący podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)

- 7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć:

- 8) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 8 do SIWZ;

Uwaga!!!

- A. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. pkt. 2)-4) i 6)- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. pkt. 5) i 7)- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 , 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- C. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy odnośnie terminu wystawienia stosuje się odpowiednio.
- D. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IX.2. SIWZ.

IX.3. Oprócz dokumentów wymienionych powyżej, do oferty należy załączyć:

- 1) Formularz ofertowy Wykonawcy.
- 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
- 3) Dowód wpłaty wadium.
- 4) *W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę z elementami objętymi 8% stawką VAT Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego wprowadzenie danego wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Polski zgodnie z zapisami w pkt. XV SIWZ*

5) Specyfikację techniczną/materiały producenta, potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (wymagane w języku polskim). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela lub imienna pieczęć z parafą) tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być załączone pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo.

Dokument sporządzony w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku oferty wspólnej należy w formularzu ofertowym wymienić z nazwy, z określeniem siedziby- wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zapytania, prośba o wyjaśnienie treści SIWZ muszą być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, który je stawia oraz sformułowane na piśmie i składane na adres:

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5,
Dział Zamówień Publicznych DP/2310/79/14. dot.

Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dot. treści SIWZ.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje– zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego– będą przekazywane, zgodnie z art. 27 ust. 1, faksem w języku polskim. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna w języku polskim tj. oryginał pisma przesłany pocztą, kurierem lub złożone osobiście. Za wyjątkiem informacji, których treść podawana jest do wiadomości publicznej na stronie www.ujk.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz uzupełnianych na wezwanie Zamawiającego, należy złożyć tylko w formie pisemnej zgodnie z art. 82 ust. 2. w języku polskim.

Uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następującą osobę: mgr inż. Jolanta Jarzab, tel. (041) 349 72 76, fax 41 349 72 78/75, godziny urzędowania 7³⁰÷15³⁰ od poniedziałku do piątku.

XI. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie:

- dla części I- 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100),
- dla części II- 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100),
- dla części III- 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100),
- dla części IV- 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),
- dla części V- 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100),
- dla części VI- 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100),
- dla części VII- 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100),

Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien przelać ww. kwotę: **przed upływem terminu składania ofert** na konto, Zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318.

Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium– Znak sprawy DP/2310/79/14 część..”.

Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu dokonania przelewu wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póź. zm.)

polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.

W przypadku wniesienia wadium w innych formach (tj. w formie gwarancji lub poręczeń), dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument w formie oryginału dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać:

- 1) nazwę i adres:
 - a) dającego zlecenie tj. Wykonawcy,
 - b) beneficjenta gwarancji tj. Zamawiającego,
 - c) gwaranta tj. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 3) kwotę gwarancji,
- 4) termin ważności gwarancji,
- 5) przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp
- 6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo, nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta– Zamawiającego, kwoty gwarancji w przypadku spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej (pkt. 5).

Brak którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium w treści gwarancji spowoduje uznanie wadium za wniesione nieprawidłowo, co będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy.

Wnoszona gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na każde żądanie Zamawiającego.

Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art.24 ust.4 ustawy Pzp.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez min. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT.

Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować.

Wymaga się podpisania oferty na każdej zadrukowanej stronie oferty w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej (tj. imienna pieczętka i podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub czytelny podpis). Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.

W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwo) lub umowę spółki z treści której będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę jak powyżej.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, z zastrzeżeniem, że ich treść musi być zgodna z formularzami załączonymi przez Zamawiającego do SIWZ.

Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, bądź w przypadku błędnego oznakowania koperty, które może doprowadzić do wcześniejszego otwarcia korespondencji, w tym przypadku oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert opisanych jak poniżej.

Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na:

- zewnętrznej kopercie należy umieścić napis:
„Oferta dot. DP/2310/79/14 Dostawa wyposażenia dla WNoZ”
Nie otwierać przed **26.06.2014 r. godz. 11¹⁵**
- wewnętrznej kopercie oprócz napisu jw. musi być zawarta pełna nazwa Wykonawcy i jego adres siedziby.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie w formie oryginału o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszym punkcie. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „**Dostawa wyposażenia dla WNoZ** Nr sprawy DP/2310/79/14” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie ofert Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj.:

*Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
SEKRETARIAT KANCLERZA, pokój nr 5
25-369 Kielce; ul. Żeromskiego 5*

Oferty należy złożyć do dnia **26.06.2014 r.** do godziny **11⁰⁰**.

Oferty zostaną otwarte w dniu **26.06.2014 r.** o godz. **11¹⁵** w siedzibie Zamawiającego:

*Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce; ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5a.*

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę z elementami objętymi 8% stawką VAT na podstawie ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.) Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu potwierdzającego wprowadzenie danego wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) w szczególności wpis lub zgłoszenie wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument, z którego będzie wynikać prawo do zastosowania 8% stawki podatku VAT.

Niniejsze dokumenty należy załączyć do oferty.

W cenę oferty należy wliczyć koszty transportu i wszelki składniki niezbędne do wykonania zamówienia a w szczególności koszty dostawy sprzętu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montaż, w przypadku dostarczenia sprzętu w elementach. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane.

Cena oferty (i wszystkie jej składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym) powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z zapisami o podatku od towarów i usług w zakresie dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie o realizacji dostaw wewnątrzwspólnotowej, a zaoferowana przez niego cena oferty nie zawiera podatku VAT, który Zamawiający ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom i nie będzie podlegać waloryzacji.

XVI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg poniżej podanego kryterium:

I. KRYTERIUM- cena brutto za przedmiot zamówienia- stanowiące wagę 100%

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

1. Kryterium: cena brutto za przedmiot zamówienia:
maksymalną ilość punktów (100) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
 $(\text{Cena brutto najniższa} : \text{Cena brutto badana}) * 100 \text{ pkt} = \text{liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena}$

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium przyjęte w niniejszym postępowaniu.

XVII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy, nw. dokument:

– w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oryginału, umowy regulującej współpracę, która będzie określać w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1a. ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3. ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. PROJEKT UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:

- a) terminu realizacji umowy wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia,
- b) w zakresie innego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem, że wskazany przez Wykonawcę nowy inny podmiot wykaże spełnianie warunków udziału w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy inny podmiot,
- c) wymiarów sprzętu w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie +/- 10%,
- d) zmiany materiałów, z których wykonywane będą sprzęty, jeżeli zaistnieje możliwość zamiany na lepsze materiały, zamiana ta nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- e) osób realizujących przedmiot zamówienia,
- f) zmiana modelu sprzętu, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się że zaproponowany model jest już nie dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, zaproponowania nowego o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie.
- g) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego* lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.

Zmiany wyszczególnione w ppkt a)- f) wymagają wcześniejszej zgody Zamawiającego.

XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ

**XXII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,
O KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust. 1 pkt. 7)**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

**XXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PRO-
WADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

**XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKO-
NAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

.....
ZATWIERDZAM

Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Projekt umowy;
3. Wzór zobowiązania z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
4. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy;
5. Wykaz dostaw wykonanych/ wykonywanych;
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;
9. Formularz oferty.

Opis przedmiotu zamówienia- części I

A) Szafa na chemikalia 200/60/53- 3 szt.

Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301

Solidna konstrukcja na profilach zamkniętych umożliwiająca opływ powietrza wewnątrz

Półki min. 4 szt. regulowane, perforowane

Nogi zakończone stopkami z tworzywa z regulacją wysokości w zakresie +/-15mm

Wymiary (+/- 10%): szer. 60 cm, głębokość 53 cm, wysokość 200 cm;

Króciec wentylacyjny o średnicy 100mm (+/- 10%) umieszczony na suficie szafy

Przepływ powietrza min. 150m³/godz. (+/- 10%)

B) Szafa na chemikalia 200/120/53- 2 szt.

Wykonanie w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301

Solidna konstrukcja na profilach zamkniętych umożliwiająca opływ powietrza wewnątrz

Półki min. 4 szt. regulowane, perforowane

Nogi zakończone stopkami z tworzywa z regulacją wysokości w zakresie +/-15mm

Wymiary(+/- 10%): szer. 120 cm, głębokość 53 cm , wysokość 200 cm

Króciec wentylacyjny o średnicy min. 100 mm (+/- 10%) umieszczony na suficie szafy

Przepływ powietrza min. 150m³/godz. (+/- 10%)

Opis przedmiotu zamówienia- części II

A) Stanowisko formalinowe z makroskopową oceną materiału badawczego- 1 szt.

Wykonane w całości ze stali nierdzewnej (AISI 304)

Podłączenie do wentylacji zewnętrznej

Odciąg z możliwością regulacji przepływu powietrza- pięciostopniowa regulacja odciągu. Dolny odciąg oparów.

Wydajność odciągu 800m³/h (+/- 10%), moc 200 W (+/- 10%)

Zbiorniki na brudną i czystą formalinę umieszczone pod blatem na kółkach

Oświetlenie fluorescencyjne

Alarm akustyczny przekroczenia poziomu płynu w zbiorniku na formalinę

Kran wodny z wyciąganą wlewką

Kran formalinowy z elektroniczną pompą sterowaną nożnie

Tacka do krojenia materiału

Magnetyczny wieszak do narzędzi

Stół formalinowy dwustanowiskowy z możliwością umiejscowienia zlewu formalinowego i wodnego po prawej stronie

Wyjmowane szufladki na kasetki – 2 szt.

4 gniazda elektryczne.

Wbudowana w blat miarka o długości 50 cm. (+/- 10%)

Półka o szerokości 20 cm (+/- 10%) umieszczona nad blatem na wysokości 40 cm (+/- 10%)

Panel sterujący umieszczony poza przestrzenią roboczą z włącznikiem głównym oraz widocznym przyciskiem bezpieczeństwa.

Młynek do odpadów o mocy 520 W (+/- 10%), 2700 rpm. (+/- 10%)

Wymiary zewnętrzne (+/- 10%): szerokość 1900 mm, głębokość 750 mm, wysokość 1700 mm.

Wysokość blatu regulowana w zakresie 91 cm. (+/- 10%)

Instrukcja obsługi w języku polskim

Instalacja stołu do istniejącej kanalizacji wodnej i wentylacji zewnętrznej. Przyłącze wodne na wysokości 400 mm. Przyłącze do kanalizacji na wysokości 400 mm. (+/- 10%)

Zawory wyjściowe do ciepłej i zimnej wody o średnicy 3,8 cala

Zasilanie 230V/50Hz

Wraz ze stołem formalinowym zestaw odczynników i materiałów startowe:

- a) pojemniki do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 120ml - 3 sztuki
- b) pojemniki do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 366ml – 3 sztuki
- c) pojemniki do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 520ml - 3 sztuki
- d) pojemniki do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 1200ml - 3 sztuki
- e) pojemniki do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 3400ml - 3 sztuki
- f) pojemniki do transportu materiału histopatologicznego o pojemności 5200ml - 3 sztuki

- g) zestaw narzędzi do preparowania materiału:
- Penseta chirurgiczna 2-3 zęby, długość 20mm – 2 szt,
 - Penseta chirurgiczna typu RUSSIAN, długość 20mm – 2 szt,
 - Penseta chirurgiczna typu RUSSIAN, długość 250mm – 2 szt,
 - Nożyczki chirurgiczne, tępo-tępe, proste, długość 165mm – 2 szt
 - Nożyczki chirurgiczne, ostro-tępe, proste, długość 165mm – 2 szt
 - Precyzyjne nożyczki chirurgiczne z kulką, tępe, długość 115mm – 2 szt,
 - Nożyce typu LISTER, zagięte, długość 185 mm – 1 szt,
 - Nóż autopsyjny typu COLIN – 2 szt,
 - Nóż amputacyjny typu LISTON, długość 20cm – 2 szt,
 - Nóż amputacyjny typu LANGENBECK, długość 12cm – 2 szt,
 - Nóż do organów typu WALD, z drewnianą rączką, długość 14cm – 2 szt,
 - Nóż typu Virchow, długość 16 cm – 1 szt

- B) Stanowisko formalinowe zwykłe- 1 szt.
Wykonane w całości ze stali nierdzewnej (AISI 304)
Podłączenie do wentylacji zewnętrznej
Odciąg z możliwością regulacji przepływu powietrza - pięciostopniowa regulacja odciągu. Dolny odciąg oparów.
Wydajność odciągu 800m³/h (+/- 10%), moc 200 W. (+/- 10%)
Zbiorniki na brudną i czystą formalinę umieszczone pod blatem na kółkach
Oświetlenie fluorescencyjne
Alarm akustyczny przekroczenia poziomu płynu w zbiorniku na formalinę
Kran wodny z wyciąganą wlewką
Kran formalinowy z elektroniczną pompą sterowaną nożnie
Tacka do krojenia materiału
Magnetyczny wieszak do narzędzi
Stół formalinowy dwustanowiskowy z możliwością umiejscowienia zlewu formalinowego i wodnego po prawej stronie
Wymowane szufladki na kasetki – 2 szt.
4 gniazda elektryczne.
Wbudowana w blat miarka o długości 50 cm.(+/- 10%)
Półka o szerokości 20 cm umieszczona nad blatem na wysokości 40 cm(+/- 10%)
Panel sterujący umieszczony poza przestrzenią roboczą z wyłącznikiem głównym oraz widocznym przyciskiem bezpieczeństwa.
Młynek do odpadów o mocy 520 W (+/- 10%), 2700 rpm. (+/- 10%)
Wymiary zewnętrzne (+/- 10%): szerokość 1900 mm, głębokość 750 mm, wysokość 1700 mm.
Wysokość blatu regulowana w zakresie 91 cm. (+/- 10%)
Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
Instalacja stołu do istniejącej kanalizacji wodnej i wentylacji zewnętrznej. Przyłącze wodne na wysokości 400 mm. Przyłącze do kanalizacji na wysokości 400 mm. (+/- 10%)
Zawory wyjściowe do ciepłej i zimnej wody o średnicy 3,8 cala
Zasilanie 230V/50Hz

Opis przedmiotu zamówienia- części III

- A) Leżanki drewniane- 2 szt.
Konstrukcja wykonana z drewna,
Przeznaczenie- do wykonywania badań EKG
Szerokość całkowita 650 mm (+/- 50 mm)
Długość całkowita: 1850 mm(+/- 50 mm)
Wysokość całkowita 700 mm (+/- 50 mm)
Regulowany podglówek w zakresie min. 0° - 30°
Leże tapicerowane bezszwowe
Kolor zostanie doprecyzowany w ciągu 2 dni, licząc od daty zawarcia umowy po wcześniejszym przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika kolorów.
Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg

B) Leżanki lekarskie- 3 szt.

Leżanka tapicerowana wykonana z wysokiej jakości drewna, 2 częściowa. Kolor zostanie doprecyzowany w ciągu 2 dni, licząc od daty zawarcia umowy po wcześniejszym przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika kolorów.

Wymiary leżanki (+/- 10%): 189 cm x 65 cm, wysokość 70 cm

Regulowany podglówek w zakresie min. 0° - 30° (+/- 5°)

Opis przedmiotu zamówienia- części IV

A) Łóżko do intensywnej terapii- 1 szt.

1) Konstrukcja łóżka- profile stalowe, pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

2) Długość całkowita łóżka: 2200 mm ±50mm.

3) Możliwość przedłużenia leża: 150 mm ±10 mm.

4) Szerokość całkowita łóżka: 1000 mm ± 50 mm.

5) Cztery elementy odbojowe w narożnikach ramy leża.

6) Nieruchomy szczyt łóżka w trakcie regulacji pozycji leża.

7) Leże łóżka czterosekcyjne o konstrukcji opartej na minimum dwóch kolumnach.

8) Wyjmowane, jednorodne szczyty łóżka wykonane z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, konstrukcja szczytów i zdejmowanych paneli leża musi ułatwiać dezynfekcję.

9) Barierki dzielone, tworzywowe po dwie na każdą stronę, zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej.

10) Leże czterosegmentowe z autoregresją segmentu pleców,

11) W czterech narożnikach łóżka miejsca do zamontowania dodatkowego wyposażenia np. wieszaka kroplówki.

12) Elektryczna regulacja min.: wysokości łóżka: dolna pozycja: 400 mm (± 50 mm); górna pozycja: 800 mm (± 50 mm);

13) segmentu oparcia pleców – 0 ÷ 70° (±5°); segmentu uda- 0 ÷ 35° (±3°).

14) Elektryczna regulacja nachylenia wzdłużnego: 16° (± 2°).

15) Elektryczna regulacja do pozycji krzesła kardiologicznego

16) Barierki boczne tworzywowe (po dwie na każdą stronę łóżka), opuszczane niezależnie od siebie, poniżej leża, jednorodne.

17) Klawiatury sterujące niektórymi funkcjami łóżka wbudowane w barierki.

18) Segment pleców przezierny dla promieniowania RTG.

19) Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem.

20) 4 koła jezdne o średnicy min. 12 cm, z blokadą centralną.

21) Bezpieczne obciążenie robocze- 230 kg (± 10kg).

22) Wbudowany akumulator do zasilania łóżka podczas transportu pacjenta.

23) Elementy wyposażenie łóżka:

– Uchwyt worków np. urologicznych (4 szt.);

– Wieszak infuzyjny (4 haki); 25.

– Wysuwany uchwyt na pościel;

– Materac w rozmiarze dopasowanym do wymiarów leża, o grubości min. 14 cm., osłonięty odpinanym na suwak pokrowcem, nieprzepuszczającym płynów infuzyjnych, oddychający, ognioodporny;

– Pilot przewodowy lub klawiatura dla personelu do sterowania funkcjami łóżka.

Gwarancja min. 36 m-cy.

B) Stanowisko umożliwiające pobranie krwi od pacjenta zarówno z lewej jak i prawej ręki- 1 szt.

Fotel wyposażony w 1 podłokietnik, który może występować z dowolnej strony.

Szerokość: 61,0 cm (+/-10%)

Głębokość: 73,0 cm (+/-10%)

Wysokość: 86,0 cm (+/-10%)

Waga: 17 kg (+/-10%)

Dopuszczalne obciążenie: 120 kg. (+/-10%)

Kolor tapicerki zostanie doprecyzowany w ciągu 2 dni, licząc od daty zawarcia umowy po wcześniejszym przedstawieniu przez Wykonawcę wzornika kolorów.

Opis przedmiotu zamówienia- części V

- A) Zestawy narzędzi do sekcji zwłok zwierząt wraz z drobnym wyposażeniem- 1 kpl.
- Szpilki sekcyjne (4sztuki)
 - Ostrza do skalpela rozmiar 10 (10sztuk)
 - Ostrza do skalpela rozmiar 22 (10sztuk)
 - Nożyczki ostro-tępe 13 cm (1sztuka)
 - Oprawka do skalpela Nr 3 (1sztuka)
 - Oprawka do skalpela Nr 4 (1sztuka)
 - Proste nożyczki Iris 10 cm (1sztuka)
 - Pęseta 13 cm (1sztuka)
 - Prosta prowadnica do autopsji żył 11 cm (1 sztuka)
 - Zakrzywiona prowadnica do autopsji żył 13 cm (1sztuka)
 - Narzędzia chirurgiczne:
 - Nożyczki chirurgiczne odgięte 14 cm (3sztuki)
 - Nożyczki proste 14 cm (3sztuki)
 - Pean, kleszcze zaciskowe proste 13cm (3sztuki)
 - Pean, kleszcze zaciskowe odgięte 13cm (3sztuki)
 - Kleszczyki model Bachaus 9cm (12sztuk)
 - Kleszcze ALLISA 16cm (3sztuki)
 - Pęseta chirurgiczna 13cm (3sztuki)
 - Pęseta anatomiczna 13cm (3sztuki)
 - Jednorazowe ostrza do skalpela nr 10 (100 sztuk)
 - Igłotrzymacz Mayo-Megar 13cm (3sztuki)
 - Igłotrzymacz Mathieu 14cm (3sztuki)
 - Tacka narzędziowa 95mm x 195mm (3sztuki) (tolerancja $\pm 5\%$)
- B) System do uśmiercania zwierząt- 1 szt
- Nablatowy system do anestezji wraz z reduktorem O₂
- Urządzenie musi zawierać: komorę indukcyjną 3,6l (+/-10%), maseczkę dla myszy, maseczkę dla szczurów
- Urządzenie ze stali nierdzewnej
- Zużycie izofluranu w ciągu 8 godzin pracy nie może przekroczyć 2ppm
- Możliwość zastosowania jednocześnie nie mniej niż 3 połączeń gazowych
- Przepływ tlenu i powietrza 0–14 l/min
- Automatyczny system oczyszczający, zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem komory z dwoma niezależnymi kanałami (oddzielny dla komór indukcyjnych – regulacja ciśnienia i oddzielny dla maseczek - przepływomierz)
- Zawór bezpieczeństwa
- Komora indukcyjna z przezroczystego tworzywa sztucznego
- System musi być wyposażony w filtr węglowy, przystosowany do odbioru każdego typu gazu znieczulającego
- Reduktor tlenu z regulacją przepływu.
- Urządzenie do eutanazji gryzoni laboratoryjnych z komorą do eutanazji, reduktorem CO₂ i sprężonego powietrza oraz detektorem CO₂ Funkcja stopniowego znieczulenia oraz nasycenia CO₂
- Elektroniczny czujnik ciśnienia
- Funkcja automatycznego ustawiania protokołów zadań
- Pochłaniacz CO₂ (wapno sodowane)
- Ekran dotykowy
- Możliwość podłączenie dwóch komór jednocześnie
- Wymiary użytkowe komory: 765 x 580 x 225mm (+/-10%)
- Reduktor dwutlenku węgla i sprężonego powietrza z regulacją przepływu.
- System musi posiadać detektor dwutlenku węgla przeznaczony do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w zakresie do 5%.

Opis przedmiotu zamówienia- części VI

- A) Zmywarka do klatek i butelek wraz z akcesoriami - 1 szt.
- urządzenie musi zapewniać możliwość mycia:
 - butelek o pojemności w zakresie 250 ml -350 ml;
 - kapsli do butelek (kosz na kapsle)
 - klatek do hodowli myszy
 - Wydajność na cykl:
 - min.30 butelek o pojemności w zakresie 250 ml -350 ml;
 - min. 4 klatki do hodowli myszy (spód klatki o powierzchni min. 500 cm²)
 - Wymiary zewnętrzne nie mogą być większe niż szer. 850 X gł. 850 (z otwartymi drzwiami nie więcej niż 1400) x 1950 mm, z możliwością regulacji \pm 30 mm
 - Konstrukcja:
 - Urządzenie musi być wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
 - Drzwi frontowe muszą być otwierane z przodu na zewnątrz w sposób tworzący dodatkową powierzchnię pracy /blat/ ułatwiający załadunek koszy
 - Niski poziom emisji ciepła i hałasu
 - Urządzenie musi umożliwiać mycie w temperaturze 60 stopni C, płukanie 80 stopni C
 - Dezynfekcja termiczna przy min. 80°C;
 - Zmywarka musi umożliwiać ustawienie szybkiego cyklu mycia, w zakresie od min. 120 do max. 720 s.
 - Podłączenie elektryczne: zasilanie 400 V/ 3N/ 50 Hz;
 - moc nie większa niż 12 kW;
 - Wyposażenie: kosze/wkłady: wkład do mycia min. 30 butelek o objętości w zakresie 250-350 ml, kosz do mycia kapsli od butelek, wkład do mycia klatek, przewód sieciowy, węże dopływu i odpływu wody;
- B) System higieniczny do dezynfekcji - 1 szt.
- Urządzenie automatycznie sporządzające roztwory dezynfekcyjne, nie wymagające zasilania elektrycznego
- Możliwość regulowania stężenie roztworu minimum od 1 do 2,5%
- Silnik centrali hydrauliczny- wykorzystanie ciśnienia instalacji wodociągowej
- Dozownik hydrauliczny– przeciwwybuchowy,
- Stężenie uzyskiwanego roztworu: stałe niezależne od ciśnienia w instalacji wodociągowej
- Centrala do zainstalowania na ścianie
- Przełącznik pracy– dezynfekcja/splukiwanie
- Wąż ze spryskiwaczem długość minimum 8m (+/-10%), na końcu węża uchwyt z możliwością regulacji strumienia roztworu dezynfekującego
- Waga 10 kg (+/-10%)

Opis przedmiotu zamówienia- części VII

- A) Jednostka nawiewczo- wyciągowa z ekranem do wymiany ściółki wraz z akcesoriami - 1 szt.
- Wymiary zewnętrzne urządzenia (+/-5%): mm 1244(szer.) x 881(gł.) x 1997(wys.)
- Wymiary komory pracy(+/-5%): mm 1000 (szer.) x 580(gł.) x 600 (wys.)
- Okno dostępu do obszaru roboczego (+/-5%): o wym.: 984 x 600 mm
- Całość wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 epoksydowanej
- Boczne okna komory wykonane z poliwęglanu o grubości 10mm
- Filtr siatkowy chroniący filtry wstępne przed większymi zanieczyszczeniami
- Dwa filtry wstępne klasy G4, wym. (+/-5%): 480 x 400 x 23mm
- Filtr workowy klasa F7, wym. (+/-5%): 762 x 457 x 75mm
- Filtr HEPA H14 (99,995%), wym. (+/-5%): 610 x 915 x 115mm
- Przepływ powietrza wydmuchiwanego 1250m³/godz. (+/-10%):
- Bariera powietrza > 0,55 m/s chroniąca operatora przed zanieczyszczeniami wewnątrz komory
- Komora pracy oświetlana żarówką fluorescencyjną 36W
- Komora sterowana mikroprocesorem
- Wbudowany panel kontrolny umożliwiający sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza
- Powierzchnia robocza z lejem redukcyjnym do odprowadzania wysypywanej ściółki
- Mobilna z dwoma poręczami do przesuwania, 4 koła, dwa z hamulcem

Pojemnik na zużytą ściółkę na kółkach, poj. 60 l umieszczony w zamykanym drzwiczkami panelu pod komorą,
Zasilanie 230V – 50 Hz
Zgodna z normami UL STD, CSA

- B) Regał z klatkami wentylowanymi oraz niezbędne akcesoria- 1 szt.
Uniwersalny system nawiewczo- wyciągowy zasilanie 230V/50Hz,
Wymiary systemu nawiewczo – wyciągowego (+/-10%): 468 (szer.) x 657 (gł.) x 1926 (wys.),
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, z przednim panelem wykonanym z tworzywa
Waga do 80 kg
System nawiewczo-wyciągowy posiadający po jednym wentylatorze niskonapięciowym (24V) do każdego modułu (do zasilania i wyciągu powietrza),
Pobór energii- maksymalnie 0,20 kW
System nawiewczo-wyciągowy wolnostojący, co zapobiega przenoszeniu wibracji na regały ze zwierzętami
Możliwość podłączenia do 4 regałów jednostronnych lub 2 regałów dwustronnych
System nawiewczo-wyciągowy wyposażony w filtry wstępne klasy nie mniejszej niż G4 i filtry HEPA klasy nie mniejszej niż H14 na wejściu i wyjściu obiegu powietrza z systemu oraz dwa czujniki ciepłne
System nawiewczo - wyciągowy sterowany mikroprocesorem
System nawiewczo-wyciągowy wyposażony w dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD opartym na technologii LED do programowania i kontroli systemu (kontrola intuicyjna).
Możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu
Poziom hałasu do 50 dB przy ustawieniu systemu na 80 ACH
Odczyt zużycia filtrów (godzinowy)
Bezpieczna wymiana filtrów
Monitoring wartości temperatury i wilgotności w powietrzu wylotowym
Możliwość bezpośredniego podłączenia do systemu wentylacyjnego pomieszczenia
Elementy elektryczne wytrzymałe na procedury dezynfekcji H₂O₂ (zabezpieczone hermetycznie)
Sygnalizacja nieprawidłowości pracy systemu (alarmy dla górnych i dolnych wartości)
-min. i max. przepływ powietrza dla skrzynki zasilającej
-min. i max. przepływ powietrza dla skrzynki wyciągowej
- max. i min. temperatura
- max. i min. wilgotność
- konieczność wymiany filtra HEPA na zasilaniu i wyciągu
Wskaźnik parametrów pracy – odczyt wartości:
- ilości wymian powietrza
- temperatury
- wilgotności
Możliwość regulacji:
- ilości wymian powietrza do 80 na godzinę
- trybu pracy (nadciśnienie, podciśnienie)

Regał z klatkami mysimi zawierający minimum 60 klatek
Czas bezpiecznego dla zwierząt odłączenia regału hodowlanego od źródła zasilania- do 48 godzin
Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym giętkimi rurami o przekroju kołowym, co zapobiega przenoszeniu mikro wibracji do klatek i ułatwia ich czyszczenie
Regał wyposażony we wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale.
Wymiary regałów dla myszy (+/-10%): regał na 60 klatek mysich 1307 (dł.) x 540 (gł.) x 1995 (wys.) mm, zamontowane (prowadnice nylonowe).
Regał wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej AISI304 z zaokrąglonymi rogami.

Klatki mysie

Otwory wlotowe powietrza zainstalowane w pokrywie, nie na poziomie zwierząt zaopatrzone w zawory samozamykające

Maksymalna szybkość powietrza wlotowego 0,2 m/s zgodna z wymogami np. TÜV

Kompletna klatka:

- symetryczny spód klatki ze skośnymi ściankami z polisulfonu
- ruszt połówkowy ze stali nierdzewnej z miejscem na pokarm;

- pokrywa z polisulfonu z filtrem mikrobiologicznym;
- butelka z polisulfonu o poj. 260 ml z uszczelką silikonową ze stożkowym kapslem stalowym o nosku dł. 65 mm mm i średnicy otworu 1 mm (wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 316
- tabliczka opisowa z nylonu utwardzanego włóknem szklanym, pozioma;

Wymiary zewnętrzne klatki dla myszy (+/-10%): 391(dł.) x 199 (szer.) x 172(wys.) mm;

Stalowy (wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 304) ruszt połówkowy z miejscem na paszę

Pokrywa wyposażona w wodoodporny filtr biologiczny 0,2 mikrona.

Pokrywa z klipsami zabezpieczającymi, bez zatrzasków.

Pokrywa z depresją samocentrującą na butelkę. Butelka z uszczelką silikonową,

Filtr mikrobiologiczny wymienny, autoklawowalny, z wydajnością >99,99% zatrzymania bakterii i wirusów. Znacznik na filtrze pokazuje stopień zużycia filtra.

Klatki wykonane z polisulfonu: możliwość autoklawowania klatek i pokryw w temp. 134° C (+/-10%)

Okres gwarancji: 3 lata

C) Stacja do usuwania ściółki- 1 szt.

Wymiary zewnętrzne urządzenia (+/-10%): mm 1244(szer.) x 881(gł.) x 1997(wys.)

Wymiary komory pracy (+/-10%): mm 1000 (szer.) x 580(gł.) x 600 (wys.)

Okno dostępu do obszaru roboczego o wym. (+/-10 mm): 984 x 600 mm

Całość wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 epoksydowanej

Boczne okna komory wykonane z poliwęglanu o grubości 10mm

Filtr siatkowy chroniący filtry wstępne przed większymi zanieczyszczeniami

Dwa filtry wstępne klasy G4, wym.: 480 x 400 x 23mm (+/- 10mm)

Filtr workowy klasa F7, wym.: 762 x 457 x 75mm (+/- 10mm)

Filtr HEPA H14 (99,995%), wym.: 610 x 915 x 115mm (+/- 10mm)

Przepływ powietrza wydmuchiwane (+/- 10%): 1250 m³/godz.

Bariera powietrza > 0,55 m/s chroniąca operatora przed zanieczyszczeniami wewnątrz komory

Komora pracy oświetlana żarówką fluorescencyjną 36W

Komora sterowana mikroprocesorem

Wbudowany panel kontrolny umożliwiający sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza

Powierzchnia robocza z lejem redukcyjnym do odprowadzania wysypywanej ściółki

Mobilna z dwoma poręczami do przesuwania, 4 koła, dwa z hamulcem

Pojemnik na zużytą ściółkę na kółkach, poj. 60 l umieszczony w zamkniętym drzwiczkami panelu pod komorą,

Zasilanie 230V – 50 Hz

Zgodna z normami UL STD, CSA

D) Wózki transportowe do klatek- 2 szt.

Wózek transportowy, do całkowitej wymiany klatek, dwustronny, (podstawa, pokrywa, top).

Stalowe prowadnice, umożliwiające zawieszenie klatek.

Możliwość mycia i autoklawowania wózka.

Cztery obrotowe kółka, dwa z nich z hamulcem.

Wymiary:

– 2 płyty robocze, wymiar płyty roboczej (+/-10%): 790x490 mm; wysokość 870 mm, szerokość 585mm, długość 885 mm.

– wózek wymiary: wymiar płyty roboczej (+/-10%): 600x500 mm; wysokość 870 mm, szerokość 830 mm, długość 640 mm.

E) Stacja wymiany klatek- 1 szt.

Stacja wymiany klatek zapewniająca ochronę pracowników przed cząstkami brudu, kurzem i alergenami z jednoczesną ochroną zwierząt przed zanieczyszczeniami poprzez zminimalizowanie kontaktu z zanieczyszczeniami przenoszonymi drogą powietrzną, co zapewnia ochronę środowiska

Dwustronny dostęp z 360° kątem otwarcia powierzchni roboczej

Powietrze wchodzące i wychodzące filtrowane przez filtry wstępne (G4), następnie przez filtry HEPA H14,

Klasa czystości powietrza w komorze ISO5 zgodnie z ISO 14644-1.

Dwa filtry HEPA (główny i wylotowy), sprawność powyżej 99,995% dla cząsteczek > 0,3µm oraz dwa pre-filtry G4 (główny i wylotowy)

Przepływ powietrza wylotowego – średnia prędkość ≥ 1600 m3/h

Szybkość przepływu powietrza kontrolowana poprzez mikroprocesor, z automatyczną kompensacją szybkości przepływu w celu utrzymania bezpiecznych warunków przez cały czas pracy.

Panel kontrolny z dużym wykresem przepływu powietrza do łatwego monitorowania warunków pracy

Funkcjonalny akustyczny i wizualny alarm w sytuacji przekroczenia zadanych parametrów pracy:

- szybkość przepływu laminarnego (LAF).
- szybkość przepływu powietrza w kurtynie
- wydajność filtrów (zapychanie).

Średni przepływ laminarny powietrza większy niż 0,35m/s w całym wnętrzu komory, punkty pomiarowe nie przekraczają zakresu od 0,25 do 0,5m/s (min. 9 punktów pomiarowych równo rozmieszczonych w przestrzeni roboczej), dla ochrony zwierząt, w celu unikania zanieczyszczeń krzyżowych

Oświetlenie fluorescencyjne zamocowane na zewnątrz zanieczyszczonej powierzchni roboczej po prawej i lewej stronie oraz jedno gniazdo zasilające

Powierzchnia robocza wykonana z tworzywa autoklawowalnego, nierysującego się, absorbującego dźwięk. Siatka ochronna zapobiegająca zatykaniu się wyciągowego filtra wstępnego przez ściółkę i cząsteczki kurzu.

Wymowany zbiornik na odpady w celu wydajnego usuwania i opróżniania ściółki i cząsteczek pokarmu zgromadzonych poniżej powierzchni roboczej

Zdejmowany blat roboczy i górny ruszt w celu ułatwienia czyszczenia

Elektrycznie ustawiana wysokość powierzchni roboczej - automatyczna hydrauliczna regulacja wysokości blatu roboczego w zakresie od 841 mm do 1141 mm (+/-10%)

Okno podglądowe z bezpiecznego szkła

Waga 160 kg (+/-10%)

Dodatkowe akcesoria

- Podajnik karmy z łopatkami do nabierania
- Uchwyt stalowy do pokryw na klatki
- Bezdotykowy system wyposażony w rozpylacz roztworu alkoholowego do dezynfekcji rąk z automatycznie uruchamianymi dyszami spryskującymi (zainstalowany po prawej stronie komory)

Wymiary

- Wymiary zewnętrzne (+/-10%): 1295 (szer.) x 773 (gł.) x 2070 (wys.) mm
- Obszar roboczy (+/-10%): 1000 (szer.) x 600 (gł.) x 660 (wys.) mm
- Całość całkowicie mobilna wyposażona w 4 kółka z hamulcami
- Poziom głośności ≤63 dB (+/-10%)

PROJEKT

UMOWA NR DP/2310/.... /14

zawarta w dniu 2014 r. w Kielcach pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

1.-

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

....., z siedzibą w przy ulicy wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, wysokość kapitału zakładowego, w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego..... i kapitału wpłaconego, zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

1.

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności

Gospodarczej)

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą z siedzibą w przy ulicy

REGON, NIPwpisanym do **Centralnej Ewidencji i Informacji**

Działalności Gospodarczej) zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest: sprzedaż oraz dostarczenie sprzętu wraz z jego montażem, w tym z wypoziomowaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego spełniające warunki techniczne określone w SIWZ i w Ofercie Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia sprzętu w cenach zgodnych z ofertą. Cena w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
3. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym sprzedaż, dostarczenie, wniesienie, montaż, ustawienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego, Wykonawca zrealizuje zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem, w terminie dni licząc od daty 15.10.2014 r.
4. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy dostaw sprzętu.
5. Wykonawca nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia sprzętu, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić uprawnionych pracowników Zamawiającego tj. p. Mariusza Strońskiego, o gotowości ich dostarczenia. O gotowości dostarczenia sprzętu, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie, faksem 41 349 69 55 lub drogą elektroniczną (mariuszs@ujk.edu.pl).
6. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru sprzętu, o którym mowa w ust.1.
7. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6 umowy, Strony ustalają konkretną datę (dzień) dostarczenia sprzętu, o którym mowa w ust.1.
8. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, zwłaszcza w szczególności będących następstwem siły wyższej.

9. Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelia, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
10. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu.
11. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy:
 - 1) jest nowy,
 - 2) nie posiada jakichkolwiek wad fizycznych, ani wad prawnych, a w szczególności opłacone są wymagane odrębnymi przepisami wszelkie opłaty podatkowe i celne.

§ 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem przedmiotu umowy, wymienionym w § 1 ust. 1, montaż, instalację, testy weryfikujące poprawność działania, konfigurację i uruchomienie sprzętu, przeszkolenie w zakresie obsługi, oraz wsparcie techniczne.
2. Całkowita wartość umowy w okresie jej obowiązywania łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości zł (słownie: tysięcy złote groszy) w tym podatek VAT..%. Całkowita wartość umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy oraz wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją umowy przez Wykonawcę.
3. Zapłata nastąpi częściami, za faktycznie dostarczony i odebrany każdorazowo przedmiot umowy, na podstawie harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 4.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT na płatnika- Zamawiającego jest należyte wykonanie umowy, które obejmuje także uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi sprzętu potwierdzone pisemnym bezusterkowym protokołem odbioru dostarczonego sprzętu i protokołem przeszkolenia. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik do niniejszej umowy i powinien zostać podpisany przez komisję składającą się z:
 - 1) imiennie upoważnionych przez Zamawiającego osób, tj.: z kierownika laboratorium/zakładu, do którego dany sprzęt został dostarczony, z p. Mariusza Strońskiego oraz osoby materialnie odpowiadającej za sprzęt,
 - 2) upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, lub niezgodności co do ilości lub rodzaju przedmiotu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ, o której mowa z § 1 ust 1, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko towar wolny od wad i zgodny z zamówieniem, w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty stwierdzenia wad lub nieścisłości.
6. Odbiór zakwestionowanego uprzednio przedmiotu umowy, jako wadliwego lub niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego dokonuje Wykonawca na własny koszt.
7. Protokół odbioru partii przedmiotu umowy winien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron niniejszej umowy, podpisany czytelnie przez obie strony.
8. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2 stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

§ 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy:, tel.:, fax
2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonywania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami

realizacji umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie.

2. Wykonawca wykona umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca dostarczy i przekaze Zamawiającemu:
 - 1) kartę gwarancyjną, instrukcję oraz niezbędne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. wymagane przy tego typu sprzęcie;
 - 2) wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot umowy jest zakupywany;Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego sprzętu winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/ drukowanej.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczając sprzęt nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, i zwalnia Zamawiającego z obowiązku pokrycia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego związanych z roszczeniami tych osób.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt.

§ 5.

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na sprzęt okres: miesięcy.
2. Wykonawca udziela także rękojmi na sprzęt okres: miesięcy.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu.
4. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać jego wymiany na nowy, w pełni sprawny.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji (dwa razy w roku, w ustalonych przez strony terminach), z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta sprzętu (materiały wliczone w koszt zakupu całego sprzętu).
6. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
7. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania rękojmi. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie okresu trwania rękojmi, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
8. Zamawiający może według swojego wyboru wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
9. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może żądać usunięcia wady (usterki), wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącane przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.
10. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy) maksymalnie w ciągu 72 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii (usterki).
11. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego sprzętu do serwisu (adres:.....) oraz z serwisu do Zamawiającego, transport, załadunek, rozładunek, na koszt własny zapewnia Wykonawca.
12. Zgłoszenie awarii (usterki) następuje telefonicznie/faxem na numer telefonu/faxu
13. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji lub rękojmi Wykonawca na własny koszt dojeżdża do uszkodzonego sprzętu.

14. W przypadku istotnej naprawy przedmiotu umowy, termin gwarancji oraz rękojmi całego sprzętu, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zaczynają swój bieg na nowo od daty zakończenia skutecznej naprawy. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą części, termin gwarancji i rękojmi na wymienione części równy jest okresom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, i rozpoczynają swój bieg od daty wymiany części.
15. Wykonawca oświadcza, że rozbudowa zakupionego sprzętu o dodatkowe elementy, w celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, wymaga zgody Wykonawcy. Bez uzasadnionych powodów Wykonawca nie może odmówić takiej zgody. Udzielenie odpowiedzi przez Wykonawcę w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego. W przypadku brak odpowiedzi przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się że Wykonawca wyraził zgodę na rozbudowę..

§ 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych za znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

1. Dane Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 657-02-34-850.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczony sprzęt, kwotę wynikającą z formularza rzeczowo- cenowego Wykonawcy, w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę tj. podpisanym obustronnie protokołem odbioru do Działu Funduszy Europejskich w siedzibie Zamawiającego, przelewem na nr konta bankowego wskazanego na fakturze.
3. Osobą upoważnioną do odbioru faktury VAT jest: mgr Barbara Skuza lub Edyta Grzesik
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada NIP

§ 8.

1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
 - 1) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji umowy,
 - 2) 0,2 % wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących usterek lub wad w okresie gwarancji lub rękojmi,
 - 4) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2 jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, w tym z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej od Zamawiającego w przypadku:
 - 1) zwłoki w odbiorze przedmiotu dostawy w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki,
 - 2) 15 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 2, jeżeli dojdzie do odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Postanowienia umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale tylko w niezbędnym do tego obowiązku zakresie.
2. Wszelkie informacje związane z ochroną osób i mienia stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
3. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie wykraczającym poza cel umowy, będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną określoną w art. 18 lub art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzycelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część.

§ 12.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

§ 13.

Adres Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w Umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa

PROTOKÓŁ ODBIORU/URUCHOMIENIA I PRZESZKOLENIA

Dostawca:

Odbiorca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: Instytut
Laboratorium/Pracownia

Data zakończenia realizacji umowy tj. odbioru/zainstalowania/uruchomienia/przeszkolenia:...../...../2014 r.

W zakresie używania i obsługi n/w sprzętu, przeprowadzono instruktaż/przeszkolenie osób:

1)
Data i czytelny podpis

2)
Data i czytelny podpis

3)
Data i czytelny podpis

Dostarczono:

Lp.	Nazwa	Producent	Model	Nr seryjny	Ilość	Uwagi i zastrzeżenia
1.						
2.						
3.						

Strony oświadczają, że dostarczony sprzęt jest zgodny/niezgodny* ze specyfikacją, a dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z warunkami umowy nr DP/2310/...../14 z dnia

Strona przekazująca oświadcza, że sprzęt: jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, na dowód czego wraz ze sprzętem przekazano/nie przekazano*: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie,

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione urządzenia zostały zainstalowane i uruchomione przez Dostawcę, wobec czego zostały odebrane przez uprawnionych pracowników bez zastrzeżeń, jako w pełni sprawne.

Pozostałe uwagi:.....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona przekazująca:		Strona odbierająca:	
		Kierownik Laboratorium/Pracownia:	
.....		
podpis i pieczęć		podpis i pieczęć	
		<u>Osoba wskazana w umowie</u>	<u>Osoba wskazana w umowie</u>
	
		podpis i pieczęć	podpis i pieczęć

WZÓR

ZOBOWIĄZANIE
z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

.....
.....
.....
dokładna nazwa Wykonawcy/Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie,
któremu/którym udostępnia się zasoby

Jako osoba/osoby reprezentujące podmiot:

.....
zobowiązuję się/ zobowiązujemy się oddać do dyspozycji ww. wykonawcy, ubiegającego się
o zamówienie dot.:.....

.....
następujące, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu powyższego zamówienia.

Lp.	Rodzaj zasobu
1	Wiedza i doświadczenie ¹ :
2	Potencjał techniczny ¹ :
3	Osoby zdolne do wykonania zamówienia ¹ :
4	Zdolność finansowa ¹ :

Oświadczam, iż będę uczestniczył² /nie będę uczestniczył w realizacji części zamówienia¹
..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotu

¹ Niepotrzebne skreślić
² W przypadku, gdy podmiot udostępniający zasoby, będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, do oferty należy
złożyć dokumenty, o których mowa w pkt.VIII.2 SIWZ

WZÓR

<p style="text-align: center;">OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu</p>
--

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.....

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie.....

..... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm), że reprezentowany przeze mnie podmiot, spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia¹ ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia¹;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej¹;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH
W OKRESIE TRZECH OSTATNICH LAT

Część

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem/realizuję następujące dostawy (co najmniej dwie dostawy), z których **każda**: odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż wartość brutto określona w SIWZ.

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane	Zakres rzeczowy dostawy/ przedmiot	Daty wykonania	Wartość brutto wykonanego/ wykonywanego zamówienia w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

Dowody, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należyce w załączeniu.

Załączone dokumenty winny w sposób jednoznaczny wskazywać wykazane dostawy oraz potwierdzać ich należyte wykonanie

..... dnia r.

.....
 uprawniony do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

WZÓR

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Cześć

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z wniesieniem i montażem sprzętu, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

Lp.	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie	Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności	Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami ¹
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

¹ Podać formę współpracy/rodzaj umowy (np.: o pracę, o dzieło, zlecenie, itp.)

WZÓR

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia**

W związku z przystąpieniem

..... z siedzibą w ul.

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

..... składam oświadczenie, że wobec reprezentowanego
przeze mnie podmiotu, brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA/ LISTA

składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu:.....
 w imieniu:.....

.....
 (pełna nazwa Wykonawcy)

¹jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że **nie należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

LUB

¹jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że **należę/my do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1.
2.
3.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 k.k.

..... dnia r.

.....
 uprawniony do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

¹ Niepotrzebne skreślić

WZÓR

.....
(nazwa firmy).....
(dokładny adres).....
(NIP/REGON).....
(TELEFON/ FAX)

OFERTA

**Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce**

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę wyposażenia dla WNoZ** Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie w:

Część I – Szafy na chemikalia- 5 szt

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny wraz z gwarancją poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Szafa na chemikalia 200/60/53</i>	3			
2.	<i>Szafa na chemikalia 200/120/53</i>	2			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej stanowiących zał. nr 1.I do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część II – Stanowiska formalinowe- 2 szt.,

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stanowisko formalinowe z makroskopową oceną materiału badawczego	1			
2.	Stanowisko formalinowe zwykłe	1			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej stanowiących zał. nr 1.II do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część III- Leżanki- 5 szt:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Leżanki drewniane	2			
2.	Leżanki lekarskie	3			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)

Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.III. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część IV- Łóżko do intensywnej terapii- 1 szt. Stanowisko do pobierania krwi- 1 szt.:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Łóżko do intensywnej terapii</i>	1			
2.	<i>Stanowisko do pobierania krwi</i>	1			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)
Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.IV. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część V– Zestaw narzędzi do sekcji zwłok zwierząt- 1 szt. System do uśmiercania zwierząt- 1 szt.:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Zestaw narzędzi do sekcji zwłok zwierząt</i>	1			
2.	<i>System do uśmiercania zwierząt</i>	1			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)
Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.V. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część VI– Zmywarka do klatek i butelek- 1 szt. System higieniczny do dezynfekcji- 1 szt.:

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Zmywarka do klatek i butelek</i>	1			
2.	<i>System higieniczny do dezynfekcji</i>	1			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)
Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.VI. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

Część VII– Jednostka nawiewczo- wyciągowa z ekranem do wymiany ściółki- 1 szt., Regał z klatkami wentylowanymi- 1 szt. Stacja do usuwania ściółki- 1 szt. Wózki transportowe do klatek- 2 szt.

Stacja wymiany klatek- 1 szt. :

za cenę brutto w wysokości: zł.,

słownie:.....)

wartość netto: zł. oraz podatek VAT w wysokości %

Ceny poszczególnego asortymentu wynoszą:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość brutto (kol.3 x kol. 4)+VAT [PLN]	Gwarancja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<i>Jednostka nawiewczo-wyciągowa z ekranem do wymiany ściółki</i>	1			
2.	<i>Regał z klatkami wentylowanymi</i>	1			
3.	<i>Wózki transportowe do klatek</i>	2			
4.	<i>Stacja wymiany klatek</i>	1			
Razem:			PLN	

Uwaga:

Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych..

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeżeli dotyczy)
Oferujemy sprzęt opisany w specyfikacji technicznej/ materiałach producenta stanowiących zał. nr 1.VII. do niniejszej oferty.

Wszystkie czynności objęte SIWZ oraz umową, zrealizujemy w terminiedni.

Niezależnie od udzielonej gwarancji, udzielamy miesięcznej rękojmi.

2. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami¹.

Następujący zakres dostaw zamierzamy zlecić podwykonawcom¹:

a)wartość brutto
ZAKRES DOSTAW

b)wartość brutto
ZAKRES DOSTAW

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

6. Oświadczamy, że oferowany sprzęt: jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp., spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz zobowiązujemy się, do dostarczenia Zamawiającemu przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

7. Osoba odpowiedzialna/uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu

zamówieniatel.fax.....
Imię i nazwisko

8. Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie

..... Potwierdzenie w załączeniu. Zwrotu wadium należy dokonać

na nr rachunku bankowego:.....

9. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z stron.

..... dnia r.

.....
uprawniony do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

¹ niepotrzebne skreślić