

UNIWERSYTET  
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH  
UL. ŻEROMSKIEGO 5  
25-369 KIELCE

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana zamówieniu:

**Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych.**

Oznaczenie sprawy: ADP.2301.59.2019

Zatwierdził:

**KANCLERZ**

*dr Aleksandra Pisarska*

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

1. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.11.2019 pod numerem 624160-N-2019
2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: [www.ujk.edu.pl](http://www.ujk.edu.pl) w dniu 19.11.2019r.

Kielce, dnia 18.11.2019 r.

## **ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5,

25-369 Kielce

tel.: 41 3497277, faks: 41 3445615

Godziny pracy: 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup> od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: [www.ujk.edu.pl](http://www.ujk.edu.pl)

## **ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE OGÓLNE TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają zapisy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
3. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

### **INFORMACJE OGÓLNE**

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (I-X).  
Ofertę należy złożyć, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia formularz ofertowy w zakresie oferowanych części w pozostałym zakresie wpisuje nie dotyczy. Każda część zostanie oceniona oddzielnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania produktów równoważnych - część I-X.  
Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ zostały podane nazwy własne produktów będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry odpowiadające wyszczególnionym w SIWZ, a także posiadać cechy jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż produkty określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanym w SIWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego dla danej pozycji asortymentowej wraz ze wskazaniem producenta i nr katalogowego (jeżeli produkt posiada nr katalogowy).
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7).
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę ich danych w tym: nazwy firmy oraz adresu.

### **ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych.
2. Zamówienie zostało podzielone na 10 części.



### **CZEŚĆ I**

**Nazwa: Dostawa zestawu jednokanałowych pipet dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

### **CZEŚĆ II**

**Nazwa: Dostawa mikropipety 8-kanałowej dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

### **CZEŚĆ III**

**Nazwa: Dostawa pipet jednokanałowych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

### **CZEŚĆ IV**

**Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Instytutu Mikrobiologii**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Kod CPV: 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane

### **CZEŚĆ V**

**Nazwa: Dostawa materiałów laboratoryjnych tj. pasków moczowych i papieru termicznego do Urometru dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

### **CZEŚĆ VI**

**Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Kod CPV: 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane

### **CZEŚĆ VII**

**Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Patomorfologii**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Kod CPV: 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane

Kod CPV: 39711100-0 chłodziarki i zamrażarki

### **CZEŚĆ VIII**

**Nazwa: Dostawa odczynników laboratoryjnych**

Kod CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne

Kod CPV: 33698000-9 produkty lekarskie

### **CZEŚĆ IX**

**Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych tj. komór Thoma dla Pracowni Mikrobiologii**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

### **CZEŚĆ X**

**Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych kwasu cytrynowego i chlorku potasu**

Kod CPV: 33696300-8 odczynniki chemiczne

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Wymagany okres rękojmi na przedmiot zamówienia: 24 miesiące - dot. wszystkich części (I-X).  
Okres rękojmi jest krótszy niż 24 miesiące w przypadku, gdy okres przydatności do użycia jest krótszy.  
Okres rękojmi na dostarczone produkty, kończy się wraz ze wskazanym na nich terminem przydatności do użycia.
5. Wymagany okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi.
8. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach.

## **ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy.



*Uwaga: termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny oferty (patrz rozdział XIII). Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach roboczych.*

## **ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Podstawy wykluczenia Wykonawców :
  - 2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę , który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-23 ustawy Pzp.
  - 2.2. Dodatkowo zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615).

## **ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy PZP do oferty wykonawca musi dołączyć oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy PZP, sporządzone według załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**
4. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia następującego oświadczenia lub dokumentu:**
  - 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP.  
*Uwaga: w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) – wskazane rejestry są ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, zatem zamawiający pobierze samodzielnie informacje z tych baz.*
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt.4 ppkt.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,



administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność w oryginale.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo, podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

## **ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018, poz.2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres, na który należy przysyłać korespondencję:  
UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pokój 04  
e-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl, faks na nr (41) 344 72 78.  
Korespondencję drogą elektroniczną (skan pisma) należy przysyłać zawsze na w/w adres e-mail.  
W tytule należy wpisać numer postępowania: ADP.2301.59.2019.  
Prosimy o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na powyższy wymieniony adres e-mail.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt. 3, przed upływem wymaganego terminu.
5. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.
6. Składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018, poz.2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
7. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek, godz. 7:30 -15:30.
8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:  
Magdalena Szymkiewicz, tel. 41 349 72 96 – Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
9. W postępowaniu oświadczenia o których mowa w art. 25a ustawy składa się w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.
10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
11. Treść wszystkich dokumentów stanowiących SIWZ należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez zamawiającego zmianami i uzupełnieniami.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.



## **ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

## **ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

## **ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie wymienione w ROZDZIALE VI. pkt. 1 niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych” , nr sprawy ADP.2301.59.2019 – część .....” Nie otwierać przed 27.11.2019 godz. 10.15 oraz podać pełną nazwę i adres wykonawcy.
12. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.

## **ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Miejsce i termin składania ofert:  
**Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25–369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Kancelaria Ogólna**  
**Oferty należy złożyć do dnia 27.11.2019 r. do godziny 10:00.**
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25– 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.ujk.edu.pl](http://www.ujk.edu.pl) informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.



## ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniając wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją całego przedmiotu zamówienia (w tym dostarczenie i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) w danej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę.
2. Cenę oferty należy podać w brutto, w złotych polskich, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. W cenie brutto winien być uwzględniony należny podatek VAT.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
4. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają wykonawcę.
5. Cena ofertowa brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ w tym dostarczenie i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

*Poniższe kryteria oceny ofert dotyczą wszystkich części, tj. od I do X.  
Każda część będzie oceniana odrębnie.*

1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych, według następujących kryteriów:
  - A. cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60% (maksymalnie 60 punktów),
  - B. termin realizacji zamówienia – stanowiące wagę 40% (maksymalnie 40 punktów).  
1%=1 pkt
2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium (A) „cena brutto za przedmiot zamówienia”, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:
  - 1) maksymalną ilość punktów (60) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,
  - 2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

cena brutto najniższa

----- x 60 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu  
cena brutto badana do kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”

3. Wielkość punktowa, jaką poszczególni wykonawcy uzyskają z tytułu kryterium (B) „termin realizacji zamówienia”, wyliczona będzie według następujących zasad:
  - 1) w przypadku zaferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia - 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy zostanie spełniony wymagany warunek i oferta otrzyma 0 pkt.,
  - 2) w przypadku zaferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 12 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 10 pkt.,
  - 3) w przypadku zaferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 9 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 20 pkt.,
  - 4) w przypadku zaferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 30 pkt.,
  - 5) w przypadku zaferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 40 pkt.



Za kryterium „termin realizacji zamówienia” oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje termin realizacji dłuższy niż 15 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

4. Ostateczna punktacja (C) będzie liczona według wzoru:

$$C = A + B$$

C – ostateczna liczba punktów

A – liczba punktów przyznana w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”

B – liczba punktów przyznana w kryterium „termin realizacji zamówienia.”

5. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i kryterium termin realizacji zamówienia, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną ofertową.

#### **ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP oraz zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy PZP, na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
3. W przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy PZP.
4. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
5. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (art. 24aa, ust. 2 ustawy Pzp).

#### **ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru – stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP i w poniższych okolicznościach (art. 144 ust.1 pkt.1):
  - 1) zmiana parametrów technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy - w takim przypadku Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
  - 2) zmiana typu, parametrów technicznych zamawianego przedmiotu zamówienia jeżeli nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję i zachodzi konieczność zastąpienia innym produktem, pod



warunkiem, że spełni on wymagania określone w SIWZ (parametry techniczne) - w takim przypadku Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,

3) zmiana terminu realizacji zamówienia będąca następstwem działania siły wyższej.

Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie umowy.

3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie. Zmiana umowy następuje w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy.

## **ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ**

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

## **ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP. Podstawę do wniesienia odwołania w niniejszym postępowaniu określa art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - c) odrzucenia oferty odwołującego;
  - d) opisu przedmiotu zamówienia;
  - e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.



9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

## **ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00;
- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: [iod@ujk.edu.pl](mailto:iod@ujk.edu.pl)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych”, nr ADP.2301.59.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;



- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do SIWZ:

**Załącznik nr 1** – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Załącznik nr 2** – Formularz ofertowy

**Załącznik nr 3** – Wzór umowy

**Załącznik nr 4** – Formularz oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia

**Załącznik nr 5** – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej

Komisja przetargowa:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Mariusz Stroński      | <i>Stroński</i>             |
| 2. Monika Paluch         | <i>Paluch Monika</i>        |
| 3. Angelika Lewandowska  | <i>Lewandowska Angelika</i> |
| 4. Beata Sz wajkowska    | <i>Bsz wajkowska</i>        |
| 5. Magdalena Szymkiewicz | <i>Szymkiewicz</i>          |







## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**CZEŚĆ I****Nazwa: Dostawa zestawu jednokanałowych pipet dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Zestaw Jednokanałowych Pipet typu Discovery Pro 4 Pack (DP10,DP20,DP200,DP1000) lub równoważny zestaw	kpl.	1

**Poz. 1**

Zestaw Jednokanałowych Pipet zmiennie-pojemnościowych o pojemnościach podanych poniżej wraz z akcesoriami

- 0,5 - 10 ul = 1 szt.

- 2-20 ul = 1 szt.

- 20-200 ul = 1 szt.

- 100-1000 ul = 1 szt.

Zestaw zawierać musi akcesoria, takie jak pudełka z końcówkami, klucz kalibracyjny, wieszak na jedną pipetę oraz uniwersalny, liniowy statyw 4-miejskowy i instrukcję użytkowania.

- pipety 4 szt.
- końcówki 10 µl (96 szt.), 200 µl, (96 szt.), 1000 µl (96 szt.),
- klucze kalibracyjne 3 szt.,
- wieszaki na pipety 3 szt.,
- instrukcja użytkowania,
- statyw uniwersalny na 4 pipety.

**CZEŚĆ II****Nazwa: Dostawa mikropipety 8-kanałowej dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Mikropipeta 8 - kanałowa o zmiennej nastawie typu DISCOVERY PRO (HTL) lub równoważna poj. 50 - 300µl	szt.	1

**Poz. 1.**

Mikropipeta 8 - kanałowa o zmiennej nastawie = zmiennie-pojemnościowa typu HTL o pojemności 50 - 300 ul; Pipeta zapewniać musi wysoką dokładność i powtarzalność pipetowania (mechanizm pipety izolowany termicznie). Dostosowane do kształtu dłoni, z podpórką na palec. Autoklawowalne, odporne na sterylizację promieniowaniem UV. Nastawienie i blokada pojemności za pomocą jednego, wygodnego pokrętki. Konstrukcja licznika umożliwiać ma szybkie nastawianie żądanej pojemności. Obrotowa dolna część pipety musi pozwalać na pipetowanie w różnych położeniach. Specjalny system uszczelek zapewniać ma min. 60 tysięcy cykli pipetowań. Wyposażone w sekwenyjny wyrzutnik, pozwalający zredukować siłę potrzebną do zrzucenia końcówek. Mechanizm „aktywnych trzonów” pozwalać ma na idealne dopasowanie końcówek wyeliminowanie ich blokowania się na pipecie. Łatwa rekalkibracja i czyszczenie.



**CZEŚĆ III****Nazwa: Dostawa pipet jednokanałowych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Pipeta zmiennie-pojemnościowa, jednokanałowa typu Accumax, lub równoważna poj. 10 - 100 ul	szt.	4

**Poz. 1.**

Pipety zmiennie-pojemnościowe jednokanałowe automatyczne przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych. Wymagana możliwość obsługi jedną ręką, możliwość autoklawowania w całości, wysoka dokładność i technika prostej kalibracji.

- centralnie usytuowany przycisk do pipetowania i oddzielny wyrzutnik końcówek,
- ergonomicznie ukształtowany uchwyt na palec odciążający dłoń,
- obsługa jedną ręką – łatwe ustawianie objętości zarówno prawą jak i lewą ręką,
- możliwość autoklawowania w całości,
- dobrze czytelne, min 3-miejscowe wskazanie pojemności zapewniające najwyższą dokładność,
- tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję,
- zakres pojemności od 10 µl do 100 ul,
- kodowanie barwne ułatwiające dobór odpowiednich końcówek,

**CZEŚĆ IV****Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Instytutu Mikrobiologii**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Kod CPV: 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów o poj. 2 ml, na 120 µl krwi, spakowane w pudełko; 50 szt. - korek wewnętrzny fioletowy	op.	2
2	Probówki stożkowe z PS o pojemności 12 ml do wirowania moczu, ze stożkiem na 1,0 ml odwirowanego osadu, z podziałką, bez korka; op.=100 szt.	op.	2
3	Korki do probówek do moczu - 525.2, kolor żółty, op. 100 szt.	op.	2
4	Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, żółte, typ Gilson; op.=1000 szt.	op.	3
5	Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl, niebieskie, typu Eppendorf; op.=1000 szt.	op.	2
6	Końcówki do pipet o pojemności do 5000 µl, typu Eppendorf; op.=250 szt.	op.	1
7	Szkiełka podstawowe do rozmazów, krawędzie szlifowane pod kątem 45°, ścięte rogi; op.= 50 szt.	op.	3
8	Szkiełka podstawowe cienkie 1 mm, krawędzie cięte; op.=50 szt.	op.	10
9	Statyw uniwersalny z tworzywa sztucznego na probówki o średnicach od 12 do 17 mm, z uchwytami trzymającymi probówki, autoklawowalny;	szt.	8
10	Autoklawowalny pojemnik z PP na 96 sztuk końcówek o poj. 200 ul, do końcówek pipet	szt.	4
11	Autoklawowalny pojemnik z PP na 96 sztuk końcówek o poj. 1000 ul, do końcówek pipet	szt.	4



12	Olejek immersyjny o pojemności min 20 ml	szt.	5
13	Statyw na probówki typu Falcon o obj. 50 ml	kpl	2
14	Końcówki do pipety automatycznej typu Eppendorf o pojemności 0,1 – 5 ml, 1 opak (5x100 szt.)	kpl	1
15	Pudełka do przechowywania preparatów mikroskopowych (na 100 szt.)	szt.	3
16	Pojemnik na próbki moczu o poj. 100 ml; 1 opak. 90 szt.	op.	1

**Poz. 1 - 11**

- Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów o poj. 2 ml, na 120 µl krwi, spakowane w pudełko; 50 szt. - korek wewnętrzny fioletowy
- Probówki stożkowe z PS o pojemności 12 ml do wirowania moczu, ze stożkiem na 1,0 ml odwirowanego osadu, z podziałką, bez korka; op.=100 szt.
- Korki do probówek do moczu - 525.2, kolor żółty, op. = 100 szt.
- Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, żółte, typ Gilson; op.= 1000 szt.
- Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl, niebieskie, typu Eppendorf; op.= 1000 szt.
- Końcówki do pipet o pojemności do 5000 µl, typu Eppendorf; op.=250 szt.
- Szkiełka podstawowe do rozmazów, krawędzie szlifowane pod kątem 45°, ścięte rogi; op.= 50 szt.
- Szkiełka podstawowe cienkie 1 mm, krawędzie cięte; op.= 50 szt.
- Statyw uniwersalny z tworzywa sztucznego na probówki o średnicach od 12 do 17 mm, z uchwytami trzymającymi probówki, autoklawowalny;
- Autoklawowalny pojemnik z PP na 96 sztuk końcówek o poj. 200 ul, do końcówek pipet
- Autoklawowalny pojemnik z PP na 96 sztuk końcówek o poj. 1000 ul, do końcówek pipet

**Poz. 12**

Olejek w butelce o pojemności min 20 ml. Przeznaczony do wyeliminowania niepożądanego światła rozproszonego podczas wykonywania prac. Niezbędny środek pomocniczy w mikroskopii.

**CZĘŚĆ V**

**Nazwa: Dostawa materiałów laboratoryjnych tj. pasków moczowych i papieru termicznego do Urometru dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**  
Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Paski moczowe typu UROCOLOR 10 pak po 100 szt.	op.	3
2	Papier termiczny 49,5/27 do Urometru UROCOLOR 10	op.	10

**Poz. 1**

Paski do analizy w moczu dziesięciu parametrów 10SL - Glukoza, pH, Krew, Ketony, Leukocyty, Azotyny, Białka, Ciężar właściwy, Bilirubina, Urobilinogen

Paski służące do badania moczu muszą zawierać pola odczynnikowe, dzięki którym można jakościowo lub pół ilościowo wykryć aż 10 parametrów moczu. W celu uzyskania wyniku badania należy porównać uzyskany kolor na pasku ze skalą na opakowaniu.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta.

Opakowanie zawiera 100 sztuk pasków testowych. Każdym paskiem wykonamy pomiar parametrów w moczu: Glukoza, pH, Krew, Ketony, Leukocyty, Azotyny, Białka, Ciężar właściwy, Bilirubina, Urobilinogen

**Poz. 2**

Papier termoczuły w rozmiarze 49,5 / 27 mm do Urometru UROCOLOR 10.



**CZĘŚĆ VI****Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Kod CPV: 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Pipety Pasteur'a 1ml, sterylne, sterylizowane radiacyjnie, skalowane, PE 1op.-1000szt.	op.	1
2	Pipety Pasteur'a 3ml, sterylne, sterylizowane radiacyjnie, skalowane, PE 1op-1000szt.	op.	1
3	Szkiełka podstawowe 76x26x1mm niezlifowane – cięte z polem do opisu, 1op-50szt.	op.	10
4	Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 20x20 mm, 1op-200szt.	op.	10
5	Końcówki do pipet, Brand, 2-200ul, żółte, niesterylne, pakowane luzem w worku 1op-1000szt.	op.	1
6	Końcówki do pipet, Brand, 50-1000ul, niebieskie, niesterylne, pakowane luzem w worku 1op-1000szt.	op.	1
7	Szalki Petriego, śr. 90mm wys. 16mm z wentylacją, aseptyczne 1op=600 szt.	op.	1
8	Probówka PS 5 ml, ze znacznikiem skalowana 0,5/1/2/3 ml, sterylna, z kołnierzem i korkiem, bez etykiety, wymiary 12x92 mm. pakowane po 100 szt.	op.	1
9	Probówka 11ml z PS z korkiem - sterylne, pak. zbiorczo po 100 szt.	op.	1

**CZĘŚĆ VII****Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Patomorfologii**

Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne

Kod CPV: 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane

Kod CPV: 39711100-0 chłodziarki i zamrażarki

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Lodówka do przewozu materiałów biologicznych typu curver rozmiar min.10l max.20 l	szt.	2
2	Lodówka turystyczna na wkłady curver 20l	szt.	1
3	Pojemnik typu home box min. 2L max.3L	szt.	1
4	Pojemnik typu home box min.30L max.40L	szt.	1
5	Ezy mikrobiologiczne jednorazowego użytku sterylne 10 µl opakowanie po 100 szt	op.	2
6	Tryskawka z LDPE ze skalą	szt.	3
7	Olejek imersyjny min. 50 ml	op.	3
8	Anaerogen do słoja 2,5L; op.= 10 szaszetek	op.	2
9	Czterostronny, uniwersalny statyw na probówki 50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml i 0,5 ml	szt.	12
10	Pęseta o tępych końcach, 18/10 Stal, dł.130mm	szt.	5



11	Probówki stożkowe wirówkowe opak. = 50 szt. PP, poj. 15 ml stożkowa, śr. 17 mm, wys. 120 mm. autoklawowalna	op.	1
12	Probówki 5 ml (1op.-1000szt.) PP/PS, poj. 5 ml okrągłodenna, śr. 12 mm, wys. 75 mm.	op.	1

**Poz. 1**

Lodówka do przewozu materiałów biologicznych

Wymagany rozmiar min 10 litrów max. 20 litrów. Ergonomiczny kształt, przenośna, wykonana z wytrzymałego tworzywa lodówka typu curver, stosowana w transporcie małego materiału biologicznego. Przystosowana do używania wkładów mrożących, szczelnie zamykana. Musi utrzymać efekt niskiej temperatury nawet do 12 godzin.

**Poz. 2**

Lodówka do przewozu materiałów biologicznych typu curver 20l,

Wymagany rozmiar – pojemność to min 20 litrów

Ergonomiczny kształt, przenośna, wykonana z wytrzymałego tworzywa lodówka typu curver, stosowana w transporcie małego materiału biologicznego. Przystosowana do używania wkładów mrożących, szczelnie zamykana. Musi utrzymać efekt niskiej temperatury nawet do 12 godzin.

**Poz. 3**

Pojemnik typu home box pojemność min 2 L - max. 3L wykonany z plastyku. Klasyczne, przezroczyste pudełka do przechowywania zamykane pokrywką.

**Poz. 4**

Pojemnik typu home box pojemność min 30 l - max. 40L wykonany z plastyku. Klasyczne, przezroczyste pudełka do przechowywania zamykane pokrywką.

**Poz. 5**

Ezy mikrobiologiczne jednorazowego użytku sterylne poj. 10 µl pakowane po 100 szt. do pracy laboratoryjnej z żelami i pożywkami.

Ezy mikrobiologiczne z PS, w opakowaniach po 1000 szt., pakowane w oddzielne woreczki strunowe po 25 szt. Nie mogą powodować uszkodzeń na powierzchni żelu, drugi koniec wykorzystany jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami. Ezy przeznaczone do jednorazowego użytku. Sterylne, pakowane w woreczki.

**Poz. 6**

Tryskawka wykonana z LDPE ze skalą pomiarową, pojemność min 500 ml.

Tryskawki wykonane z mlecznego LDPE, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą. Musi być używana do przepłukiwania preparatów podczas barwienia.

**Poz. 7**

Olejek imersyjny pojemność min 50 ml

Olejek imersyjny załamujący światło stosowany w celu uzyskania lepszego obrazu preparatu mikroskopowego.

**Poz. 8**

Anaerogen do słoja poj. 2,5 L; op.= 10 saszetek

Saszetki wytwarzające atmosferę beztlenową. Bez użycia wody i katalizatorów. Służące do inkubacji małych ilości płytek. Zestaw musi zawierać saszetki oraz torebki, w których można inkubować jednocześnie 1-4 płytek. Torebka jako przezroczysty woreczek umożliwiać ma obserwację wzrostu w każdej chwili bez zakłócania atmosfery wewnątrz.

**Poz. 9**

Czterostronny, uniwersalny statyw na probówki o pojemnościach 50 ml, 15 ml, 1,5 ml i 0,5 ml

Wymagany multistatyw wykonany z PP. Minimum czterostronny, przeznaczony do przechowywania i transportu czterech różnych pojemności probówek. Każdy statyw posiadać musi:

- 4 otwory na probówki wirówkowe o poj. 50 ml
- 12 otworów na probówki wirówkowe o poj. 15 ml
- 32 otwory na probówki reakcyjne o poj. 1,5/2 ml
- 32 otwory na probówki reakcyjne o poj. 0,5 ml

Zintegrowany system uchwytów pozwalając musi na łączenie poszczególnych statywów ze sobą.



Statyw musi mieć wysoką odpornością termiczną (od -90°C do +121°C), jak również chemiczną. Musi być autoklawowalny.

Wymiary (dł. x szer. x wys. (+/-5%): 170 x 96 x 60 mm. W kolorach: żółty, czerwony, zielony, niebieski po 3 szt. każdego koloru.

**Poz. 10**

Pęseta o tępych końcach, rozmiar 18/10; Stal nierdzewna dł.130mm,

Pęseta wykonana ze stali nierdzewnej, Służyć ma do wykonywania barwienia oraz testach biochemicznych. Autoklawowana.

**Poz. 11**

Probówki stożkowe wirówkowe opakowanie zawiera 50 szt. probówek

PP, poj. 15 ml stożkowa, śr. 17 mm, wys. 120 mm. autoklawowalna

Probówki z tworzyw sztucznych. Do sporządzania zawiesin.

**Poz. 12**

Probówki poj. 5 ml; (1op-1000szt) PP/PS, okrągłodenna, śr. 12 mm, wys. 75 mm.

Probówki z tworzyw sztucznych. Do sporządzania zawiesin.

**CZĘŚĆ VIII**

**Nazwa: Dostawa odczynników laboratoryjnych**

Kod CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne

Kod CPV: 33698000-9 produkty lekarskie

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Podłoże Mueller-Hinton 500g	op.	1
2	Gardnerella Vaginalis Selective Medium, gotowa pożywka na płytkach Petriego; op.10 szt.	op.	3
3	LB Broth granulated 500g	op.	1
4	Glicerożelatyna do zamykania preparatów mikroskopowych poj. 100 ml	kpl	1
5	Formalina buforowana 10% (ph 7,0-7,4) 500 ml	kpl	1
6	Gradisol G do izolacji leukocytów 2 x 50 ml	kpl	1

**Poz. 1**

Podłoże specjalne typu Mueller-Hinton 500g

Podłoże musi być stosowane w procedurach laboratoryjnych zgodnych z normami międzynarodowymi. Używane do oznaczania lekowrażliwości niewymagających organizmów oraz dostosowane do procedur typu EUCAST i CLSI.

**Poz. 2**

Gardnerella Vaginalis Selective Medium, gotowa pożywka na płytkach Petriego; op.10 szt.

Podłoże wybiórcze do izolacji i zliczania drobnoustrojów Gardnerella vaginalis.

**Poz. 3**

Podłoże typu LB Broth granulated 500g

Agar o doskonałych właściwościach do hodowli tkanek i pracy mikrobiologicznej. Środek żelujący stosowany do przygotowania pożywek hodowlanych i innych zastosowań bakteriologicznych.

Agar musi być bez inhibitorów, które mogłyby zakłócać wzrost mikroorganizmów. Musi mieć doskonałą przezroczystość, wysoką histerezę i bardzo niezawodną odtwarzalność.



**CZEŚĆ IX**

**Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych tj. komór Thoma dla Pracowni Mikrobiologii**  
**Kod CPV: 38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne**

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Komora Thoma z jasnymi liniami i zaciskami	szt.	3
2	Komora Thoma z ciemnymi liniami i zaciskami	szt.	2

**Poz. 1**

Komora typu Thoma z jasnymi liniami i zaciskami.

Komora typu Thoma musi posiadać kwadratową siatkę o głębokości 100 µm. Siatkę tworzą pionowe i poziome linie wydzielające 16 dużych kwadratów z których każdy zawiera 16 kwadratów mniejszych o boku długości 1/20 mm. Zatem powierzchnia każdego małego kwadratu wynosi 1/400 mm<sup>2</sup>. Siatkę muszą tworzyć prostopadłościany o powierzchni podstawy równej 1/400 mm<sup>2</sup> i wysokości 100 µm, objętość tego prostopadłościanu musi wynosić 1/4000 mm<sup>3</sup>. Znając średnią liczbę komórek lub zarodników badanego drobnoustroju określoną na podstawie liczby ich występowania w 50 kolejnych prostopadłościanach można określić zagęszczenie tego drobnoustroju w 1 ml zawiesiny.

Komora typu Thoma przeznaczona musi być do badania stężenia komórek, drobnoustrojów lub zarodników. Wymagana wersja z jasnymi liniami i zaciskami.

**Poz. 2**

Komora typu Thoma z ciemnymi liniami i zaciskami.

Komora typu Thoma musi posiadać kwadratową siatkę o głębokości 100 µm. Siatkę tworzą pionowe i poziome linie wydzielające 16 dużych kwadratów z których każdy zawiera 16 kwadratów mniejszych o boku długości 1/20 mm. Zatem powierzchnia każdego małego kwadratu wynosi 1/400 mm<sup>2</sup>. Siatkę muszą tworzyć prostopadłościany o powierzchni podstawy równej 1/400 mm<sup>2</sup> i wysokości 100 µm, objętość tego prostopadłościanu musi wynosić 1/4000 mm<sup>3</sup>. Znając średnią liczbę komórek lub zarodników badanego drobnoustroju określoną na podstawie liczby ich występowania w 50 kolejnych prostopadłościanach można określić zagęszczenie tego drobnoustroju w 1 ml zawiesiny.

Komora typu Thoma przeznaczona musi być do badania stężenia komórek, drobnoustrojów lub zarodników. Wymagana wersja z ciemnymi liniami i zaciskami.

**CZEŚĆ X**

**Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych kwasu cytrynowego i chlorku potasu**  
**Kod CPV: 33696300-8 odczynniki chemiczne**

Lp.	Wymagany asortyment	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	Kwas cytrynowy	kg	1
2	Chlorek potasu	kg	1







.....  
/pieczęć Wykonawcy/

Nazwa firmy .....

Adres.....

wpisana do rejestru w .....pod numerem.....

posiadająca REGON .....NIP.....

tel.....e-mail.....

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
ul. Żeromskiego 5  
25-369 Kielce

#### Oferta

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych”, oznaczenie sprawy: ADP.2301.59.2019:

1) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie:

**CZĘŚĆ I\* Nazwa: Dostawa zestawu jednokanałowych pipet dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

za cenę brutto w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....),  
w tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:  
.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł  
(słownie złotych).

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZĘŚĆ II\* Nazwa: Dostawa mikropipety 8-kanałowej dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

za cenę brutto w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....),  
w tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:  
.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie  
złotych).

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy. Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZĘŚĆ III\* Nazwa: Dostawa pipet jednokanałowych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

za cenę brutto w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....), w  
tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:







.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZEŚĆ IV \* Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Instytutu Mikrobiologii**

za cenę brutto w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....), w

tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:

.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZEŚĆ V \* Nazwa: Dostawa materiałów laboratoryjnych tj. pasków moczowych i papieru termicznego do Urometru dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej**

za cenę brutto w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....), w

tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:

.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZEŚĆ VI \* Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej**

za cenę brutto w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....), w

tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:

.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZEŚĆ VII \* Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Patomorfologii**

za cenę brutto w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....), w

tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:

.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZEŚĆ VIII \* Nazwa: Dostawa odczynników laboratoryjnych**

za cenę brutto w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....), w

tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:







.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZĘŚĆ IX\* Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych tj. komór Thoma dla Pracowni Mikrobiologii**

**za cenę brutto** w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....), w tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:

.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

**CZĘŚĆ X\* Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych kwasu cytrynowego i chlorku potasu**

**za cenę brutto** w kwocie: .....zł (słownie złotych:.....), w tym obowiązujący podatek VAT; kwota netto: .....zł (słownie złotych:

.....); stawka podatku VAT .....%; kwota podatku Vat .....zł (słownie złotych)

Termin realizacji zamówienia:..... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Okres rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

*Uwaga:*

*Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.*

2) Akceptujemy termin płatności faktury VAT **30 dni** (płatne przelewem), licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3) Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia;

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

c) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami bez udziału podwykonawców /z udziałem podwykonawców\*.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia:

....., nazwa firmy podwykonawcy.....,  
....., nazwa firmy podwykonawcy .....

\*) **niepotrzebne skreślić**

5) **INFORMUJEMY**, że:





- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*\*) w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):  
\_\_\_\_\_ . Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to \_\_\_\_\_ zł netto.

\*\*) Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do przedstawionej w niej ceny, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

..... dnia ..... r.

.....  
*podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*





**CZEŚĆ I**

Nazwa: Dostawa zestawu jednokanalowych pipet dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Zestaw Jednokanalowych Pipet typu Discovery Pro 4 Pack (DP10, DP20, DP200, DP1000) lub równoważny zestaw		kpl	1

**Uwaga:**

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

1	Wymagany asortyment DISCOVERY PRO (PLI) nr katalogowy 8 - 1000000000	Opis asortymentu oferowanego Produkt posiada numer katalogowy 8 - 1000000000	kpl	1
1	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego Produkt posiada numer katalogowy 8 - 1000000000	kpl	1

.....  
podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## CZEŚĆ II

Nazwa: Dostawa mikropipety 8-kanalowej dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Mikropipeta 8 - kanalowa o zmiennej nastawie typu DISCOVERY PRO (HTL) lub równoważna poj. 50 - 300µl		szt.	1

Uwaga:

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

1	1) Ilość asortymentu (DL107DKS07DK500726-1000) pip Ilość Dostawa 100 4 1007 Nazwa producenta/produktu i jego numer katalogowy	1	1	1
1	2) Nazwa asortymentu	1	1	1

.....  
podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



**CZEŚĆ III**

Nazwa: Dostawa pipet jednokanalowych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Pipeta zmienno-pojemnościowa, jednokanalowa typu Accumax, lub równoważna poj. 10 - 100 ul		szt.	4

**Uwaga:**

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

.....  
 podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1	3	ob.	1
2	100 szt.	ob.	3
3	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
4	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
5	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
6	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
7	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
8	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
9	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
10	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
11	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
12	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
13	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
14	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
15	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
16	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
17	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
18	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
19	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
20	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
21	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
22	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
23	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
24	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
25	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
26	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
27	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
28	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
29	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
30	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
31	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
32	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
33	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
34	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
35	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
36	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
37	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
38	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
39	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
40	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
41	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
42	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
43	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
44	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
45	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
46	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
47	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
48	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
49	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
50	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
51	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
52	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
53	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
54	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
55	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
56	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
57	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
58	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
59	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
60	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
61	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
62	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
63	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
64	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
65	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
66	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
67	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
68	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
69	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
70	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
71	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
72	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
73	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
74	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
75	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
76	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
77	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
78	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
79	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
80	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
81	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
82	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
83	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
84	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
85	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
86	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
87	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
88	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
89	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
90	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
91	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
92	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
93	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
94	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
95	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
96	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
97	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
98	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
99	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3
100	1 szt. po pojemności 100 ul - 252 3 pojemność 100 ul	ob.	3

CZĘŚĆ IV

ADP.2301.59.2019

## CZEŚĆ IV

## Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Instytutu Mikrobiologii

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów o poj. 2 ml, na 120 µl krwi, spakowane w pudełko; 50 szt. - korek wewnętrzny fioletowy		op.	2
2	Probówki stożkowe z PS o pojemności 12 ml do wirowania moczu, ze stożkiem na 1,0 ml odwirowanego osadu, z podziałką, bez korka; op.=100 szt.		op.	2
3	Korki do probówek do moczu - 525.2, kolor żółty, op. 100 szt.		op.	2
4	Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, żółte, typ Gilson; op.=1000 szt.		op.	3
5	Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl, niebieskie, typu Eppendorf; op.=1000 szt.		op.	2
6	Końcówki do pipet o pojemności do 5000 µl, typu Eppendorf; op.=250 szt.		op.	1
7	Szkiełka podstawowe do rozmazów, krawędzie szlifowane pod kątem 45°, ścięte rogi; op.= 50 szt.		op.	3
8	Szkiełka podstawowe cienkie 1 mm, krawędzie cięte; op.=50 szt.		op.	10
9	Statyw uniwersalny z tworzywa sztucznego na probówki o średnicach od 12 do 17 mm, z uchwytami trzymającymi probówki, autoklawowalny;		szt.	8



10	Autoklawowalny pojemnik z PP na 96 sztuk końcówek o poj. 200 ul, do końcówek pipet		szt.	4
11	Autoklawowalny pojemnik z PP na 96 sztuk końcówek o poj. 1000 ul, do końcówek pipet		szt.	4
12	Olejek immersyjny o pojemności min 20 ml		szt.	5
13	Statyw na próbki typu Falcon o obj. 50 ml		kpl	2
14	Końcówki do pipety automatycznej typu Eppendorf o pojemności 0,1 – 5 ml, 1 opak (5x100 szt.)		kpl	1
15	Pudełko do przechowywania preparatów mikroskopowych (na 100 szt.)		szt.	3
16	Pojemnik na próbki moczu o poj. 100 ml; 1 opak. 90 szt.		op.	1

## Uwaga:

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca pisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

.....  
 podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## CZEŚĆ V

Nazwa: Dostawa materiałów laboratoryjnych tj. pasków moczowych i papieru termicznego do Urometru dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Paski moczowe typu UROCOLOR 10 pak po 100 szt.		op.	3
2	Papier termiczny 49,5/27 do Urometru UROCOLOR 10		op.	10

## Uwaga:

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

12	.....	.....	.....	1
13	.....	.....	.....	2
14	.....	.....	.....	1
15	.....	.....	.....	3
16	.....	.....	.....	2
17	.....	.....	.....	.....
18	.....	.....	.....	.....
19	.....	.....	.....	.....
20	.....	.....	.....	.....

.....  
 podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



## CZEŚĆ VI

## Nazwa: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Pipety Pasteur'a 1ml, sterylne, sterylizowane radiacyjnie, skalowane, PE 1op.-1000szt.		op.	1
2	Pipety Pasteur'a 3ml, sterylne, sterylizowane radiacyjnie, skalowane, PE 1op-1000szt.		op.	1
3	Szkiełka podstawowe 76x26x1mm nieszlifowane – cięte z polem do opisu, 1op-50szt.		op.	10
4	Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 20x20 mm, 1op-200szt.		op.	10
5	Końcówki do pipet, Brand, 2-200ul, żółte, niesterylne, pakowane luzem w worku 1op-1000szt.		op.	1
6	Końcówki do pipet, Brand, 50-1000ul, niebieskie, niesterylne, pakowane luzem w worku 1op-1000szt.		op.	1
7	Szalki Petriego, śr. 90mm wys. 16mm z wentylacją, aseptyczne 1op=600 szt.		op.	1
8	Probówka PS 5 ml, ze znacznikiem skalowana 0,5/1/2/3 ml, sterylna, z kołnierzem i korkiem, bez etykiety, wymiary 12x92 mm. pakowane po 100 szt.		op.	1





**CZEŚĆ VII****Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Patomorfologii**

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Lodówka do przewozu materiałów biologicznych typu curver rozmiar min.10l max.20 l		szt.	2
2	Lodówka turystyczna na wkłady curver 20l		szt.	1
3	Pojemnik typu home box min. 2L max.3L		szt.	1
4	Pojemnik typu home box min.30L max.40L		szt.	1
5	Ezy mikrobiologiczne jednorazowego użytku sterylne 10 µl opakowanie po 100 szt		op.	2
6	Tryskawka z LDPE ze skalą		szt.	3
7	Olejek imersyjny min. 50 ml		op.	3
8	Anaerogen do słoja 2,5L; op.= 10 saszetek		op.	2
9	Czterostronny, uniwersalny statyw na probówki 50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml i 0,5 ml		szt.	12
10	Peseta o tępych końcach, 18/10 Stal, dł.130mm		szt.	5

11	Probówki stożkowe wirówkowe opak. = 50 szt. PP, poj. 15 ml stożkowa, śr. 17 mm, wys. 120 mm. autoklawowalna		op.	1
12	Probówki 5 ml (1op.-1000szt.) PP/PS, poj. 5 ml okrągłodenna, śr. 12 mm, wys. 75 mm.		op.	1

**Uwaga:**

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

.....

podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....
6	.....	.....	.....	.....
7	.....	.....	.....	.....
8	.....	.....	.....	.....
9	.....	.....	.....	.....
10	.....	.....	.....	.....
11	.....	.....	.....	.....
12	.....	.....	.....	.....
13	.....	.....	.....	.....
14	.....	.....	.....	.....
15	.....	.....	.....	.....
16	.....	.....	.....	.....
17	.....	.....	.....	.....
18	.....	.....	.....	.....
19	.....	.....	.....	.....
20	.....	.....	.....	.....
21	.....	.....	.....	.....
22	.....	.....	.....	.....
23	.....	.....	.....	.....
24	.....	.....	.....	.....
25	.....	.....	.....	.....
26	.....	.....	.....	.....
27	.....	.....	.....	.....
28	.....	.....	.....	.....
29	.....	.....	.....	.....
30	.....	.....	.....	.....
31	.....	.....	.....	.....
32	.....	.....	.....	.....
33	.....	.....	.....	.....
34	.....	.....	.....	.....
35	.....	.....	.....	.....
36	.....	.....	.....	.....
37	.....	.....	.....	.....
38	.....	.....	.....	.....
39	.....	.....	.....	.....
40	.....	.....	.....	.....
41	.....	.....	.....	.....
42	.....	.....	.....	.....
43	.....	.....	.....	.....
44	.....	.....	.....	.....
45	.....	.....	.....	.....
46	.....	.....	.....	.....
47	.....	.....	.....	.....
48	.....	.....	.....	.....
49	.....	.....	.....	.....
50	.....	.....	.....	.....
51	.....	.....	.....	.....
52	.....	.....	.....	.....
53	.....	.....	.....	.....
54	.....	.....	.....	.....
55	.....	.....	.....	.....
56	.....	.....	.....	.....
57	.....	.....	.....	.....
58	.....	.....	.....	.....
59	.....	.....	.....	.....
60	.....	.....	.....	.....
61	.....	.....	.....	.....
62	.....	.....	.....	.....
63	.....	.....	.....	.....
64	.....	.....	.....	.....
65	.....	.....	.....	.....
66	.....	.....	.....	.....
67	.....	.....	.....	.....
68	.....	.....	.....	.....
69	.....	.....	.....	.....
70	.....	.....	.....	.....
71	.....	.....	.....	.....
72	.....	.....	.....	.....
73	.....	.....	.....	.....
74	.....	.....	.....	.....
75	.....	.....	.....	.....
76	.....	.....	.....	.....
77	.....	.....	.....	.....
78	.....	.....	.....	.....
79	.....	.....	.....	.....
80	.....	.....	.....	.....
81	.....	.....	.....	.....
82	.....	.....	.....	.....
83	.....	.....	.....	.....
84	.....	.....	.....	.....
85	.....	.....	.....	.....
86	.....	.....	.....	.....
87	.....	.....	.....	.....
88	.....	.....	.....	.....
89	.....	.....	.....	.....
90	.....	.....	.....	.....
91	.....	.....	.....	.....
92	.....	.....	.....	.....
93	.....	.....	.....	.....
94	.....	.....	.....	.....
95	.....	.....	.....	.....
96	.....	.....	.....	.....
97	.....	.....	.....	.....
98	.....	.....	.....	.....
99	.....	.....	.....	.....
100	.....	.....	.....	.....

.....

.....

.....

.....



**CZEŚĆ VIII****Nazwa: Dostawa odczynników laboratoryjnych**

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Podłoże Mueller-Hinton 500g		op.	1
2	Gardnerella Vaginalis Selective Medium, gotowa pożywka na płytkach Petriego; op.10 szt.		op.	3
3	LB Broth granulated 500g		op.	1
4	Glicerożelatyna do zamykania preparatów mikroskopowych poj. 100 ml		kpl	1
5	Formalina buforowana 10% (ph 7,0-7,4) 500 ml		kpl	1
6	Gradisol G do izolacji leukocytów 2 x 50 ml		kpl	1

**Uwaga:**

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

.....  
 podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
 składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

## CZEŚĆ IX

Nazwa: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych tj. komór Thoma dla Pracowni Mikrobiologii

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Komora Thoma z jasnymi liniami i zaciskami		szt.	3
2	Komora Thoma z ciemnymi liniami i zaciskami		szt.	2

## Uwaga:

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

.....  
 podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



**CZEŚĆ X**

**Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych kwasu cytrynowego i chlorku potasu**

Lp.	Wymagany asortyment	Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Kwas cytrynowy		kg	1
2	Chlorek potasu		kg	1

**Uwaga:**

Wykonawca w kolumnie 3 wpisuje nazwę producenta i numer katalogowy produktu. Jeżeli produkt nie posiada numeru katalogowego Wykonawca wpisuje „produkt nie posiada numeru katalogowego”.

.....  
*podpis osoby(osób) uprawniony(ch) do  
 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*





## UMOWA NR ADP.2301.....2019

zawarta w dniu ..... 2019 roku w Kielcach pomiędzy:

**Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach** z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

..... – .....

a

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

....., z siedzibą w ..... przy ulicy  
....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., REGON..... NIP.....zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. .... – .....

*(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)*

(imię i nazwisko) ....., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ulicy ..... REGON ....., NIP .....wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. .... – .....

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) o następującej treści:

### § 1.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie **sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych** w zakresie części .....\*, zwanego dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

\* odpowiednio uzupełnić

2. Wszystkie czynności objęte niniejszą umową, w tym dostarczenie przedmiotu umowy wraz z jego wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zrealizuje w ciągu ..... dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3. Wykonawca, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić osobę wyznaczoną przez Zamawiającego o gotowości jego dostarczenia. O gotowości dostarczenia przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadamia osobę o której mowa w § 3 ust. 3 drogą elektroniczną.

4. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, potwierdza jego przyjęcie i potwierdza gotowość Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy.

5. Uwzględniając postanowienia, o których mowa w ust. 2 ust. 3 oraz ust. 4 umowy, Strony ustalają konkretną datę dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1.

### § 2.

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy, łącznie z transportem, rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu umowy do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń.

2. Wartość umowy łącznie nie może przekroczyć kwoty brutto ..... zł (słownie złotych : ..... ), w tym należny podatek Vat.



3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust. 2, stanowi maksymalną cenę i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy, chociażby w chwili jej zawarcia nie przewidział dodatkowych kosztów prac albo koszty okazały się wyższe niż przewidywane.

### § 3.

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy i podpisania protokołu odbioru: ....., nr tel.: ....., adres e-mail: .....

2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym i podpisanie protokołu odbioru, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

3. Osoba wyznaczona ze strony Zamawiającego do kontaktu, odebrania przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru: ....., nr tel.: ....., adres e-mail: .....

### § 4.

1. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania umowy,

2) zapoznał się z warunkami realizacji umowy,

3) nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe wykonanie umowy.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu umowy, muszą być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej/drukowanej.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi.

### § 5.

1. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela 24 - miesięcznej rękojmi na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, chyba że okres przydatności do użycia przedmiotu umowy jest krótszy, wówczas okres rękojmi na dostarczony przedmiot umowy kończy się wraz ze wskazanym na nim terminem przydatności do użycia.

2. Domniemywa się, iż wady przedmiotu umowy powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, koszt wykazania innej przyczyny powstania wady obciąża Wykonawcę.

3. Na podstawie uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu, może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, wybierając w tym celu dowolny podmiot. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu, powiększone o kary umowne wynikające z przedmiotowej umowy, mogą być potrącone przez Zamawiającego z wierzytelności Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zamawiającego.

### § 6.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie będą zgłaszać względem Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym z tytułu swoich autorskich praw osobistych, ani roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych w stosunku do przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia względem Zamawiającego przez osoby trzecie z roszczeniami o których mowa w zdaniu poprzednim,



Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego związanych z roszczeniami osób trzecich.

**§ 7.**

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy i nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
2. Dane płatnika: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, NIP 6570234850.
3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego – przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP .....

**§ 8.**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
  - 1) 5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy,
  - 2) 2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu występujących wad w okresie rękojmi,
  - 3) 15% wartości umowy brutto jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.
2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary umowne w wysokości:
  - 1) 5% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy,
  - 2) 15% wartości umowy brutto jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Niniejszy zapis nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 9.**

Dopuszczalne warunki zmian umowy zostały określone w Rozdziale XVI SIWZ.

**§ 10.**

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

**§ 11.**

Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.

**§ 12.**

Adresem Wykonawcy do doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową jest adres wskazany powyżej w umowie. O każdej jego zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, korespondencja wysłana do Wykonawcy na ostatni jego adres znany Zamawiającemu, uważana jest za skutecznie doręczoną.

**§ 13.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

RADCA PRAWNY Strona 3 z 4

Tomasz Wałkowiak

Ulszym Łuciwioz

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia .....

Dot. części .....

Wykonawca (strona przekazująca) :

.....  
.....  
.....

Zamawiający (strona odbierająca):

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Miejsce odbioru: .....

Data odbioru: .....

Dostarczono:

Nazwa	Ilość

Strony oświadczają, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny/niezgodne\* ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a dostawa została zrealizowana zgodnie/nie zgodnie\* z zapisami umowy nr ADP.2301.....2019, z dnia .....

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymieniony przedmiot dostawy został odebrany bez zastrzeżeń.\*

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru wyżej wymienionego przedmiotu dostawy z przyczyn określonych w uwagach do protokołu.\*

\* *niepotrzebne skreślić*

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

UWAGI

.....  
.....

Strona przekazująca:

Strona odbierająca:

.....  
(Czytelny podpis )

.....  
(Czytelny podpis )



Wykonawca:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

#### DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych”- oznaczenie sprawy ADP.2301.59.2019, prowadzonego przez

**Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce,**  
oświadczam, co następuje:

#### **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, ustawy PZP.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis osób uprawnionych do składania woli w imieniu wykonawcy)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis osób uprawnionych do składania woli w imieniu wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis osób uprawnionych do składania woli w imieniu wykonawcy)



Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, **w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert** (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ), **przekazuje** Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23

OŚWIADCZENIE  
(DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ)

Postępowanie pn. „**Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych**”,  
oznaczenie sprawy ADP.2301.59.2019

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ..... na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP oświadczamy, że:

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu \*)

lub

- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)  
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

.....  
.....

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

....., dnia ..... r.

.....  
.....  
..... podpis/y osoby/osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

\*)niepotrzebne skreślić

