

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia dla części VII

<p>Aparat EKG z akcesoriami podstawowymi -2 szt.</p>	<p>Wymagana jest automatyczna analiza i interpretacja sygnału EKG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość wykonania min 5 odprowadzeniowego EKG</li> <li>- aparat musi posiadać klawiaturę</li> <li>- aparat musi posiadać kolorowy ekran min 5,7"</li> <li>- aparat musi wyświetlać na ekranie przebiegi z odprowadzeń EKG</li> <li>- aparat musi posiadać drukarkę termiczną</li> <li>- aparat musi posiadać czułość: od 2,5 do 20 mm/mV</li> <li>- baza pacjentów z pamięcią min 50 badań</li> <li>- wymagana detekcja złego podłączenia elektrody</li> <li>- wymagany ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu</li> <li>- wymagana dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń</li> <li>- konieczna jest cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzących od mięśni</li> <li>- konieczny jest cyfrowy filtr pływania izolinii</li> <li>- Interfejs komunikacyjny: min 1 x port USB</li> <li>- zasilanie sieciowo-akumulatorowe z sygnalizacją stanu naładowania akumulatora</li> <li>- waga mniejsza niż 4 kg</li> <li>- aparat musi posiadać rolkę papieru do drukarki termicznej w zestawie</li> <li>- aparat musi posiadać żel do EKG w zestawie</li> <li>- aparat musi posiadać w zestawie elektrody przyssawkowe 6 szt. i klipsowe 4 szt.</li> </ul>
--	--