

UWAGA!!!! 07.10.2016r.

Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi do niniejszego postępowania:

Dotyczy części 3:

I. Mikroskop biologiczny – 15 szt.:

1. Pytanie: Ad.6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika z uchwytem na jeden preparat? Uchwyt na preparat w naszym mikroskopie jest zabezpieczony przed niepożądanym demontażem. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis: **Stolik ruchomy z nasadką krzyżową do ruchu x, y, i z uchwytem na min 1 preparat.**

2. Pytanie: Ad. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wbudowanego w bazę mikroskopu oświetlacza typu LED o żywotności min. 20 000h z ekonomiczną diodą LED o mocy nie większej niż 0,5W zamiast oświetlacza halogenowego? Dzięki pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego będzie można uniknąć dołączenia zapasowej żarówki. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis: **Wbudowany oświetlacz, moc: halogen - min 20W, LED – 5W, regulacja natężenia. Zamawiający wykreśla zapis dotyczący minimalnej mocy diody: „LED 5W” (dodany w pyt. 11 Z DN. 04.10.2016r.) i nie wyraża zgody na dostawę mikroskopu bez dodatkowej żarówki/diody.**

II. Mikroskop badawczy 15 – stanowiskowy:

3. Pytanie: Ad. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy halogenowej o mocy minimum 100W bez systemu multisoczewkowego? Nasz system od wielu lat wyposażony jest w specjalny układ soczewek zapewniający równomierne oświetlenie, co jest rozwiązaniem równoważnym. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych systemów zapewniających równomierne oświetlenie całego pola widzenia.

4. Pytanie: Ad.4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasadki okularowej z wyjściem na kamerę i trójpozycyjnym podziałem światła 100/0, 20/80, 0/100? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Wykonawca może zaoferować urządzenie o parametrach lepszych niż wymagane w SIWZ. Zamawiający wymaga możliwości podziału światła 100/0 i 0/100, nie wymaga jednak aby podział światła był dwupozycyjny.

5. Pytanie: Ad. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na i zaoferowanie stolika bez napędu zębatkowego z precyzyjnym, nowocześniejszym rolkowym mechanizmem przesuwu stolika i zakres ruchu minimum 76 x 52 mm? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rolkowego mechanizmu przesuwu stolika. Zamawiający modyfikuje zapis „Zakres ruchu minimum 78 x 54 mm” na „Zakres ruchu minimum 78 x 52 mm.”

6. Pytanie: Ad. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie adaptera C-mount 0,63x? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje parametr „Adapter C-mount 0,7x” na „Adapter C-mount 0,6-0,7x”.

7. Pytanie: Ad. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obiektywów o długości optycznej min. 45 mm? Jest to uniwersalna długość optyczna stosowana przez większość producentów mikroskopów. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis na „Obiektywy o długości optycznej min. 45 mm”

III. Kolorowa kamera – 1 szt.:

8. Pytanie: Ad.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery o liczbie efektywnych pikseli 2448 x 1920? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis „Rozdzielczość minimum 5,0 mln efektywnych pikseli (2560 x 1920)” na „Rozdzielczość minimum 2448 x 1920”.

9. Pytanie: Ad.5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery z czasem ekspozycji w zakresie 50 µs - 8 s? Czas 8s jest w zupełności wystarczający do pracy z mikroskopem przy zastosowaniu wszystkich, standardowych technik obserwacji. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis na: **Czas ekspozycji min. zakres: 130 ms – 500 ms.**

10. Pytanie: Ad.12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącza FireWire typu A o niższej szybkości niż 800Mbit/sek? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie łącza Fire Wire A o szybkości niższej niż 800Mbit/s.

11. Pytanie: Ad.13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery bez możliwości zapisu w formacie LIM? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający modyfikuje zapis na: „Format zapisu obrazów min. TIFF, JPG”

Pytania dotyczące treści umowy:

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy w § 10 1.1 obniżając kary umowne w wysokości : 0,3% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy w § 10 3.1 obniżając kary umowne w wysokości : 0,3% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące treści SIWZ Rozdział IV 2

14. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni tj 42 dni? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy w § 1. 2. Wykonawca, zagwarantuje przez okres obowiązywania umowy niezmiennosc cen zgodnych z ofertą, za wyjątkiem zmiany stawki podatku Vat, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy w § 5 3 „.....w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany podzespołu (materiał eksploatacyjny) na nowy w przypadku gdy 3- krotna liczba napraw nie zagwarantuje prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu dotyczącego terminu płatności za dostawę przedmiotu zamówienia? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Termin płatności reguluje § 9 ust. 6 załącznika nr 3 – projekt umowy.

Dotyczy Część 1: Skaner preparatów histopatologicznych, cytologicznych, histologicznych.

18. Pytanie: część 1pkt III: W części 1 w pkt. III Zamawiający określił wymagania zestawu komputerowego przeznaczonego do płynnej obsługi skanera. Z uwagi na fakt, że stacja robocza przeznaczona jest do obsługi skanera powinna być w pełni kompatybilna z oferowanym skanerem i zgodna z zaleceniami producenta. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako funkcjonalnie równoważnej do opisanej, stacji roboczej o innych parametrach, ale rekomendowanej przez producenta skanera i gwarantującej pełne wykorzystanie możliwości skanera i pełną kompatybilność systemu i płynną pracę?

Parametry proponowanej stacji roboczej:

Windows®? Professional x64 lub Windows 10

Procesor - min. CPU Intel®Xeon® Processor ES-1630v3(4-rdzenie, 3.70 GHz Turbo, 10MB)

32GB RAM ECC

512GB 2.5 inch SATA SSD + 4TB SATA 3.5 inch HDD(7200)

Profesjonalna karta Video NVIDIA®Quadro® K620 2G B Pakiet biurowy MS Office Professional

Klawiatura, mysz, głośniki, Karta sieciowa min 1 GBE

Napęd DVD

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza stację roboczą o zaproponowanych parametrach.

19. Pytanie: część 1pkt IV i V: Z SIWZ wynika, że oczekiwana funkcjonalność przedmiotu zamówienia polega na dostarczeniu i wdrożeniu skanera preparatów histologicznych wraz z platformą do prowadzenia dydaktyki, egzaminów, dostępną za pośrednictwem stacji roboczych i urządzeń mobilnych. Jednym z komponentów całego systemu jest zestaw serwerowy opisany przez zamawiającego w części IT do realizacji wynikające j z SIWZ funkcjonalności. Opisana przez Zamawiającego konfiguracja urządzeń została podzielona na 2 fizyczne serwery.

Obecnie standardem jest stosowanie rozwiązań serwerowych opartych o wirtualizację maszyn, dających większą skalowalność systemu do przyszłych wymagań, łatwiejsze zarządzanie, optymalizację kosztów utrzymania i wymagającą mniejszej ilości wolnego miejsca w serwerowni. Wirtualizacja pozwala również na łatwiejszą optymalizację zasobów serwerowych w zależności od obciążenia u rządu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej konfiguracji serwerów w części IT pozwalających uzyskać opisaną w SIWZ funkcjonalność ale przy użyciu innej architektury (półka dyskowa do archiwizacji zeskanowanych preparatów i mocniejszy serwer wraz z odpowiednią konfiguracją serwerów wirtualnych i licencji przeznaczonych do ich obsługi)

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że mamy stosowne doświadczenie w skutecznym wdrażaniu rozwiązań o proponowanej architekturze w podobnych projektach i na życzenie Zamawiającego możemy wskazać referencyjne ośrodki wykorzystujące takie rozwiązanie do skutecznej i bez awaryjnej realizacji projektów równoważnych do opisanego przez Zamawiającego.

Parametry proponowanego rozwiązania :

1. Obudowa serwera typu RACK 2U

2. 2 szt. Procesora serwerowego 12 rdzeniowy o architekturze 64 bitowej, min 3,0 GHz, 30 MB Cache (suma min 24 rdzenie/48 wątków)
3. Karta graficzna wbudowana
4. Dyski HDD typu NLSAS 4x2TB na system
5. Oprogramowanie min Windows 2012R2 – 5x wirtualna maszyna dla sektora edukacyjnego lub równoważne dla sektora edukacyjnego spełniające następujące warunki :
 - licencja musi być nieograniczona w czasie,
 - pozwalać na instalację na sprzęcie nieograniczoną ilość razy
 - musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,
 - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
 - musi być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika,
 - Oprogramowanie musi mieć możliwość ustawienia serwera jako kontrolera domeny z następującymi składnikami : o Musi posiadać AD DS (Active Directory Domain Services) lub równoważne dające możliwość u tworzenia skalowalnej, bezpiecznej i łatwej w obsłudze infrastruktury do zarządzania użytkownikami i zasobami oraz zapewniać wsparcie dla aplikacji obsługujących katalogi, takich jak program Microsoft Exchange Server. o Musi posiadać połączenia co najmniej jednocześnie 60 stacji roboczych do domeny i zarządzania nimi przez GP (Group Policy) . o Musi posiadać rolę IIS (web serwer) lub mieć możliwość zainstalowania innej technologii http server o
 - Musi posiadać Hyper-V lub równoważne rozwiązanie pozwalające na wirtualizację maszyn przez tworzenia snap shotów o Musi posiadać rolę WDS (Windows Deployment Services) lub rozwiązanie równoważne dające umożliwiają wdrażanie systemów operacyjnych Windows przez sieć.
 - Musi posiadać rolę File and Storage Services lub równoważne dające możliwość dostępu do udostępnionych zasobów na podstawie praw dostępu przydzielonych przez administratora
 - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
 - musi zapewniać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń sieciowych, USB, e-Sata, Fire Wire, Bluetooth, urządzeń Plug & Play, WiFi,
 - nie może ograniczać możliwości instalacji w przyszłości nowego powszechnie dostępnego sprzętu (sterowniki) oraz oprogramowania, w tym zgodności z oprogramowaniem użytkowanym i zakupionym dla całej uczelni. Oprogramowanie do wirtualizacji min. Vmware/ Hyper V
6. MS SQL Standard (6 rdzeni);
7. klawiatura, mysz.
8. Wymagane minimum 2 lata gwarancji na serwer,
9. Network adapter min 1Gb- 4por
10. Napęd min DVD,
11. Wymagany zasilacz UPS + listwa zasilająca filtrowana o minimalnych parametrach (filtr przeciwprzepięciowy, przeciwzakłóceniaowy, stabilizator napięcia). – dł. min 5m ilość gniazd min 5 szt.
12. Półka dyskowa o łącznej dostępnej pojemności 30TB (RAID 6) na dane medyczne i archiwizację obrazów skanowanych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dotyczące architektury serwerów o wymienionych parametrach.

20. Pytanie: część 1 punkt IV i V. Czy Zamawiający dopuści w części 1pkt IV i V zintegrowany układ graficzny w przypadku kiedy oferowane rozwiązanie nie wymaga dużej wydajności graficznej na serwerze a bazuje na mocy obliczeniowej procesora oraz proponowane rozwiązanie nie wpływa na pogorszenie wydajności zestawu do realizacji opisanej w SJWZ funkcjonalności platformy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w pozycjach IV i V usuwa zapis „Profesjonalna karta graficzna min. 2GB pamięci”.

21. Pytanie: część 1, pkt V: Zamawiający wymaga oprogramowania biurowego edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny , program do prezentacji , program do tworzenia baz danych, typu MS Office Professional licencja Uczelniana typu MOLP dożywotnia . - 1szt. lub oprogramowanie równoważne. Czy Zamawiający nie popełnił błędu , omyłkowo przypisując licencję MS Office na serwer? Prosimy o doprecyzowanie czy licencja ma być dostępna dla stacji roboczej podłączonej do skanera na serwerze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga licencji MS Office na serwerze.

22. Pytanie: część 1pkt III, IV i V: W Części 1 Zamawiający wyspecyfikował łącznie 3 monitory o parametrach 27" i rozdzielczości 1920x1080. Zwracamy uwagę, że przy tak niskiej rozdzielczości obrazu w stosunku do wymaganej wielkości monitora widoczne będą pixele przy pracy w standardowej odległości od monitora. Taka konfiguracja znacząco pogarszać będzie jakość obrazu zeskanowanych preparatów histologicznych i utrudniać będzie ich ocenę ze względu na duży rozmiar pojedynczego pixela w monitorze. Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający uzna za spełnienie wymagań funkcjonalnych zaoferowanie monitora o właściwie dobranych proporcjach rozdzielczości obrazu w stosunku do wielkości ekranu (24" i rozdzielczości 1920x1200) i standardowej konfiguracji portów DVI-O lub Display Port i USB?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podał minimalne wartości rozdzielczości. Zamawiający w części 1 pkt. 3, 4, 5 modyfikuje zapis dotyczący przekątnej monitora na: „minimum 24””. Oraz modyfikuje zapis „Złącza DVI D, DISPLAY PORT, USB” na „Złącza minimum DISPLAY PORT i USB”.

23. Pytanie: część 1pkt VI: Czy w części 1pkt. VI nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający opisując platformę internetową i pisząc „oprogramowanie sterujące funkcjami skanera" nie miał na myśli „oprogramowania sterującego funkcjami platformy"? Do kontroli pracy skanera służy oprogramowanie opisane w pkt. II i instalowane na zestawie komputerowym do obsługi skanera pkt. III SIWZ. Platforma opisana w pkt VI jak wynika z SWIZ jest przeznaczona do instalacji na serwerze i bazuje na zeskanowanych preparatach archiwizowanych przez zestaw skanerowy (skaner + stacja robocza) na przeznaczonym do tego celu sieciowym repozytorium.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający precyzuje, że zaszła pomyłka pisarska i niniejszym zmienia brzmienie zapisu z „oprogramowanie sterujące funkcjami skanera” na „oprogramowanie sterujące funkcjami platformy”.

24. Pytanie: część 1pkt VI: Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga dla realizacji celów dydaktycznych, zaoferowania platformy edukacyjnej posiadającej funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu min . 4 skanów preparatów jednocześnie na jednym ekranie, pochodzących z np. różnych barwien wraz możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym? Taka funkcjonalność systemu jest jedną z kluczowych gdyż dzięki niej można prowadzić proces dydaktyczny przy wykorzystaniu obrazowych funkcji porównawczych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności, Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych.

25. Pytanie: część 1pkt VI: Ze względu na skrótowe opisanie modułu egzaminacyjnego istnieje ryzyko dostarczenia rozwiązania nieprzydatnego do celów egzaminacyjnych. Dlatego też wydaje się, że określenie wymagań minimalnych dla modułu egzaminacyjnego leży w interesie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o określenie czy moduł egzaminacyjny ma:

- Pozwalać na zarządzanie egzaminami poprzez sieć internetową
- Pozwalać na dowolne tworzenie nowych egzaminów,
- Pozwalać na tworzenie pytań opisowych, oraz wielokrotnego i pojedynczego wyboru
- Umożliwiać ustalenie wartości punktowej dla każdego pytania
- Pozwalać na załączanie do pytań wirtualnych preparatów
- Posiadać tryby ograniczenia czasowego dostępu do testu,
- Umożliwiać blokowanie cofania się podczas wypełniania testu
- Umożliwiać import plików pochodzących z różnych skanerów preparatów histopatologicznych opisanych wymaganiami dla części dydaktycznej platformy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga takich funkcjonalności, Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych.

26. Pytanie nr 9 - część 1pkt I: Zamawiający opisał „tryb skanowania odpowiadający powiększeniu min. 20x i 40x". Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający rzeczywiście miał na myśli taki zakres powiększeń czy też może zakres powiększeń mi n. 200x i 400x realizowanego przy użyciu obiektywu 20x lub 40x klasy PA_N APO ? Powiększenia 200x i 400X wykorzystywane są standardowo podczas oceny preparatów histologicznych przy pracy z klasycznym mikroskopem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający precyzuje, że całkowite powiększenie optyczne powinno wynosić 200x i 400x. Zapis ulega zmianie na: „Tryb skanowania odpowiadający powiększeniu optycznemu min 200x i 400x”.

27. Pytanie: część 1pkt I: Zamawiający opisał „system ogniskowania głębi ostrości mi n. 0,3mm - grubość szkiełka min. 1,0.- i 3. mm". Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając ten parametr miał na myśli z kres akceptowanego przez skaner grubości szkiełka w przedziale 1,0 mm -1,3 mm?.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga minimalnej grubości szkiełka w zakresie min 1-1,3 mm w znaczeniu łącznej grubości całego preparatu (szkiełko podstawowe, skrawek tkanki/rozmaż, medium zamykające, szkiełko nakrywkowe) akceptowanej (obsługiwanej) przez skaner.

DOTYCZY CZĘŚĆ 1: SKANER PREPARATÓW HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH, HISTOLOGICZNYCH.

Pytanie: CZĘŚĆ I PKT I:

Zamawiający jako przedmiot zamówienia w części 1 pkt I wymienia skaner preparatów histopatologicznych.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne mikroskop skanujący lub inny system skanujący wyposażony w miskę rewolwerową na 4 obiektywy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

28. Pytanie: CZĘŚĆ I PKT I:

Czy Zamawiający wymaga aby dla oferowanego w pkt. I skanera dostępna była darmowa i nieograniczona czasowo przeglądarka zeskanowanych preparatów dostępna do pobrania na stronie producenta skanera aby umożliwić przeglądanie skanów preparatów w czasie np. konferencji lub zjazdów gdzie nie ma dostępu Internetu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności, Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych.

29. Pytanie: CZĘŚĆ I PKT I:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby dla pracy skanera w trybie manualnego ustawiania ostrości można było ręcznie wskazywać i przesuwac punkty ostrości co może być przydatne w czasie skanowania preparatów cytologicznych lub silniej zabrudzonych i trudnych do zeskanowania w trybie automatycznym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności, Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych.

30. Pytanie: CZĘŚĆ I PKT I:

Czy Zamawiający wymaga aby w trybie skanowania warstwowego możliwe było manualne ustawianie dowolnego przedziału skoku między skanowanymi warstwami? Dostępność tej funkcji ma znaczenie dla uzyskania skanu dobrej jakości w przypadku skanowania grubszych lub nierównych preparatów cytologicznych i histologicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności, Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych.

31. Pytanie: CZĘŚĆ I PKT. VI:

Zamawiający wymaga aby platforma internetowa do prowadzenia dydaktyki była systemem otwartym i umożliwiała import plików (skanów) pochodzących z różnych skanerów preparatów histopatologicznych. Rozumiemy zatem, że poza już wymienionymi formatami Zamawiający wymaga aby dostarczona internetowa platforma do prowadzenia dydaktyki umożliwiała również import, odczyt i obsługę skanów preparatów pochodzących ze skanerów firm: 3D Histech (MRXS); Zeiss (CZI); Olympus (VSI)? Czy też planowane jest zamknięcie platformy tylko dla formatów już wymienionych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podał minimum formatów, jakie muszą być odczytywane. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych, tj. o większej ilości odczytywanych formatów.

32. Pytanie: CZĘŚĆ I PKT. VI: Jednym z wymogów Zamawiającego jest zdalny dostęp (spoza terenu Uniwersytetu) do platformy edukacyjnej. Zamawiający wymaga również aby platforma mogła być używana przy wykorzystaniu różnych stacji roboczych w tym urządzeń mobilnych (tablet; telefon komórkowy). Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby platforma edukacyjna była kompatybilna z następującymi przeglądarkami internetowymi: Safari na system operacyjny Apple iOS, Google Chrome na system operacyjny Android oraz IE10 na system operacyjny Windows Mobile?

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, że dostęp z urządzeń mobilnych powinien być możliwy przez dedykowaną przeglądarkę (aplikację) dla urządzeń mobilnych. Zamawiający nie precyzuje z jakimi przeglądarkami kompatybilna ma być platforma.

DOTYCZY CZĘŚĆ 3: MIKROSKOP BIOLOGICZNY 15 SZT., MIKROSKOP BADAWCZY 15-STANOWISKOWY, KOLOROWA KAMERA 1 SZT.

33. Pytanie: CZĘŚĆ 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na podział pakietu część 3. Mikroskop biologiczny - 15 szt. , mikroskop badawczy 15-stanowiskowy, kolorowa kamera - 1 szt. na dwa odrębne pakiety, które po podziale będą prezentowały się następująco:

- „Mikroskop biologiczny - 15 szt.” - osobny pakiet

- „mikroskop badawczy 15-stanowiskowy, kolorowa kamera, oprogramowanie do analizy obrazu; system wyposażony w integralną jednostkę sterującą (komputer) dedykowaną do obsługi systemu mikroskopowego, monitor, mysz, klawiaturę, głośniki, drukarkę o parametrach nie gorszych niż: - osobny pakiet

Specyfikacja techniczna przedstawiona w pakiecie „część 3. Mikroskop biologiczny - 15 szt. , mikroskop badawczy 15-stanowiskowy, kolorowa kamera - 1 szt.” , w obecnej formie umożliwia złożenie oferty tylko jednej firmie w postępowaniu. Standardowa odległość robocza obiektywów stosowanych dla wiodących producentów wynosi 45mm - jedynie jeden dostawca oferuje odległość roboczą dla obiektywów wynoszącą min. 55mm, wobec tego mimo funkcjonalnej równoważności parametrów technicznych obiektywów, pozostali producenci nie mają możliwości zaoferowania swoich rozwiązań. W wymaganiach dotyczących formatu zapisu kamery wymieniony format „LIM”, również charakterystyczny dla tego samego i tylko jednego producenta.

Aby dopuścić do postępowania firmy konkurencyjne, oferujące funkcjonalnie równoważne rozwiązania, proponujemy podział pakietu „część 3. Mikroskop biologiczny - 15 szt. , mikroskop badawczy 15-stanowiskowy, kolorowa kamera - 1 szt.” na dwa odrębne pakiety.

Taki podział umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny z zachowaniem wymagań funkcjonalnych określonych w SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na podział na części. Zamawiający modyfikuje zapis na „Obiektywy o długości optycznej min. 45 mm”. Zamawiający modyfikuje zapis na: „Format zapisu obrazów min. TIFF, JPG”.

Dotyczy części 2 punktu 17

34. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie czy podpunkty a-g dotyczą parametrów dla aplikacji własnych użytkownika, a podpunkty h-l dostępnych testów IVD ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający precyzuje, że podpunkty a-g dotyczą parametrów dla aplikacji własnych użytkownika, a podpunkty h-l dostępnych testów IVD.

35. Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie czy w podpunkcie j. chodzi o genotypowanie typów onkogennych 16 i 18 HPV i wykrycie pozostałych onkogennych typów HPV?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający precyzuje, że w podpunkcie j. chodzi o genotypowanie typów onkogennych 16 i 18 HPV i wykrycie pozostałych onkogennych typów HPV.

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ, Część 1., I. Skaner histologiczny na minimum 100 preparatów, punkty 5 i 16

36. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które skanuje w trybie manualnym i automatycznym (bez opcji skanowania w trybie półautomatycznym) i jednocześnie integralne oprogramowanie, zapewniające kontrolę pracy urządzeniach w tych dwóch trybach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla z punktów 5 i 16 zapisy dotyczące skanowania w trybie półautomatycznym i oprogramowania do kontroli pracy urządzenia w trybie półautomatycznym.

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ, Część 1., II Podstawowe funkcje oprogramowania., punkt 1.

37. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie podstawowe, w którym nie ma możliwości definiowania miejsc zapisu dla różnych trybów skanowania, jednak definiowanie miejsca zapisu jest możliwe po etapie skanowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ, Część 1., VI Platforma internetowa do prowadzenia dydaktyki wraz z modułem egzaminacyjnym oraz modułem przeglądarki na urządzenia mobilne., punkt 7.

38. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści platformę, która nie obsługuje formatu „ppt”, jednak spełnia wszystkie pozostałe warunki SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ, Część 1., IV – Serwer dedykowany do współpracy ze skanerem,

39. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści serwer o konfiguracji rekomendowanej przez producenta oferowanego skanera, który posiada poniższe parametry:

- RAM 24 GB
- 1060 MHz
- 6 dysków: RAID 1 C-Drive 450 GB, RAID 5 D-Drive 2.7 TB?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza serwer o zaproponowanych parametrach.

Dotyczy Załącznik Nr 2 do SIWZ, Część 1., V – Serwer archiwizacji obrazów

40. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści serwer o konfiguracji rekomendowanej przez producenta oferowanego skanera, który posiada poniższe parametry:

- RAM 64 GB
- 12 dysków:
 - 2x HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD
 - 10x HP 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza serwer o zaproponowanych parametrach.

Dot.: Załącznik nr 3 do SIWZ

41. Pytanie: Par. 5 ust. 9-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

42. Pytanie: Par. 9 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

43. Pytanie: Par. 10 ust. 1 pkt 1)-2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

44. Pytanie: Par. 10 ust. 1 pkt 1)-2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: lecz nie więcej niż 15% wartości umowy brutto”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dodaje zapis „lecz nie więcej niż 15% wartości umowy brutto” do § 10 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 3 pkt. 1).

45. Pytanie: Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

46. Pytanie: Par. 13 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

ODPOWIEDŹ: w paragrafie 12 dodaje się ustępy

2. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, które zostaną zapisane w urządzeniach wskazanych w § 1 ust. 1 umowy podczas ich eksploatacji, a do których Wykonawca może mieć dostęp przy wykonywaniu czynności serwisowych, a także wynikających w z rękojmi lub gwarancji.
3. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie wynikającym z realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas wykonywania zobowiązań wynikających z umowy. Po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zaprzestania przetwarzania powierzonych danych, o ile nie następuje konieczność dalszego ich przetwarzania wynikająca z przepisów odrębnych.
5. Zamawiający oświadcza, że powierzone do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca oświadcza, że:
 - 1) zna i spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 nr 100, poz. 1024),
 - 2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności Politykę Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych,
 - 3) do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych dopuszczeni zostaną wyłącznie pracownicy Wykonawcy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którzy pisemnie zobowiązali się do zachowania w tajemnicy, w trakcie stosunku pracy a także po jego ustaniu, informacji przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (za pracownika na potrzeby niniejszej umowy uznaje się również osobę zatrudnioną u Wykonawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej); upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika,
 - 4) jest świadomy, iż nie jest administratorem powierzonych do przetwarzania danych osobowych i w związku z tym nie decyduje o środkach i celach przetwarzania tych danych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z zachowaniem poufności, integralności i rozliczalności danych, w szczególności do zachowania w tajemnicy powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
 - 2) ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych z dochowaniem należytej staranności wynikającej z profesjonalnego prowadzenia działalności oraz przedmiotu umowy,
 - 3) prowadzenia, uaktualniania ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,
 - 4) powołania administratora bezpieczeństwa informacji, chyba że sam wykonuje te obowiązki,
 - 5) zapewnienia kontroli nad procesem przetwarzania powierzonych danych osobowych,
 - 6) przetwarzania powierzonych danych osobowych z zapewnieniem „wysokiego” poziomu bezpieczeństwa w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków

- technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 nr 100, poz. 1024),
- 7) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych podczas wykonywania postanowień umowy,
 - 8) powiadomienia Zamawiającego o każdej kontroli GIODO, o ile ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz o każdym piśmie GIODO dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie powierzonych danych,
 - 9) przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego poświadczonych kopii upoważnień do przetwarzania powierzonych danych osobowych przez pracowników Wykonawcy, a także oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawierających zobowiązanie do zachowania poufności w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
 - 10) niedokonywania jakichkolwiek zmian powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
 - 11) niewykorzystywania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w innym celu niż opisany w umowie,
 - 12) niedokonywania jakichkolwiek kopii powierzonych do przetwarzania danych osobowych bez zgody Zamawiającego.
8. Zamawiający ma prawo do:
- 1) kontroli właściwego przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
 - 2) formułowania zaleceń w zakresie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych stosowanych przez Wykonawcę w odniesieniu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
 - 3) żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz postanowień umowy.
9. Wykonawca jest uprawniony do:
- 1) wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania powierzonych danych osobowych; upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie,
 - 2) przetwarzania powierzonych mu danych osobowych poprzez wykonywanie wszelkich czynności faktycznych niezbędnych do realizacji celu umowy,
10. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia ani też zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przetwarzaniem powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych..
11. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych bądź niezastosowania należytych środków organizacyjnych i technicznych służących zabezpieczeniu powierzonych do przetwarzania danych osobowych. w terminie 30 dni od powzięcia stosownej informacji w tym zakresie.
47. Czy Zamawiający dopuści rekomendowany przez producenta komputer, zwalidowany do pracy ze skanerem do preparatów histopatologicznych o parametrach nie gorszych niż:
- Komputer HP Z820:
- Intel Core 6
 - procesor dual Xenon
 - odtwarzacz/nagrywarka CD, DVD
 - 350 GB SAS + 4 TB SATA
 - pamięć 32 GB
 - 2X GIGABIT Ethernet ports
- Skaner jako urządzenie do diagnostyki in vitro , posiadające certyfikat CE powinien współpracować tylko z urządzeniami zwalidowanymi przez producenta.
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany komputer o wymienionych parametrach.**