

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ 1

1. Skoliometr – 1 szt.

- 1) Wymiary skoliometru: długość – min. 15cm, szerokość – min. 7cm.
- 2) Powinien być wykonany z tworzywa sztucznego z wtopioną centralnie rurką wypełnioną powietrzem, w której porusza się - jak w poziomicy - wskaźnik. Wyrysowana podziałka powinna służyć do odczytu kąta rotacji tułowia.
- 3) Przyrząd powinien umożliwiać pomiary w miejscach największej rotacji kręgosłupa.
- 4) Skoliometr powinien umożliwiać wykrywanie nieprawidłowości i ich wielkość w obrębie badanego kręgosłupa. Powinien pozwalać na porównanie raportów w czasie badania i określenie ich zmian.

2. Przyrząd do badania czucia – 1 szt.

- 1) Przyrząd do badania czucia w kształcie dysku.
- 2) Przyrząd do oceny czucia punktowego w obszarze unerwienia oraz czucia selektywnego (czucie jedno- i dwu-punktowe).
- 3) Do zestawu powinny być dołączone 2 dyski z igłami rozstawionymi w zakresie od 1 do 25mm.
- 4) Etui ochronne z wskazówkami metodycznymi do oceny.

3. Stadiometr – 1 szt.

- 1) Stadiometr z bezprzewodową transmisją danych – niezależny od lokalizacji, z cyfrowym wyświetlaczem.
- 2) Zakres pomiaru: 30-220 cm.
- 3) Podziałka: 1 mm.
- 4) Waga własna: 15 kg (+/- 10%).
- 5) Zasilanie: baterie akumulatorki.
- 6) Wymiary (szer. x wys. x gł.): 434 x 2.394 x 466 mm (+/- 10%).
- 7) Funkcje: automatyczna kalibracja, automatyczne wyłączenie, dowolne ustawienie punktu zerowego, automatyczne wyłączenie, rolki transportowe, interfejs bezprzewodowy.

4. Inne wymagania:

- 1) Instrukcje obsługi dla zakupywanych sprzętów po 1 egzemplarzu, w języku polskim, w formie papierowej/drukowanej.
- 2) Wykonawca przeprowadzi dwugodzinne szkolenie, dla 2 osób wskazanych przez zamawiającego, w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonych sprzętów. Szkolenie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po uruchomieniu sprzętów, w miejscu ich użytkowania.

CZEŚĆ 2

Parawan medyczny – 1 szt.

1. Parawan metalowy DUO.
2. Parawan powinien być dwuczęściowy.
3. Parawan powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej koloru srebrnego.
4. Kolor: preferowany niebieski.
5. Parawan powinien być wyposażony w kółka jezdne ułatwiające jego przemieszczanie.
6. Dane techniczne: wysokość: 180cm, szerokość: 120cm, (+/- 10%).

CZEŚĆ 3

Stół rehabilitacyjny – 1 szt.

1. Stół dedykowany do masażu i rehabilitacji.
2. Stół dedykowany do terapii Bobath i Vojty.
3. Musi posiadać w standardzie:
 - a. elektryczną regulację wysokości pilotem ręcznym,
 - b. atestowaną piankę o grubości 40 mm,
 - c. 8 praktycznych, uniwersalnych uchwytów podbłatowych.
4. Kolor tapicerki: preferowany pistacjowy.
5. Dane techniczne:
 - a. Zasilanie - 230 VAC / 50 Hz,
 - b. Moc znamionowa - 160 W,
 - c. Wysokość - od 45 do 95 cm,
 - d. Wymiary leżyska - 100 x 200 cm +/- 5%,
 - e. Waga (bez wyposażenia) - 110 kg +/- 5%,
 - f. Maksymalne obciążenie - 150 kg +/- 5%.
6. Instrukcja obsługi dla zakupywanego sprzętu w 1 egzemplarzu, w języku polskim, w formie papierowej/drukowanej.

CZEŚĆ 4

Program instruktażowy – 1 szt.

1. Film instruktażowy: „Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne”.
2. Film powinien być dostarczony na dysku CD/DVD umożliwiającym odtwarzanie go w stacjonarnych i komputerowych odtwarzaczach DVD.