

UWAGA!!!! 14.07.2015r.

Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi do niniejszego postępowania:

Pyt 1. Dotyczy: Poz. 1 - Aparat typu ETIUS LM

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający wymaga dwóch stolików (w opisie wymagane wyposażenie występuje zapis "stolik Elf, Elf X") czy zapis ten wskazuje na jeden z wymienionych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga tylko 1 stolika do aparatu. Zamawiający podał tylko jakiego typu mają być to stoliki.

Pyt 2. Dotyczy: Poz. 1 - Aparat typu ETIUS LM

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie wyposażenia wymaganego i wymagane jest wyposażenie w postaci 4 sond punktowych, dwóch aplikatorów skanujących różnych mocach? Czy wymagane są jedynie te sondy i aplikator skanujący o wyższych mocach (sonda R 660 nm/80 mW z uchwytem, sonda IR 808 nm/ 400 mW, aplikator skanujący R+IR 100mW +450 mW ze statywem) wyposażenie to będzie w zupełności wystarczające natomiast wszelkie możliwe wyposażenie znacznie zawyży cenę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający poprawia zapis SIWZ z:

- sonda punktowa R 660 nm/40 mW
- sonda punktowa R 660 nm/80 mW
- sonda punktowa IR 808 nm/200 mW
- sonda punktowa IR 808 nm/400 mW
- aplikator skanujący R+IR 50 mW + 400 mW
- aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW

na wymagane:

- sonda R 660 nm/80 mW z uchwytem,
- sonda IR 808 nm/ 400 mW,
- aplikator skanujący R+IR 100mW +450 mW ze statywem

Pyt 3. Dotyczy: Poz. 1 - Aparat typu ETIUS LM

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający wymaga całościowego "wymaganego wyposażenia" do każdego z trzech aparatów oddzielnie?

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wymaga wymienionego wyposażenia z uwzględnieniem odpowiedzi udzielonych na Pytanie 1 i 2.

Pyt 4. Dotyczy: Poz. 1 - Aparat typu ETIUS LM

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie elektrod punktowych o średnicy 6, 10, 15, 20 cm (obecnie dostępne wyposażenie zgodnie z ustaleniami z producentem)

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry elektrod.

Pyt 5. Dotyczy: Poz. 1 - Aparat typu ETIUS LM

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający zamawia zestaw elektrod punktowych z adapterem? ponieważ same nie będą spełniały takiej funkcji (brak adaptera).

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wymaga elektrod punktowych z adapterem.

Pyt 6. Dotyczy: Poz. 1 - Aparat typu ETIUS LM

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy w zapisie "aplikatory płaskie pola magnetycznego typu CPE z pokrowcami Zamawiający miał na myśli aplikator CPE 1 oraz aplikator CPE2?

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wymaga obu typów aplikatorów CPE1 oraz CPE 2.

Pyt 7. Dotyczy: Poz. 2 - Aparat typu Etius U + głowica 1 MHz, 4 cm2

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający nie popełnił omyłki w opisie "wymagane wyposażenie" ponieważ aparat zatytułowany jest "Aparat typu Etius U + głowica 1 MHz, 4 cm2" natomiast wyposażenie wymagane zawiera dwie głowice (głowica 1MHz, 1 cm2 z uchwytem oraz głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem).

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający poprawia zapis SIWZ na „głowica 1MHz, 1 cm2 z uchwytem oraz głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem”.

Pyt 8. Dotyczy: Poz. 2 - Aparat typu Etius U + głowica 1 MHz, 4 cm2

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z głowicy do elektrofonorezy 1 MHz, 4cm2 z uchwytem spowodowane jest to wycofaniem przez producenta danego wyposażenia. Co za tym idzie wymagany przez Zamawiającego aparat nie może być wyposażony w daną głowicę.

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający zgodnie i odpowiedzią na pytanie nr 7 z SIWZ wymaga „głowica 1MHz, 1 cm2 z uchwytem oraz głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem”.

Pyt 9. Dotyczy: Poz. 2 - Aparat typu Etius U + głowica 1 MHz, 4 cm2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dwóch stolików Elf oraz Elf X czy jednego z wymienionych? W części "wyposażenie wymagane" widnieje zapis "stolik Elf, Elf X.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga tylko 1 stolika do aparatu. Zamawiający podał tylko jakiego typu mają być to stoliki.

Pyt 10. Dotyczy: Poz. 2 - Aparat typu Etius U + głowica 1 MHz, 4 cm2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie elektrod punktowych o średnicy 6, 10, 15, 20 cm (obecnie dostępne wyposażenie zgodnie z ustaleniami z producentem)

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane parametry elektrod.

Pyt 11. Dotyczy: Poz. 2 - Aparat typu Etius U + głowica 1 MHz, 4 cm2

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający zamawia zestaw elektrod punktowych z adapterem? ponieważ same nie będą spełniały takiej funkcji (brak adaptera).

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wymaga elektrod punktowych z adapterem.

Pyt 12. Dotyczy: Poz. 2 - Aparat typu Etius U + głowica 1 MHz, 4 cm2

Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej ponieważ w wymaganym wyposażeniu widnieje zapis "głowica 1 MHz, 4 cm2" oraz poniżej: "głowica 1 MHz, 1 cm2

z uchwytem, głowica 1MHz, 4 cm² z uchwytem" zatem czy Zamawiający wymaga dwóch głowic 1 MHz, 4 cm² i jednej głowicy 1 MHz, 1 cm²?

ODPOWIEDŹ: Tak Zamawiający wymaga podanych w SIWZ elektrod.